

OBJETO: Aquisição de Equipamentos para o CADIM

FMS/00018/ETP/2024

ESTIMATIVA DE VALOR

ITEM	SIGA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE SOLICITA DA	UNIDADE DE MEDIDA	PESQUISA DE MERCADO I	PREÇO UNITÁRIO I	MÉDIA	TOTAL DO LOTE
1	19049	Ultrassom - Modos de imagem: Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Dual Live (divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real), Power Doppler Direcional, Modo Doppler Especial, Modo Doppler Contínuo, Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral, Modo Triplex. Use: médico; Monitor: LCD ou LED com no mínimo 17", Capacidade de armazenamento: HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB; Gravador: DVD-R para armazenamento de imagens e/ou cliques em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG/ AVI ou MPEG1 (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática, possibilidade de gravação de imagens em Pen drive; Transdutores: tipo banda larga multifrequências; Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2,0 a 5,0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4,0 a 9,0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4,0 a 11 MHz; Tensão: 127 v ou bivolt; Acompanha: impressora colorida e no break compatível com o equipamento; Transporte: equipamento transportável sobre rodízios; Canais: no mínimo de 22000 canais digitais de processamento; Console: ergonômico com teclas programáveis; Tecnologias: feixes compostos e de redução de ruído e artefatos, zoom, Real/Write, imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em até 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear; Imagem Harmônica - função com aplicação para todos os transdutores; Imagem Harmônica de Pulso Invertido; Pacote de cálculos: específicos e de cálculos simples; Tela especial: que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler; Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos; Software: software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas; Software de análise automática em tempo real da curva Doppler; Armazenamento e revisão de imagens: permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento, possibilitar armazenar as imagens em movimento, Cine loop e Cine Loop Save, pós-processamento de medidas, pós-processamento de imagens; Banco de palavras: em Português; Frame rate: de pelo menos 490 frames por segundo; Número de portas USB: no mínimo 04 portas USB; Portas ativas: Mínimo de 03 portas para transdutores; Conectividade de rede: DICOM, DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting); Impressão direta: Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário.	4	UND	Pregão 176/2023	R\$ 97.350,00	R\$ 97.350,00	R\$ 389.400,00
2	141952	Lavadora - Tipo: para endoscópio; Funções: desinfecção e secagem; Tensão: 110 V; Compatibilidade: endoscópio da marca Fuji; Deve conter: impressora, alarme visual e sonoro, detecção de vazamento e ciclos programáveis; Capacidade da cuba: mínimo 9 litros; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência	1	UND	https://www.marcamedica.com.br/lavadora-de-endoscopio-cws-i?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping	R\$ 66.490,50	R\$ 66.490,50	R\$ 66.490,50
3	142028	Accessórios para equipamentos laboratoriais e médico-hospitalares - Tipo: endoscópio flexível; Use: endoscópio; Compatível com equipamento Fujifilm EP-6000; Modelo: série 600 ou 700 da Fujifilm; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência	3	UND	https://kyotech.med.br/produtos	R\$ 116.200,00	R\$ 116.200,00	R\$ 348.600,00
		TOTAL						R\$ 804.490,50

*Pesquisa de mercado realizado apenas com uma opção de empresa, pois por se tratar de equipamento hospitalar, os preços não são abertos aos sites disponíveis.


Michel A. Gomes
Gerente Técnica
Coordenadoria da Rede de Atenção Especializada

Campo Grande / MS, 09 de Abril de 2024

OBJETO: Aquisição de Equipamentos para o CADIM

FMS/00018/ETP/2024

ITENS A COMPRAR EMENDAS E PORTARIAS

ITEM	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE	PROPOSTA	FIS/PORTARIA	CÓD SIGA	ITEM	QTD PROPOSTA	REPASSE
1	3	CADIM	1220-04	4466/2022	19049	Ultrassom	3	R\$ 158.515,00
2	1	CADIM	1220-04	4466/2022	141952	Lavadora de endoscópio	1	R\$ 75.248,00
3	3	CADIM	1220-04	4466/2022	22616	Endoscópio Flexível	3	R\$ 63.645,00
4	1	CADIM	1230-15	1149/2023	19049	Ultrassom	1	R\$ 152.600,00

Regina M. Grande
Regina
Responsável pelo Preenchimento
COREN - MS 292.240 - ENF