



Mapa de Apuração		Data e hora Apuração	MODALIDADE	ÓRGÃO		NÚMERO	PROCESSO		
		29/01/2024	Pregão Eletrônico	Secretaria Municipal de Saúde		176/2023	070109/2023-19		
		15:01:23							
Objeto		Eletroencefalógrafo, Eletroneuromiógrafo e Aparelho de Ultrasson.							
Fornecedor		AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA C.N.P.J. ou C.P.F. : 13598814000111							
LOTE 002									
Eletroneuromiógrafo - Número de canais: mínimo 4 canais; Amostragem por canal: mínimo 8 kHz; Conversor A/D: mínimo 16 bits; Impedância de entrada: mínimo 100 Mohm; Nível de ruído: máximo de 4 uV RMS; Filtro passa alta: mínimo de 0,2 a 1.000 Hz; Filtro passa baixa: mínimo de 100 a 10.000 Hz; Intensidade do estimulador: mínimo de 0,1 a 100 mA; Frequência do estimulador: mínimo de 0,5 a 30 Hz; Duração da estimulação: mínimo de 0,05 a 1 ms; Técnicas: neurocondução sensitiva e motora, ondas F, reflexo H, inching sensitivo e motor, EMG qualitativa e análise de padrão de interferência; Técnicas especiais: reflexos de piscamento, sacral, bulbocavernoso, reflexo-T, reflexo cutâneo-simpático, estudo de tremor; reflexo cutâneo-simpático RCS; Cabos: cabo coaxial blindado de extensão com 2 vias e cabo de extensão coaxial blindado com 3 vias e terra no pino 3; Eletrodos: eletrodo de estimulação em barra com pontas intercambiáveis metálicas, eletrodo terra em pulseira de fibra condutiva, terminal de cúpula de no mínimo 10 cm, eletrodo de agulha monopolar, eletrodo de cúpula e eletrodo de superfície; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.									
Item	Class.	Marca	Aderente	Unidade	Qtd.	Ref.UN.	REF. Total	Valor UN.	Total
1	1	Neurosoft/Neuro-MEP-4	Não	1 - Un.	1	R\$93.042,7600	R\$93.042,76	R\$89.600,0000	R\$89.600,00
									R\$89.600,00
Fornecedor		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J. ou C.P.F. : 05743288000108							
LOTE 003									
Ultrassom - Modos de imagem: Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Dual Live (divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real), Power Doppler Direcional, Modo Doppler Espectral, Modo Doppler Contínuo, Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral, Modo Triplex; Uso: médico; Monitor: LCD ou LED com no mínimo 19", qualidade da imagem HD ou Full HD, com ajuste de altura ou braço articulado.; Capacidade de armazenamento: HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB; Gravador: DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática, possibilidade de gravação de imagens em Pen drive; Transdutores: tipo banda larga multifrequênciais, Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz, Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz, Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Tensão: 127 v ou bivolt; Acompanha: vídeo printer e no break compatíveis com equipamento; Transporte: equipamento transportável sobre rodízios; Canais: no mínimo de 22000 canais digitais de processamento; Console: ergonômico com teclas programáveis; Tecnologias: feixes compostos e de redução de ruído e artefatos, zoom, Read/Write, Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em até 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear, Imagem Harmônica - função com aplicação para todos os transdutores, Imagem Harmônica de Pulso Invertido; Pacote de cálculos: específicos e de cálculos simples; Tecla especial: que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler; Divisão de tela: em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos; Software: software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas, Software de análise automática em tempo real da curva Doppler; Armazenamento e revisão de imagens: permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento, possibilitar armazenar as imagens em movimento, Cine loop e Cine Loop Save, pós-processamento de medidas, pós-processamento de imagens; Banco de palavras: em Português; Frame rate: de pelo menos 490 frames por segundo; Portas ativas: Mínimo de 03 portas para transdutores; Conectividade de rede: DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting); Impressão direta: Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário; Porta USB: mínimo 2 portas.									
Item	Class.	Marca	Aderente	Unidade	Qtd.	Ref.UN.	REF. Total	Valor UN.	Total
1	1	MINDRAY / DC-40	Não	1 - Un.	1	R\$97.350,0000	R\$97.350,00	R\$97.350,0000	R\$97.350,00
									R\$97.350,00
Fornecedor		JARAGUA MERCANTIL - EIRELI C.N.P.J. ou C.P.F. : 13390706000159							
LOTE 001									

Eletoencefalógrafo - Canais: mínimo 19, monopolares; Conversor: A/D mínimo 12 bits; Alimentação e comunicação: USB; Acompanha: computador, impressora, eletrodos (ouro ou prata), suporte para equipamento, foto e áudio estimuladores; Registro: ANVISA; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.

Item	Class.	Marca	Aderente	Unidade	Qtd.	Ref.UN.	REF. Total	Valor UN.	Total
1	1	NEUROTEC / EQSA260	Não	1 - Un.	1	R\$37.593,8900	R\$37.593,89	R\$33.000,0000	R\$33.000,00
									R\$33.000,00
Valor de Reserva dos itens Licitados									R\$227.986,65
Valor Total dos itens vencedores									R\$219.950,00
Economia									R\$8.036,65
Observação :									

Driely de Matos Furtado Vieira

Pregoeira

Dayana Fernandes de Oliveira

Apoio