

TIPO	SEQ.	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	INFORMAÇÕES DO PRODUTO OFERTADO NA PROPOSTA			RESULTADO
				MARCA/ MODELO	REGISTRO VÁLIDO	CATÁLOGO	
ITEM	1	00143339 - Papel - Tipo: grau cirúrgico; Uso: esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Medida: 15 cm x 100 m; Gramatura: 60 g/m²; Requisito: alteração da cor inicial, indicando que o material foi submetido ao processo de esterilização; Material: poliéster e polipropileno; Requisito da embalagem: constar dados de identificação do fabricante, data de fabricação, validade e lote.	RCA SAÚDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AMED	ISENTO DE ANVISA - PRODUTO NÃO REGULADO PELA GGTPS	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	1.1	00143339 - Papel - Tipo: grau cirúrgico; Uso: esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Medida: 15 cm x 100 m; Gramatura: 60 g/m²; Requisito: alteração da cor inicial, indicando que o material foi submetido ao processo de esterilização; Material: poliéster e polipropileno; Requisito da embalagem: constar dados de identificação do fabricante, data de fabricação, validade e lote.	CGA NEGOCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	ZERMATT / PACK GC	ISENTO DE ANVISA - PRODUTO NÃO REGULADO PELA GGTPS	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	2	00143340 - Papel - Tipo: grau cirúrgico; Uso: esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Medida: 20 cm x 100 m; Gramatura: 60 g/m²; Requisito: alteração da cor inicial, indicando que o material foi submetido ao processo de esterilização; Material: poliéster e polipropileno; Requisito da embalagem: constar dados de identificação do fabricante, data de fabricação, validade e lote.	RCA SAÚDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AMED	ISENTO DE ANVISA - PRODUTO NÃO REGULADO PELA GGTPS	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	2.1	00143340 - Papel - Tipo: grau cirúrgico; Uso: esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Medida: 20 cm x 100 m; Gramatura: 60 g/m²; Requisito: alteração da cor inicial, indicando que o material foi submetido ao processo de esterilização; Material: poliéster e polipropileno; Requisito da embalagem: constar dados de identificação do fabricante, data de fabricação, validade e lote.	CGA NEGOCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	ZERMATT / PACK GC	ISENTO DE ANVISA - PRODUTO NÃO REGULADO PELA GGTPS	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	3	00143341 - Papel - Tipo: grau cirúrgico; Uso: esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Medida: 25 cm x 100 m; Gramatura: 60 g/m²; Requisito: alteração da cor inicial, indicando que o material foi submetido ao processo de esterilização; Material: poliéster e polipropileno; Requisito da embalagem: constar dados de identificação do fabricante, data de fabricação, validade e lote.	GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DUOTEC / ESTERILCARE	ISENTO DE ANVISA - PRODUTO NÃO REGULADO PELA GGTPS	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO

TIPO	SEQ.	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	INFORMAÇÕES DO PRODUTO OFERTADO NA PROPOSTA			RESULTADO
				MARCA/MODELO	REGISTRO VÁLIDO	CATÁLOGO	
ITEM	3.1	00143341 - Papel - Tipo: grau cirúrgico; Uso: esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Medida: 25 cm x 100 m; Gramatura: 60 g/m²; Requisito: alteração da cor inicial, indicando que o material foi submetido ao processo de esterilização; Material: poliéster e polipropileno; Requisito da embalagem: constar dados de identificação do fabricante, data de fabricação, validade e lote.	CGA NEGOCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	ZERMATT / PACK GC	ISENTO DE ANVISA - PRODUTO NÃO REGULADO PELA GGTPS	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	4	00143342 - Papel - Tipo: grau cirúrgico; Uso: esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Medida: 30 cm x 100 m; Gramatura: 60 g/m²; Requisito: alteração da cor inicial, indicando que o material foi submetido ao processo de esterilização; Material: poliéster e polipropileno; Requisito da embalagem: constar dados de identificação do fabricante, data de fabricação, validade e lote.	GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DUOTEC / ESTERILCARE	ISENTO DE ANVISA - PRODUTO NÃO REGULADO PELA GGTPS	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	4.1	00143342 - Papel - Tipo: grau cirúrgico; Uso: esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; Medida: 30 cm x 100 m; Gramatura: 60 g/m²; Requisito: alteração da cor inicial, indicando que o material foi submetido ao processo de esterilização; Material: poliéster e polipropileno; Requisito da embalagem: constar dados de identificação do fabricante, data de fabricação, validade e lote.	CGA NEGOCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	ZERMATT / PACK GC	ISENTO DE ANVISA - PRODUTO NÃO REGULADO PELA GGTPS	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	5	00020372 - Avental - Tipo: segurança para expurgo; Material: PVC; Ajustes: tiras ou fitas na altura do pescoço e na cintura; Requisito: impermeável e reutilizável; Certificação: C.A; Mangas: longas com elástico nos punhos; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	SAO JOSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	MAICOL	CA 37.910 VIGENTE	PRESENTE	DOCUMENTO ANALISADO: item REPROVADO por não apresentar as características solicitadas em edital. Produto possui forro, o que leva ao aumento da temperatura corpórea do servidor durante o desempenho das atividades na central d e material. Além disso, o fechamento ser por botão de pressão pode diminuir o tempo de vida útil do produto, em comparação ao item descrito no edital.
ITEM	6	00020458 - Bandeja - Tipo: plástica; Requisito: lisa não aderente; Dimensões: mínimo 300 x 220 x 75 mm (C x L x A); Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	SAO JOSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	PLASMONT	NÃO HÁ	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	7	00020356 - Caixa - Tipo: organizadora; Material: plástico; Dimensão: mínimo 410 x 290 x 170 mm (C x L x A); Requisito: com tampa e travas; Capacidade: 20 litros; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência	SAO JOSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	PLASMONT / 20 litros	NÃO HÁ	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	8	00020345 - Caixa - Tipo: organizadora; Material: plástico; Dimensão: mínimo 425 x 305 x 307 mm (C x L x A); Requisito: tampa removível com trava; Capacidade: 30 litros; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	SAO JOSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	PLASMONT / 34 litros	NÃO HÁ	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	9	00020350 - Cesto - Tipo: balde; Material: plástico resistente; Capacidade: 10 litros; Acompanha: tampa.	SSG SOLUÇÕES LTDA	CVL / CESTO COM TAMPA 10L TIPO BALDE	NÃO HÁ	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	10	00140532 - Lixeira - Material: polipropileno; Capacidade: 5 litros; Formato: redonda e telada.	CGA NEGOCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	MOR	NÃO HÁ	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO

TIPO	SEQ.	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	INFORMAÇÕES DO PRODUTO OFERTADO NA PROPOSTA			RESULTADO
				MARCA/MODELO	REGISTRO VÁLIDO	CATÁLOGO	
ITEM	11	00013477 - Galão - Formato: retangular; Capacidade: 05 litros; Material: polietileno; Requisito: alça inerente ao corpo e tampa plástica com autolacre; Cor: branco; Dados complementares: produto novo, de primeiro uso.	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	FLIXCO / EFGC	NÃO HÁ	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	12	00020114 - Luva - Tipo: cano longo; Material: borracha nitrílica; Tamanho: P; Requisito: alta resistência a agentes químicos; Comprimento mínimo: 45 cm; certificado de aprovação: (CA)	SAO JOSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	VOLK do Brasil	CA nº 48.171 - vigente	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	13	00020113 - Luva - Tipo: cano longo; Material: borracha nitrílica; Tamanho: M; Requisito: alta resistência a agentes químicos; Comprimento mínimo: 45 cm; certificado de aprovação: (CA).	SAO JOSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	VOLK do Brasil	CA nº 48.171 - vigente	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	14	00020112 - Luva - Tipo: cano longo; Material: borracha nitrílica; Tamanho: G; Requisito: alta resistência a agentes químicos; Comprimento mínimo: 45 cm; certificado de aprovação: (CA).	SAO JOSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	VOLK do Brasil	CA nº 48.171 - vigente	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	15	00020398 - Organizador - Tipo: gaveteiro; Material: plástico; Estrutura: vertical para suporte das gavetas; Requisito: sem rodízios com puxadores embutidos; Medida: 420 x 260 x 180 mm (A x P x L); Contém: 6 gavetas.	SAO JOSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	GV 39 / 6 GAVETAS	NÃO HÁ	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	16	00020349 - Pote - Material: acrílico; Requisito: com tampa; Dimensão: mínima 105 x 155 mm (L x A).	CGA NEGOCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	CASTELMAQ	NÃO HÁ	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	17	00019915 - Protetor Auricular - Tipo: Plug; Material: silicone; Requisito: reutilizável; certificado de aprovação: (CA); Tamanho: único; Atenuação: entre 15 db a 20 db; Possui: cordão.	SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SECOS E MOLHADOS LTDA	VILMAR	CA nº 17.664 - vigente	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO
ITEM	18	00143475 - Integrador químico - Tipo: classe 5; Dados complementares: projetado para uma resposta integrada a todos os parâmetros críticos de esterilização por vapor (tempo, temperatura e vapor); Parâmetro de temperatura: de 121º C a 134º C; Requisito: : mudança de cor, livre de chumbo e outros materiais pesados..	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	ULTRATEST / CLASSE V	ISENTO DE ANVISA, CONFORME RDC 185/2001	PRESENTE	Documento analisado: ITEM APROVADO

Documento assinado digitalmente
 **KAYSA DE SOUZA BRANDAO**
 Data: 09/12/2025 11:58:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KAYSA DE SOUZA BRANDÃO
 Enfermeira RT daGSA/SUPEL/SESAU

Documento assinado digitalmente
 **NAJLA MOREIRA AMARAL BORGES**
 Data: 09/12/2025 12:01:34-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NÁJLA MOREIRA AMARAL BORGES
 Enfermeira Téc. DCMC/GPC/SESAU

Campo Grande-MS, 08 de Dezembro de 2025