



ANEXO – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM 001 – Kit cadeira odontológica completa – conjunto contendo cadeira, equipo, refletor, unidade de água e mochos:

✓ 01 (uma) Cadeira odontológica – características: caixa de comando integrada, sem necessidade de fixar ao solo; articulação central única. Encosto da cabeça anatômico, removível, biarticulado, com regulagem de altura, movimentos anterior, posterior e longitudinal; com sistema de travamento por meio de alavanca. Construída em aço maciço com tratamento anticorrosivo. Pintura lisa, braço direito escamoteável sem haste de fixação, sem botão ou alavanca para movimentação. Estofamento fabricado em espuma de PVC, expandido, lavável, com revestimento sem costura e com apoio lombar, na cor azul claro ou sua variante conforme produção. A capacidade de carga máxima recomendável sobre a cadeira deverá ser de ao menos 200 Kg, ou seja, deverá ser capaz de elevar pacientes e/ou demais acessórios e equipamentos agregáveis com até esse peso. Pedal – com comando elétrico dos movimentos da cadeira: subida e descida do assento e encosto; ergonômico; resistente e acoplado à base; com botões rentes ao chão ou acionados com comando tipo joystick; com proteção contra a água mínima IPX1. Deve possuir botões de volta zero, 3 posições de trabalho programáveis, acendimento do refletor e regulagem de intensidades de potência de luz. Voltagem de 127 volts;

✓ 01 (um) Equipo tipo cart ambidestro – características: montado sobre quatro rodízios, com base/ pés conformados em “U”; com puxadores bilaterais e/ou central; bandeja em aço inox e ao menos 3(três) terminais de acionamento pneumático das pontas: 1(uma) seringa triplice, com bico giratório, removível e autoclavável; 1 (um) terminal borden (universal) com spray para alta rotação; e, 1(um) terminal borden para baixa rotação. Pedal progressivo individual para o acionamento pneumático das pontas; mangueiras lisas, arredondadas, leves, flexíveis, sem ranhuras ou estrias; suporte de pontas removível, e reservatório para água das pontas incolor e transparente;

✓ 01 (um) Refletor – características: acoplado à cadeira odontológica, com fonte de luz fria e foco de luz retangular, com sistema óptico com no máximo 3 LEDs (Light Emitting Diode), e



durabilidade de até 50.000 horas ; com ao menos 3 intensidades diversas (10.000, 20.000 e 30.000 LUX, com variação de +-10%), com regulagem, acionamento e desligamento de 4 intensidades de luz por meio de sensor de aproximação de acesso fácil e direto – localizado na parte inferior do cabeçote, e também por meio do pedal de comando da cadeira; cabeçote produzido em material resistente com giro de 620 graus.

✓ 01 (uma) Unidade de água – características: com cuspideira acoplada à cadeira; cuba em cerâmica, cor branca, esmaltada, removível e com ralo para retenção de sólidos; mangueiras com engate rápido, e ralo separador de detritos. Contendo 1 (um) sugador preparado para bomba a vácuo e 1(um) sugador com deslocamento volumétrico máximo de no mínimo 30l/min. Reservatório de água pressurizado e transparente. Vazão da água para a bacia com sistema de regulagem.

✓ 02 (dois) Mochos – características: tipo profissional; com assento retangular e encosto anatômico de espaldar médio; estofamento do assento e do encosto fabricado em espuma de PVC injetada de densidade adequada, anti-deformante, com rebaixamento das bordas anteriores do assento para favorecer a circulação. Revestimento laminado PVC “courvin” liso na cor azul claro ou sua variante conforme produção, de acordo com a cor das demais partes que comporão o conjunto da cadeira, sem costura e resistente a propagação do rasgo. Sistema de elevação do assento a gás e ajuste de aproximação do encosto por meio de respectivas alavancas laterais. Base metálica tubular com acabamento plástico resistente; 5 (cinco) rodízios duplos; sem aro de apoio para os pés; resistente e de fácil mobilidade. Estrutura em cor cinza claro e/ou base cromada. Acabamento liso com cantos arredondados. Dimensões mínimas de assento (CxLxA): 38 cm x 40 cm x 5cm. Capacidade de carga de ao menos 110 Kg.



007867-2024-71 - ANEXO II - D - Informações complementares

Código do documento: CTVW-K7TE-WX8B-EDZ5



Autenticação Eletrônica

Valide em <https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CTVW-K7TE-WX8B-EDZ5>

Ou digite o código: CTVW-K7TE-WX8B-EDZ5

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.