



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
Parecer Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais
Processo Administrativo 007867/2024-71
Pregão Eletrônico n.018/2025



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	EMPRESA	RESULTADO
001	00018463 - Consultório odontológico - Composição: cadeira, equipo, refletor, unidade de água e 2 mochos; Cadeira: caixa de comando integrada, estrutura em aço com pintura eletrostática, articulação central única, encosto de cabeça biarticulado, braço direito escamoteável, acionamento elétrico por pedal tipo joystick, base sem necessidade de fixação e capacidade de carga de no mínimo 200 kg; Equipo: tipo cart, ambidestro, 4 rodízios, pedal individual progressivo, bandeja de inox e 3 terminais de acionamento pneumático das pontas (seringa triplice, borden com spray para alta rotação e borden para baixa rotação); Refletor: tipo LED, intensidade luminosa programável e progressiva, puxadores bilaterais e protetor frontal removível; Unidade de água: cuspedeira acoplada à cadeira, 2 pontas - 1 de sugador para bomba a vácuo, cuba cerâmica removível com ralo para retenção de sólidos, mangueira com engate rápido e ralo para retenção de detritos; Mochô: 5 rodízios duplos, sistema de elevação do assento a gás, sem apoio para pés, regulagem de inclinação e altura; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	DABI ATLANTE/ CROMA CART	DENTAL ALTA MOGIANA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ:05.375.249/0001-03	Aprovado. Atende as especificações técnicas.
001.1	00018463 - Consultório odontológico - Composição: cadeira, equipo, refletor, unidade de água e 2 mochos; Cadeira: caixa de comando integrada, estrutura em aço com pintura eletrostática, articulação central única, encosto de cabeça biarticulado, braço direito escamoteável, acionamento elétrico por pedal tipo joystick, base sem necessidade de fixação e capacidade de carga de no mínimo 200 kg; Equipo: tipo cart, ambidestro, 4 rodízios, pedal individual progressivo, bandeja de inox e 3 terminais de acionamento pneumático das pontas (seringa triplice, borden com spray para alta rotação e borden para baixa rotação); Refletor: tipo LED, intensidade luminosa programável e progressiva, puxadores bilaterais e protetor frontal removível; Unidade de água: cuspedeira acoplada à cadeira, 2 pontas - 1 de sugador para bomba a vácuo, cuba cerâmica removível com ralo para retenção de sólidos, mangueira com engate rápido e ralo para retenção de detritos; Mochô: 5 rodízios duplos, sistema de elevação do assento a gás, sem apoio para pés, regulagem de inclinação e altura; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	DABI ATLANTE/ CROMA CART	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP CNPJ:00.730.538/0001-51	Aprovado. Atende as especificações técnicas.

Documento assinado digitalmente
gouv
ANA BEATRIZ DOS SANTOS DA MATA TORRES
Data: 08/08/2025 16:51:06 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

ANA BEATRIZ DO SANTOS DA MATA TORRES
ODONTÓLOGA - CRO/ MS 6087
MATRÍCULA 410834
ASSESSORA TÉCNICA CRAO/SESAU

Documento assinado digitalmente
gouv
DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA MEDEIROS
Data: 08/08/2025 16:44:01 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA MEDEIROS
ODONTÓLOGO - CRO/ MS 4600
MATRÍCULA 417795
ASSESSOR TÉCNICO CRAO/SESAU

Documento assinado digitalmente
gouv
CHRISTIANE LIMA DA SILVA SALIBA
Data: 08/08/2025 16:46:53 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Christiane Lima da Silva Saliba
ODONTÓLOGA - CRO/ MS 4051
MATRÍCULA 396448
COORDENADORA DA REDE DE ATENÇÃO ODONTOLÓGICA (CRAO)/ SESAU

Documento assinado digitalmente
gouv
CAROLINE DA CRUZ GONÇALVES
Data: 08/08/2025 15:23:19 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

CAROLINE DA CRUZ GONÇALVES
ODONTÓLOGA - CRO/ MS 4654
MATRÍCULA 389029
ASSESSORA TÉCNICA CCL/SESAU

Campo Grande - MS, 08 de agosto de 2025.