
Análise Técnica - PE 018/2025 - Item 001.1

De : Pregao7 Suplic Secomp
<pregao7.supelpe@selc.campogrande.ms.gov.br>

qua., 13 de ago. de 2025 10:49

 9 anexos

Assunto : Análise Técnica - PE 018/2025 - Item 001.1

Para : SESAU ODONTO
<divisaoodontologica.ggcl@gmail.com>

Bom dia,

Segue em anexo os documentos para análise técnica referente ao item 001.1 do PE 018/2025.

--

Atenciosamente.

Kassiany Feliccita de Souza Medeiros - Pregoeira
Gerência de Processamento das Licitações e Contratações Diretas - GEPRO
Secretaria Especial de Licitações e Contratos - SELC
Contato: (67) 3314-3267 Ramal: 2506



SELC - LOGOMARCA 2025.png
33 KB

-  **1 - ITEM 001.1 - SOUZA MED.pdf**
11 KB
-  **2 - ITEM 001.1 - CATÁLOGO.pdf**
10 MB
-  **3 - ITEM 001.1 - MANUAL.pdf**
4 MB
-  **4 - ANVISAUNIDADEAGUAG1SF.pdf**
15 KB
-  **5 - ANVISAREFLETORLED.pdf**
34 KB
-  **6 - ANVISA EQUIPOG1SF.pdf**
22 KB



7 - ANVISACADEIRAGNATUSG1FITSFUNIFICADO.pdf

81 KB



8 - ANVISACADEIRAG1SF.pdf

16 KB

Re: Análise Técnica - PE 018/2025 - Item 001.1

De : Divisão Odontológica
<divisaoodontologica.ggcl@gmail.com>

sex., 15 de ago. de 2025 10:42

 1 anexo

Assunto : Re: Análise Técnica - PE 018/2025 - Item 001.1

Para : Pregao7 Suplic Secomp
<pregao7.supelpe@selc.campogrande.ms.gov.br>

Assunto: Diligência - Pregão Eletrônico nº 018/2025 - Item 001.1 - SOUZA MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI - ME.

Prezados,

Com referência ao Pregão Eletrônico nº 018/2025, solicitamos esclarecimentos sobre o item 001.1 - Kit cadeira odontológica completa – conjunto contendo cadeira, equipo, refletor, unidade de água e mochos, ofertado pela empresa Souza Med Comércio de Materiais Médico-hospitalar Eireli ME.

Especificamente, questionamos o tipo de cadeira/ unidade de água: air, cart ou hasteflex; e, qual é o modelo do mocho e do refletor ofertado na proposta. Considera-se as informações contidas no referido Edital e demais anexos, além dos descritivos constantes nos documentos "ANEXO II - A – Quadro de materiais" e "ANEXO II - D - Informações complementares" na avaliação.

Solicitamos que a empresa apresente, em resposta a esta diligência, o nome correto do tipo de equipamento e os modelos dos itens que compõem a proposta apresentada.

Agradecemos pela atenção e aguardamos o retorno.

Em qua., 13 de ago. de 2025 às 10:52, Pregao7 Suplic Secomp
<pregao7.supelpe@selc.campogrande.ms.gov.br> escreveu:

Bom dia,

Segue em anexo os documentos para análise técnica referente ao item 001.1 do PE 018/2025.

--

Atenciosamente.

Kassiany Feliccita de Souza Medeiros - Pregoeira
Gerência de Processamento das Licitações e Contratações Diretas - GEPRO
Secretaria Especial de Licitações e Contratos - SELC
Contato: (67) 3314-3267 Ramal: 2506



--

Atenciosamente,

Caroline da Cruz Gonçalves - CRO/MS 4654
Divisão odontológica - Gerência de Gestão de Compras e Licitação

Rua Bahia, 280-Jardim dos Estados-Campo Grande/MS
CEP:79002-530
(67) 3314-3000/ ramal: 1618

Diligência - PE 018/2025

De : Pregao7 Suplic Secomp
<pregao7.supelpe@selc.campogrande.ms.gov.br>

sex., 15 de ago. de 2025 13:13

 1 anexo

Assunto : Diligência - PE 018/2025

Para : souzamed vendas
<souzamed.vendas@gmail.com>

Boa tarde

O setor técnico solicita em caráter de diligência a complementação das informações em relação ao catálogo apresentado para o item 001.1 do PE 018/2025:

"Especificamente, questionamos o tipo de cadeira/ unidade de água: air, cart ou hasteflex; e, qual é o modelo do mocho e do refletor ofertado na proposta. Considera-se as informações contidas no referido Edital e demais anexos, além dos descritivos constantes nos documentos "ANEXO II - A – Quadro de materiais" e "ANEXO II - D - Informações complementares" na avaliação.

Solicitamos que a empresa apresente, em resposta a esta diligência, o nome correto do tipo de equipamento e os modelos dos itens que compõem a proposta apresentada."

--

Atenciosamente.

Kassiany Feliccita de Souza Medeiros - Pregoeira
Gerência de Processamento das Licitações e Contratações Diretas - GEPRO
Secretaria Especial de Licitações e Contratos - SELC
Contato: (67) 3314-3267 Ramal: 2506



SELC - LOGOMARCA 2025.png
33 KB

Re: Diligência - PE 018/2025

De : SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO
HOSP. <souzamed.vendas@gmail.com>

sex., 15 de ago. de 2025 13:50

 2 anexos

Assunto : Re: Diligência - PE 018/2025

Para : Pregao7 Suplic Secomp
<pregao7.supelpe@selc.campogrande.ms.gov.br>

Boa tarde!
Segue abaixo :

- Consultório G1 Fit C (com cart);
- Mocho modelo Standard;
- Refletor Sirius 3 LEDs

Atenciosamente.

 SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Economia e saúde no mesmo lugar
	MARCELO BERNADO
	Setor: Vendas
	 Fone: (67) 3253-8996
	 E-mail: souzamed.vendas@gmail.com
	 Cel.: (67) 99127-1863
	Av: Gabriel del Pino Nº 526 - Vilas Boas - CEP: 79051-355 - Campo Grande, MS



Não contém vírus. www.avast.com

Em sex., 15 de ago. de 2025 às 13:14, Pregao7 Suplic Secomp
<pregao7.supelpe@selc.campogrande.ms.gov.br> escreveu:
Boa tarde

O setor técnico solicita em caráter de diligência a complementação das informações em relação ao catálogo apresentado para o item 001.1 do PE 018/2025:

"Especificamente, questionamos o tipo de cadeira/ unidade de água: air, cart ou hasteflex; e, qual é o modelo do mocho e do refletor ofertado na proposta. Considera-se as informações contidas no referido Edital e demais anexos, além dos descritivos constantes nos documentos "ANEXO II - A – Quadro de materiais" e "ANEXO II - D - Informações complementares" na avaliação.

Solicitamos que a empresa apresente, em resposta a esta diligência, o nome correto do tipo de equipamento e os modelos dos itens que compõem a proposta apresentada."

--

Atenciosamente.

Kassiany Felicita de Souza Medeiros - Pregoeira
Gerência de Processamento das Licitações e Contratações Diretas - GEPRO
Secretaria Especial de Licitações e Contratos - SELC
Contato: (67) 3314-3267 Ramal: 2506



Re: Análise Técnica - PE 018/2025 - Item 001.1

De : Pregao7 Suplic Secomp
<pregao7.supelpe@selc.campogrande.ms.gov.br>

sex., 15 de ago. de 2025 14:16

 3 anexos

Assunto : Re: Análise Técnica - PE 018/2025 - Item 001.1

Para : SESAU ODONTO
<divisaoodontologica.ggcl@gmail.com>

Boa tarde,

Segue em anexo a resposta da empresa referente a solicitação de diligência.

--

Atenciosamente.

Kassiany Felicita de Souza Medeiros - Pregoeira
Gerência de Processamento das Licitações e Contratações Diretas - GEPRO
Secretaria Especial de Licitações e Contratos - SELC
Contato: (67) 3314-3267 Ramal: 2506



De: "SESAU ODONTO" <divisaoodontologica.ggcl@gmail.com>

Para: "Pregao7 Suplic Secomp" <pregao7.supelpe@selc.campogrande.ms.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 15 de agosto de 2025 10:42:10

Assunto: Re: Análise Técnica - PE 018/2025 - Item 001.1

Assunto: Diligência - Pregão Eletrônico nº 018/2025 - Item 001.1 - SOUZA MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI - ME.

Prezados,

Com referência ao Pregão Eletrônico nº 018/2025, solicitamos esclarecimentos sobre o item 001.1 - Kit cadeira odontológica completa – conjunto contendo cadeira, equipo, refletor, unidade de água e mochos, ofertado pela empresa Souza Med Comércio de Materiais Médico-hospitalar Eireli ME.

Especificamente, questionamos o tipo de cadeira/ unidade de água: air, cart ou hasteflex; e, qual é o modelo do mocho e do refletor ofertado na proposta. Considera-se as informações contidas no referido Edital e demais anexos, além dos descritivos constantes nos documentos "ANEXO II - A – Quadro de materiais" e "ANEXO II - D - Informações complementares" na avaliação.

Solicitamos que a empresa apresente, em resposta a esta diligência, o nome correto do tipo de equipamento e os modelos dos itens que compõem a proposta apresentada.

Agradecemos pela atenção e aguardamos o retorno.

Em qua., 13 de ago. de 2025 às 10:52, Pregao7 Suplic Secomp
<pregao7.supelpe@selc.campogrande.ms.gov.br> escreveu:

Bom dia,

Re: Análise Técnica - PE 018/2025 - Item 001.1

De : Divisão Odontológica
<divisaoodontologica.ggcl@gmail.com>

ter., 19 de ago. de 2025 08:07

 3 anexos

Assunto : Re: Análise Técnica - PE 018/2025 - Item 001.1

Para : Pregao7 Suplic Secomp
<pregao7.supelpe@selc.campogrande.ms.gov.br>

Bom dia!

Segue o Parecer Técnico da Equipe.

Estaremos à disposição caso seja necessário qualquer esclarecimento.

Em sex., 15 de ago. de 2025 às 14:18, Pregao7 Suplic Secomp
<pregao7.supelpe@selc.campogrande.ms.gov.br> escreveu:

Boa tarde,

Segue em anexo a resposta da empresa referente a solicitação de diligência.

--

Atenciosamente.

Kassiany Feliccita de Souza Medeiros - Pregoeira
Gerência de Processamento das Licitações e Contratações Diretas - GEPRO
Secretaria Especial de Licitações e Contratos - SELC
Contato: (67) 3314-3267 Ramal: 2506



De: "SESAU ODONTO" <divisaoodontologica.ggcl@gmail.com>

Para: "Pregao7 Suplic Secomp" <pregao7.supelpe@selc.campogrande.ms.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 15 de agosto de 2025 10:42:10

Assunto: Re: Análise Técnica - PE 018/2025 - Item 001.1

Assunto: Diligência - Pregão Eletrônico nº 018/2025 - Item 001.1 - SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI - ME.

Prezados,

Com referência ao Pregão Eletrônico nº 018/2025, solicitamos esclarecimentos sobre o item 001.1 - Kit cadeira odontológica completa – conjunto contendo cadeira, equipo, refletor, unidade de água e mochos, ofertado pela empresa Souza Med Comércio de Materiais Médico-hospitalar Eireli ME.

Especificamente, questionamos o tipo de cadeira/ unidade de água: air, cart ou hasteflex; e, qual é o modelo do mocho e do refletor ofertado na proposta. Considera-se as informações contidas no referido Edital e demais anexos, além dos descritivos constantes nos documentos "ANEXO II - A – Quadro de materiais" e "ANEXO II - D - Informações complementares" na avaliação.

Solicitamos que a empresa apresente, em resposta a esta diligência, o nome correto do tipo de equipamento e os modelos dos itens que compõem a proposta apresentada.

Agradecemos pela atenção e aguardamos o retorno.

Em qua., 13 de ago. de 2025 às 10:52, Pregao7 Suplic Secomp
<pregao7.supelpe@selc.campogrande.ms.gov.br> escreveu:

Bom dia,

Segue em anexo os documentos para análise técnica referente ao item 001.1 do PE 018/2025.

--

Atenciosamente.

Kassiany Feliccita de Souza Medeiros - Pregoeira
Gerência de Processamento das Licitações e Contratações Diretas - GEPRO
Secretaria Especial de Licitações e Contratos - SELC
Contato: (67) 3314-3267 Ramal: 2506



--

Atenciosamente,

Caroline da Cruz Gonçalves - CRO/MS 4654
Divisão odontológica - Gerência de Gestão de Compras e Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Bahia, 280-Jardim dos Estados-Campo Grande/MS
CEP:79002-530
(67) 3314-3000/ ramal: 1618

--

Atenciosamente,

Caroline da Cruz Gonçalves - CRO/MS 4654
Divisão odontológica - Gerência de Gestão de Compras e Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Bahia, 280-Jardim dos Estados-Campo Grande/MS
CEP:79002-530
(67) 3314-3000/ ramal: 1618



Parecer_Tecnico_lote_001.1_Souza_Med. assinado.pdf
566 KB



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
Parecer Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais
Processo Administrativo 007867/2024-71
Pregão Eletrônico n.018/2025



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	EMPRESA	RESULTADO
001.1	00018463 - Consultório odontológico - Composição: cadeira, equipo, refletor, unidade de água e 2 mochos; Cadeira: caixa de comando integrada, estrutura em aço com pintura eletrostática, articulação central única, encosto de cabeça biarticulado, braço direito escamoteável, acionamento elétrico por pedal tipo joystick, base sem necessidade de fixação e capacidade de carga de no mínimo 200 kg; Equipo: tipo cart, ambidestro, 4 rodízios, pedal individual progressivo, bandeja de inox e 3 terminais de acionamento pneumático das pontas (seringa triplice, borden com spray para alta rotação e borden para baixa rotação); Refletor: tipo LED, intensidade luminosa programável e progressiva, puxadores bilaterais e protetor frontal removível; Unidade de água: cuspeira acoplada à cadeira, 2 pontas - 1 de sugador para bomba a vácuo, cuba cerâmica removível com ralo para retenção de sólidos, mangueira com engate rápido e ralo para retenção de detritos; Mocho: 5 rodízios duplos, sistema de elevação do assento a gás, sem apoio para pés, regulagem de inclinação e altura; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	GNATUS/ G1 FIT C	SOUZA MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI - ME CNPJ:28.546.470/0001-74	Aprovado. Atende as especificações técnicas.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA BEATRIZ DOS SANTOS DA MATA TORRES
Data: 19/08/2025 08:41:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA BEATRIZ DO SANTOS DA MATA TORRES
ODONTÓLOGA - CRO/ MS 6087
MATRÍCULA 410834
ASSESSORA TÉCNICA CRAO/SESAU

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA MEDEIROS
Data: 19/08/2025 08:56:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA MEDEIROS
ODONTÓLOGO - CRO/ MS 4600
MATRÍCULA 417795
ASSESSOR TÉCNICO CRAO/SESAU

Documento assinado digitalmente
gov.br CHRISTIANE LIMA DA SILVA SALIBA
Data: 19/08/2025 08:31:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CHRISTIANE LIMA DA SILVA SALIBA
ODONTÓLOGA - CRO/ MS 4051
MATRÍCULA 396448
COORDENADORA DA REDE DE ATENÇÃO ODONTOLÓGICA (CRAO)/ SESAU

Documento assinado digitalmente
gov.br CAROLINE DA CRUZ GONCALVES
Data: 19/08/2025 06:53:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAROLINE DA CRUZ GONÇALVES
ODONTÓLOGA - CRO/ MS 4654
MATRÍCULA 389029
ASSESSORA TÉCNICA CCL/SESAU

Campo Grande - MS, 18 de agosto de 2025.