



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Parecer Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais
Processo Administrativo 000713/2025-30
Pregão Eletrônico n.055/2025



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	ANVISA	MARCA/MODELO	EMPRESA	RESULTADO
001	00140761 - Compressor - Tipo: de ar; Uso: odontológico; Volume do reservatório: mínimo 30 litros; Níveis de pressão: 120 libras; Potência do motor: mínimo 1 HP; Deslocamento Teórico: mínimo 170 l/min; Tensão: 220 V; Requisito: isento de óleo e tanque com pintura interna anticorrosiva; Acompanha: válvula de segurança, manômetro e dreno para água; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência	1 Un.	Isento	DENTEMED	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:54.860.907/0001-50	Reprovado. Não atende as especificações técnicas. Desatenção ao subitem 1.1.2 do Anexo I do TR – Quadro de Materiais e Serviços, em que se requer que a vazão de ar seja igual a 6 pés cúbicos por minuto (P.C.M), no entanto, o dispositivo ofertado apresenta 8 P.C.M.
002	00143157 - Compressor - Tipo: de ar; Uso: odontológico; Volume do reservatório: 200 litros; Níveis de pressão: 120 libras; Potência do motor: mínimo 4 HP; Tensão: 220v ou bivolt; Requisito: isento de óleo e tanque com pintura interna anticorrosiva; Acompanha: válvula de segurança, manômetro e dreno para água; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência	1 Un.	Isento	FIAC/ F ZERO XS200	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA CNPJ:36.957.099/0001-61	Aprovado. Atende as especificações técnicas.
002.1	00143157 - Compressor - Tipo: de ar; Uso: odontológico; Volume do reservatório: 200 litros; Níveis de pressão: 120 libras; Potência do motor: mínimo 4 HP; Tensão: 220v ou bivolt; Requisito: isento de óleo e tanque com pintura interna anticorrosiva; Acompanha: válvula de segurança, manômetro e dreno para água; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência	1 Un.	Isento	FIAC/ F ZERO XS200	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA CNPJ:36.957.099/0001-61	Aprovado. Atende as especificações técnicas.
003	00018307 - Compressor - Tipo: de ar; Uso: médicoodontológico; Volume do reservatório: 250 litros; Níveis de pressão: 120 libras; Potência do motor: mínimo 4 HP; Deslocamento Teórico: mínimo 566 l/min; Tensão: 127/220 V ou 220 V; Requisito: isento de óleo e tanque com pintura interna anticorrosiva; Acompanha: válvula de segurança, manômetro e dreno para água; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 Un.	Isento	SCHULZ/ MSV 20/250	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA CNPJ:36.957.099/0001-61	Aprovado. Atende as especificações técnicas.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Parecer Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais
Processo Administrativo 000713/2025-30
Pregão Eletrônico n.055/2025



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	ANVISA	MARCA/MODELO	EMPRESA	RESULTADO
003.1	00018307 - Compressor - Tipo: de ar; Uso: médicoodontológico; Volume do reservatório: 250 litros; Níveis de pressão: 120 libras; Potência do motor: mínimo 4 HP; Deslocamento Teórico: mínimo 566 l/min; Tensão: 127/220 V ou 220 V; Requisito: isento de óleo e tanque com pintura interna anticorrosiva; Acompanha: válvula de segurança, manômetro e dreno para água; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 Un.	Isento	SCHULZ/ MSV 20/250	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA CNPJ:36.957.099/0001-61	Aprovado. Atende as especificações técnicas.
004	00018384 - Fotopolimerizador - Tipo: luz LED; Tecnologia: wireless (sem fio); Uso: odontológico; Material do corpo: plástico ABS; Potência luminosa: pico mínimo 1100 mW/cm²; Tensão: bivolt; Bateria: Li-Ion; Tempo de recarga: máximo 4 h; Requisito: radiômetro integrado, display digital, programação gradual da intensidade de potência, emissão de sinal sonoro, luz indicadora de carga da bateria e desligamento automático; Acompanha: protetor ocular; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 Un.	80349609018	DENTEMED/ PRIME LED	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:54.860.907/0001-50	Reprovado. Não atende as especificações técnicas. Desatenção ao item 2 do Anexo I do TR – Quadro de Materiais e Serviços, em que se requer que o equipamento apresente “programação de tempo na peça de mão com tempo mínimo de 5 e máximo de 60 segundos”, o dispositivo ofertado oferece faixa de ajuste entre 5 e 40 segundos. Estabelece-se ainda, como característica, de acordo com o descritivo complementar, comprimento de onda de 440 a 480nm, enquanto o equipamento ofertado apresenta faixa entre 420 e 480 nm. Embora, no catálogo encaminhado pela empresa, haja menção a existência de LED com indicador de carga da bateria, não há luz verde e vermelha indicadora do status da carga da bateria, conforme descrito nas características requeridas do item.
004.1	00018384 - Fotopolimerizador - Tipo: luz LED; Tecnologia: wireless (sem fio); Uso: odontológico; Material do corpo: plástico ABS; Potência luminosa: pico mínimo 1100 mW/cm²; Tensão: bivolt; Bateria: Li-Ion; Tempo de recarga: máximo 4 h; Requisito: radiômetro integrado, display digital, programação gradual da intensidade de potência, emissão de sinal sonoro, luz indicadora de carga da bateria e desligamento automático; Acompanha: protetor ocular; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 Un.	80349609018	DENTEMED/ PRIME LED	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:54.860.907/0001-50	Reprovado. Não atende as especificações técnicas. Desatenção ao item 2 do Anexo I do TR – Quadro de Materiais e Serviços, em que se requer que o equipamento apresente “programação de tempo na peça de mão com tempo mínimo de 5 e máximo de 60 segundos”, o dispositivo ofertado oferece faixa de ajuste entre 5 e 40 segundos. Estabelece-se ainda, como característica, de acordo com o descritivo complementar, comprimento de onda de 440 a 480nm, enquanto o equipamento ofertado apresenta faixa entre 420 e 480 nm. Embora, no catálogo encaminhado pela empresa, haja menção a existência de LED com indicador de carga da bateria, não há luz verde e vermelha indicadora do status da carga da bateria, conforme descrito nas características requeridas do item.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Parecer Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais
Processo Administrativo 000713/2025-30
Pregão Eletrônico n.055/2025



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	ANVISA	MARCA/MODELO	EMPRESA	RESULTADO
005	00020426 - Ultrassom - Tipo: bancada com jato de bicarbonato integrado; Uso: odontológico; Frequência: igual ou acima de 30.000 Hz; Acionamento: pedal; Tensão: 127 v ou bivolt; Acompanha: no mínimo 03 pontas (tips), 1 chave para aperto e remoção das pontas e 1 capa autoclavável de proteção do transdutor extra; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência; Requisitos: transdutor autoclavável, bomba peristáltica, sistema piezoelétrico com pastilhas cerâmicas, tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador.	1 Un.	80349609017	DENTEMED/ PRIME One	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:54.860.907/0001-50	Reprovado. Não atende as especificações técnicas. Desatenção ao item 3 do Anexo I do TR – Quadro de Materiais e Serviços em que se requer frequência igual ou acima de 30 kHz. Embora no catálogo apresentado do item para a análise conste que o equipamento opera na frequência de 30 kHz ± 5, no Manual do Usuário do Produto registrado e disponibilizado no site da ANVISA, consta frequência de trabalho de 29kHz ± 5KHz. No mesmo manual é possível verificar que o modelo do item ofertado na proposta apresentada pela empresa (Modelo Prime One) não apresenta mecanismo com bomba peristáltica, conforme exige-se no descritivo complementar do item, constando apenas nos modelos Prime One Pump e Prime One Sonic. Embora divergente da proposta, foi encaminhado catálogo do modelo Prime One Pump que teria a bomba peristáltica, e mesmo para essa conformação/ modelo do item, verifica-se no Manual registrado junto à Anvisa, que o reservatório de água apresenta 500 ml, não sendo descrito sequer recipiente com capacidade superior entre os itens opcionais ou acessórios, o que não atende ao requisitado: “reservatório de água e líquidos irrigantes com capacidade para 1000ml incorporado ao console do aparelho; OU, com substituição por meio de sistema de engate rápido, com dois recipientes distintos cuja capacidade total somada seja igual ou superior a 850ml, um para água e outro para utilização em demais líquidos irrigantes”. Acrésceta-se que o reservatório de 1.000ml, que foi apresentado no catálogo encaminhado pela empresa entre os itens opcionais, é de aspecto leitoso e o modelo não se encaixa no suporte acostado ao console do aparelho. Primeiro, verifica-se à página 2, que ainda que constem dois recipientes na imagem ilustrada, um é reservatório de água e outro é de bicarbonato (utilizado na função de jato de bicarbonato integrado), e não para utilização com demais líquidos irrigantes, não cabendo a premissa de que a capacidade dos recipientes pode ser somada para atender as características requisitadas. Depois, à página cinco, ilustra-se claramente que o encaixe do reservatório maior, destinado à utilização com água e outros líquidos, não suporta o item opcional reservatório de água 1.000 ml (à página 6), com formato referente a item opcional de cadeiras odontológicas, pois o suporte do console foi conformado para acomodar o reservatório de 500ml, que normalmente acompanha o item, e que corresponde, novamente, ao registrado no manual disponibilizado no site do órgão regulador, conforme foi mencionado anteriormente. O equipamento deveria ser capaz de realizar “procedimentos sem uso de refrigeração como condensação de amálgama e cimentações”, no entanto, conforme catálogo encaminhado, o item realiza apenas profilaxia, raspagem, periodontia, endodontia e remoção de biofilme, procedimentos distribuídos entre os três modos de operação que admite possuir (geral, endodontia e periodontia). A informação pode ser confirmada no Manual de Instruções, de acordo com as Tips disponibilizadas como itens acessórios, além das informações trazidas nas indicações e demais orientações realizadas. Assim, o equipamento não atende ao requisito de ser capaz de realizar procedimentos sem a utilização de refrigeração.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Parecer Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais
Processo Administrativo 000713/2025-30
Pregão Eletrônico n.055/2025



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	ANVISA	MARCA/MODELO	EMPRESA	RESULTADO
005.1	00020426 - Ultrassom - Tipo: bancada com jato de bicarbonato integrado; Uso: odontológico; Frequência: igual ou acima de 30.000 Hz; Acionamento: pedal; Tensão: 127 v ou bivolt; Acompanha: no mínimo 03 pontas (tips), 1 chave para aperto e remoção das pontas e 1 capa autoclavável de proteção do transdutor extra; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência; Requisitos: transdutor autoclavável, bomba peristáltica, sistema piezoelétrico com pastilhas cerâmicas, tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador.	1 Un.	80349609017	DENTEMED/ PRIME One	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:54.860.907/0001-50	Reprovado. Não atende as especificações técnicas. Desatenção ao item 3 do Anexo I do TR – Quadro de Materiais e Serviços em que se requer frequência igual ou acima de 30 kHz. Embora no catálogo apresentado do item para a análise conste que o equipamento opera na frequência de 30 kHz ± 5, no Manual do Usuário do Produto registrado e disponibilizado no site da ANVISA, consta frequência de trabalho de 29kHz ± 5KHz. No mesmo manual é possível verificar que o modelo do item ofertado na proposta apresentada pela empresa (Modelo Prime One) não apresenta mecanismo com bomba peristáltica, conforme exige-se no descritivo complementar do item, constando apenas nos modelos Prime One Pump e Prime One Sonic. Embora divergente da proposta, foi encaminhado catálogo do modelo Prime One Pump que teria a bomba peristáltica, e mesmo para essa conformação/ modelo do item, verifica-se no Manual registrado junto à Anvisa, que o reservatório de água apresenta 500 ml, não sendo descrito sequer recipiente com capacidade superior entre os itens opcionais ou acessórios, o que não atende ao requisitado: “reservatório de água e líquidos irrigantes com capacidade para 1000ml incorporado ao console do aparelho; OU, com substituição por meio de sistema de engate rápido, com dois recipientes distintos cuja capacidade total somada seja igual ou superior a 850ml, um para água e outro para utilização em demais líquidos irrigantes”. Acrescenta-se que o reservatório de 1.000ml, que foi apresentado no catálogo encaminhado pela empresa entre os itens opcionais, é de aspecto leitoso e o modelo não se encaixa no suporte acostado ao console do aparelho. Primeiro, verifica-se à página 2, que ainda que constem dois recipientes na imagem ilustrada, um é reservatório de água e outro é de bicarbonato (utilizado na função de jato de bicarbonato integrado), e não para utilização com demais líquidos irrigantes, não cabendo a premissa de que a capacidade dos recipientes pode ser somada para atender as características requisitadas. Depois, à página cinco, ilustra-se claramente que o encaixe do reservatório maior, destinado à utilização com água e outros líquidos, não suporta o item opcional reservatório de água 1.000 ml (à página 6), com formato referente a item opcional de cadeiras odontológicas, pois o suporte do console foi conformado para acomodar o reservatório de 500ml, que normalmente acompanha o item, e que corresponde, novamente, ao registrado no manual disponibilizado no site do órgão regulador, conforme foi mencionado anteriormente. O equipamento deveria ser capaz de realizar “procedimentos sem uso de refrigeração como condensação de amálgama e cimentações”, no entanto, conforme catálogo encaminhado, o item realiza apenas profilaxia, raspagem, periodontia, endodontia e remoção de biofilme, procedimentos distribuídos entre os três modos de operação que admite possuir (geral, endodontia e periodontia). A informação pode ser confirmada no Manual de Instruções, de acordo com as Tips disponibilizadas como itens acessórios, além das informações trazidas nas indicações e demais orientações realizadas. Assim, o equipamento não atende ao requisito de ser capaz de realizar procedimentos sem a utilização de refrigeração.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Parecer Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais
Processo Administrativo 000713/2025-30
Pregão Eletrônico n.055/2025



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	ANVISA	MARCA/MODELO	EMPRESA	RESULTADO
006	00023078 - Aparelho de Raio x Odontológico - Tipo: coluna móvel com braço convencional; Corrente da ampola: 7 mA; Tensão da ampola: 70 kVp; Disparador: manual; Requisitos: controle de tempo centesimal, ponto focal 0,7 x 0,7 mm, cabo disparador espiralado com 5 metros; Tensão: 220 V; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 Un.	82278250001	PRO X/ 70KV MOVEL	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA CNPJ:36.957.099/0001-61	Reprovado. Não atende as especificações técnicas. Requer-se equipamento com ponto focal de 0,7 x 0,7 mm, e com corrente da ampola de 7 mA, conforme consta no descritivo padronizado, no Quadro do Anexo I do TR – Quadro de Materiais e Serviços, enquanto o modelo ofertado apresenta respectivamente 0,8 × 0,8 mm e 8 mA. Ainda, conforme descritivo complementar (item 4 do Anexo I do TR), o dispositivo deveria dispor de faixa selecionável de tempo de irradiação de 0,06 a 3,20 segundos, e o produto oferecido apresenta faixa de 0,07 a 3s. A empresa oferece o modelo Íon Pro-X Standard, conforme indicação do endereço eletrônico “https://raioxprox.com.br/site/produtos/ion-pro-x-standard/”, que apresenta base móvel em formato de “X” e não em formato de ferradura (tipo U), sendo realizada a afirmação, no Manual de instruções disponibilizado pela empresa e acessível no site da Anvisa, de que o modelo de base em U é designado “para uso em aparelhos de modelos que utilizam o braço pantográfico em substituição ao braço móvel”.
006.1	00023078 - Aparelho de Raio x Odontológico - Tipo: coluna móvel com braço convencional; Corrente da ampola: 7 mA; Tensão da ampola: 70 kVp; Disparador: manual; Requisitos: controle de tempo centesimal, ponto focal 0,7 x 0,7 mm, cabo disparador espiralado com 5 metros; Tensão: 220 V; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 Un.	82278250001	PRO X/ 70KV MOVEL	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA CNPJ:36.957.099/0001-61	Reprovado. Não atende as especificações técnicas. Requer-se equipamento com ponto focal de 0,7 x 0,7 mm, e com corrente da ampola de 7 mA, conforme consta no descritivo padronizado, no Quadro do Anexo I do TR – Quadro de Materiais e Serviços, enquanto o modelo ofertado apresenta respectivamente 0,8 × 0,8 mm e 8 mA. Ainda, conforme descritivo complementar (item 4 do Anexo I do TR), o dispositivo deveria dispor de faixa selecionável de tempo de irradiação de 0,06 a 3,20 segundos, e o produto oferecido apresenta faixa de 0,07 a 3s. A empresa oferece o modelo Íon Pro-X Standard, conforme indicação do endereço eletrônico “https://raioxprox.com.br/site/produtos/ion-pro-x-standard/”, que apresenta base móvel em formato de “X” e não em formato de ferradura (tipo U), sendo realizada a afirmação, no Manual de instruções disponibilizado pela empresa e acessível no site da Anvisa, de que o modelo de base em U é designado “para uso em aparelhos de modelos que utilizam o braço pantográfico em substituição ao braço móvel”.
007	00018317 - Amalgamador - Tipo: capsular automático com tampa; Seletor: digital; Frequência: mínimo 4.500 oscilações por minuto; Escala do microprocessador: no mínimo tempo pré-determinado em 6, 8 e 10 segundos ou divisão de 1 em 1 segundo escala de 0 a 30 segundos; Garfo: metálico com encaixe universal; Tampa protetora: acrílico transparente; Tensão: bivolt; Requisitos: estabilidade, baixo ruído, baixa vibração e interrupção da função na abertura da tampa; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 Un.	Isento	DENTEMED/ DENTMIX -BIVOLT	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:54.860.907/0001-50	Reprovado. Não atende as especificações técnicas. Desatenção ao descritivo complementar (item 5 do Anexo I do TR – Quadro de Materiais e Serviços) e ao descritivo padronizado do item, constante no quadro do mesmo anexo. O equipamento não apresenta, mas requer-se tempo pré-determinado de 6, 8 e 10 segundos ou, no mínimo, escala de 0 a 30 segundos – com intervalos de 1 segundo; a tampa protetora frontal ou superior deveria ser fabricada em acrílico transparente, para permitir a visualização de qualquer contaminação, vazamento ou disseminação do conteúdo da cápsula, que por ventura possa acontecer, no entanto, o acabamento azul dificulta a visualização na ocorrência de incidentes. Embora nos catálogos encaminhados afirme-se que a alimentação é de “127 ou 220 V ou BIVOLT”, há nos mesmos documentos a orientação de que “ao selecionar a opção 127V, o aparelho poderá trabalhar normalmente na faixa de alimentação de 114 a 140 V~”, e que, “ao selecionar a opção 220V, o aparelho poderá trabalhar normalmente na faixa de alimentação de 198 a 242V~”, no entanto consta no descritivo padronizado a solicitação de que a comutação seja automática.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Parecer Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais
Processo Administrativo 000713/2025-30
Pregão Eletrônico n.055/2025



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	ANVISA	MARCA/MODELO	EMPRESA	RESULTADO
008	00140819 - Mesa - Tipo: auxiliar; Uso: odontológico; Material: MDP ou MDF; Dimensões: mínimo 75 x 50 x 44 cm (A x L x P).; Pés: 4 rodízios, mínimo 02 com travas; Gavetas: mínimo 2 gavetas de 6 ou 7 cm de altura e 2 gavetas de 12 cm de altura; Dados complementares: Cor e demais informações técnicas conforme Termo de Referência..	1 Un.	Isento	HTC	SOUZA MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI - ME CNPJ:28.546.470/0001-74	Aprovado. Atende ao descritivo técnico com ressalvas. A cor do item deve ser a branca e deverá haver nicho inferior sob as gavetas, considerando tratar-se de mobiliário fabricado sob demanda, deverá ser verificado o cumprimento das exigências no projeto fabril.
009	00142663 - Martelete - Tipo: pneumático; Requisitos: corpo confeccionado em alumínio, acompanha no mínimo duas pontas (tipos fenda e punção); Dados complementares: informações complementares em anexo ao Termo de Referência; Acompanha: sistema de instalação para rede pneumática; Uso: para remoção e abertura de mufas; Pressão de uso: no mínimo de 80 a 90 lbs.	1 Un.	Isento	CALU	DIRECTA COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ:47.398.392/0001-52	Reprovado. Não atende as especificações do Edital 055/2025. Desatenção ao descritivo complementar (item 7 do Anexo I do TR – Quadro de Materiais e Serviços): o equipamento deveria ter arco para fixação de serra, que, conforme catálogo apresentado, não acompanha o produto.
010	00022959 - Plastificadora - Tipo: à vácuo com motor; Uso: odontológico; Tensão: 127 V; Requisitos: alavanca manual para movimentação do suporte, placas quadradas e redondas, acionamento do vácuo automático, porta-modelos plano e rebaixado, resistência em cerâmica; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência; Resistência: 450 W; Potência: mínimo 800 W.	1 Un.	Isento	ESSENCE DENTAL/ EVOLUTION	DIRECTA COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ:47.398.392/0001-52	Aprovado. Atende as especificações técnicas.
011	00021817 - Autoclave - Tipo: horizontal; Modelo: digital; Uso: para esterilização a vapor sob pressão; Material: câmara em aço inox; Capacidade: mínima de 60 litros; Voltagem: 127/220 V ou bivolt automático; Display: LCD; Requisito: controle de temperatura e pressão; Acompanha: manual de instruções em português; Registro: ANVISA.	1 Un.	80360560002	DIGITALE/ AUTOCLAVE 60L	DIRECTA COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ:47.398.392/0001-52	Aprovado. Atende as especificações técnicas.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Parecer Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais
Processo Administrativo 000713/2025-30
Pregão Eletrônico n.055/2025



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	ANVISA	MARCA/MODELO	EMPRESA	RESULTADO
011.1	00021817 - Autoclave - Tipo: horizontal; Modelo: digital; Uso: para esterilização a vapor sob pressão; Material: câmara em aço inox; Capacidade: mínima de 60 litros; Voltagem: 127/220 V ou bivolt automático; Display: LCD; Requisito: controle de temperatura e pressão; Acompanha: manual de instruções em português; Registro: ANVISA.	1 Un.	80360560002	DIGITALE/ AUTOCLAVE 60L	DIRECTA COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ:47.398.392/0001-52	Aprovado. Atende as especificações técnicas.

DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA MEDEIROS
ODONTÓLOGO - CRO/ MS 4600
MATRÍCULA 417795
ASSESSOR TÉCNICO CRAO/SESAU

CHRISTIANE LIMA DA SILVA SALIBA
ODONTÓLOGA - CRO/ MS 4051
MATRÍCULA 396448
COORDENADORA DA REDE DE ATENÇÃO
ODONTOLÓGICA (CRAO)/ SESAU

CAROLINE DA CRUZ GONÇALVES
ODONTÓLOGA - CRO/ MS 4654
MATRÍCULA 389029
ASSESSORA TÉCNICA CCL/SESAU

Campo Grande - MS, 19 de setembro de 2025.