



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Parecer Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais
Processo Administrativo 000713/2025-30
Pregão Eletrônico n.055/2025



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	ANVISA	MARCA/MODELO	EMPRESA	RESULTADO
001	00140761 - Compressor - Tipo: de ar; Uso: odontológico; Volume do reservatório: mínimo 30 litros; Níveis de pressão: 120 libras; Potência do motor: mínimo 1 HP; Deslocamento Teórico: mínimo 170 l/min; Tensão: 220 V; Requisito: isento de óleo e tanque com pintura interna anticorrosiva; Acompanha: válvula de segurança, manômetro e dreno para água; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência	1 Un.	Isento	TEKNA/ 35L	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA CNPJ:36.957.099/0001- 61	Reprovado. Não atende as especificações técnicas. Desatenção ao subitem 1.1.1 do Anexo I do TR – Quadro de Materiais e Serviços, em que se requer que o reservatório de ar comprimido não seja suportado por rodas. Ainda, de acordo com o subitem 1.1.2 do mesmo anexo, o reservatório deveria ser vertical e a vazão de ar igual a 6 pés cúbicos por minuto (P.C.M). De acordo com o catálogo apresentado, o reservatório do produto ofertado é do tipo horizontal, suportado por rodas, e a vazão de 116 PCM.
004	00018384 - Fotopolimerizador - Tipo: luz LED; Tecnologia: wireless (sem fio); Uso: odontológico; Material do corpo: plástico ABS; Potência luminosa: pico mínimo 1100 mW/cm ² ; Tensão: bivolt; Bateria: Li-Ion; Tempo de recarga: máximo 4 h; Requisito: radiômetro integrado, display digital, programação gradual da intensidade de potência, emissão de sinal sonoro, luz indicadora de carga da bateria e desligamento automático; Acompanha: protetor ocular; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 Un.	80354800012	SCHUSTER/ EMITTER G	ODONTOMED CANAA LTDA CNPJ:07.947.536/0001-68	Reprovado. Não atende as especificações técnicas. Desatenção ao item 2 do Anexo I do TR – Quadro de Materiais e Serviços, em que se requer que o equipamento apresente “programação de tempo na peça de mão com tempo mínimo de 5 e máximo de 60 segundos”, o dispositivo ofertado oferece faixa de ajuste entre 5 e 40 segundos. Estabelece-se ainda, como característica, de acordo com o descritivo complementar, comprimento de onda de 440 a 480nm, enquanto o equipamento ofertado apresenta faixa entre 420 e 480 nm. Embora no catálogo do item registrado junto a ANVISA haja menção da presença de luzes, que ao piscar indicam a necessidade de recarregar a bateria, não há luz verde e vermelha indicadora do status da carga da bateria, conforme descrito nas características requeridas do item.
004.1	00018384 - Fotopolimerizador - Tipo: luz LED; Tecnologia: wireless (sem fio); Uso: odontológico; Material do corpo: plástico ABS; Potência luminosa: pico mínimo 1100 mW/cm ² ; Tensão: bivolt; Bateria: Li-Ion; Tempo de recarga: máximo 4 h; Requisito: radiômetro integrado, display digital, programação gradual da intensidade de potência, emissão de sinal sonoro, luz indicadora de carga da bateria e desligamento automático; Acompanha: protetor ocular; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 Un.	80354800012	SCHUSTER/ EMITTER G	ODONTOMED CANAA LTDA CNPJ:07.947.536/0001-68	Reprovado. Não atende as especificações técnicas. Desatenção ao item 2 do Anexo I do TR – Quadro de Materiais e Serviços, em que se requer que o equipamento apresente “programação de tempo na peça de mão com tempo mínimo de 5 e máximo de 60 segundos”, o dispositivo ofertado oferece faixa de ajuste entre 5 e 40 segundos. Estabelece-se ainda, como característica, de acordo com o descritivo complementar, comprimento de onda de 440 a 480nm, enquanto o equipamento ofertado apresenta faixa entre 420 e 480 nm. Embora no catálogo do item registrado junto a ANVISA haja menção da presença de luzes, que ao piscar indicam a necessidade de recarregar a bateria, não há luz verde e vermelha indicadora do status da carga da bateria, conforme descrito nas características requeridas do item.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	ANVISA	MARCA/MODELO	EMPRESA	RESULTADO
005	00020426 - Ultrassom - Tipo: bancada com jato de bicarbonato integrado; Uso: odontológico; Frequência: igual ou acima de 30.000 Hz; Acionamento: pedal; Tensão: 127 v ou bivolt; Acompanha: no mínimo 03 pontas (tips), 1 chave para aperto e remoção das pontas e 1 capa autoclavável de proteção do transdutor extra; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência; Requisitos: transdutor autoclavável, bomba peristáltica, sistema piezoelétrico com pastilhas cerâmicas, tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador.	1 Un.	80022400023	KONDENTECH/ SCALER JET PUMP LEDDIGITAL	DIRECTA COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ:47.398.392/0001-52	Reprovado. Não atende as especificações técnicas. Desatenção ao item 3 do Anexo I do TR – Quadro de Materiais e Serviços em que se requer frequência igual ou acima de 30 kHz. No Manual do Usuário do Produto registrado e disponibilizado no site da ANVISA, consta frequência de trabalho de 29 Khz (±10%). O equipamento deveria ser capaz de realizar procedimentos sem uso de refrigeração como a condensação de amálgama e cimentações, no entanto o modelo de produto ofertado é capaz de executar apenas procedimentos distribuídos entre os três modos de operação (geral, endodontia e periodontia), de acordo com a seção 3 do Manual (Instruções para uso do produto), não havendo menção a qualquer outra função. Não foi verificada a disponibilidade ou possibilidade de utilizar insertos que permitam realizar procedimentos sem uso de refrigeração.
005.1	00020426 - Ultrassom - Tipo: bancada com jato de bicarbonato integrado; Uso: odontológico; Frequência: igual ou acima de 30.000 Hz; Acionamento: pedal; Tensão: 127 v ou bivolt; Acompanha: no mínimo 03 pontas (tips), 1 chave para aperto e remoção das pontas e 1 capa autoclavável de proteção do transdutor extra; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência; Requisitos: transdutor autoclavável, bomba peristáltica, sistema piezoelétrico com pastilhas cerâmicas, tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador.	1 Un.	80022400023	KONDENTECH/ SCALER JET PUMP LEDDIGITAL	DIRECTA COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ:47.398.392/0001-52	Reprovado. Não atende as especificações técnicas. Desatenção ao item 3 do Anexo I do TR – Quadro de Materiais e Serviços em que se requer frequência igual ou acima de 30 kHz. No Manual do Usuário do Produto registrado e disponibilizado no site da ANVISA, consta frequência de trabalho de 29 Khz (±10%). O equipamento deveria ser capaz de realizar procedimentos sem uso de refrigeração como a condensação de amálgama e cimentações, no entanto o modelo de produto ofertado é capaz de executar apenas procedimentos distribuídos entre os três modos de operação (geral, endodontia e periodontia), de acordo com a seção 3 do Manual (Instruções para uso do produto), não havendo menção a qualquer outra função. Não foi verificada a disponibilidade ou possibilidade de utilizar insertos que permitam realizar procedimentos sem uso de refrigeração.
006	00023078 - Aparelho de Raio x Odontológico - Tipo: coluna móvel com braço convencional; Corrente da ampola: 7 mA; Tensão da ampola: 70 kVp; Disparador: manual; Requisitos: controle de tempo centesimal, ponto focal 0,7 x 0,7 mm, cabo disparador espiralado com 5 metros; Tensão: 220 V; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 Un.	10069210087	DABI/ SPECTRO 70X COL MOVEL	DENTAL ALTA MOGIANA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ:05.375.249/0001-03	Aprovado. Atende as especificações técnicas.
006.1	00023078 - Aparelho de Raio x Odontológico - Tipo: coluna móvel com braço convencional; Corrente da ampola: 7 mA; Tensão da ampola: 70 kVp; Disparador: manual; Requisitos: controle de tempo centesimal, ponto focal 0,7 x 0,7 mm, cabo disparador espiralado com 5 metros; Tensão: 220 V; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 Un.	82278250001	PRO X/ ION PRO-X COLUNA MÓVEL BÁSICO STANDARD	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:54.860.907/0001-50	Reprovado. Não atende as especificações técnicas. Requer-se equipamento com ponto focal de 0,7 x 0,7 mm, e com corrente da ampola de 7 mA, conforme consta no descritivo padronizado, no Quadro do Anexo I do TR – Quadro de Materiais e Serviços, enquanto o modelo ofertado apresenta respectivamente 0,8 x 0,8 mm e 8 mA. Ainda, conforme descritivo complementar (item 4 do Anexo I do TR), o dispositivo deveria dispor de faixa selecionável de tempo de irradiação de 0,06 a 3,20 segundos, e o produto oferecido apresenta faixa de 0,07 a 3s. A empresa oferece o modelo modelo Ion Pro-X Coluna Móvel Básico Standard, de acordo com o material complementar encaminhado (catálogo), que conforme indicação do endereço eletrônico “https://raioxprox.com.br/site/produtos/ion-pro-x-standard/”, site oficial do fabricante, apresenta base móvel em formato de “X” e não em formato de ferradura (tipo U), sendo realizada a afirmação, no Manual de instruções disponibilizado no referido site e acessível no site da Anvisa, de que o modelo de base em U é designado “para uso em aparelhos de modelos que utilizam o braço pantográfico em substituição ao braço móvel”.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Parecer Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais
Processo Administrativo 000713/2025-30
Pregão Eletrônico n.055/2025



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	ANVISA	MARCA/MODELO	EMPRESA	RESULTADO
007	00018317 - Amalgamador - Tipo: capsular automático com tampa; Seletor: digital; Frequência: mínimo 4.500 oscilações por minuto; Escala do microprocessador: no mínimo tempo pré-determinado em 6, 8 e 10 segundos ou divisão de 1 em 1 segundo escala de 0 a 30 segundos; Garfo: metálico com encaixe universal; Tampa protetora: acrílico transparente; Tensão: bivolt; Requisitos: estabilidade, baixo ruído, baixa vibração e interrupção da função na abertura da tampa; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 Un.	Isento	KONDENTECH/ YG-100	ODONTOMED CANAA LTDA CNPJ:07.947.536/0001-68	Reprovado. Não atende as especificações técnicas. Desatenção ao item 5 do Anexo I do TR – Quadro de Materiais e Serviços. O equipamento ofertado deveria apresentar garfo metálico ajustável para encaixe perfeito e seguro da cápsula, no entanto no modelo oferecido o encaixe é confeccionado em estrutura plástica rígida, fazendo alusão no próprio manual encaminhado de que “depois de um ano de uso o aparelho deve passar por inspeção técnica para garantir o nível adequado da força da garra” (página 04 do Manual do Usuário). Embora inspeções sejam regularmente necessárias a qualquer equipamento ou dispositivo, no meio odontológico é reconhecida a resistência de amalgamadores que utilizam encaixe metálico, sendo considerados com desempenho seguro, conforme se requer no subitem 10.4.1.2.1 do Termo de Referência (Anexo do Edital), pois, naquilo em que couber, componentes que sejam conectáveis devem se manter firmemente fixados, sem risco de desprendimento durante os procedimentos clínicos e a utilização usual. A tampa protetora frontal ou superior deveria ser fabricada em acrílico transparente, para permitir a visualização de qualquer contaminação, vazamento ou disseminação do conteúdo da cápsula, que por ventura possa acontecer, no entanto, o acabamento azul dificulta a visualização na ocorrência de incidentes.
009	00142663 - Marteleto - Tipo: pneumático; Requisitos: corpo confeccionado em alumínio, acompanha no mínimo duas pontas (tipos fenda e punção); Dados complementares: informações complementares em anexo ao Termo de Referência; Acompanha: sistema de instalação para rede pneumática; Uso: para remoção e abertura de mufas; Pressão de uso: no mínimo de 80 a 90 lbs.	1 Un.	Isento	Essense Dental/ VH	ODONTOMED CANAA LTDA CNPJ:07.947.536/0001-68	Aprovado. Atende as especificações técnicas.

CAROLINE DA CRUZ GONÇALVES
ODONTÓLOGA - CRO/ MS 4654
MATRÍCULA 389029
ASSESSORA TÉCNICA /SESAU

ANA BEATRIZ DO SANTOS DA MATA TORRES
ODONTÓLOGA - CRO/ MS 6087
MATRÍCULA 410834
ASSESSORA TÉCNICA GRAO/SESAU

CHRISTIANE LIMA DA SILVA SALIBA
ODONTÓLOGA - CRO/ MS 4051
MATRÍCULA 396448
GERENTE DA REDE DE ATENÇÃO ODONTOLÓGICA (GRAO)/ SESAU