



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Parecer Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais
Processo Administrativo 000713/2025-30
Pregão Eletrônico n.055/2025



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	ANVISA	MARCA/MODELO	EMPRESA	RESULTADO
001	00140761 - Compressor - Tipo: de ar; Uso: odontológico; Volume do reservatório: mínimo 30 litros; Níveis de pressão: 120 libras; Potência do motor: mínimo 1 HP; Deslocamento Teórico: mínimo 170 l/min; Tensão: 220 V; Requisito: isento de óleo e tanque com pintura interna anticorrosiva; Acompanha: válvula de segurança, manômetro e dreno para água; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência	1 Un.	Isento	BIOTRON	RCA SAÚDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ:11.352.270/0001-88	Aprovado. Atende as especificações técnicas.
004	00018384 - Fotopolimerizador - Tipo: luz LED; Tecnologia: wireless (sem fio); Uso: odontológico; Material do corpo: plástico ABS; Potência luminosa: pico mínimo 1100 mW/cm ² ; Tensão: bivolt; Bateria: Li-Ion; Tempo de recarga: máximo 4 h; Requisito: radiômetro integrado, display digital, programação gradual da intensidade de potência, emissão de sinal sonoro, luz indicadora de carga da bateria e desligamento automático; Acompanha: protetor ocular; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 Un.	80022409009	KONDENTECH/ LED 6	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA CNPJ:36.957.099/0001-61	Aprovado. Atende as especificações técnicas.
004.1	00018384 - Fotopolimerizador - Tipo: luz LED; Tecnologia: wireless (sem fio); Uso: odontológico; Material do corpo: plástico ABS; Potência luminosa: pico mínimo 1100 mW/cm ² ; Tensão: bivolt; Bateria: Li-Ion; Tempo de recarga: máximo 4 h; Requisito: radiômetro integrado, display digital, programação gradual da intensidade de potência, emissão de sinal sonoro, luz indicadora de carga da bateria e desligamento automático; Acompanha: protetor ocular; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 Un.	80022409009	KONDENTECH/ LED 6	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA CNPJ:36.957.099/0001-61	Aprovado. Atende as especificações técnicas.
005	00020426 - Ultrassom - Tipo: bancada com jato de bicarbonato integrado; Uso: odontológico; Frequência: igual ou acima de 30.000 Hz; Acionamento: pedal; Tensão: 127 v ou bivolt; Acompanha: no mínimo 03 pontas (tips), 1 chave para aperto e remoção das pontas e 1 capa autoclavável de proteção do transdutor extra; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência; Requisitos: transdutor autoclavável, bomba peristáltica, sistema piezoelétrico com pastilhas cerâmicas, tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador.	1 Un.	10069210086	DABI ATLANTE/ PROFI NEO	DENTAL ALTA MOGIANA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ:05.375.249/0001-03	Aprovado. Atende as especificações técnicas.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Saúde Pública
CNPJ 03.501.509/0001-06
SUPERINTENDÊNCIA DE ECONOMIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Parecer Técnico
Pedido de Aquisição de Materiais
Processo Administrativo 000713/2025-30
Pregão Eletrônico n.055/2025



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	ANVISA	MARCA/MODELO	EMPRESA	RESULTADO
005.1	00020426 - Ultrassom - Tipo: bancada com jato de bicarbonato integrado; Uso: odontológico; Frequência: igual ou acima de 30.000 Hz; Acionamento: pedal; Tensão: 127 v ou bivolt; Acompanha: no mínimo 03 pontas (tips), 1 chave para aperto e remoção das pontas e 1 capa autoclavável de proteção do transdutor extra; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência; Requisitos: transdutor autoclavável, bomba peristáltica, sistema piezoelétrico com pastilhas cerâmicas, tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador.	1 Un.	80354800006	SCHUSTER/ JETLAX SONIC BP II LED	ODONTOMED CANAA LTDA CNPJ:07.947.536/0001-68	Aprovado. Atende as especificações técnicas.

CAROLINE DA CRUZ GONÇALVES
ODONTÓLOGA - CRO/ MS 4654
MATRÍCULA 389029
ASSESSORA TÉCNICA /SESAU

ANA BEATRIZ DO SANTOS DA MATA TORRES
ODONTÓLOGA - CRO/ MS 6087
MATRÍCULA 410834
ASSESSORA TÉCNICA GRAO/SESAU

CHRISTIANE LIMA DA SILVA SALIBA
ODONTÓLOGA - CRO/ MS 40518
MATRÍCULA 396448
GERENTE DA REDE DE ATENÇÃO ODONTOLÓGICA (GRAO)/ SESAU

Campo Grande - MS, 15 de outubro de 2025.