

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 005292/2025-33	Responsável Secretaria Especial de Articulação Regional
Objeto Aquisição de aparelhos de Raio X e Ultrassom	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 26/02/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 13/03/2026 - 07:59	Pregoeiro ANDREIA SOUZA FERREIRA ABREU
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Item 1	00142835	Aparelho de Raio X - Tipo: portátil; Potência: mínimo 1600 W; Tensão: 110 V ou bivolt; Uso: veterinário; Tubo focal: máximo de 1,8 x 1,8 mm; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.; Tamanho da imagem: mínimo 35 x 43 cm; Acompanha: placa digitalizadora, mesa com suporte e notebook; Notebook: sistema operacional Windows 10, processador core i5 ou i7, software específico para radiologia veterinária, mínimo de 8Gb de memória RAM e HD de no mínimo 250Gb.	1 Un.	1	87.317,26	87.317,26
Item 4	00022100	Calha - Tipo: veterinária; Uso: raio x / ultrassom; Material: espuma ; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência; Tamanho: média; Requisito: impermeável; Revestimento: courvin ou lona.	1 Un.	1	385,93	385,93
Item 3	00022099	Calha - Tipo: veterinária; Uso: raio x / ultrassom; Material: espuma ; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência; Tamanho: pequena; Requisito: impermeável; Revestimento: courvin ou lona.	1 Un.	1	370,00	370,00
Item 6	00022112	Avental - Tipo: protetor radiológico; Material: borracha plumbífera; Tamanho: adulto; Deve possuir: proteção para as costas e tireóide; Camada de chumbo: 0,25 mm; Acabamento: em corino; Requisito: registro Anvisa; Medida: 100 x 60 cm (C x L); Fechamento: tiras para amarrar; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 Un.	2	1.052,08	2.104,16
Item 5	00022098	Calha - Tipo: veterinária; Uso: raio x / ultrassom; Material: espuma ; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência; Tamanho: grande; Requisito: impermeável; Revestimento: courvin ou lona.	1 Un.	1	410,00	410,00
Item 2	00143100	Ultrassom - Uso: veterinário; Tipo: portátil; Modos de imagem: no mínimo, B, M, doppler pulsado (PW), doppler contínuo (CW), doppler colorido; Transdutores: linear, microconvexo e setorial;; Tensão: 110 V ou bivolt; Portas ativas: Mínimo de 04 portas para transdutores; Suportes para transdutores: mínimo 3; Acessórios Incluídos: carrinho com quatro rodas articuladas e travas; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 Un.	1	50.900,00	50.900,00