



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

Cuiabá-MT, 12 de julho de 2024.

PARECER TÉCNICO Nº 004/2024
PERTINENTE AO OBJETO LICITADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SES-PRO-2024/03076
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2024

Prezados,

Em continuação ao certame licitatório em tramite referente ao Processo Administrativo (Siga Doc) nº SES-PRO-2024/03076 - Pregão Eletrônico nº 0076/2024 , cujo objeto consiste em "Contratação de empresa especializada para fornecimento de próteses sob medida de membros inferiores e membros superiores para confecção, montagem, alinhamento e assistência técnica dos aparatos ortopédicos, bem como garantia dos recursos de tecnologia assistiva supracitadas, para concessão aos usuários da Oficina Ortopédica do CRIDAC/ CERIII", SOB GESTÃO DIRETA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO". Encaminho o Parecer Técnico pertinente ao objeto licitado a partir da análise das propostas da empresa WELLINGTON LEANDRO BARBOSA DA SILVA – (ITOP – Instituto Técnico de Ortese e Protese) – CNPJ 23.109.017/0001-87 referente aos itens: 1,2,6,16,17,18,19, do edital.

Ante o exposto, segue descrito abaixo a Analise e Fundamentação Técnica da Equipe da Oficina Ortopedica do CRIDAC/CERIII:

ITE M	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO SIAG	QTDE ANUAL	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	ANÁLISE TÉCNICA
01	Exoprótese endoesquelética em alumínio para amputação transfemural com encaixe laminado em resina acrílica com reforço em fibra de carbono, modelo quadrilateral de apoio isquiático ou de contenção isquiática (sendo um encaixe de prova e um encaixe definitivo); com suspensão por válvula de sucção; com joelho endoesquelético tipo mono eixo, com ou sem impulsor, livre, com trava ou com freio de atrito contínuo, revestida com espuma e meia cosmética acompanhada de atadura elástica para colocação da prótese; com pé em poliuretano injetado, com opção de pé sach,	1094910	500	R\$ 6.399,00	R\$ 3.199.500,00	PRODUTO APROVADO, conforme análise realizada na proposta encaminhada pela empresa licitante, a especificação do produto está dentro do solicitado no edital, Na cláusula 1.2 do PE 0076/2024 – Item 1.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

	articulado, geriátrico ou de adaptação dinâmica. Cor da prótese compatível à tonalidade de pele do usuário. Acabamento interno e externo com almofada de apoio na parte posterior do encaixe. Material em alumínio para pacientes pesando até 100 kg.					
02	Exoprótese endoesquelética em aço de titânio para amputação transfemural com encaixe laminado em resina acrílica com reforço em fibra de carbono, modelo quadrilateral de apoio isquiático ou de contenção isquiática; suspensão por válvula de sucção ; com joelho endoesquelético tipo monoeixo, com ou sem impulsor, livre, com trava ou com freio de atrito contínuo, revestida com espuma e meia cosmética e acompanhada de atadura elástica para colocar a prótese com pé em poliuretano injetado, com opção de pé sach, articulado, geriátrico ou de adaptação dinâmica. Cor da prótese compatível à tonalidade de pele do usuário. Acabamento interno e externo com almofada de apoio na parte posterior do encaixe. Material em Titânio compatível com o peso em quilograma do paciente. Para pacientes acima de 100kg.	1094911	100	R\$ 7.825,00	R\$ 782.500,00	PRODUTO APROVADO , conforme análise realizada na proposta encaminhada pela empresa licitante, a especificação do produto está dentro do solicitado no edital, Na cláusula 1.2 do PE 0076/2024 – Item 2. <u>Será solicitada a amostra desde item para aprovação definitiva – Item 2.</u>
06	Exoprótese endoesquelética para desarticulação do joelho em alumínio, com encaixe em resina acrílica, com reforço em fibra de carbono, com soquete em poliforme entre o coto e o encaixe com suspensão supracondiliana; joelho protético endoesquelético de quatro barras com ou sem impulsor, com revestimento de espuma e meia cosmética; com pé protético em poliuretano injetado com opção de pé sach, articulado, geriátrico ou dinâmico. Cor da prótese compatível à tonalidade de pele do usuário.	1094915	100	R\$ 7.455,00	R\$ 745.500,00	PRODUTO APROVADO , conforme análise realizada na proposta encaminhada pela empresa licitante, a especificação do produto está dentro do solicitado no edital, Na cláusula 1.2 do PE 0076/2024 – Item 6. <u>Será solicitada a amostra desde item para aprovação definitiva – Item 6.</u>
16	Exoprótese endoesquelética em alumínio para amputação transfemural com encaixe laminado em resina acrílica com reforço em fibra de carbono, modelo quadrilateral de apoio isquiático ou de contenção isquiática (sendo um encaixe de prova e um encaixe definitivo); com suspensão feita de liner de silicone, com ou sem conexão ; com joelho endoesquelético tipo monoeixo, com ou sem impulsor, livre, com trava ou com freio de atrito contínuo, revestida com	1115605	50	R\$ 16.500,00	R\$ 825.000,00	PRODUTO APROVADO , conforme análise realizada na proposta encaminhada pela empresa licitante, a especificação do produto está dentro do solicitado no edital, Na cláusula 1.2 do PE 0076/2024 – Item 16.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas
Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

	espuma e meia cosmética para colocação da prótese; com pé em poliuretano injetado, com opção de pé sach, articulado, geriátrico ou de adaptação dinâmica. Cor da prótese compatível à tonalidade de pele do usuário. Material em alumínio para pacientes pesando até 100 kg.					
17	Exoprótese endoesquelética em aço de Titânio para amputação transfemural com encaixe laminado em resina acrílica com reforço em fibra de carbono, modelo quadrilateral de apoio isquiático ou de contenção isquiática (sendo um encaixe de prova e um encaixe definitivo); com suspensão feita de liner de silicone, com ou sem conexão ; com joelho endoesquelético tipo monoeixo, com ou sem impulsor, livre, com trava ou com freio de atrito contínuo, revestida com espuma e meia cosmética para colocação da prótese; com pé em poliuretano injetado, com opção de pé sach, articulado, geriátrico ou de adaptação dinâmica. Cor da prótese compatível à tonalidade de pele do usuário. Material em aço compatível com o peso em quilograma do paciente. Para pacientes acima de 100kg.	1115606	20	R\$ 26.000,00	R\$ 520.000,00	PRODUTO APROVADO , conforme análise realizada na proposta encaminhada pela empresa licitante, a especificação do produto está dentro do solicitado no edital, Na cláusula 1.2 do PE 0076/2024 – Item 17.
18	Substituição encaixe transfemural laminado em resina acrílica com reforço em fibra de carbono, modelo quadrilateral de apoio isquiático ou de contenção isquiática (sendo um encaixe de prova e um encaixe definitivo); com suspensão por válvula de sucção.	1115607	125	R\$ 12.000,00	R\$ 1.500.000,00	PRODUTO APROVADO , conforme análise realizada na proposta encaminhada pela empresa licitante, a especificação do produto está dentro do solicitado no edital, Na cláusula 1.2 do PE 0076/2024 – Item 18.
19	Substituição encaixe transfemural com sistema de fixação da prótese ao coto utilizando liner de silicone com revestimento externo têxtil com sistema de pino shut lock, tirante ou com anel de vedação de acordo com a necessidade do paciente, disponibilizando mais um liner da mesma composição, para substituição do mesmo por desgaste; encaixe laminado em resina acrílica com reforço em fibra de carbono, modelo quadrilateral de apoio isquiático ou de contenção isquiática (sendo um encaixe de prova e um encaixe definitivo); com suspensão por válvula de sucção.	1115608	125	R\$ 9.990,00	R\$ 1.248.750,00	PRODUTO APROVADO , conforme análise realizada na proposta encaminhada pela empresa licitante, a especificação do produto está dentro do solicitado no edital, Na cláusula 1.2 do PE 0076/2024 – Item 19.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:





Governo do Estado de Mato Grosso

SES – Secretaria de Estado de Saúde

Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas

Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC CER III

Em análise à Proposta encaminhada pela empresa licitante WELLINGTON LEANDRO BARBOSA DA SILVA – (ITOP – Instituto Técnico de Ortese e Protese) – CNPJ 23.109.017/0001-87 referente aos itens: 1,2,6,16,17,18 e 19 do edital do Pregão Eletrônico nº 0076/2024, declaro a **APROVAÇÃO PARCIAL DA PROPOSTA ENCAMINHADA**. Ante ao exposto, ficamos no aguardo das amostras dos produtos dos itens: 2 e 6, para análise definitiva da Equipe Técnica, não sendo necessário a amostra de todos os itens do edital, em virtude da similaridade entre os produtos.

Em observação aos itens abaixo, segue o relato:

1. Código Siag, informamos que os itens 16,17,18 e 19, estão em desacordo com o Edital do referido Pregão Eletrônico;

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

Lilian Aparecida Fabris
Oficina Ortopédica/Fisioterapeuta
Matrícula nº 81780
CRIDAC/CERIII

Dácio Augusto Moreira da Silva
Coordenador Técnico
Matrícula nº 96167
CRIDAC/CERIII

Suely Souza Pinto
Diretora Geral
Matrícula nº 294670
CRIDAC/CERIII

Suely Pinto
Suely Souza Pinto
Diretora CRIDAC-CER III
SES/MT
Matrícula 294670