

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 0062321/2023	Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Objeto Aquisição de insumos para atender as demandas dos setores da Gerência de Vigilância Ambiental e Sanitária - GAVAS	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 20/08/2024 - 08:00	Fim Envio Propostas 04/09/2024 - 08:45	Pregoeiro KELLY FERNANDA GONÇALVES
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Não	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
ITEM 001	0002951	SUBSTRATO ENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO SIMULTÂNEA DE COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI - CARACTERÍSTICAS: EM CONCENTRAÇÕES A PARTIR DE 1 UFC EM 250 ML DE ÁGUA, A 36 +/- 2 ° C EM 24 HORAS; SUBSTRATO: CONTÉM DOIS INDICADORES DE NUTRIENTES; DESCRIÇÃO: ONPG E MUG; DESCRIÇÃO TÉCNICA: AS PRINCIPAIS FONTES DE CARBONO E PODEM SER METABOLIZADOS PELA ENZIMA COLIFORME B- GALACTOSIDASE E A ENZIMA B GLUCORONIDASE DE E. COLI, RESPECTIVAMENTE; MÉTODO: DEVE SER APROVADO PELO STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER; DEVE ACOMPANHAR: COMPARADORES COLORIMÉTRICOS; CAIXA: COM 20 TESTES. SUBSTRATO ENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO SIMULTÂNEA DE COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, EM CONCENTRAÇÕES A PARTIR DE 1 UFC EM 250 ML DE ÁGUA, A 36 +/- 2 ° C EM 24 HORAS. O SUBSTRATO CONTÉM DOIS INDICADORES DE NUTRIENTES, ONPG E MUG, COMO AS PRINCIPAIS FONTES DE CARBONO E PODEM SER METABOLIZADOS PELA ENZIMA COLIFORME B- GALACTOSIDASE E A ENZIMA B GLUCORONIDASE DE E. COLI, RESPECTIVAMENTE. O MÉTODO DEVE SER APROVADO PELO STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER.	CX - 20 - CAIXA	20	Sigiloso	Sigiloso
ITEM 002	0002955	SUBSTRATO ENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO (PRESENÇA /AUSÊNCIA) DE ENTEROCOCOS - CARACTERÍSTICAS: EM CONCENTRAÇÕES APARTIR DE 1 UFC EM 250 ML DE ÁGUA, 41+/- 1° C EM 24 HORAS; DESCRIÇÃO: O SUBSTRATO UTILIZA O ORTONITROFENIL-B-D GLUCOSÍDEO COMO INDICADOR DE NUTRIENTES QUE PODEM SER METABOLIZADOS PELOS ENTEROCOCOS.; MÉTODO: DEVE SER APROVADO PELO STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER. J; DEVE ACOMPANHAR: COMPARADORES COLORIMÉTRICOS; CAIXA: COM 20 TESTES. SUBSTRATO ENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO (PRESENÇA/AUSÊNCIA) DE ENTEROCOCOS EM CONCENTRAÇÕES APARTIR DE 1 UFC EM 250 ML DE ÁGUA, 41+/- 1° C EM 24 HORAS. O SUBSTRATO UTILIZA O ORTONITROFENIL-B-D GLUCOSÍDEO COMO INDICADOR DE NUTRIENTES QUE PODEM SER METABOLIZADOS PELOS ENTEROCOCOS. O MÉTODO DEVE SER APROVADO PELO STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER. JUNTO AO PRODUTO DEVE ACOMPANHAR COMPARADORES COLORIMÉTRICOS. CAIXA COM 20 TESTES	CX - 20 - CAIXA	20	Sigiloso	Sigiloso
ITEM 003	0002956	SUBSTRATO ENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DA PRESENÇA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA NUMA CONCENTRAÇÃO DE 1 UFC EM 250 ML DE ÁGUA - CARACTERÍSTICA: NUMA CONCENTRAÇÃO DE 1 UFC EM 250 ML DE ÁGUA EM 24 HORAS; DESCRIÇÃO: ATRAVÉS DA DETECÇÃO DE UMA ENZIMA BACTERIANA DA PSEUDOMONAS AERUGINOSA QUE CATALISA A HIDROLISE DO SUBSTRATO RICO EM AMINOÁCIDOS, VITAMINAS E OUTROS NUTRIENTES PRODUZINDO UMA FLUORESCÊNCIA AZUL SOB LUZ ULTRAVIOLETA.; DEVE ACOMPANHAR: COMPARADORES COLORIMÉTRICOS; CONFORME NORMA: ISO 16266-2:2018; CAIXA: COM 20 TESTES. SUBSTRATO ENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DA PRESENÇA DE PSEUDOMONAS	CX - 20 - CAIXA	20	Sigiloso	Sigiloso

	AERUGINOSA NUMA CONCENTRAÇÃO DE 1 UFC EM 250 ML DE ÁGUA EM 24 HORAS, ATRAVÉS DA DETECÇÃO DE UMA ENZIMA BACTERIANA DA PSEUDOMONAS AERUGINOSA QUE CATALISA A HIDROLISE DO SUBSTRATO RICO EM AMINOÁCIDOS, VITAMINAS E OUTROS NUTRIENTES PRODUZINDO UMA FLUORESCÊNCIA AZUL SOB LUZ ULTRAVIOLETA. JUNTO AO PRODUTO DEVE ACOMPANHAR COMPARADORES COLORIMÉTRICOS. CONFORME NORMA ISO 16266-2:2018. CAIXA COM 20 TESTES				
--	---	--	--	--	--