

COMUNICAÇÃO INTERNA (CI)



MTHEMO.CODA.CI.006

DATA DA CRIAÇÃO: 01/2023

VERSÃO: 00

REVISÃO: 2025

Cuiabá, 12 de junho 2025.

CI Nº 065/GPED/MT-Hemocentro

De: Maria de Fatima C. Macedo Quintana
Gerencia de Produção estoque e distribuição de Hemocomponentes.
Para: Direção Geral do MT- Hemocentro – Fernando Henrique Modolo
Assunto: Parecer Técnico -Teste de uso das amostras Etiquetas e Ribbons

Prezado Diretor

Realizamos análise de qualidade dos produtos enviado pela empresa C.J MONTEIRO JUNIOR ME, inscrita no CNPJ nº 08.248.819/0001-84

Em relação as Etiquetas para bolsas de sangue realizamos os testes de rotulagem a temperatura média de 4 °C, e teste de rotulagem com as bolsas de Plasma congelado submetido à temperatura média de -30°C e -80°C; análise dos testes realizados pelos servidores da gerencia com acompanhamento do fiscal de contrato e suplente de contrato.

Em ambos os testes observamos que as etiquetas mantiveram a colagem ou fixação, estando **conforme** as necessidades exigidas em EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0026/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SES-PRO-2024/49081.

Diante do exposto as amostras estão **aprovadas**.

Atenciosamente,



Dilce Catarina G. de Matos
Coordenadoria da Hemorrede
MT - Hemocentro
Matr. 113031

Dilce Catarina Gomes de Matos
Fiscal de contrato


Rivaél Meira
PTNMSS SUS / MT-Hemocentro
Mat.: 111873 - Téc. Administrativo

Rivaél Meira
Suplente a fiscal de contrato

Rua 13 de junho, 1055. Centro Sul. Fone (65) 3623 0044
CEP 78020-000 – Cuiabá – MT
Homepage: www.saude.mt.gov.br/hemocentro
E-mail: hemo@ses.mt.gov.br


12/001/2025

