



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Secretaria Adjunta de Aquisições e Contratos
Superintendência de Aquisições e Contratos

1º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2025
PROCESSO (SIGADOC) Nº SES-PRO-2024/47056

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, por intermédio de sua Pregoeira, nomeada pela Portaria n. 625/2024/GBSES publicada em 13/09/2024, abaixo assinada, comunica aos interessados que o Edital do Pregão em epígrafe, cujo objeto consiste na “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS PARA TESTES DE BIOQUÍMICAS E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DIVIDIDO EM 02 (DOIS) LOTES: IDENTIFICADOS COMO OBJETO 01 COMODATO DOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DOSAGENS BIOQUÍMICAS E OBJETO 03 COMODATO DOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMUNOLOGIA AUTOMATIZADOS, IDENTIFICADOS COMO OBJETO 02 E OBJETO 04 FORNECIMENTO RESPECTIVAMENTE DE REAGENTES E INSUMOS DE BIOQUÍMICA E IMUNOLOGIA, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM A CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS LABORATORIAIS. OS CONTROLES, CALIBRADORES E ACESSÓRIOS DOS LOTES 01 E 02 SERÃO FORNECIDOS SEM ÔNUS, PARA CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PARA ATENDER O MT-HEMOCENTRO, CEOPE, CERMAC, CRIDAC, CIAPS - ADAUTO BOTELHO, CENTRAL DE TRANSPLANTE E AMBULATÓRIO DE TRANSEXUALIDADE**”, terá as seguintes alterações:

1 – No Edital – Anexo I - Síntese do Termo de Referência – Especificações e Quantitativos do Objeto, onde se lê:

LOTE 01 – ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS EQUIPAMENTOS –						
OBJETO 1						
ITEM	SIAG	ESPECIFICAÇÃO	UNID. MEDIA	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	0007147	ANALISADOR AUTOMÁTICO - TIPO: ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO DE ACESSO RANDÔMICO; VELOCIDADE: ATÉ 280 TESTES/HORA COM ISE (ELETRODO SELETIVO DE ÍONS); AMOSTRAS: SORO, PLASMA, URINA, LÍQUOR E SANGUE TOTAL; TESTES ESPECIAIS: HEMOGLOBINA GLICADA POR HEMÓLISE AUTOMÁTICA; ANÁLISE DE ÍNDICE SÉRICO: LIPEMIA, HEMÓLISE E ICTERÍCIA POR TESTE ESPECÍFICO; CAPACIDADE DE AMOSTRAS: MÍNIMO 80 AMOSTRAS A BORDO, COMPATÍVEL COM TUBOS PRIMÁRIOS DE 5 A 10 ML E MICROCUBETAS DE 1,5 E 2,5 ML; POSIÇÃO DE URGÊNCIA: SIM; DILUIÇÃO AUTOMÁTICA: SIM; CAPACIDADE DE ENSAIOS/REAGENTES: MÍNIMO 42 ENSAIOS SIMULTÂNEOS OU 90 POSIÇÕES DE REAGENTES; REAGENTES: DEDICADOS EM CASSETES OU FRASCOS COM CÓDIGO DE BARRAS, RECONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA (80% DOS REAGENTES); LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS: INTERNO, PARA IDENTIFICAÇÃO DE TESTES E LOCALIZAÇÃO DE REAGENTES; PIPETAGEM E ABERTURA DE FRASCOS: AUTOMATIZADA, SEM INTERFERÊNCIA MANUAL; ESTABILIDADE DOS REAGENTES: ATÉ 65 DIAS APÓS ABERTURA OU EM USO; CALIBRAÇÃO: POR LOTE; DETECÇÃO DE COÁGULOS: SIM; CONTROLE DE QUALIDADE: EM TEMPO REAL, INDIVIDUAL E CUMULATIVO, AUTO QC E CONTROLE PREVENTIVO; REPETIÇÃO DE TESTES: AUTOMÁTICA OU MANUAL, E REPETIÇÃO CONDICIONAL AUTOMÁTICA; VOLUME DE AMOSTRA: MÁXIMO 35 MICROLITROS POR TESTE; REAÇÕES: CUBETAS DESCARTÁVEIS OU SEMI 1 DESCARTÁVEIS E AUTOLAVÁVEIS COM MISTURA ULTRASSÔNICA; CONSUMO DE ÁGUA: MÁXIMO 20 LITROS/HORA; NOBREAK: COMPATÍVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 15 MINUTOS	UN	Durante toda vigência do contrato.	COMODATO	COMODATO

LOTE 02 – ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS EQUIPAMENTOS –						
OBJETO 3						



SESDIC202523799



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ITEM	SIAG	ESPECIFICAÇÃO	UNID. MEDIA	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	0007148	ANALISADOR AUTOMÁTICO - TIPO: ANALISADOR DE IMUNOLOGIA AUTOMATIZADO DE ACESSO RANDÔMICO COM QUIMIOLUMINESCÊNCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA; VELOCIDADE: ATÉ 80 TESTES POR HORA; AMOSTRAS: SORO, PLASMA, URINA; CAPACIDADE DE AMOSTRAS: MÍNIMO 70 POSIÇÕES SIMULTÂNEAS, ABASTECIMENTO CONTÍNUO; TUBOS E CUBETAS: TUBOS PRIMÁRIOS COM CÓDIGO DE BARRAS (5-10 ML) E CUBETAS; VOLUME DE AMOSTRA: MÁXIMO 50 UL POR TESTE; TEMPO DE REAÇÃO: MÁXIMO 30 MINUTOS, ALGUMAS REAÇÕES EM MENOS DE 10 MINUTOS; PONTEIRAS E CUBETAS: DESCARTÁVEIS; CALIBRAÇÃO: POR LOTE, MÁXIMO 3 PONTOS EM DUPLICATA; DILUIÇÃO AUTOMÁTICA: SIM; ARMAZENAMENTO DE DADOS: MÍNIMO 1500 AMOSTRAS; CAPACIDADE DE REAGENTES: MÍNIMO 25 TESTES SIMULTÂNEOS COM CÓDIGO DE BARRAS; LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS: INTERNO, PARA IDENTIFICAÇÃO DE REAGENTES E TESTES; INTERFACE: BIDIRECIONAL; NOBREAK: COMPATÍVEL, ATÉ 30 MINUTOS DE AUTONOMIA	UN	Durante toda vigência do contrato.	COMODATO	COMODATO

Leia-se:

LOTE 01 – ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS EQUIPAMENTOS –						
OBJETO 1						
ITEM	SIAG	ESPECIFICAÇÃO	UNID. MEDIA	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1112677	ANALISADOR AUTOMATIZADO DE BIOQUÍMICA ACESSO RANDÔMICO. VELOCIDADE POSSÍVEL DE ATÉ 280 TESTES/HORA COM ISE.POSSIBILIDADE DE UTILIZAR SORO, PLASMA, URINA, LÍQUOR E SANGUE TOTAL. SER CAPAZ DE REALIZAR O TESTE SOLICITADO DE HEMOGLOBINA GLICADA ATRAVÉS DE HEMÓLISE AUTOMÁTICA, UTILIZANDO SANGUE TOTAL. COMPROVAR QUE POSSUI ANÁLISE DE ÍNDICE SÉRICO (LIPEMIA, HEMÓLIE E ICTERÍCIA) COM TESTE ESPECÍFICO (KIT) PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE DO RESULTADO SEM VALIDAÇÃO MANUAL. CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 80 AMOSTRAS NO EQUIPAMENTO (à BORDO), PODENDO SER UTILIZADO TUBO PRIMÁRIO DE 5 A 10 ML, E MICROCUBETAS DE 1,5 E 2,5 ML. POSSUIR POSIÇÃO DE URGÊNCIA PARA AMOSTRA NO EQUIPAMENTO. SER CAPAZ DE REALIZAR DILUIÇÃO AUTOMÁTICA DE AMOSTRA. CAPACIDADE MÍNIMA ON BOARD PARA 42 ENSAIOS (TESTES) SIMULTÂNEOS OU 90 POSIÇÕES DE REAGENTES. OS REAGENTES DEVEM SER DEDICADOS EM CASSETES OU FRASCOS COM CÓDIGOS DE BARRAS E POSSUIR PROCESSO DE RECONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA SE NECESSÁRIO DE (80% DOS REAGENTES). O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTERNO PARA AUTOMATICAMENTE IDENTIFICAR O TESTE E INDICAR A POSIÇÃO DO FRASCO OU CASSETE DE REAGENTES NAS RACKS OU BANDEJA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER A CAPACIDADE DE REALIZAR AS PIPETAGENS DOS REAGENTES DE ABERTURA MANUAL DO FRASCOS (PERFURAÇÃO DA TAMP) OU POSSUIR MECANISMO PARA REALIZAR ABERTURA E FECHAMENTO DOS FRASCOS AUTOMATICAMENTE DURANTE A PIPETAGEM, SEM INTERFERÊNCIA MANUAL. PARA EVITAR PERDAS POR DEGRADAÇÃO, OS CASSETES OU FRASCOS DE REAGENTES DEVERÃO TER UMA ESTABILIDADE DE ATÉ 65 DIAS APÓS ABERTO OU EM USO NO EQUIPAMENTO. POSSIBILIDADE DE CALIBRAÇÃO DOS REAGENTES POR LOTE. POSSUIR DETECÇÃO DE COÁGULOS PARA AMOSTRAS. POSSUIR CONTROLE DE QUALIDADE EM TEMPO REAL, INDIVIDUAL E CUMULATIVO, POSSUIR AUTO QC E CONTROLE DE QUALIDADE PREVENTIVO PARA REAGENTES EM STAND-BY NO EQUIPAMENTO, POSSUIR FUNÇÃO DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL E REPETIÇÃO CONDICIONAL AUTOMÁTICA DE TESTES. VOLUME DE AMOSTRA PIPETADO DEVERÁ SER DE NO MÁXIMO 35 MICROLITROS POR TESTE. AS REAÇÕES DOS EXAMES DEVERÃO SER REALIZADAS ATRAVÉS DAS SEGUINTESS POSSIBILIDADES:	UN	Durante toda vigência do contrato.	COMODATO	COMODATO



SESDIC202523799



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

		CUBETAS DESCARTÁVEIS OU SEMI-DESCARTÁVEIS E AUTOLAVÁVEIS COM MISTURA ULTRASSÔNICA PARA REDUZIR O CONSUMO DE ÁGUA. CONSUMO DE ÁGUA MÁXIMO DE ATÉ 20 LITROS/HORA DURANTE OPERAÇÃO. ACOMPANHAR NOBREAK COMPATÍVEL COM O ANALISADOR, COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 15 MINUTOS NA FALTA DE ENERGIA.				
--	--	---	--	--	--	--

LOTE 02 – ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS EQUIPAMENTOS –						
OBJETO 3						
ITEM	SIAG	ESPECIFICAÇÃO	UNID. MEDIA	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	1112676	ANALISADOR DE IMUNOLOGIA AUTOMATIZADO DE ACESSO RANDÔMICO COM METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA. VELOCIDADE POSSÍVEL DE ATÉ 80 TESTES POR HORA, UTILIZANDO SORO, PLASMA, URINA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 POSIÇÕES DE AMOSTRAS SIMULTÂNEAS NO EQUIPAMENTO E COM POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO CONTINUO SEM A PARADA DO EQUIPAMENTO. SER POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DE TUBO PRIMÁRIO DE AMOSTRAS COM CÓDIGO DE BARRAS DE 5 A 10 ML, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO CUBETAS. VOLUME MÁXIMO DE AMOSTRA PARA REAÇÃO DE 50 UL POR TESTE. TEMPO DAS REAÇÕES DE NO MÁXIMO 30 MINUTOS E POSSIBILIDADE DE REALIZAR ALGUMAS REAÇÕES EM MENOS DE 10 MINUTOS. AS PONTEIRAS E CUBETAS UTILIZADAS NA REAÇÃO DEVERÃO SER DESCARTÁVEIS PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO POR ARRASTE. SER POSSÍVEL CALIBRAÇÃO DOS TESTES POR LOTE DE REAGENTES. A CALIBRAÇÃO DEVERÁ UTILIZAR NO MÁXIMO 3 PONTOS EM DUPLICATA (CONSUMINDO UM MÁXIMO DE 6 TESTES). DILUIÇÃO AUTOMÁTICA DE AMOSTRAS. ARMAZENAMENTO DE DADOS DE NO MÍNIMO 1500 AMOSTRAS DE ROTINA E CONTROLES. CAPACIDADE MÍNIMA DE RACK OU BANDEJA PARA ATÉ 25 TESTES SIMULTÂNEOS DEDICADOS COM CÓDIGOS DE BARRAS. PARA EVITAR INTERFERÊNCIA MANUAL E ERROS GRAVES NOS PROCEDIMENTOS DE TROCAS DE REAGENTES PELO OPERADOR, O EQUIPAMENTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE POSSUIR UM LEITOR INTERNO DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA AUTOMATICAMENTE IDENTIFICAR O REAGENTE/TESTE E SUA POSIÇÃO NA BANDEJA OU RACK. PERMITIR INTERFACEAMENTO BIDIRECIONAL. FORNECER NO BREAK COMPATÍVEL PARA FALTA DE ENERGIA DE ATÉ 30 MINUTOS.	UN	Durante toda vigência do contrato.	COMODATO	COMODATO

Demais informações permanecem inalteradas. O Edital e este adendo ficarão disponíveis no Portal de Aquisições SIAG, <http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/> e no site da Secretaria de Estado de Saúde, através do link: <https://www.saude.mt.gov.br/unidade/licitacoes/837/pregao-eletronico>.
Contato: E-mail pregao02@ses.mt.gov.br e (65) 3613-5410 – Coordenadoria de Aquisições.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2025.

KELLY FERNANDA GONÇALVES
Pregoeira Oficial - SES- MT



SESDIC202523799