



Comissao de Licitacao <licitacao1@sema.mt.gov.br>

CATÁLOGO PARA APROVAÇÃO - P.E 026.2023

Ana Claudia Domingues Casulari da Motta <anamotta@sema.mt.gov.br>

16 de outubro de 2023 às 10:34

Para: Comissao de Licitacao <licitacao1@sema.mt.gov.br>

Bom dia Bruna

Não atende, pois no catálogo consta vazão de 42 litros/minuto, ao invés de 37 litros por minuto no TR: "BOMBA À VÁCUO E AR COMPRIMIDO ISENTA DE ÓLEO. VÁCUO MÁXIMO (A NÍVEL DO MAR) DE 600 A 850 MMHG. MANÔMETRO E VACUÔMETRO PARA CONTROLE. MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, ¼ CV. VAZÃO DE 37 LITROS POR MINUTO. DISPOSITIVO PARA RETENÇÃO DE IMPUREZAS. CABO PARA FACILITAR O TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO EM REDE DE 110V OU 220V. UNIDADE".

Atenciosamente,

Ana Cláudia Motta*Analista de Meio Ambiente - Bióloga**Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso - SEMA-MT*Tel: (65) 3613-7294 | www.sema.mt.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]