

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo CBM-PRO-2026/01233	Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objeto Aquisição de equipamentos odontológico	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 20/07/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 30/07/2026 - 08:45	Pregoeiro CASSIA MARQUES SOUZA DA MATTÁ
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Item 1	0020667	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: CADEIRA ODONTOLÓGICA; ESTRUTURA: AÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE; SISTEMA DE ELEVAÇÃO: ELETROMECÂNICO, COM MOVIMENTO PANTOGRÁFICO OU EQUIVALENTE; DEVE POSSUIR: EQUIPO, UNIDADE DE ÁGUA, REFLETOR E PEDAL DE COMANDO; REVESTIMENTO: PVC OU COURO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (100-240V~ 50/60Hz); CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 180 KG.	1 UN	2	31.263,85	62.527,70
Item 2	0020002	RAIO-X - TIPO: RAIO-X ODONTOLÓGICO; DISPOSITIVO: APARELHO DE RAIOS X DIGITAL PORTÁTIL, COM DESIGN COMPACTO E ERGONÔMICO, EQUIPADO COM DISPLAY SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN), TELA COLORIDA E OPERAÇÃO SIMPLIFICADA, ACOMPANHA TRIPÉ PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, HOLDER (SUPORTE POSICIONADOR) E DISPARADOR REMOTO COM ACIONAMENTO À DISTÂNCIA.; PONTO FOCAL: MÍNIMO DE 0,4 MM; TENSÃO DE TUBO: MÍNIMO DE 65 KV; CORRENTE DE TUBO: MÍNIMO DE 2,0 mA; POTÊNCIA MÍNIMA: 140W; TEMPO DE EXPOSIÇÃO: AJUSTÁVEL ENTRE 0,02 A 2,0 SEGUNDOS; FILTRAÇÃO TOTAL: MÍNIMO DE 1,5 MM AI; CICLO DE TRABALHO: MÁXIMO DE 1:60; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BATERIA INTERNA COM TENSÃO DE 21,6 V; CAPACIDADE BATERIA: MÍNIMO DE 7.500 mAh; AUTONOMIA: MÍNIMO DE 500 DISPARO POR CARGA COMPLETA; PESO MÁXIMO: 2.5 KG; CARREGADOR: 110V-240V.50/60Hz, 800mA; EMBALAGEM: CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE COM REGISTRO COM ORGÃO COMPETENTE.	UND 1 UN	3	18.894,49	56.683,47
Item 3	0020636	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: SENSOR DIGITAL PARA RADIOGRAFIA INTRAORAL; TECNOLOGIA: CMOS OU EQUIVALENTE; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 17 LP/MM; PIXELS: MÁXIMO 30 µm; PROFUNDIDADE DA IMAGEM: MÍNIMA DE 12 BITS; ESPESSURA: MÁXIMA DE 6 MM.	1 UN	2	11.163,47	22.326,94
Item 4	0020625	AUTOCLAVE - TIPO: ODONTOLÓGICA A VAPOR; FUNÇÃO: ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS TERMORRESISTENTES; CAPACIDADE: 21 LITROS; CÂMARA: AÇO INOXIDÁVEL.	1 UN	2	6.076,94	12.153,88
Item 5	0020630	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: APARELHO ODONTOLÓGICO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO; DEVERÁ POSSUIR: CANETA DE ULTRASSOM COM LUZ DE LED. RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO, COM AJUSTE DE FLUXO DE ÁGUA E AR; ESTERILIZAÇÃO: TODAS AS PEÇAS DE MÃO DEVEM SER REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS; POTÊNCIA MÍNIMA: 60 VA; PESO MÁXIMO: 5 KG; FREQUÊNCIA DE ULTRASSOM: DE 30.000 A 32.000 HZ; MODO DE OPERAÇÃO: PERIO, ENDO E SCALING OU SISTEMAS EQUIVALENTES; PRESSÃO DE ENTRADA: 60 A 80 PSI.	1 UN	4	5.231,97	20.927,88
Item 6	0020631	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: BOMBA A VÁCUO SEM ÓLEO; FINALIDADE: SUÇÃO DE SALIVA, SANGUE E AEROSSÓIS; VOLTAGEM: BIVOLT; POTÊNCIA MÍNIMA: 1 HP; VÁCUO: MÍNIMO 500 MMHG; CONSUMO DE ÁGUA: APROXIMADAMENTE 0,5 L/MIN; PESO MÁXIMO: 35 KG.	1 UN	2	4.957,50	9.915,00

Item 7	0020634	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR WIRELESS; INTENSIDADE DA LUZ: NO MÍNIMO 1500 MW/CM²; TEMPO DE OPERAÇÃO: ATÉ 20 SEGUNDOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: WIRELESS (PORTÁTIL), TOTAL LIBERDADE DE MOVIMENTO, POSSIBILITA O GIRO EM 360°.; LED DE ÚLTIMA GERAÇÃO, GERA UM MÍNIMO DE AQUECIMENTO NA RESINA E NO DENTE; PONTEIRA DE FIBRA ÓPTICA, RÍGIDA, ORIENTADA E AUTOCLAVÁVEL; TECNOLOGIA: MULTIWAVE; PESO: PEÇA DE MÃO COM NO MÁXIMO 200G; COMPRIMENTO DA ONDA: 440 A 480 NM.	1 UN	3	5.964,97	17.894,91
Item 8	0020632	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: CANETA DE ULTRASSOM PNEUMÁTICO (SCALER); FINALIDADE: REMOÇÃO DE CÁLCULO DENTÁRIO, PROFILAXIA E PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS; PRESSÃO DE TRABALHO: 30 PSI; CONEXÃO: TIPO BORDEN OU EQUIVALENTE.	1 UN	10	1.155,91	11.559,10
Item 9	0020635	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: MOCHO BIPARTIDO; ALTURA DO ASSENTO: ENTRE 50 E 70 CM, REGULÁVEL; CAPACIDADE DE CARGA: 130 KG; PESO MÁXIMO: 5,5 KG; DENSIDADE DA ESPUMA: D55 OU SUPERIOR.	1 UN	4	1.305,60	5.222,40
Item 10	0020645	MESA CIRÚRGICA - TIPO: ODONTOLÓGICA; MATERIAL: AÇO INOX; RODÍZIOS: COM 4 RODÍZIOS SENDO NO MÍNIMO 2 COM FREIOS; DEVE CONTER: PRATELEIRA CENTRAL EM AÇO INOX; DIMENSÕES (C x A x L): 80CM X 80CM X 40CM; CARACTERÍSTICAS: SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.	1 UN	6	866,05	5.196,30
Item 11	0020027	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO - TIPO: COMPRESSOR DE AR; NÍVEL DE RUÍDO: 58 (DB(A)/1M); VOLTAGEM: 220V MONOFÁSICO; DISPOSITIVO: EQUIPAMENTO COM FUNCIONAMENTO SILENCIOSO, ESTRUTURA LEVE QUE FACILITA A MOBILIDADE E SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA DO MOTOR. DESENVOLVIDO PARA GARANTIR OPERAÇÃO SEGURA, EFICIENTE E CONFIÁVEL, COM BAIXA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO.; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR: 1.680 RPM; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 8,2 bar / 120 psi; PRESSÃO MÍNIMA DE TRABALHO: 5,5 bar / 80 psi; FLUXO DE AR: VAZÃO TEORICA: 280 l/m / 9,85 pcm / 16,73 m³/h; VAZÃO EFETIVA: 196 l/m / 6,90 pcm / 11,71 m³/h; RESERVATÓRIO: CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.; EMBALAGEM: CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, E PROCEDÊNCIA, COM DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO ISENTO DE ÓLEO, PROJETADO PARA OPERAÇÃO LIMPA E DE BAIXA MANUTENÇÃO; EQUIPAMENTO VERSÁTIL, DE ESTRUTURA LEVE E COM FÁCIL MOBILIDADE, PERMITINDO SUA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO EM DIFERENTES AMBIENTES; EQUIPADO COM 01 (UMA) UNIDADE DE MOTOR COM POTÊNCIA DE 1.500 W (2,0 HP).	1 UN	4	9.579,93	38.319,72
Item 12	0020035	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: MOTOR PARA ENDODONTIA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNÇÃO REVERSO, OPERAÇÃO COM OU SEM PEDAL, COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA E RECIPROCANTE (SISTEMA UNIVERSAL), CONTROLE DE TORQUE E VELOCIDADE, BARRA GRÁFICA PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE TORQUE APLICADO NA LIMA, SINAL SONORO AO ATINGIR 70% DO TORQUE PROGRAMADO, REVERSO AUTOMÁTICO E MANUAL, COMPATÍVEL COM REDUÇÕES 16:1, 4:1 (SEM CONTROLE DE TORQUE) E 1:1 (SEM CONTROLE DE TORQUE).; ESTRUTURA: CAIXA DE COMANDO CONSTRUÍDA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO UV.; VOLTAGEM: BIVOLT (85-264VCA); DISPOSITIVO: MICRO MOTOR ELÉTRICO PARA INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA E RECIPROCANTE, SUPORTE PARA PEÇA DE MÃO, PEDAL DE COMANDO, CABO DE ENERGIA, CONTRA ÂNGULO ROTATÓRIO E CAIXA DE COMANDO; DISPLAY: GRÁFICO LCD OU OLED.; POTÊNCIA DE ENTRADA: 100 WATTS; FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 50-60 HERTZ; ACOPLAMENTO DO MICROMOTOR: ISO 3964 (INTRA/E-TYPE); ROTAÇÃO DO MICROMOTOR: 1000 Á 2000 RPM; EMBALAGEM: CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.	1 UN	3	4.870,58	14.611,74
Item 13	0020083	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - TIPO: LOCALIZADOR APICAL; UTILIZADO: PARA MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL EM PROCEDIMENTOS ENDODONTICOS; ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA; VOLTAGEM: BIVOLT; DISPLAY: TELA FRONTAL LCD DE ALTA VISIBILIDADE COM SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS PERÍODO DE INATIVIDADE COM INDICADOR DE CARGA DE BATERIA.; EMBALAGEM: CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, E PROCEDENCIA, COM DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.; BATERIA: RECARREGAVEL DE LONGA DURAÇÃO; INCLUSO: CLIPES LABIAIS, SUPORTES	1 UN	3	2.140,01	6.420,03

	DE LIMA, CABO DE MEDIÇÃO, TESTADOR DE FUNÇÃO, FONTE DE ENERGIA, LOCALIZADOR APICAL , POSICIONADORES DE STOP DE SILICONE..				
--	---	--	--	--	--