

Zimbra

pregao06@sad.ms.gov.br

Solicitação de Esclarecimento - PE 0017/2024 - CIRUMED COMERCIO LTDA

De : PREGAO 06 <pregao06@sad.ms.gov.br>

Assunto : Solicitação de Esclarecimento - PE 0017/2024 - CIRUMED COMERCIO LTDA

Para : raquel teixeira <raquel.teixeira@saude.ms.gov.br>

qui., 10 de out. de 2024 12:16

2 anexos

Prezada,

Informamos que recepcionamos a SOLICITAÇÃO DE **ESCLARECIMENTO** da **EMPRESA** CIRUMED COMÉRCIO LTDA, referente ao **Processo: 27/011.864/2023**, Pregão: 0017/2024, cujo objeto é " AQUISIÇÃO DE CORRELATOS", com abertura publicada para o dia **23/10/2024 às 08h30**.

Solicitamos que seja respondido até às 15h00 do dia **10/10/2024**.

Atenciosamente
Equipe de Pregão-Assis

Licitação » Esclarecimento e Impugnação

< Voltar para listagem

Número do Processo	Situação	Número do Edital
27/011.864/2023	Aguardando Abertura	0017/2024

Dados da LicitaçãoDados do EditalItensEsclarecimento/ImpugnaçãoAlterações após publicaçãoRecurso/Contrarrazão

Esclarecimentos

Data	Empresa	Situação	Ações
07/10/2024 17:19	CIRUMED COMÉRCIO LTDA	Aguardando Resposta	Download Editar Excluir

Impugnações

Data	Ações
07/10/2024 15:30	Download Editar Excluir

Detalhe Esclarecimento

Data

07/10/2024 17:19:20

CNPJ

26.853.028/0001-65

E-mail

licitacao4@cirumed.com.br

Assunto Esclarecimento

Boa tarde prezados! Segue em anexo pedido de esclarecimento.

Visualizar Anexo

PEDIDODEESCLARECIMENTOPE001724.pdf
117 KB

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

EMPRESA: CIRUMED COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 26.853.028/0001-65

Venho por meio deste solicitar esclarecimento referente ao:

PREGÃO ELETRÔNICO: 0017/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27/011.864/2023

Acerca dos itens abaixo,

ITENS 12 E 14

12 - Esfigmomanômetro - Tipo: de Braço; Faixa de operação: 0mm/hg a 300mm/hg; material braçadeira: nylon; Tamanho: infantil; Requisitos: portátil, manômetro aneroide com visor graduado, pera de borracha com válvula anti refluxo, manguito em borracha sem emendas, fecho em velcro resistente, verificado e aprovado pelo INMETRO.

14 - Esfigmomanômetro - Tipo: de Braço; Faixa de operação: 0mm/hg a 300mm/hg; material braçadeira: nylon; Tamanho: infantil; Requisitos: portátil, manômetro aneroide com visor graduado, pera de borracha com válvula anti refluxo, manguito em borracha sem emendas, fecho em velcro resistente, verificado e aprovado pelo INMETRO.

Como pode ser visto os dois itens possuem o mesmo descritivo, porém no anexo II (planilha de licitação) e no portal de compras MS eles aparecem com quantitativos e preços discrepantes entre si. Os itens estão corretos?

ITENS 13 E 15

13 - Esfigmomanômetro - Tipo: analógico; Uso: obeso; Material de confecção da braçadeira: nylon.

15 - Esfigmomanômetro - Tipo: analógico; Uso: obeso; Material de confecção da braçadeira: nylon.

Como pode ser visto os dois itens possuem o mesmo descritivo, porém no anexo II (planilha de licitação) e no portal de compras MS eles aparecem com quantitativos e preços discrepantes entre si. Os itens estão corretos?

Segue print do anexo abaixo:

ITEM 012	1	0028378	Esfigmomanômetro - Tipo: de Braço; Faixa de operação: 0mm/hg a 300mm/hg; material braçadeira: nylon; Tamanho: infantil; Requisitos: portátil, manômetro aneróide com visor graduado, pera de borracha com válvula anti refluxo, manguito em borracha sem emendas, fecho em velcro resistente, verificado e aprovado pelo INMETRO.]	1 - Un.	33903036	25	105,43	2.635,75
ITEM 013	1	0022079	Esfigmomanômetro - Tipo: analógico; Uso: obeso; Material de confecção da braçadeira: nylon.	1 - Un.	33903036	15	170,00	2.550,00
ITEM 014	1	0028378	Esfigmomanômetro - Tipo: de Braço; Faixa de operação: 0mm/hg a 300mm/hg; material braçadeira: nylon; Tamanho: infantil; Requisitos: portátil, manômetro aneróide com visor graduado, pera de borracha com válvula anti refluxo, manguito em borracha sem emendas, fecho em velcro resistente, verificado e aprovado pelo INMETRO.	1 - Un.	33903036	10	522,22	5.222,20
ITEM 015	1	0022079	Esfigmomanômetro - Tipo: analógico; Uso: obeso; Material de confecção da braçadeira: nylon.	1 - Un.	33903036	64	142,94	9.148,16