



Compras Públicas

☰ Licitação

Configurações

 Novidades

 Roadmap

 Sugestões

≡ Licitação

[← Voltar para listagem](#)

**Número do
Processo**

27/012.058/2023

Situação

Aguardando
Abertura

PROCESSO DIGITAL

DOCUMENTOS

ACCESSAR

Número do Edital

0009/2024

Detalhe Esclarecimento

Data

01/07/2024 16:38:51

Empresa

HIT CARE
NORDESTE
IMPORTACAO,
COMERCIO E
SERVICOS DE
PRODUTOS
MEDICOS,
ODONTOLOGICO
S E
HOSPITALARES

Situação

Aguardando Resposta

Assunto Esclarecimento

No item 9 desse edital, onde é solicitado um Digitalizador de imagem, o quantitativo apresentado é 1 unidade. Porém, no descritivo, na parte de composição, é solicitado de tal forma: Composição: sistema deverá ser composto de: 02 x Detector Flat Panel (FPD – Flat Panel Detector). Tal informação nos deixou na dúvida, é uma unidade de placa de detecção ou são duas unidades?

Visualizar Anexo

Aguardando Resposta



Impugnações



					919 plissado, moldura galvanizada; Display: digital, indicador da pressão diferencial do filtro absoluto HEPA, horímetro que indica minutos e horas corrido de funcionamento da cabine e outros parâmetros; Iluminação da área de trabalho: com lâmpada fluorescente de no mínimo 20 Watts e lâmpada germicida; Dimensão interna: de aproximadamente 50 x 95 x 55 cm.
Cardioversor	007 e 007.1	0017334	5	1 - Un.	Equipamento hospitalar / laboratorial - Tipo: cardioversor; Requisito: não possuir: marcapasso transcutâneo, oximetria (spo2) e pás internas; Alimentação: bifásico; Uso: equipamento utilizado para aplicar uma carga, sincronizada, buscando o restabelecimento do ritmo cardíaco; Comando: nas pás: ajuste, carga e disparo; Possui (1): módulo dea, bateria, memória de ecg e impressora.
Centrífuga Laboratorial	008	0017429	5	1 - Un.	Centrífuga laboratorial - Uso: laboratorial; Capacidade: para tubos de 04 até 30 amostras; Tecnologia/ tipo: digital.
DR – Sistema Digitalizador de Imagens Radiográficas	009	0025610	1	1 - Un.	Equipamento hospitalar / laboratorial - Tipo: Sistema Digitalizador; Acompanha: todos os cabos, conectores e acessórios indispensáveis/necessários para o funcionamento do Equipamento e Sistema. Manuais de operação para cada equipamento em português (Brasil); Incluso instalação e Treinamento Operacional; Capacidade: de inserção do detector na gaveta da mesa e bucky mural, bem como realização de exames fora da gaveta/bucky; Peso: peso máximo do detector de 4 kg ou menos; Capacidade de suportar 150 kg ou mais distribuídos sobre a superfície do detector; Detector: com fonte de energia (bateria, capacitor ou tecnologia similar), com capacidade mínima de 4 horas de exame ou 110 imagens por carga; Tamanho máximo do pixel: menor ou igual a 150 microns; Permitir: gravação de imagens em CD/DVD; Composição: sistema deverá ser composto de: 02 x Detector Flat Panel (FPD – Flat Panel Detector); 01 x Carregador da fonte de energia (bateria, capacitor ou similar) do detector; 01 x Console de aquisição, visualização e manipulação de imagens; Bateria: em caso de bateria externa, além da bateria integrante do detector, o conjunto deverá acompanhar 01 unidade de bateria extra por detector; Registro: no Ministério da Saúde/ANVISA vigente; Console: de Aquisição, Visualização e Manipulação de Imagens: Monitor de no mínimo 21" polegadas, touch, Estação de trabalho com configuração mínima: Processador – Core i3 (superior ou similar), 500GB de armazenamento Hard Disk e 4GB de memória RAM ou superior; Possibilidade: de utilização do detector com fio, caso necessário; Requisito: direto com conexão entre detector digital e o console de aquisição realizada sem fio e adaptável aos equipamentos de raios-x fixos analógicos existentes na instituição, para realização de exames de rotina e/ou emergência, com detector posicionado na gaveta/bucky ou fora do mesmo; Matriz: do detector maior ou igual a 2304 x 2800 pixels; Carregador: um carregador da fonte de energia (bateria, capacitor ou similar) do detector,