

Processo nº 27/012.058/2023

Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES – CORRELATOS HOSPITALARES, para o CENTRO DIAGNÓSTICOS E ESPECIALIDADES MÉDICAS DE DOURADOS - MS, no município de DOURADOS/MS.

Em atenção à solicitação do setor de Compras da Secretaria de Estado de Saúde, quanto à análise dos esclarecimentos apresentado pela empresa José Vargas, em 02 de julho de 2024, ao edital do Pregão Eletrônico Nº 0009/2024, no qual a licitante indaga sobre:

Esclarecimento – “sobre item nº 12 - eletromiógrafo - pregão nº 9/24 - Solicito esclarecimento referente ao item pois entendemos que parte da especificação técnica descrita corresponde a "eletroneuromiógrafo: estimulação repetitiva". Dessa forma, a equipe técnica solicita confirmação do item e da descrição.”

Segue nosso **entendimento**:

Ao analisar o descritivo do eletromiógrafo, padronizado com o código 0024734, foi constatado que, equivocadamente, foi solicitada a especificação técnica para estimulação repetitiva. No entanto, para o item eletromiógrafo não tem por finalidade esse tipo de estímulo, sendo essa funcionalidade específica do eletroneuromiógrafo.

Diante dessa situação, será realizado o cancelamento do Item 012 – Eletromiógrafo do pregão 0009/2024, processo 27/012.058/2023. Posteriormente, um novo processo será realizado para este item.

Estamos à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais e para discutir em maiores detalhes como garantir que todas as especificações sejam integralmente atendidas. Caso haja alguma dúvida ou necessidade de mais informações, por favor, não hesite em nos contatar.

Campo Grande, 04 de julho de 2024.

Pedro Henrique Caetano Monteiro Basto
Coordenadoria de Projetos e Infraestrutura Física/SES
Matrícula: 492460023