

Compras Públicas

Licitação

Sobre

Novidades

Roadmap

Sugestões

Licitação

< Voltar para listagem

Número do Processo

27/028.455/2024

Situação

Aguardando Abertura

Número do Edital

0060/2024

Detalhe Esclarecimento

Data

17/04/2025 11:06:18

Empresa

RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Situação

Aguardando Resposta

Assunto Esclarecimento

Sou da empresa RC Móveis e gostaria de sanar uma dúvida referente ao item 7- Cama Hospitalar - Tipo: fawler elétrica, no edital consta a especificação do termo de referencia e um complemento porém as especificações estão divergentes. Neste caso, o rodizio deverá ser " Rodízios: de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos dois freios em diagonal" ou "Freio total e direcional; ", já em relação " serão aceitos equipamentos que possuam chapa em polietileno ou material compatível." seria correpondente ao leito da cama, se sim, em o edital também solicita "Leito: em estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para respiro;" , serão aceitos um ou outro ? Sobre o "02 (dois) Suportes de soro para bombas de infusão", neste caso a cama deve acompanhar duas hastes de suporte de soro ?

Nenhuma impugnação encontrada.

Este processo não possui nenhuma impugnação até o momento.

1

©2025 — Todos os direitos reservados

v6.7.63

https://www.siga.ms.gov.br/licitacao/#/licitacoes/565/esclarecimentoImpugnacao

1/2