

Compras Públicas

Licitação

Sobre

Novidades

Roadmap

Sugestões

Perfil

Licitação

Voltar para listagem

Número do Processo

27/028.455/2024

Situação

Aguardando Abertura

Número do Edital

0060/2024

PROCESSO DIGITAL

DOCUMENTOS

ACESSAR

Detalhe Esclarecimento

Data

28/04/2025 10:08:49

Empresa

INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Situação

Aguardando Resposta

Assunto Esclarecimento

Gostaria de solicitar um esclarecimento em relação à especificação de resolução de tela para o item 16.0 e 16.1 monitor, conforme descrito no edital. O descritivo exige uma resolução mínima de 1280x800 pixels, no entanto, para uso específico em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), entendemos que essa exigência pode não ser tão crítica, uma vez que a diferença para a resolução de 1024x768 pixels é mínima e não impactaria negativamente no desempenho ou na funcionalidade dos equipamentos. Diante disso, gostaríamos de saber se a resolução de 1024x768 pixels seria aceita como alternativa para este item, considerando que a performance e a qualidade visual necessárias para o ambiente de UTI seriam mantidas sem prejuízo ao órgão.

Nome: Sim

Aguardando Resposta

28/04/2025 10:04

Tipo: INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Data: Gostaria de solicitar u...

Nome: Não

Aguardando Resposta

28/04/2025 10:08

Tipo: INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

©2025 — Todos os direitos reservados

v6.7.64

https://www.siga.ms.gov.br/licitacao/#/licitacoes/565/esclarecimentoImpugnacao?edicao=true

1/2