



## GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

## Planilha de Licitação

DADOS DO PROCESSO			
Processo:	27/009.059/2025	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Órgão:	FESA		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		

DADOS DA PLANILHA DE AQUISIÇÃO			
Planilha:	002/2026	Solicitante:	FESA
Telefone:	(67) 3318-1651	Número do PED:	
Tipo da Planilha:	Material	Unidade Orçamentária:	27901
Descrição Global:		Qtde Meses do Serviço:	
Observações:			
Data:	15/06/26 15:44		

Tipo	Item	Código	Descrição	Unidade	Item Despesa	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Lei 147 (%)
ITEM 001	1	0017104	<p>Câmara hospitalar / laboratorial - Tipo: conservação de hemoderivados/ imuno/ termolábeis; Uso: equipamento vertical para armazenamento de bolsa de sangue, hemoderivados com capacidade interna de no mínimo 120 litros; deve possuir: sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas/eletrônicos do comando principal, para mantimento da ativação do equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações de contingências necessárias; Painel: deverá manter painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados; Refrigeração: por compressor hermético; estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta; sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do condensado; faixa de trabalho de 2°C a 6°C; Sistema de alarme: sonoro e visual para no mínimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, falha de sensor de temperatura, porta aberta; acionamento automático da iluminação interna em led, na abertura da porta; Apresentar: sistema de discagem por telefone automática; sistema de relatório exportável por pen drive, dados criptografados com registros de eventos e desempenho das temperaturas interna da câmara; registros de dados criptografados; Sistema de segurança: acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema de refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 48 horas; Tensão: de acordo com a necessidade da entidade solicitante; Constituído por: câmara interna construídas em aço</p>	1 - Un.	44905208	6	16.244,35	97.466,10	75,00
Valor Total Global								325.800,31	



## GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

## Planilha de Licitação

Tipo	Item	Código	Descrição	Unidade	Item Despesa	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Lei 147 (%)
ITEM 001	1	0017104	inoxidável com no mínimo duas gavetas em aço inoxidável; porta no mínimo vidro triplo com sistema de anti-embacamento; isolamento térmico de no mínimo 70mm nas paredes em poliuretano livre de cfc; painel localizado na parte superior frontal em lcd.	1 - Un.	44905208	6	16.244,35	97.466,10	75,00
ITEM 001.1	1	0017104	Câmara hospitalar / laboratorial - Tipo: conservação de hemoderivados/ imuno/ termolábeis; Uso: equipamento vertical para armazenamento de bolsa de sangue, hemoderivados com capacidade interna de no mínimo 120 litros; deve possuir: sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas/eletrônicos do comando principal, para mantimento da ativação do equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações de contingências necessárias; Painel: deverá manter painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados; Refrigeração: por compressor hermético; estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta; sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do condensado; faixa de trabalho de 2°C a 6°C; Sistema de alarme: sonoro e visual para no mínimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, falha de sensor de temperatura, porta aberta; acionamento automático da iluminação interna em led, na abertura da porta; Apresentar: sistema de discagem por telefone automática; sistema de relatório exportável por pen drive, dados criptografados com registros de eventos e desempenho das temperaturas interna da câmara; registros de dados criptografados; Sistema de segurança: acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema de refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 48 horas; Tensão: de acordo com a necessidade da entidade solicitante; Constituído por: câmara interna construídas em aço inoxidável com no mínimo duas gavetas em aço inoxidável; porta no mínimo vidro triplo com sistema de anti-embacamento; isolamento térmico de no mínimo 70mm nas paredes em poliuretano livre de cfc; painel localizado na parte superior frontal em lcd.	1 - Un.	44905208	2	16.244,35	32.488,70	25,00
ITEM 002	2	0030055	Centrífuga laboratorial - Capacidade: rotor para no mínimo 20 tubos entre pelo menos 0,2 a 5 ml; Requisito: controle microprocessado, com painel em display de cristal líquido com indicação da rotação em RPM, força G,	1 - Un.	44905208	1	38.023,31	38.023,31	
Valor Total Global								325.800,31	



## GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

## Planilha de Licitação

Tipo	Item	Código	Descrição	Unidade	Item Despesa	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Lei 147 (%)
ITEM 002	2	0030055	aceleração, temperatura e tempo de processo; Tipo: refrigerada de bancada; Sistema: de trava eletromagnética de segurança da tampa superior com amortecedor. Sistema mecânico manual de abertura da tampa em caso de falta de energia; Motor: sem escovas; Rotação mínima: 3000 RPM; Detecção: automática de desbalanceamento; Deve ser construída e/ou revestida: em aço e pintura epóxi e câmara interna em aço inox; permite: seleção de vários tipos de cruzetas e adaptadores; Deve possibilitar: faixa de trabalho entre pelo menos -20° C até 40° C, com compressor livre do gás CFC.	1 - Un.	44905208	1	38.023,31	38.023,31	
ITEM 005	5	0017429	Centrífuga laboratorial - Uso: laboratorial; Capacidade: para tubos de 04 até 30 amostras; Tecnologia/ tipo: digital.	1 - Un.	44905208	15	7.891,11	118.366,65	75,00
ITEM 005.1	5	0017429	Centrífuga laboratorial - Uso: laboratorial; Capacidade: para tubos de 04 até 30 amostras; Tecnologia/ tipo: digital.	1 - Un.	44905208	5	7.891,11	39.455,55	25,00
Valor Total Global								325.800,31	

Justificativa para NÃO aplicar a Lei Complementar 147:

--