131	**BROCA DIAMANTADA Nº 3203 – ESTÉRIL** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • GRANULAÇÃO MÉDIA; • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PREPARO CAVITÁRIO E ACABAMENTO ODONTOLÓGICO; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO (FG); • FORMATO CILÍNDRICO COM EXTREMIDADE ARREDONDADA; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; • CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; • INDICADA PARA DESGASTE DENTAL, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
132	**BROCA DE AÇO DIAMANTADA COM HASTE LONGA – ESTÉRIL** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA COM HASTE LONGA; • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE DIFÍCIL ACESSO, DESGASTE E ACABAMENTO; • COMPATÍVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; • CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; • ALTA CAPACIDADE DE DESGASTE EM ESMALTE, DENTINA, RESINAS E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

133	**BROCA CARBIDE AR Nº 245 – ESTERILIZADA** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA CARBIDE ODONTOLÓGICA AR Nº 245; • ESTERILIZADA; • INDICADA PARA PREPARO CAVITÁRIO, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E ACABAMENTO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; • LÂMINAS DE CARBETO DE TUNGSTÊNIO DE ALTA DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DE CORTE; • FORMATO CILÍNDRICO COM EXTREMIDADE ARREDONDADA; • CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; • RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
134	**BROCA CARBIDE MULTILAMINADA FG Nº 7404 F – 4ª SÉRIE (POLIMENTO DE RESTAURAÇÃO EM AMÁLGAMA)** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA CARBIDE MULTILAMINADA FG Nº 7404 F; • 4ª SÉRIE; • INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM AMÁLGAMA; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO (FG); • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CARBETO DE TUNGSTÊNIO; • LÂMINAS MULTILAMINADAS DE ALTA PRECISÃO; • GRANULAÇÃO/FINALIZAÇÃO FINA; • PROPORCIONA ACABAMENTO LISO, UNIFORME E BRILHO NAS RESTAURAÇÕES; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • CORTE SUAVE, PRECISO E EFICIENTE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

135	**BROCA CIRÚRGICA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO Nº 701** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA CIRÚRGICA CARBIDE Nº 701; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS, OSTEOTOMIAS, ODONTOSECÇÃO E DESGASTE ÓSSEO/DENTAL; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CARBETO DE TUNGSTÊNIO; • FORMATO TRONCO-CÔNICO FISSURA; • LÂMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E EFICIÊNCIA; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • PROPORCIONA CORTE PRECISO, UNIFORME E COM MENOR VIBRAÇÃO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
136	**BROCA CIRÚRGICA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO Nº 702** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA CIRÚRGICA CARBIDE Nº 702; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS, OSTEOTOMIAS, ODONTOSECÇÃO E DESGASTE ÓSSEO/DENTAL; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CARBETO DE TUNGSTÊNIO; • FORMATO TRONCO-CÔNICO FISSURA ALONGADA; • LÂMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E EFICIÊNCIA; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • PROPORCIONA CORTE PRECISO, UNIFORME E COM MENOR VIBRAÇÃO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

137	**BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA** **CARACTERÍSTICAS:** • CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM LÂMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO, INDICADA PARA OSTEOTOMIA, ODONTOSECÇÃO E REMOÇÃO DE TECIDO ÓSSEO DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS; • COMPATÍVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM HASTE NO PADRÃO FG (FRICTION GRIP), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO; • DEVE APRESENTAR CORTE EFICIENTE, ACABAMENTO UNIFORME, ESTAR LIVRE DE REBARBAS E IMPERFEIÇÕES E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS PARA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. **EMBALAGEM:** 1 UNIDADE.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
138	**BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 02 – BR/CA – 28 MM** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 02; • HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-ÂNGULO); • COMPRIMENTO DE 28 MM; • INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS EM DENTINA; • COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

139	**BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 03 – BR/CA – 28 MM (LONGA)** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 03; • HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-ÂNGULO); • COMPRIMENTO DE 28 MM – LONGA; • INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PREPARO CAVITÁRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
140	**BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 04 – BR/CA – 28 MM (LONGA)** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 04; • HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-ÂNGULO); • COMPRIMENTO DE 28 MM – LONGA; • INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PREPARO CAVITÁRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

141	**BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 05 – BR/CA – 28 MM** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 05; • HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-ÂNGULO); • COMPRIMENTO DE 28 MM; • INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PREPARO CAVITÁRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
142	**BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 – BR/CA – 28 MM (LONGA)** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 06; • HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-ÂNGULO); • COMPRIMENTO DE 28 MM – LONGA; • INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PREPARO CAVITÁRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

143	**BROCA DE AÇO BR/CA Nº 08 – 28 MM (LONGA) – COMUM CONTRA-ÂNGULO – 1ª SÉRIE** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 08; • HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-ÂNGULO); • COMPRIMENTO DE 28 MM – LONGA; • 1ª SÉRIE; • INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PREPARO CAVITÁRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
144	**BROCA DE AÇO CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO FG Nº 06 – ESTERILIZADA** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA CARBIDE FG Nº 06 PARA ALTA ROTAÇÃO; • ESTERILIZADA; • INDICADA PARA PREPARO CAVITÁRIO, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E ACABAMENTO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • COMPATÍVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CARBETO DE TUNGSTÊNIO; • LÂMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E DURABILIDADE; • CORTE EFICIENTE, UNIFORME E COM BAIXA VIBRAÇÃO; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

145	**BROCA DE AÇO CARBIDE FG Nº 02 – ESFÉRICA – ESTERILIZADA** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA CARBIDE FG Nº 02 ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO; • ESTERILIZADA; • INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ABERTURA CORONÁRIA E PREPARO CAVITÁRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • FORMATO ESFÉRICO; • COMPATÍVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CARBETO DE TUNGSTÊNIO; • LÂMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E DURABILIDADE; • CORTE EFICIENTE, UNIFORME E COM BAIXA VIBRAÇÃO; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTERILIZADA.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
146	**BROCA DE AÇO CARBIDE FG Nº 04 – ESTERILIZADA** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA CARBIDE FG Nº 04 PARA ALTA ROTAÇÃO; • ESTERILIZADA; • INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, PREPARO CAVITÁRIO E ACABAMENTO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • COMPATÍVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CARBETO DE TUNGSTÊNIO; • LÂMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E DURABILIDADE; • CORTE EFICIENTE, UNIFORME E COM BAIXA VIBRAÇÃO; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

147	**BROCA DE AÇO CARBIDE FGC Nº 702 (LONGA) – ESTERILIZADA** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA CARBIDE FGC Nº 702 LONGA PARA ALTA ROTAÇÃO; • ESTERILIZADA; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS, ODONTOSECÇÃO, OSTEOTOMIA E DESGASTE DENTAL/ÓSSEO; • FORMATO FISSURA TRONCO-CÔNICA LONGA; • COMPATÍVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CARBETO DE TUNGSTÊNIO; • LÂMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E DURABILIDADE; • CORTE EFICIENTE, UNIFORME E COM BAIXA VIBRAÇÃO; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTERILIZADA.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
148	**BROCA GATES Nº 01 – 32 MM** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA GATES Nº 01; • COMPRIMENTO DE 32 MM; • INDICADA PARA ALARGAMENTO CERVICAL E PREPARO DO CANAL RADICULAR EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; • COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO EM BAIXA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA; • PONTA ATIVA COM CORTE PRECISO E EFICIENTE; • FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADAS PARA INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA; • RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

149	**BROCA GATES Nº 02 – 32 MM** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA GATES Nº 02; • COMPRIMENTO DE 32 MM; • INDICADA PARA ALARGAMENTO CERVICAL E PREPARO DO CANAL RADICULAR EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; • COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO EM BAIXA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA; • PONTA ATIVA COM CORTE PRECISO E EFICIENTE; • FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADAS PARA INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA; • RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
150	**BROCA GATES Nº 03 – 32 MM** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA GATES Nº 03; • COMPRIMENTO DE 32 MM; • INDICADA PARA ALARGAMENTO CERVICAL E PREPARO DO CANAL RADICULAR EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; • COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO EM BAIXA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA; • PONTA ATIVA COM CORTE PRECISO E EFICIENTE; • FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADAS PARA INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA; • RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

151	**BROCA GATES Nº 04 – 32 MM** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BROCA GATES Nº 04; • COMPRIMENTO DE 32 MM; • INDICADA PARA ALARGAMENTO CERVICAL E PREPARO DO CANAL RADICULAR EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; • COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO EM BAIXA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA; • PONTA ATIVA COM CORTE PRECISO E EFICIENTE; • FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADAS PARA INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA; • RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL.	UNID	80	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
152	**ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO ODONTOLÓGICO** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, INDICADO PARA SUSTENTAÇÃO E TENSIONAMENTO DO LENÇOL DE BORRACHA DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, ESPECIALMENTE EM ENDODONTIA, DENTÍSTICA E ODONTOPEDIATRIA. • FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA, À CORROSÃO E AO DESGASTE. • FORMATO ANATÔMICO, PROPORCIONANDO ADEQUADA TENSÃO DO LENÇOL DE BORRACHA E AMPLO ACESSO AO CAMPO OPERATÓRIO, SEM INTERFERIR NA VISUALIZAÇÃO OU NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. • SUPERFÍCIE LISA, ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU IMPERFEIÇÕES. • COMPATÍVEL COM LENÇÓIS DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE DIMENSÕES PADRÃO 15 CM × 15 CM (6" × 6"). • POSSUIR PINOS OU RETENÇÕES PARA FIXAÇÃO SEGURA DO LENÇOL DE BORRACHA. • RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, SEM DEFORMAÇÃO OU PERDA DE SUAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS. • PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	0	**0**	**10**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 01 unidades anual para cada posto de saúde quantidade mínima para execução do serviço visto que essa quantidade atende integralmente a rotina diária de procedimentos da UBS, pois o insumo é utilizado de forma intercalada entre os pacientes e reprocessado/esterilizado.**

153	**BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL EM GEL, À BASE DE RESINA METACRÍLICA, INDICADA PARA PROTEÇÃO DOS TECIDOS GENGIVAIS DURANTE PROCEDIMENTOS DE CLAREAMENTO DENTAL EM CONSULTÓRIO E OUTROS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS QUE REQUEIRAM ISOLAMENTO DOS TECIDOS MOLES; • CONSISTÊNCIA TIXOTRÓPICA, PERMITINDO FÁCIL APLICAÇÃO, SEM ESCOAMENTO, COM EXCELENTE ADAPTAÇÃO AO CONTORNO GENGIVAL; • COR CONTRASTANTE (VERDE, AZUL OU EQUIVALENTE), FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DURANTE A APLICAÇÃO E A REMOÇÃO; • FOTOPOLIMERIZAÇÃO RÁPIDA, COM TEMPO MÁXIMO DE 40 SEGUNDOS, FORMANDO UMA BARREIRA FLEXÍVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL REMOÇÃO EM PEÇA ÚNICA, SEM DEIXAR RESÍDUOS; • BOA ADESÃO À GENGIVA E AOS DENTES DURANTE O PROCEDIMENTO, SEM CAUSAR IRRITAÇÃO AOS TECIDOS QUANDO UTILIZADO CONFORME AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE; • COMPATÍVEL COM APARELHOS FOTOPOLIMERIZADORES DE LUZ LED E HALÓGENA; • PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. **EMBALAGEM:** EM SERINGA CONTENDO 2 G A 3 G DE PRODUTO, ACOMPANHADA DE PONTEIRAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS.	TB	0	**0**	**50**	**Item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 05 unidades anual para cada posto de saúde, quantidade mínima para execução do serviço. O quantitativo estima um consumo médio de 1 seringa consumida a cada 70 a 80 dias. O quantitativo foi dimensionado considerando uma média ponderada de consumo de aproximadamente 0,5 g de produto por atendimento/paciente. Estimando a cobertura de até 25 procedimentos/ano por UBS.**

154	**CALCADOR (CONDENSADOR) ENDODÔNTICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CALCADOR (CONDENSADOR) ENDODÔNTICO MANUAL, INDICADO PARA CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL DE CONES DE GUTA-PERCHA DURANTE A OBTURAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. • FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • PONTA ATIVA LISA, COM FORMATO CÔNICO E DIMENSÕES PADRONIZADAS, PROPORCIONANDO ADEQUADA ADAPTAÇÃO AO CANAL RADICULAR E EFICIENTE CONDENSAÇÃO DO MATERIAL OBTURADOR. • CABO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE E DE FÁCIL EMPUNHADURA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL AUTOCLAVÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. • DISPONÍVEL EM DIFERENTES CALIBRES, CONFORME PADRÃO ISO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DIÂMETROS DOS CANAIS RADICULARES. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DO INSTRUMENTO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. • PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE;	UNID	0	**0**	**10**	**Item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 01 unidades anual para cada posto de saúde, quantidade mínima para execução do serviço. Por ser confeccionado em aço inoxidável de alta resistência mecânica e à corrosão, o instrumental não sofre consumo por desgaste imediato (não é insumo descartável).**
155	**CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR À BASE DE RESINA EPÓXI E HIDROXIDO DE CÁLCIO CARACTERÍSTICA:** • CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR PARA CANAIS RADICULARES À BASE DE RESINA EPÓXI E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; • INDICADO PARA OBTURAÇÃO PERMANENTE DE CANAIS RADICULARES EM ASSOCIAÇÃO COM CONES DE GUTA-PERCHA; • DEVE APRESENTAR EXCELENTE CAPACIDADE DE VEDAMENTO APICAL E LATERAL; • BAIXA SOLUBILIDADE; • RADIOPACIDADE ADEQUADA; • ESTABILIDADE DIMENSIONAL; • BIOCOMPATIBILIDADE E PROPRIEDADES ANTIMICROBIANAS DECORRENTES DA PRESENÇA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; • DEVE POSSUIR ESCOAMENTO ADEQUADO, TEMPO DE TRABALHO COMPATÍVEL COM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS E FÁCIL MANIPULAÇÃO; • PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA; • ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. **EMBALAGEM:** KIT CONTENDO: • PASTA BASE • PASTA CATALISADORA/ENDURECEDORA;	UNID	50	13	**20**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

156	**CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE 15–40** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTÉREIS PARA USO ENDODÔNTICO; • 1ª SÉRIE – CALIBRES 15 A 40; • ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO; • INDICADAS PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES E INSERÇÃO DE MEDICAÇÕES INTRACANAIS; • FORMATO CÔNICO PADRONIZADO; • COMPATÍVEIS COM INSTRUMENTAIS ENDODÔNTICOS CORRESPONDENTES; • CONFECCIONADAS EM PAPEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA; • PONTAS UNIFORMES E FLEXÍVEIS; • PRODUTO ACONDICIONADO DE FORMA HIGIÊNICA E SEGURA; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	0	0	**50**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 05 unidades anual para cada posto de saúdequantidade mínima para execução do serviço. A definição de 05 caixas/ano (com 120 cones cada) decorre da multiplicação da estimativa de consumo médio de cones por canal (considerando preparo, medicação e obturação aproximadamente 8 a 10 unidades/atendimento) pela estimativa de 54 procedimentos endodônticos anuais por posto, resultando em 4,32 caixas, ajustadas para 5 unidades.**
157	**CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE 45–80** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTÉREIS PARA USO ENDODÔNTICO; • 2ª SÉRIE – CALIBRES 45 A 80; • ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO; • INDICADAS PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES E INSERÇÃO DE MEDICAÇÕES INTRACANAIS; • FORMATO CÔNICO PADRONIZADO; • COMPATÍVEIS COM INSTRUMENTAIS ENDODÔNTICOS CORRESPONDENTES; • CONFECCIONADAS EM PAPEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA; • PONTAS UNIFORMES E FLEXÍVEIS; • PRODUTO ACONDICIONADO DE FORMA HIGIÊNICA E SEGURA; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	0	0	**30**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades anual para cada posto de saúde, quantidade mínima para execução do serviço. O quantitativo estima o consumo de 1 caixa a cada 4 meses considerando a utilização em média de 7 cones por procedimento. Necessidade anual estimada para implantação do serviço: 42 procedimentos/ano dividido por 17 procedimentos/caixa = 2,47 caixas/ano, ajustadas para 3 unidades por UBS.**

158	**CONES PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA CALIBRADOS – 1ª SÉRIE (15 A 40)** **CARACTERÍSTICAS:** • CONES PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA CALIBRADOS PARA USO ENDODÔNTICO; • INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES EM ASSOCIAÇÃO COM CIMENTO OBTURADOR; • CONFECCIONADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA QUALIDADE; • COM ELEVADA ESTABILIDADE DIMENSIONAL; • RADIOPACIDADE ADEQUADA E EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES DO CANAL RADICULAR; • DEVEM APRESENTAR FORMATO CÔNICO PADRONIZADO; • CALIBRES CORRESPONDENTES À 1ª SÉRIE (15, 20, 25, 30, 35 E 40); • CODIFICAÇÃO POR CORES CONFORME NORMAS INTERNACIONAIS; • UNIFORMIDADE DIMENSIONAL E COMPATIBILIDADE COM INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS DA MESMA NUMERAÇÃO; • PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE PRESERVE SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS; • CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE; • REGISTRO NA ANVISA. **APRESENTAÇÃO:** CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	20	5	8	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
159	**CONES PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA 2ª SÉRIE 45–80 CALIBRADA** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CONES PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA DESTINADOS À OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES APÓS O PREPARO BIOMECÂNICO; • FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA QUALIDADE, COM ÓXIDO DE ZINCO E COMPONENTES QUE PROPORCIONEM ADEQUADA PLASTICIDADE, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E RADIOPACIDADE; • CALIBRADOS CONFORME A NORMA ISO, COM CONICIDADE PADRÃO DE 0,02 (2%); • CORRESPONDENTES À 2ª SÉRIE ISO, NOS CALIBRES 45, 50, 55, 60, 70 E 80; • APRESENTAR CODIFICAÇÃO POR CORES CONFORME PADRÃO ISO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; • SUPERFÍCIE LISA, HOMOGÊNEA, SEM POROSIDADES, DEFORMAÇÕES, BOLHAS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM A ADAPTAÇÃO AO CANAL RADICULAR; • COMPATÍVEIS COM AS LIMAS ENDODÔNTICAS PADRONIZADAS ISO DOS RESPECTIVOS CALIBRES; • ESTERILIZÁVEIS POR MÉTODOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE, SEM ALTERAÇÃO DE SUAS PROPRIEDADES FÍSICAS; • PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. • EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO EM LÍNGUA PORTUGUESA. **EMBALAGEM:** CONTENDO, NO MÍNIMO, 120 UNIDADES.	CX	20	5	8	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

160	**CONE PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE 15-40** **CARACTERÍSTICA:** • USO ENDODÔNTICO; • INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES; • FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA PUREZA, COM ÓXIDO DE ZINCO E AGENTES RADIOPACIFICADORES, GARANTINDO BIOCOMPATIBILIDADE, PLASTICIDADE ADEQUADA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL; • DEVEM OBEDECER AO PADRÃO ISO, COM CALIBRES IDENTIFICADOS POR CORES, COMPATÍVEIS COM OS INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS CORRESPONDENTES; • PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA; • EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO EM LÍNGUA PORTUGUESA. • **EMBALAGEM:** CONTENDO, NO MÍNIMO, 120 UNIDADES (20 UNIDADES DE CADA CALIBRE), OU CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE.	CX	20	5	8	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
161	**CONE PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA 2ª SÉRIE 45-80** **CARACTERÍSTICA:** • USO ENDODÔNTICO; • INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES; • FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA PUREZA, COM ÓXIDO DE ZINCO E AGENTES RADIOPACIFICADORES, GARANTINDO BIOCOMPATIBILIDADE, PLASTICIDADE ADEQUADA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL; • DEVEM OBEDECER AO PADRÃO ISO, COM CALIBRES IDENTIFICADOS POR CORES, COMPATÍVEIS COM OS INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS CORRESPONDENTES; • PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA; • EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO EM LÍNGUA PORTUGUESA. **EMBALAGEM:** CONTENDO, NO MÍNIMO, 120 UNIDADES (20 UNIDADES DE CADA CALIBRE), OU CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE.	CX	20	5	8	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

162	**CONES PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA 1ª SÉRIE 15–40 – 28 mm** **CARACTERÍSTICA:** • USO ENDODÔNTICO; • COM 28 MM DE COMPRIMENTO; • INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES; • FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA PUREZA, COM ÓXIDO DE ZINCO E AGENTES RADIOPACIFICADORES, GARANTINDO BIOCOMPATIBILIDADE, PLASTICIDADE ADEQUADA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL; • DEVEM OBEDECER AO PADRÃO ISO, COM CONICIDADE 0,02, CALIBRES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, IDENTIFICADOS POR CORES E COMPATÍVEIS COM OS INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS CORRESPONDENTES. • PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA; • EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO EM LÍNGUA PORTUGUESA. **EMBALAGEM:** CONTENDO, NO MÍNIMO, 120 UNIDADES (20 UNIDADES DE CADA CALIBRE), OU CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE.	CX	20	5	8	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
163	**CONE PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA 2ª SÉRIE 45-80 - 28mm** **CARACTERÍSTICA:** • USO ENDODÔNTICO; • COM 28 MM DE COMPRIMENTO; • INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES; • FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA PUREZA, COM ÓXIDO DE ZINCO E AGENTES RADIOPACIFICADORES, GARANTINDO BIOCOMPATIBILIDADE, PLASTICIDADE ADEQUADA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL; • DEVEM OBEDECER AO PADRÃO ISO, COM CONICIDADE 0,02, CALIBRES 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 e 80, IDENTIFICADOS POR CORES E COMPATÍVEIS COM OS INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS CORRESPONDENTES. • PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA; • EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO EM LÍNGUA PORTUGUESA. **EMBALAGEM:** CONTENDO, NO MÍNIMO, 120 UNIDADES (20 UNIDADES DE CADA CALIBRE), OU CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE.	CX	20	5	8	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

164	**CONES ACESSÓRIOS DE GUTA-PERCHA – CALIBRES SORTIDOS FF, XF, F, MF E M – 28 mm** **CARACTERÍSTICA:** • USO ENDODÔNTICO; • COM 28 MM DE COMPRIMENTO; • INDICADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DA CONDENSAÇÃO LATERAL OU OUTRAS TÉCNICAS COMPATÍVEIS; • FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA PUREZA, COM ÓXIDO DE ZINCO E AGENTES RADIOPACIFICADORES, GARANTINDO BIOCOMPATIBILIDADE, PLASTICIDADE ADEQUADA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS IRREGULARIDADES DO CANAL RADICULAR; • DEVEM APRESENTAR SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, ISENTA DE IMPERFEIÇÕES, E ESTAR DISPONÍVEIS NOS CALIBRES XF (EXTRAFINO), FF (FINO-FINO), F (FINO), MF (MÉDIO-FINO) E M (MÉDIO); • PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA; • EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO EM LÍNGUA PORTUGUESA. **EMBALAGEM:** CONTENDO, NO MÍNIMO, 120 UNIDADES (20 UNIDADES DE CADA CALIBRE), OU CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE.	CX	0	0	**20**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 02 unidades anual para cada posto de quantidade mínima para execução do serviço. A quantidade solicitada decorre da divisão direta entre a estimativa de obturações anuais por UBS (aproximadamente 30 procedimentos) e o rendimento da caixa (20 procedimentos), resultando em 1,5 caixa, arredondada para 02 unidades devido à distribuição sortida das numerações.**
165	**EDTA TRISSÓDICO** **CARACTERÍSTICA:** • 30% PH ENTRE 7.0/7.5. • FACILITA A INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA, PRINCIPALMENTE DOS CONDUTOS ATRESIADOS, E PARA MELHORAR A QUALIDADE DA CIMENTAÇÃO DE NÚCLEOS. **EMBALAGEM:** FRASCO COM 20ml.	FR	50	20	**30**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

166	**LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • LENÇOL DE BORRACHA INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, ESPECIALMENTE EM ENDODONTIA, DENTÍSTICA E ODONTOPEDIATRIA. • FABRICADO EM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL SINTÉTICO EQUIVALENTE, COM ELEVADA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E EXCELENTE CAPACIDADE DE VEDAÇÃO. • SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM POROSIDADES, PERFURAÇÕES, MANCHAS, BOLHAS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM O DESEMPENHO CLÍNICO. • ESPESSURA MÉDIA (MEDIUM) OU EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA ADEQUADA E FÁCIL ADAPTAÇÃO AOS DENTES. • DIMENSÕES APROXIMADAS DE 15CM × 15CM (6" × 6"). • COR CONTRASTANTE (AZUL, VERDE OU EQUIVALENTE), PREFERENCIALMENTE COM ACABAMENTO FOSCO, PARA REDUZIR REFLEXOS DA LUZ OPERATÓRIA E MELHORAR A VISUALIZAÇÃO DO CAMPO CLÍNICO. • COMPATÍVEL COM GRAMPOS, ARCOS E PERFURADORES PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DISPONÍVEIS NO MERCADO. • PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE PRESERVE SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. • PRODUTO COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 26 UNIDADES.	CX	0	0	**20**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 02 unidades anual para cada posto de saúde, quantidade mínima para execução do serviço. O quantitativo estima o consumo de 1 caixa a cada 6 meses. O item é essencial para atender as normas de biossegurança, necessitando uma unidade para cada procedimento com risco de contaminação por ser um item descartável. Dividindo a demanda anual estimada pelo rendimento útil de cada caixa: 42 procedimentos/ano dividido por 26 unidades/caixa = 1,61 caixas /ano. Considerando a ocorrência de eventuais rasgos acidentais, ajusta-se o quantitativo para o inteiro superior mínimo de 02 caixas anuais por UBS.**

167	**KIT DE LIMAS ROTATÓRIAS DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) PARA ENDODONTIA – 25MM** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • INDICADO PARA O PREPARO QUÍMICO-MECÂNICO DE CANAIS RADICULARES EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS. • INSTRUMENTOS FABRICADOS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÉRMICO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CONFERINDO ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FADIGA CÍCLICA E À TORÇÃO. • COMPATÍVEIS COM MOTORES ENDODÔNTICOS ROTATÓRIOS DE CONTRA-ÂNGULO 16:1 OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO MOVIMENTO ROTATÓRIO CONTÍNUO. • HASTE TIPO LATCH (RA) COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS MOTORES ENDODÔNTICOS DISPONÍVEIS NO MERCADO. • PONTA INATIVA OU SEMIATRAUMÁTICA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA CLÍNICA E PRESERVAÇÃO DA ANATOMIA ORIGINAL DOS CANAIS RADICULARES. • ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE, EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE DENTINA E RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO. • KIT CONTENDO, NO MÍNIMO, 6 LIMAS, CONTEMPLANDO SEQUÊNCIA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA CANAIS RADICULARES, COM DIFERENTES DIÂMETROS E CONICIDADES, TAIS COMO: o TAMANHOS ISO Nº 20, 25, 30, 35 E 40; o CONICIDADES .04, .06 OU EQUIVALENTES, DE ACORDO COM O SISTEMA DO FABRICANTE. • COMPRIMENTO DE 25 MM; • PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. **EMBALAGEM:** KIT CONTENDO, 6 LIMAS, COM DIFERENTES DIÂMETROS E CONICIDADES: TAMANHOS ISO Nº 20, 25, 30, 35 E 40; CONICIDADES .04, 06 OU EQUIVALENTES, DE ACORDO COM O SISTEMA DO FABRICANTE.	KIT	0	0	**30**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades anual para cada posto de saúde, quantidade minima para execução do serviço. O quantitativo decorre do cálculo direto da vida útil técnica do instrumento por limitação de fadiga metálica (4 dentes/kit) frente à estimativa de 10 a 12 tratamentos rotatórios anuais por posto (11÷4 = 2,75, ajustado para 3 kits).**

168	**KIT DE LIMAS ROTATÓRIAS DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) PARA ENDODONTIA – 31MM** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • INDICADO PARA O PREPARO QUÍMICO-MECÂNICO DE CANAIS RADICULARES EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS. • INSTRUMENTOS FABRICADOS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÉRMICO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CONFERINDO ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FADIGA CÍCLICA E À TORÇÃO. • COMPATÍVEIS COM MOTORES ENDODÔNTICOS ROTATÓRIOS DE CONTRA-ÂNGULO 16:1 OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO MOVIMENTO ROTATÓRIO CONTÍNUO. • HASTE TIPO LATCH (RA) COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS MOTORES ENDODÔNTICOS DISPONÍVEIS NO MERCADO. • PONTA INATIVA OU SEMIATRAUMÁTICA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA CLÍNICA E PRESERVAÇÃO DA ANATOMIA ORIGINAL DOS CANAIS RADICULARES. • ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE, EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE DENTINA E RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO. • KIT CONTENDO, NO MÍNIMO, 6 LIMAS, CONTEMPLANDO SEQUÊNCIA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA CANAIS RADICULARES, COM DIFERENTES DIÂMETROS E CONICIDADES, TAIS COMO: o TAMANHOS ISO Nº 20, 25, 30, 35 E 40; o CONICIDADES .04, .06 OU EQUIVALENTES, DE ACORDO COM O SISTEMA DO FABRICANTE. • COMPRIMENTO DE 31 MM; • PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. **EMBALAGEM:** KIT CONTENDO, 6 LIMAS, COM DIFERENTES DIÂMETROS E CONICIDADES: TAMANHOS ISO Nº 20, 25, 30, 35 E 40; CONICIDADES .04, 06 OU EQUIVALENTES, DE ACORDO COM O SISTEMA DO FABRICANTE.	KIT	0	0	**30**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades anual para cada posto de saúde, quantidade minima para execução do serviço. O quantitativo decorre do cálculo direto da vida útil técnica do instrumento longo por limitação de fadiga metálica (3 dentes/kit) frente à estimativa de 8 atendimentos anuais com raízes longas por posto (8÷3=2,66, ajustado para 3 kits).**

169	**LIMA TIPO FLEXOFILE PARA ENDODONTIA – 1ª SÉRIE – 15-40 – 25MM** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • LIMA MANUAL TIPO FLEXOFILE, INDICADA PARA PREPARO, EXPLORAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE PROPORCIONE MAIOR FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FADIGA E MENOR RISCO DE DEFORMAÇÃO DURANTE O USO; • SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR OU EQUIVALENTE, COM ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE E EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS CURVOS; • HASTE HELICOIDAL USINADA COM SUPERFÍCIE UNIFORME, PONTA INATIVA (NÃO CORTANTE) OU SEMIATRAUMÁTICA, FAVORECENDO A CONDUÇÃO SEGURA NO CANAL RADICULAR; • CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOCLAVÁVEL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO E COM CODIFICAÇÃO POR CORES CONFORME A NORMA ISO, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; • COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS DE 25 MM; • SÉRIE COMPLETA 15–40, CONFORME PADRÃO ISSO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. • PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; **EMBALAGEM:** CONTENDO 6 UNIDADES.	CX	0	0	**30**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades anual para cada posto de saúde, quantidade mínima para execução do serviço. O quantitativo decorre do cálculo direto da vida útil técnica do instrumento manual por perda de calibração/deformação das bitolas finas (4 dentes/caixa) frente à estimativa de 11 tratamentos anuais por posto (11÷3,5 = 3,14, ajustado para 3 caixas).**

170	**LIMA TIPO FLEXOFILE PARA ENDODONTIA – 2ª SÉRIE – 45-80 – 25MM** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • LIMA MANUAL TIPO FLEXOFILE, INDICADA PARA PREPARO, EXPLORAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE PROPORCIONE MAIOR FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FADIGA E MENOR RISCO DE DEFORMAÇÃO DURANTE O USO; • SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR OU EQUIVALENTE, COM ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE E EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS CURVOS; • HASTE HELICOIDAL USINADA COM SUPERFÍCIE UNIFORME, PONTA INATIVA (NÃO CORTANTE) OU SEMIATRAUMÁTICA, FAVORECENDO A CONDUÇÃO SEGURA NO CANAL RADICULAR; • CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOCLAVÁVEL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO E COM CODIFICAÇÃO POR CORES CONFORME A NORMA ISO, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; • COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS DE 25 MM; • SÉRIE COMPLETA 45–80, CONFORME PADRÃO ISSO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. • PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; **EMBALAGEM:** CONTENDO 6 UNIDADES.	CX	0	0	**30**	**Item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades anual para cada posto de saúde, quantidade mínima para execução do serviço. A estimativa do quantitativo decorre da soma da demanda clínica direta de canais amplos (1 caixa), acrescida do fator de desgaste assimétrico dos calibres iniciais (1 caixa) e do estoque de reserva técnica para reposição por autoclavação/urgências (1 caixa).**

171	**LIMA TIPO FLEXOFILE PARA ENDODONTIA – 1ª SÉRIE – 15-40 – 31MM** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • LIMA MANUAL TIPO FLEXOFILE, INDICADA PARA PREPARO, EXPLORAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE PROPORCIONE MAIOR FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FADIGA E MENOR RISCO DE DEFORMAÇÃO DURANTE O USO; • SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR OU EQUIVALENTE, COM ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE E EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS CURVOS; • HASTE HELICOIDAL USINADA COM SUPERFÍCIE UNIFORME, PONTA INATIVA (NÃO CORTANTE) OU SEMIATRAUMÁTICA, FAVORECENDO A CONDUÇÃO SEGURA NO CANAL RADICULAR; • CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOCLAVÁVEL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO E COM CODIFICAÇÃO POR CORES CONFORME A NORMA ISO, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; • COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS DE 31 MM; • SÉRIE COMPLETA 15–40, CONFORME PADRÃO ISSO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. • PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; **EMBALAGEM:** CONTENDO 6 UNIDADES.	CX	0	0	**30**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades anual para cada posto de saúdequantidade mínima para execução do serviço. O quantitativo decorre do cálculo direto da vida útil técnica do instrumento longo por deformação do aço nas bitolas finas (3 dentes/caixa) frente à estimativa de 8 atendimentos anuais com raízes longas por posto (8÷2,8 = 2,66, ajustado para 3 caixas).**

172	**LIMA TIPO FLEXOFILE PARA ENDODONTIA – 2ª SÉRIE – 45-80 – 31MM** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • LIMA MANUAL TIPO FLEXOFILE, INDICADA PARA PREPARO, EXPLORAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE PROPORCIONE MAIOR FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FADIGA E MENOR RISCO DE DEFORMAÇÃO DURANTE O USO; • SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR OU EQUIVALENTE, COM ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE E EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS CURVOS; • HASTE HELICOIDAL USINADA COM SUPERFÍCIE UNIFORME, PONTA INATIVA (NÃO CORTANTE) OU SEMIATRAUMÁTICA, FAVORECENDO A CONDUÇÃO SEGURA NO CANAL RADICULAR; • CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOCLAVÁVEL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO E COM CODIFICAÇÃO POR CORES CONFORME A NORMA ISO, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; • COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS DE 31 MM; • SÉRIE COMPLETA 45–80, CONFORME PADRÃO ISSO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. • PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; **EMBALAGEM:** CONTENDO 6 UNIDADES.	CX	0	0	**30**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades anual para cada posto de saúde, quantidade mínima para execução do serviço. A estimativa do quantitativo considerou a soma da demanda clínica direta de dentes longos/amplos (1 caixa), acrescida do ajuste pelo desgaste assimétrico dos calibres iniciais (1 caixa) e da reserva técnica para urgências/traumatismos bucais e desgastes de autoclavação (1 caixa).**
173	**LIMA TIPO HEDSTRÖEM 1ª SÉRIE 25 mm** **CARACTERÍSTICA:** • COM 25 mm DE COMPRIMENTO • INDICADA PARA O PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES; • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO; • DEVE POSSUIR SECÇÃO TRANSVERSAL E GEOMETRIA COMPATÍVEIS COM O PADRÃO HEDSTRÖEM; • CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; • COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (15, 20, 25, 30, 35 E 40).	CX	30	10	**15**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

174	**LIMA TIPO HEDSTRÖEM 2ª SÉRIE 25 mm** **CARACTERÍSTICA:** • COM 25 mm DE COMPRIMENTO • INDICADA PARA O PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES; • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO; • DEVE POSSUIR SECÇÃO TRANSVERSAL E GEOMETRIA COMPATÍVEIS COM O PADRÃO HEDSTRÖEM; • CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; • COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 45, 50, 55, 60, 70 E 80, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (45, 50, 55, 60, 70 E 80).	CX	0	0	**30**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades anual para cada posto de saúdequantidade mínima para execução do serviço. A estimativa é resultado da soma da demanda clínica direta de alisamento em canais amplos (1 caixa), acrescida da reposição pelo desgaste assimétrico dos calibres iniciais (1 caixa) e da reserva técnica para urgências de desobstrução e perdas na autoclavação (1 caixa).**
175	**LIMA TIPO HEDSTRÖEM 1ª SÉRIE 31 mm** **CARACTERÍSTICA:** • COM 31 mm DE COMPRIMENTO • INDICADA PARA O PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES; • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO; • DEVE POSSUIR SECÇÃO TRANSVERSAL E GEOMETRIA COMPATÍVEIS COM O PADRÃO HEDSTRÖEM; • CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; • COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (15, 20, 25, 30, 35 E 40).	CX	0	0	**30**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades anual para cada posto de saúde, quantidade mínima para execução do serviço. O quantitativo estimado considerou a soma da demanda clínica direta em canais longos (1 caixa), acrescida da reposição por perda de torção/deformação nas bitolas finas (1 caixa) e da reserva técnica para desobstruções de urgência e fadiga por autoclavação (1 caixa).**
176	**LIMA TIPO HEDSTRÖEM 2ª SÉRIE 31 mm** **CARACTERÍSTICA:** • COM 31 mm DE COMPRIMENTO • INDICADA PARA O PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES; • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO; • DEVE POSSUIR SECÇÃO TRANSVERSAL E GEOMETRIA COMPATÍVEIS COM O PADRÃO HEDSTRÖEM; • CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; • COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 45, 50, 55, 60, 70 E 80, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (45, 50, 55, 60, 70 E 80).	CX	0	0	**20**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 02 unidades anual para cada posto de saúde, quantidade mínima para execução do serviço. Por se tratar de um item de nicho endodôntico específico, a solicitação de apenas 2 caixas anuais demonstra responsabilidade no planejamento do gasto público, evitando o acúmulo desnecessário de estoque.**

177	**LIMA TIPO KEER 1ª SÉRIE 25 mm** **CARACTERÍSTICA:** • COM 25 mm DE COMPRIMENTO • LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K (KERR); • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE; • INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, CATETERISMO, PREPARO E ALARGAMENTO DE CANAIS RADICULARES; • DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FRATURA E À CORROSÃO, HASTE COM SECÇÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; • CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES 15, 20, 25, 30, 35 E 40 POR CORES CONFORME PADRÃO ISSO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (15, 20, 25, 30, 35 E 40).	CX	30	10	**15**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
178	**LIMA TIPO KEER 2ª SÉRIE 25 mm** **CARACTERÍSTICA:** • COM 25 mm DE COMPRIMENTO • LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K (KERR); • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE; • INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, CATETERISMO, PREPARO E ALARGAMENTO DE CANAIS RADICULARES; • DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FRATURA E À CORROSÃO, HASTE COM SECÇÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; • COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 45, 50, 55, 60, 70 E 80; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (45, 50, 55, 60, 70 E 80).	CX	30	10	**15**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
179	**LIMA TIPO KEER 1ª SÉRIE 31 mm** **CARACTERÍSTICA:** • COM 31 mm DE COMPRIMENTO • LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K (KERR); • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE; • INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, CATETERISMO, PREPARO E ALARGAMENTO DE CANAIS RADICULARES; • DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FRATURA E À CORROSÃO, HASTE COM SECÇÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; • CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES 15, 20, 25, 30, 35 E 40 POR CORES CONFORME PADRÃO ISSO; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (15, 20, 25, 30, 35 E 40).	CX	0	0	**30**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades anual para cada posto de saúde, quantidade mínima para execução do serviço. O quantitativo decorre da estimativa de demanda de dentes longos (1 caixa/ano para uso direto), somado à necessidade de reposição focada nas limas finas de cateterismo ISO 15/20 que sofrem flambagem (1 caixa) e à reserva técnica para urgências de trauma e autoclavação (1 caixa).**

180	**LIMA TIPO KEER 2ª SÉRIE 31 mm** **CARACTERÍSTICA:** • COM 31 mm DE COMPRIMENTO • LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K (KERR); • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE; • INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, CATETERISMO, PREPARO E ALARGAMENTO DE CANAIS RADICULARES; • DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FRATURA E À CORROSÃO, HASTE COM SECÇÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; • COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 45, 50, 55, 60, 70 E 80; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (45, 50, 55, 60, 70 E 80).	CX	0	0	**30**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades anual para cada posto de quantidade mínima para execução do serviço. O quantitativo resulta da estimativa da demanda de dentes longos e amplos (1,09 caixa/ano para uso direto), somado à necessidade de reposição focada no desgaste severo das bitolas iniciais ISO 45/50 (1 caixa) e à reserva técnica para traumatismos de urgência e desgaste por autoclavação (1 caixa).**
181	**LIMA TIPO K (KERR) – SÉRIE ESPECIAL – CALIBRES 06 , 08 E 10 – 25MM** **CARACTERÍSTICA:** • LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K (KERR); • COM 25MM DE COMPRIMENTO; • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE; • INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, CATETERISMO, NEGOCIAÇÃO DE CANAIS ESTREITOS, CURVOS OU CALCIFICADOS E DETERMINAÇÃO DA PATÊNCIA APICAL; • DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FRATURA E À CORROSÃO, HASTE COM SECÇÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; • CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES POR CORES CONFORME PADRÃO ISO. SÉRIE ESPECIAL COM CALIBRES 06, 08 E 10 CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO 2 UNIDADES DE CADA CALIBRE (06, 08 E 10), OU CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE, DESDE QUE CONTENHA 6 UNIDADES.	CX	30	10	**15**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

182	**LIMA TIPO K (KERR) – SÉRIE ESPECIAL – CALIBRES 06 , 08 E 10 – 31MM** **CARACTERÍSTICA:** • LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K (KERR); • COM 31MM DE COMPRIMENTO; • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE; • INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, CATETERISMO, NEGOCIAÇÃO DE CANAIS ESTREITOS, CURVOS OU CALCIFICADOS E DETERMINAÇÃO DA PATÊNCIA APICAL; • DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FRATURA E À CORROSÃO, HASTE COM SECÇÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; • CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES POR CORES CONFORME PADRÃO ISO. SÉRIE ESPECIAL COM CALIBRES 06, 08 E 10 CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM; • ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; • COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO 2 UNIDADES DE CADA CALIBRE (06, 08 E 10), OU CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE, DESDE QUE CONTENHA 6 UNIDADES.	CX	0	0	**30**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades anual para cada posto de quantidade mínima para execução do serviço. O quantitativo decorre da combinação entre a demanda estimada de canais calcificados (1 caixa/ano para uso direto), a necessidade de reposição focada nas numerações 08 e 10 que sofrem flambagem e descarte rápido (1 caixa) e a reserva técnica de urgência e autoclavação (1 caixa).**
183	**PASTA ENDODÔNTICA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA** INDICADA PARA MEDICAÇÃO INTRACANAL EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS. **COMPOSIÇÃO:** • PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA; • PMCC; • GLICERINA. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CONSISTÊNCIA UNIFORME E CREMOSA; • PERMITIR ESCOAMENTO ATÉ O ÁPICE RADICULAR; • FAVORECER RÁPIDA REABSORÇÃO DO CÁLCIO; • HIDROSSOLÚVEL; • PRONTA PARA USO CLÍNICO IMEDIATO; • RADIOPACA; • INDICADA COMO CURATIVO DE DEMORA ENTRE SESSÕES CLÍNICAS; • INDICADA COMO CURATIVO EXPECTANTE E TAMPÃO APICAL; • AUXILIAR NA PREVENÇÃO DE ABSORÇÕES CERVICAIS • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** ESTOJO CONTENDO 2 TUBETES COM APROXIMADAMENTE 2,7 G DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PMCC E 2 TUBETES COM APROXIMADAMENTE 2,2 G DE GLICERINA.	KIT	0	0	**50**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 05 unidades anual para cada posto de quantidade mínima para execução do serviço. O quantitativo resulta da estimativa do volume de trocas de medicação intracanal (42 aplicações/ano equivalentes a 4 estojos), somado à necessidade de 1 estojo para cobertura de perdas por obstrução do tubete e urgências de abscessos/traumas.**

184	**PASTA ENDODÔNTICA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO (PMCC)** **CARACTERÍSTICA:** PASTA ENDODÔNTICA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ASSOCIADO AO PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO (PMCC); INDICADA COMO MEDICAÇÃO INTRACANAL EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS; DEVE APRESENTAR AÇÃO ANTIMICROBIANA, ELEVADO PH, BIOCOMPATIBILIDADE, RADIOPACIDADE, CONSISTÊNCIA HOMOGÊNEA E FÁCIL INSERÇÃO E REMOÇÃO DOS CANAIS RADICULARES; INDICADA PARA AUXILIAR NA DESINFECÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES E FAVORECER O REPARO DOS TECIDOS PERIAPICAIS; PRODUTO PRONTO PARA USO; COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. **EMBALAGEM:** SERINGA COM 2,7 G (OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE), ACOMPANHADA DE PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO.	TB	0	0	**50**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 05 unidades anual para cada posto de saúde, quantidade mínima para execução do serviço. O quantitativo decorre da divisão matemática entre a estimativa de demanda anual de trocas intracanal (27 aplicações/ano equivalentes a 4,5 seringas), ajustada para o consumo de 4 seringas em uso contínuo mais 1 seringa para suporte de urgências e ressecamento técnico do produto em embalagem multidose.**
185	**PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • PERFURADOR PARA LENÇOL DE BORRACHA, INDICADO PARA A CONFECÇÃO DE PERFURAÇÕES PRECISAS EM LENÇÓIS UTILIZADOS NO ISOLAMENTO ABSOLUTO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. • FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • POSSUIR DISCO ROTATÓRIO COM, NO MÍNIMO, 5 PERFURAÇÕES DE DIFERENTES DIÂMETROS, ADEQUADAS PARA DENTES ANTERIORES, PRÉ-MOLARES, MOLARES E DENTES PARCIALMENTE ERUPCIONADOS. • PUNÇÃO COM CORTE PRECISO, PROPORCIONANDO PERFURAÇÕES LIMPAS, UNIFORMES E SEM RASGAR O LENÇOL DE BORRACHA. • MECANISMO DE PERFURAÇÃO DE FÁCIL ACIONAMENTO, COM MOLA DE RETORNO DE ALTA RESISTÊNCIA E FUNCIONAMENTO SUAVE. • CABO ANATÔMICO, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE OU SERRILHADA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, CONFORTO E PRECISÃO DURANTE O USO. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, SEM PERDA DAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS. • COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 15 CM E 17 CM. • PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNI	0	0	**10**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considera a necessidade de 01 unidades para cada posto de saúde na execução do serviço, quantidade mínima para implementação**

186	**PORTA-GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • PORTA-GRAMPO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA APREENSÃO, ABERTURA, POSICIONAMENTO E REMOÇÃO DE GRAMPOS UTILIZADOS EM ISOLAMENTO ABSOLUTO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, ESPECIALMENTE EM ENDODONTIA E DENTÍSTICA. • FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • PONTAS ATIVAS FINAS, RESISTENTES E DE ENCAIXE PRECISO, COMPATÍVEIS COM OS ORIFÍCIOS DOS GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. • SISTEMA DE TRAVA COM ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, PROPORCIONANDO FIRMEZA, SEGURANÇA E PRECISÃO NO MANUSEIO DOS GRAMPOS. • CABO ANATÔMICO, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE OU SERRILHADA, GARANTINDO ERGONOMIA E MAIOR CONTROLE DURANTE O USO. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. • COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 16 CM E 18 CM. • PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNI	0	0	**10**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considera a necessidade de 01 unidades para cada posto de saúde na execução do serviço, quantidade mínima para implementação**

187	**RÉGUA MILIMETRADA ENDODÔNTICA** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • RÉGUA MILIMETRADA INDICADA PARA MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DE LIMAS ENDODÔNTICAS, CONES DE PAPEL ABSORVENTE E CONES DE GUTA-PERCHA DURANTE PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO ANODIZADO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, RESISTENTE À CORROSÃO E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • ESCALA MILIMETRADA GRAVADA DE FORMA PERMANENTE, COM MARCAÇÕES NÍTIDAS E DE FÁCIL LEITURA, PERMITINDO MEDIÇÕES PRECISAS DE, NO MÍNIMO, 0 A 30 MM. • POSSUIR ORIFÍCIOS CALIBRADOS OU SISTEMA DE MEDIÇÃO QUE POSSIBILITE O AJUSTE E A AFERIÇÃO DO COMPRIMENTO DOS INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS. • ACABAMENTO LISO, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO. • RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO, SEM PERDA DA LEGIBILIDADE DA ESCALA. • DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. • PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	0	0	**10**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considera a necessidade de 01 unidades para cada posto de saúde na execução do serviço, quantidade mínima para implementação. Como o item não possui desgaste rápido nem consumo por paciente, a estimativa de quantitativo reflete a estabilidade e a conservação do patrimônio instrumental.**
188	**SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 0,5% (LÍQUIDO DE DAKIN) – USO ODONTOLÓGICO** **CARACTERÍSTICA:** • SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 0,5% (LÍQUIDO DE DAKIN); • INDICADA PARA USO ODONTOLÓGICO COMO SOLUÇÃO IRRIGADORA E AUXILIAR NA DESINFECÇÃO DE CANAIS RADICULARES DURANTE O TRATAMENTO ENDODÔNTICO; • DEVE APRESENTAR AÇÃO ANTIMICROBIANA, CAPACIDADE DE DISSOLUÇÃO DE TECIDOS ORGÂNICOS, ESTABILIDADE QUÍMICA, PH ADEQUADO, ALTA PUREZA, SER PRONTO PARA USO, LÍMPIDO, ISENTO DE IMPUREZAS E ACONDICIONADO EM FRASCO OPACO OU QUE PROTEJA O PRODUTO DA LUZ, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DE SUA CONCENTRAÇÃO E EFICÁCIA; • PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. **EMBALAGEM:** FRASCO COM 1 L, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM NOME DO PRODUTO, CONCENTRAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO.	FR	150	50	**75**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

189	**TESTE DE VITALIDADE PULPAR (SPRAY TÉRMICO PARA TESTE DE VITALIDADE)** **CARACTERÍSTICA:** • SPRAY REFRIGERANTE INDICADO PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR; • DESTINADO AO DIAGNÓSTICO DA VITALIDADE DOS TECIDOS PULPARES POR MEIO DE ESTÍMULO TÉRMICO; • DEVE APRESENTAR RÁPIDA AÇÃO REFRIGERANTE, ATINGINDO TEMPERATURAS APROXIMADAS DE -50 °C, SEM DEIXAR RESÍDUOS, COMPATÍVEL COM BOLINHAS DE ALGODÃO OU PELLETS PARA APLICAÇÃO SOBRE O ELEMENTO DENTÁRIO; • PRODUTO DEVE POSSUIR SECAGEM RÁPIDA, SER DE FÁCIL APLICAÇÃO, ATÓXICO QUANDO UTILIZADO CONFORME AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE; • COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. **EMBALAGEM:** FRASCO AEROSSOL COM 200 mL (OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE), DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO.	FR	0	0	**50**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 05 unidades para cada posto de saúde na implantação do serviço, quantidade mínima para implementação. O quantitativo decorre da divisão matemática entre a estimativa de demanda de diagnósticos de vitalidade da UBS (576 testes/ano equivalentes a 4,11 frascos), ajustada para a disponibilização de 4 frascos de uso contínuo mais 1 frasco de suporte para perda de pressão do aerossol e emergências.**
190	**TRICRESOL FORMALINA** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO COMO ANTISSÉPTICO E DESINFETANTE PARA CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • MATERIAL DESTINADO À DESINFECÇÃO DE CANAIS RADICULARES; • AÇÃO ANTISSÉPTICA E DESINFETANTE; • ASSOCIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DO FORMALDEÍDO COM ORTO-CRESOL; • ALTO TEOR DE PUREZA, GARANTINDO MÁXIMA EFICÁCIA DO PRODUTO; • LÍQUIDO DE FÁCIL APLICAÇÃO; • INDICADO PARA USO ENDODÔNTICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** FRASCO CONTENDO 10 ML.	FR	0	0	**50**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 05 unidades para cada posto de saúde na execução dos serviços, quantidade mínima para implementação. O quantitativo decorre da estimativa da dinâmica de perda por evaporação intrínseca de químicos voláteis em frasco fracionado de 10 mL (vida útil de um frasco aberto de aprox. 70 a 75 dias), necessitando de 5 trocas ao longo de 365 dias para manter o princípio ativo eficaz.**
191	**FILME RADIOGRÁFICO INTRAORAL INFANTILCARACTERISTICA:** TAMANHO: 22mm x 35mm, VELOCIDADE F – (INTERMEDIÁRIA). **APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM:** CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	50	**15**	**23**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

192	**FILME RADIOGRÁFICO INTRAORAL ADULTOCARACTERÍSTICA:** TAMANHO: 3X4, VELOCIDADE: E (INTERMEDIÁRIA) **APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM:** CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	50	**0**	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa considera o consumo médio de 8 a 9 películas por mês por posto de saúde.**
193	**FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • SOLUÇÃO FIXADORA PRONTA PARA USO, DESTINADA AO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS INTRAORAIS. • FORMULADA PARA PROMOVER A FIXAÇÃO EFICIENTE DA IMAGEM RADIOGRÁFICA, REMOVENDO OS CRISTAIS DE HALETO DE PRATA NÃO SENSIBILIZADOS E PROPORCIONANDO RADIOGRAFIAS COM BOA TRANSPARÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE DA IMAGEM. • COMPATÍVEL COM FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS CONVENCIONAIS DE DIFERENTES FABRICANTES. • APRESENTAR ESTABILIDADE QUÍMICA, GARANTINDO DESEMPENHO UNIFORME DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, QUANDO EMPREGADA CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. • O RÓTULO DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, INSTRUÇÕES DE USO, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E NÚMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. • PRODUTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO PROCESSAMENTO MANUAL DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS. **EMBALAGEM:** CONTENDO 475 ML A 500 ML, EM FRASCO RESISTENTE, OPACO E DEVIDAMENTE LACRADO.	FR	250	**80**	**120**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

194	**REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • SOLUÇÃO REVELADORA PRONTA PARA USO, DESTINADA AO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS INTRAORAIS. • PROPORCIONAR REVELAÇÃO RÁPIDA, PRODUZINDO IMAGENS COM ALTO CONTRASTE, EXCELENTE DEFINIÇÃO E DENSIDADE ADEQUADA, SEM COMPROMETER A QUALIDADE DIAGNÓSTICA. • FORMULAÇÃO ESTÁVEL, COM AÇÃO UNIFORME, MINIMIZANDO A FORMAÇÃO DE PRECIPITADOS E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DA SOLUÇÃO QUANDO UTILIZADA CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. • COMPATÍVEL COM FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS CONVENCIONAIS DE DIFERENTES FABRICANTES. • O RÓTULO DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, INSTRUÇÕES DE USO, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E NÚMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. • PRODUTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO PROCESSAMENTO MANUAL DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS. **EMBALAGEM:** FRASCO DE 475 ML A 500 ML, ACONDICIONADA EM FRASCO RESISTENTE, OPACO E DEVIDAMENTE LACRADO.	FR	250	80	**120**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
195	**BANDEJA PARA JOGO CLÍNICO ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BANDEJA ODONTOLÓGICA INDICADA PARA ORGANIZAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS. • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • SUPERFÍCIE LISA, COM ACABAMENTO POLIDO, FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO E EVITANDO RETENÇÃO DE RESÍDUOS. • POSSUIR BORDAS ELEVADAS PARA IMPEDIR A QUEDA DOS INSTRUMENTAIS DURANTE O MANUSEIO E TRANSPORTE. • FORMATO RETANGULAR OU EQUIVALENTE, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22 CM × 09 CM × 1,5 CM (OU COMPATÍVEL COM JOGOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS). • ESTRUTURA RÍGIDA, SEM DEFORMAÇÕES, FISSURAS, REBARBAS OU PONTOS DE OXIDAÇÃO. • REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. • ADEQUADA PARA ACONDICIONAMENTO DE ESPELHO CLÍNICO, SONDA EXPLORADORA, PINÇA CLÍNICA E DEMAIS INSTRUMENTOS DO JOGO CLÍNICO ODONTOLÓGICO. • PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	0	**0**	**50**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considera a necessidade de 05 unidades por UBS. O quantitativo decorre do cálculo do número de atendimentos clínicos contínuos em um turno de 4 horas (240 min ÷ 45 min = 5 atendimentos), tempo estimado necessário para impedir o reuso de bandejas não esterilizadas.**

196	**CABO PARA BISTURI ODONTOLÓGICO** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CABO PARA BISTURI ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE LÂMINAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS E CIRÚRGICOS. • FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • COMPATÍVEL COM LÂMINAS DE BISTURI DESCARTÁVEIS PADRÃO Nº 10, 11, 12, 15 E EQUIVALENTES. • SISTEMA DE ENCAIXE PRECISO, GARANTINDO FIXAÇÃO SEGURA DA LÂMINA DURANTE O PROCEDIMENTO. • CABO ANATÔMICO, COM SUPERFÍCIE SERRILHADA OU TEXTURIZADA, PROPORCIONANDO FIRMEZA, CONTROLE E SEGURANÇA NO MANUSEIO. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÃO OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM A UTILIZAÇÃO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. • COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 12 CM E 14 CM. • PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE	UNID	20	**0**	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. Considerando que o tempo do ciclo de reprocessamento para esterilização (lavagem, secagem, embalagem e autoclavação) é de aproximadamente 2 a 2,5 horas e que as incisões cirúrgicas no posto são agendadas ou de urgência pontual, espera-se que a dotação de 01 unidade ativa por UBS atenda à demanda diária da unidade sem gerar paradas no atendimento.**
197	**CABO PARA ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CABO PARA ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA ACOPLAMENTO DE ESPELHOS BUCAIS ROSQUEÁVEIS DURANTE EXAMES CLÍNICOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. • FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • COMPATÍVEL COM ESPELHOS CLÍNICOS ROSQUEÁVEIS PADRÃO ODONTOLÓGICO, ESPECIALMENTE OS TAMANHOS Nº 4 E Nº 5, OU EQUIVALENTES. • POSSUIR ROSCA DE ENCAIXE PRECISA, GARANTINDO FIXAÇÃO FIRME DO ESPELHO, SEM FOLGAS DURANTE O USO. • CABO ANATÔMICO, COM SUPERFÍCIE SERRILHADA OU ANTIDERRAPANTE, PROPORCIONANDO CONFORTO, FIRMEZA E CONTROLE DURANTE O MANUSEIO. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, SEM PERDA DE SUAS PROPRIEDADES MECÂNICAS OU DA QUALIDADE DO ENCAIXE. • COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 12 CM E 14 CM. • PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	50	**0**	**20**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantitativo de 2 unidades por posto de saúde considera o tempo do ciclo de reprocessamento para esterilização que varia entre 2,5 e 3 horas. Sendo uma unidade para atender Rotatividade de Bancada/Reposição Direta e outra unidade para Giro de Segurança e Cobertura de Desgaste de Rosca.**

198	**CURETA DE DENTINA ODONTOLÓGICA** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CURETA DE DENTINA, INDICADA PARA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA, TECIDOS AMOLECIDOS E RESTOS ORGÂNICOS EM PREPAROS CAVITÁRIOS E PROCEDIMENTOS RESTAURADORES. • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • INSTRUMENTO DE DUPLA EXTREMIDADE (DUPLO), COM PONTAS ATIVAS EM FORMATO DE COLHER (ESCAVADOR), AFIADAS E DE DIFERENTES DIÂMETROS, PERMITINDO ADAPTAÇÃO ÀS DIVERSAS CAVIDADES DENTÁRIAS. • CABO ANATÔMICO, SERRILHADO OU ANTIDERRAPANTE, PROPORCIONANDO FIRMEZA, CONFORTO E PRECISÃO DURANTE O USO. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA E O DESEMPENHO CLÍNICO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS OU DO FIO DE CORTE. • DISPONÍVEL EM DIFERENTES NUMERAÇÕES, CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO (EX.: Nº 11½, 17, 18, 19 OU EQUIVALENTES). • COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 16 CM E 18 CM. • PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	20	**0**	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantitativo de 01 unidade por posto ao ano atua na renovação e recomposição do acervo das caixas de restauração/urgência para compensar a depreciação física do fio e manter a rotação adequada entre o consultório e a Central de Material e Esterilização.**
199	**ESCULPIDOR HOLLEMBACK Nº 3** **CARACTERÍSTICAS:** • CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU CIRÚRGICO; • COM DUPLA EXTREMIDADE ATIVA; • CABO ANATÔMICO COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; • SUPERFÍCIE POLIDA E RESISTENTE À CORROSÃO; • INSTRUMENTO AUTOCLAVÁVEL, REUTILIZÁVEL; • INDICADO PARA ESCULTURA, MODELAGEM E ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES EM AMÁLGAMA E RESINA COMPOSTA; • ESPECIALMENTE PARA DEFINIÇÃO DA ANATOMIA OCLUSAL E ÁREAS PROXIMAIS; • DEVE SUPORTAR REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERDA DE SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E FUNCIONAIS; • ESTAR LIVRE DE REBARBAS, IMPERFEIÇÕES E OXIDAÇÃO, E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. **EMBALAGEM:** 1 UNIDADE.	UNID	0	**0**	**30**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades anual para cada posto de saúde na implantação do serviço. O quantitativo decorre de estimativa a partir da fórmula: (Bancada Ativa + Ciclo de Autoclave/CME} + Reserva de Backup e Desgaste), garantindo o atendimento ininterrupto dos procedimentos restauradores na rede municipal.**

200	**ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 70** **CARACTERÍSTICAS:** • CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL, REUTILIZÁVEL, COM CABO ANATÔMICO E SUPERFÍCIE POLIDA, RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO; • POSSUI DUAS EXTREMIDADES ATIVAS, INDICADAS PARA MANIPULAÇÃO, INSERÇÃO, MODELAGEM E ESCULTURA DE MATERIAIS RESTAURADORES E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME SUA FINALIDADE CLÍNICA; • DEVE APRESENTAR ACABAMENTO DE ALTA PRECISÃO, ESTAR LIVRE DE REBARBAS E IMPERFEIÇÕES, SUPORTAR REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERDA DE SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E FUNCIONAIS E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. **EMBALAGEM:** 1 UNIDADE.	UNID	0	**0**	**30**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades para cada posto de saúde, quantidade mínima na implementação de melhorias no atendimento. O quantitativo decorre de estimativa a partir da fórmula: (Bancada Ativa + Ciclo de Autoclave/CME} + Reserva de Backup), garantindo o fluxo contínuo dos procedimentos restauradores na rede municipal.**
201	**ESPÁTULA PARA RESINA ODONTOLÓGICA** **CARACTERÍSTICAS:** • ESPÁTULA PARA MANIPULAÇÃO E ESCULTURA DE RESINAS COMPOSTAS ODONTOLÓGICAS. • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU CIRÚRGICO, RESISTENTE À CORROSÃO E COMPATÍVEL COM ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • CABO ANATÔMICO COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR ERGONOMIA E CONTROLE. • DUPLA EXTREMIDADE ATIVA, COM PONTAS APROPRIADAS PARA INSERÇÃO, MODELAGEM E ESCULTURA DE RESINAS COMPOSTAS. • SUPERFÍCIE DAS PONTAS COM ACABAMENTO POLIDO PARA REDUZIR A ADERÊNCIA DA RESINA AO INSTRUMENTO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A, NO MÍNIMO, 134 °C. • PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE E IDENTIFICADO COM MARCA, MODELO E LOTE. • REGISTRO REGULAR PERANTE A AUTORIDADE SANITÁRIA COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** 1 UNIDADE.	UNID	15	**0**	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantitativo de 01 unidade por posto ao ano estima a renovação e recomposição do acervo dos kits de dentística, compensando a depreciação física do instrumental e mantendo a rotação adequada entre a bancada clínica e a Central de Material e Esterilização.**

202	**ESPELHO BUCAL ODONTOLÓGICO** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESPELHO BUCAL ODONTOLÓGICO PLANO, DE SUPERFÍCIE FRONTAL (FRONT SURFACE), INDICADO PARA EXAME CLÍNICO, VISUALIZAÇÃO INDIRETA, AFASTAMENTO DE TECIDOS MOLES E REFLEXÃO DA LUZ DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. • FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL E VIDRO ÓPTICO DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO IMAGEM NÍTIDA, SEM DISTORÇÕES E COM ALTA REFLETIVIDADE. • ESPELHO ROSQUEÁVEL, COMPATÍVEL COM CABOS PARA ESPELHO CLÍNICO PADRÃO ODONTOLÓGICO. • DISPONÍVEL NOS TAMANHOS Nº 4 E/OU Nº 5, CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO. • BORDA METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO LISO E RESISTENTE À CORROSÃO. • SUPERFÍCIE RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, SEM PERDA DA QUALIDADE ÓPTICA. • ISENTO DE RISCOS, BOLHAS, MANCHAS, DESCOLAMENTOS OU QUAISQUER IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM A VISUALIZAÇÃO. • PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	0	**0**	**150**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considera 15 unidades anual para cada posto de saúde na implementação de melhorias no atendimento considerando a fórmula operacional de estimativa de atendimento individual (aproximadamente 12 pacientes diários + 3 unidades para giro de Central de Material e Esterilização/urgências e reposição de lente opaca), garantindo que cada paciente seja atendido com um espelho estéril e sem marcas de uso.**
203	**FÓRCEPS ODONTOLÓGICO PARA EXTRAÇÃO DENTÁRIA – Nº 18** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA (EXTRAÇÃO DENTÁRIA) EM CIRURGIA ODONTOLÓGICA. • FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • INSTRUMENTO COM ARTICULAÇÃO PRECISA, PROPORCIONANDO ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, COM ADEQUADA TRANSMISSÃO DE FORÇA DURANTE O PROCEDIMENTO. • PONTAS ATIVAS ANATÔMICAS, PERFEITAMENTE ALINHADAS, COM ADAPTAÇÃO ADEQUADA AO COLO DENTÁRIO, PERMITINDO APREENSÃO SEGURA DO ELEMENTO DENTAL. • SUPERFÍCIE INTERNA DAS PONTAS COM TEXTURA OU ESTRIAS PARA MELHOR RETENÇÃO, EVITANDO DESLIZAMENTOS DURANTE A EXTRAÇÃO. • CABO ANATÔMICO, ERGONÔMICO E COM ACABAMENTO QUE PERMITA FIRMEZA E CONTROLE PELO OPERADOR. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, DEFORMAÇÕES, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	0	**0**	**10**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 01 unidades para cada posto de saúde, na implementação de melhorias no atendimento. O quantitativo considera a estimativa da demanda por exodontias de molares superiores e o tempo de reprocessamento por esterilização visto que a demanda por procedimentos cirúrgicos extrativos de molares superiores ocorre de forma programada ou por urgência em volumes moderados (em média de 1 a 3 cirurgias por semana por UBS).**

204	**FÓRCEPS ODONTOLÓGICO PARA EXTRAÇÃO DENTÁRIA – Nº 18 R** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA (EXTRAÇÃO DENTÁRIA) EM CIRURGIA ODONTOLÓGICA. • FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • INSTRUMENTO COM ARTICULAÇÃO PRECISA, PROPORCIONANDO ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, COM ADEQUADA TRANSMISSÃO DE FORÇA DURANTE O PROCEDIMENTO. • PONTAS ATIVAS ANATÔMICAS, PERFEITAMENTE ALINHADAS, COM ADAPTAÇÃO ADEQUADA AO COLO DENTÁRIO, PERMITINDO APREENSÃO SEGURA DO ELEMENTO DENTAL. • SUPERFÍCIE INTERNA DAS PONTAS COM TEXTURA OU ESTRIAS PARA MELHOR RETENÇÃO, EVITANDO DESLIZAMENTOS DURANTE A EXTRAÇÃO. • CABO ANATÔMICO, ERGONÔMICO E COM ACABAMENTO QUE PERMITA FIRMEZA E CONTROLE PELO OPERADOR. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, DEFORMAÇÕES, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	0	**0**	**10**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considera a necessidade 01 unidades para cada posto de saúde na implementação de melhorias no atendimento. O quantitativo considera a estimativa da demanda por exodontias do quadrante superior direito e o tempo de reprocessamento por esterilização visto que a demanda por procedimentos cirúrgicos extrativos desse quadrante específico ocorre de forma agendada ou por urgência em volumes moderados (em média de 1 a 2 cirurgias por semana por UBS).**

205	**FÓRCEPS ODONTOLÓGICO PARA EXTRAÇÃO DENTÁRIA – Nº 18 L** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA (EXTRAÇÃO DENTÁRIA) EM CIRURGIA ODONTOLÓGICA. • FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • INSTRUMENTO COM ARTICULAÇÃO PRECISA, PROPORCIONANDO ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, COM ADEQUADA TRANSMISSÃO DE FORÇA DURANTE O PROCEDIMENTO. • PONTAS ATIVAS ANATÔMICAS, PERFEITAMENTE ALINHADAS, COM ADAPTAÇÃO ADEQUADA AO COLO DENTÁRIO, PERMITINDO APREENSÃO SEGURA DO ELEMENTO DENTAL. • SUPERFÍCIE INTERNA DAS PONTAS COM TEXTURA OU ESTRIAS PARA MELHOR RETENÇÃO, EVITANDO DESLIZAMENTOS DURANTE A EXTRAÇÃO. • CABO ANATÔMICO, ERGONÔMICO E COM ACABAMENTO QUE PERMITA FIRMEZA E CONTROLE PELO OPERADOR. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, DEFORMAÇÕES, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	0	**0**	**10**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considera a necessidade de 01 unidades para cada posto de saúdena implementação de melhorias no atendimento. O quantitativo considera a estimativa da demanda por exodontias do quadrante superior esquerdo e o tempo de reprocessamento por esterilização visto que a demanda por procedimentos cirúrgicos extrativos desse quadrante específico ocorre de forma agendada ou por urgência em volumes moderados (em média de 1 a 2 cirurgias por semana por UBS).**

206	**FÓRCEPS ODONTOLÓGICO PARA EXTRAÇÃO DENTÁRIA – Nº 65** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA (EXTRAÇÃO DENTÁRIA) EM CIRURGIA ODONTOLÓGICA. • FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • INSTRUMENTO COM ARTICULAÇÃO PRECISA, PROPORCIONANDO ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, COM ADEQUADA TRANSMISSÃO DE FORÇA DURANTE O PROCEDIMENTO. • PONTAS ATIVAS ANATÔMICAS, PERFEITAMENTE ALINHADAS, COM ADAPTAÇÃO ADEQUADA AO COLO DENTÁRIO, PERMITINDO APREENSÃO SEGURA DO ELEMENTO DENTAL. • SUPERFÍCIE INTERNA DAS PONTAS COM TEXTURA OU ESTRIAS PARA MELHOR RETENÇÃO, EVITANDO DESLIZAMENTOS DURANTE A EXTRAÇÃO. • CABO ANATÔMICO, ERGONÔMICO E COM ACABAMENTO QUE PERMITA FIRMEZA E CONTROLE PELO OPERADOR. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, DEFORMAÇÕES, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	0	**0**	**10**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considera a necessidade de01 unidades para cada posto de saúde na implementação de melhorias no atendimento. O quantitativo considera a estimativa da demanda por exodontias de restos radiculares superiores e o tempo de reprocessamento por esterilização visto que a demanda por exodontias de restos radiculares superiores ocorre de forma agendada ou em atendimentos de urgência (em média de 1 a 3 cirurgias por semana por UBS).**

207	**FÓRCEPS ODONTOLÓGICO PARA EXTRAÇÃO DENTÁRIA – Nº 69** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA (EXTRAÇÃO DENTÁRIA) EM CIRURGIA ODONTOLÓGICA. • FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • INSTRUMENTO COM ARTICULAÇÃO PRECISA, PROPORCIONANDO ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, COM ADEQUADA TRANSMISSÃO DE FORÇA DURANTE O PROCEDIMENTO. • PONTAS ATIVAS ANATÔMICAS, PERFEITAMENTE ALINHADAS, COM ADAPTAÇÃO ADEQUADA AO COLO DENTÁRIO, PERMITINDO APREENSÃO SEGURA DO ELEMENTO DENTAL. • SUPERFÍCIE INTERNA DAS PONTAS COM TEXTURA OU ESTRIAS PARA MELHOR RETENÇÃO, EVITANDO DESLIZAMENTOS DURANTE A EXTRAÇÃO. • CABO ANATÔMICO, ERGONÔMICO E COM ACABAMENTO QUE PERMITA FIRMEZA E CONTROLE PELO OPERADOR. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, DEFORMAÇÕES, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	10	**0**	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantiativo de 01 unidade por posto ao ano estima a renovação e recomposição do acervo das caixas cirúrgicas de exodontia, compensando a depreciação física da articulação e mantendo a rotação adequada entre a bancada clínica e a Central de Material e Esterilização.**

208	**FÓRCEPS ODONTOLÓGICO PARA EXTRAÇÃO DENTÁRIA – Nº 150** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA (EXTRAÇÃO DENTÁRIA) EM CIRURGIA ODONTOLÓGICA. • FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • INSTRUMENTO COM ARTICULAÇÃO PRECISA, PROPORCIONANDO ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, COM ADEQUADA TRANSMISSÃO DE FORÇA DURANTE O PROCEDIMENTO. • PONTAS ATIVAS ANATÔMICAS, PERFEITAMENTE ALINHADAS, COM ADAPTAÇÃO ADEQUADA AO COLO DENTÁRIO, PERMITINDO APREENSÃO SEGURA DO ELEMENTO DENTAL. • SUPERFÍCIE INTERNA DAS PONTAS COM TEXTURA OU ESTRIAS PARA MELHOR RETENÇÃO, EVITANDO DESLIZAMENTOS DURANTE A EXTRAÇÃO. • CABO ANATÔMICO, ERGONÔMICO E COM ACABAMENTO QUE PERMITA FIRMEZA E CONTROLE PELO OPERADOR. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, DEFORMAÇÕES, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	15	**0**	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantitativo de 01 unidade por posto ao ano estima a renovação e recomposição do acervo das caixas cirúrgicas, compensando a depreciação física da articulação e mantendo a rotação adequada entre a bancada clínica e a Central de Material e Esterilização.**

209	**FÓRCEPS ODONTOLÓGICO PARA EXTRAÇÃO DENTÁRIA – Nº 151** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA (EXTRAÇÃO DENTÁRIA) EM CIRURGIA ODONTOLÓGICA. • FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • INSTRUMENTO COM ARTICULAÇÃO PRECISA, PROPORCIONANDO ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, COM ADEQUADA TRANSMISSÃO DE FORÇA DURANTE O PROCEDIMENTO. • PONTAS ATIVAS ANATÔMICAS, PERFEITAMENTE ALINHADAS, COM ADAPTAÇÃO ADEQUADA AO COLO DENTÁRIO, PERMITINDO APREENSÃO SEGURA DO ELEMENTO DENTAL. • SUPERFÍCIE INTERNA DAS PONTAS COM TEXTURA OU ESTRIAS PARA MELHOR RETENÇÃO, EVITANDO DESLIZAMENTOS DURANTE A EXTRAÇÃO. • CABO ANATÔMICO, ERGONÔMICO E COM ACABAMENTO QUE PERMITA FIRMEZA E CONTROLE PELO OPERADOR. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, DEFORMAÇÕES, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	15	**0**	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantitativo de 01 unidade por posto ao ano estima a renovação e recomposição do acervo das caixas cirúrgicas, compensando a depreciação física da articulação e mantendo a rotação adequada entre a bancada clínica e a Central de Material e Esterilização.**
210	**KIT ALAVANCAS APICAL SELDIN – 3 PEÇAS** **CARACTERÍSTICAS:** • COMPOSTO POR 3 PEÇAS (APICAL SELDIN Nº 1R, Nº 1L E Nº 2); • CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, COM CABOS ANATÔMICOS E SUPERFÍCIE POLIDA, RESISTENTES À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO; • INDICADAS PARA LUXAÇÃO DENTÁRIA, DESCOLAMENTO DO LIGAMENTO PERIODONTAL E AUXÍLIO EM PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA; • AS PONTAS ATIVAS DEVEM APRESENTAR ACABAMENTO PRECISO, SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES, GARANTINDO RESISTÊNCIA MECÂNICA, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA CLÍNICA; • DEVEM SUPORTAR REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. **EMBALAGEM:** 01 KIT COM 03 PEÇAS.	KIT	0	**0**	**30**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades anual para cada posto de saúde. O quantitativo é resultado da equação entre a estimativa de capacidade da agenda cirúrgica do turno (até 3 exodontias consecutivas) e a duração do ciclo estéril da CME (2,5h a 3h).**

211	**KIT ALAVANCAS SELDIN – 3 PEÇAS** **CARACTERÍSTICAS:** • COMPOSTO POR 3 PEÇAS (SELDIN Nº 1R, Nº 1L E Nº 2); • CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, COM CABOS ANATÔMICOS E SUPERFÍCIE POLIDA, RESISTENTES À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO; • INDICADAS PARA LUXAÇÃO DENTÁRIA, DESCOLAMENTO DO LIGAMENTO PERIODONTAL E AUXÍLIO EM PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA; • AS PONTAS ATIVAS DEVEM APRESENTAR ACABAMENTO PRECISO, SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES, GARANTINDO RESISTÊNCIA MECÂNICA, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA CLÍNICA; • DEVEM SUPORTAR REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. **EMBALAGEM:** 01 KIT COM 03 PEÇAS.	KIT	0	**0**	**30**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades anual para cada posto de saúde. O quantitativo é o resultado da equação entre estimativa da capacidade da agenda cirúrgica do turno (até 3 exodontias consecutivas) e a duração do ciclo estéril da CME (2,5h a 3h)**
212	**PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, TIPO ANATÔMICA (PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO), INDICADA PARA APREENSÃO E MANIPULAÇÃO DE ALGODÃO, GAZES, PEQUENOS MATERIAIS E INSTRUMENTOS DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • PONTAS ATIVAS FINAS, ALINHADAS, SERRILHADAS E DE ALTA PRECISÃO, PROPORCIONANDO FIRME APREENSÃO DOS MATERIAIS SEM DESLIZAMENTO. • SISTEMA DE ABERTURA COM TENSÃO ADEQUADA, GARANTINDO CONFORTO, PRECISÃO E SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. • COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 16 CM E 18 CM. • PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	50	**0**	**20**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa de 02 unidades por posto ao ano atua na renovação e recomposição do acervo de kits de exame clínico e clínico-restauradores, garantindo a substituição de peças descalibradas e mantendo a rotatividade adequada entre a bancada clínica e a Central de Material e Esterilização.**

213	**PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO ODONTOLÓGICA** **CARACTERÍSTICAS:** • CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO OU CRISTAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SUPERFÍCIE LISA, POLIDA E PERFEITAMENTE PLANA, BORDAS ARREDONDADAS E ACABAMENTO SEGURO; • INDICADA PARA MANIPULAÇÃO E ESPATULAÇÃO DE CIMENTOS, IONÔMEROS DE VIDRO, RESINAS E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS; • RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS DE USO ODONTOLÓGICO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E PASSÍVEL DE DESINFECÇÃO; • DEVE ESTAR LIVRE DE TRINCAS, BOLHAS, LASCAS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SEU USO; • DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10 × 20 CM, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 10 MM (OU EQUIVALENTE). **EMBALAGEM:** 1 UNIDADE.	UNID	5	**0**	**5**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender 05 unidades anuais unicamente para o posto de saúde vitória (central) para facilitar o desenvolvimento de 05 atendimentos seguidos até as devidas esterilizações considerando: Capacidade Operacional = 3 (rotação de turno) + 1 (picos/urgência) + 1 (reserva contra quebra) = 05 unidades anuais**
214	**PORTA-AGULHA ODONTOLÓGICO** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • PORTA-AGULHA ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA APREENSÃO, MANIPULAÇÃO E CONDUÇÃO DE AGULHAS DE SUTURA DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS. • FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • POSSUIR PONTAS RETAS OU CURVAS, COM SUPERFÍCIE INTERNA SERRILHADA OU COM RANHURAS, PROPORCIONANDO FIRME RETENÇÃO DA AGULHA DURANTE A SUTURA. • SISTEMA DE TRAVA TIPO CREMALHEIRA, PERMITINDO FECHAMENTO SEGURO E CONTROLE ADEQUADO DA PRESSÃO SOBRE A AGULHA. • CABO ANATÔMICO COM ANÉIS PARA OS DEDOS, PROPORCIONANDO ERGONOMIA, ESTABILIDADE E PRECISÃO DURANTE O MANUSEIO. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO SEM PERDA DAS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS. • COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 14 CM E 18 CM. • INDICADO PARA UTILIZAÇÃO COM FIOS DE SUTURA ODONTOLÓGICOS E CIRÚRGICOS. • PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	20	**0**	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantitativo foi estimado considerando incorporar uma unidade por UBS à rotatividade dos kits cirúrgicos da unidade para substituir porta-agulhas que apresentem desgaste no serrilhado ou folga nos dentes da cremalheira, garantindo o fluxo contínuo sem paralisação das suturas cirúrgicas.**

215	**SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA CARACTERÍSTICAS:** • CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU CIRÚRGICO; • AUTOCLAVÁVEL, REUTILIZÁVEL; • COM SISTEMA DE ASPIRAÇÃO POR ARPÃO (REFLUXO); • COMPATÍVEL COM TUBETES ANESTÉSICOS PADRÃO DE 1,8 ML E AGULHAS ODONTOLÓGICAS DE ROSCA PADRÃO; • POSSUI CABO ANATÔMICO, ACABAMENTO POLIDO, RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, PRECISÃO E ERGONOMIA DURANTE A ADMINISTRAÇÃO DE ANESTÉSICOS LOCAIS; • DEVE ESTAR LIVRE DE REBARBAS E IMPERFEIÇÕES, SUPORTAR REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. **EMBALAGEM:** 1 UNIDADE.	UNID	0	**0**	**50**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 05 unidades para cada posto de saúde, para facilitar o desenvolvimento de 05 atendimentos seguidos até as devidas esterilizações. O quantitativo é a resultante estimada do confronto entre o tempo de esterilização (2h a 2,5h) e o fluxo da agenda de atendimento (5 procedimentos anestésicos por turno).**
216	**SINDESMÓTOMO ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS:** • CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL, REUTILIZÁVEL, COM CABO ANATÔMICO E SUPERFÍCIE POLIDA, RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO; • POSSUI LÂMINA ATIVA FINA E RESISTENTE, INDICADA PARA O ROMPIMENTO DAS FIBRAS DO LIGAMENTO PERIODONTAL (SINDESMOTOMIA), FACILITANDO PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA COM MENOR TRAUMA AOS TECIDOS; • DEVE APRESENTAR ACABAMENTO DE ALTA PRECISÃO, LIVRE DE REBARBAS E IMPERFEIÇÕES, SUPORTAR REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS **EMBALAGEM:** 1 UNIDADE.	UNID	0	**0**	**50**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 05 unidades para cada posto de saúdepara facilitar o desenvolvimento de 05 atendimentos seguidos até as devidas esterelizações. O quantitativo é resultado da estimativa de equação técnica entre a duração do ciclo estéril (2h a 2,5h) e o volume da agenda cirúrgica do turno (5 procedimentos).**

217	**SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA Nº 5** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA Nº 5, INDICADA PARA EXAME CLÍNICO, DETECÇÃO DE CÁRIE, AVALIAÇÃO DE RESTAURAÇÕES, CÁLCULO DENTAL E EXPLORAÇÃO DE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • POSSUIR PONTA ATIVA FINA, AFILADA, CURVA E ALTAMENTE SENSÍVEL AO TATO, PROPORCIONANDO PRECISÃO NA EXPLORAÇÃO DAS ESTRUTURAS DENTÁRIAS. • CABO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE OU SERRILHADO, OFERECENDO FIRMEZA, CONFORTO E CONTROLE DURANTE O USO. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. • COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 16 CM E 18 CM. • PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	50	**0**	**20**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantitativo de 2 unidades por UBS considera a substituição de peças que apresentem perda de aguçamento da ponta ou entortamento, que compromete o diagnóstico tátil de cáries e fendas marginais e a ampliação da capacidade de giro dos kits na Central de Esterilização, garantindo a montagem de bandejas clínicas nos horários de pico sem interrupção das consultas de rotina.**
218	**TESOURA IRIS ODONTOLÓGICA CURVA** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • TESOURA IRIS ODONTOLÓGICA, INDICADA PARA CORTE DE FIOS DE SUTURA, TECIDOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PEQUENO PORTE. • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • MODELO CURVO, COM PONTAS FINAS E AFIADAS, PROPORCIONANDO CORTES PRECISOS E SEGUROS. • LÂMINAS COM EXCELENTE CAPACIDADE DE CORTE, ALINHADAS E COM FECHAMENTO SUAVE, SEM TRAVAMENTOS OU FOLGAS. • CABO ANATÔMICO COM ANÉIS PARA OS DEDOS, PERMITINDO MAIOR CONTROLE, CONFORTO E PRECISÃO DURANTE O USO. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS. • COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 11 CM E 12 CM. • PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	30	**0**	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantitativo estima Incorporar 1 unidade por ubs à rotatividade dos kits cirúrgicos para substituir tesouras que apresentem mastigação do fio de sutura ou perda do afiado das lâminas, garantindo o fluxo contínuo na CME sem paralisação das suturas e atos cirúrgicos.**

219	**TESOURA IRIS ODONTOLÓGICA RETA** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • TESOURA IRIS ODONTOLÓGICA, INDICADA PARA CORTE DE FIOS DE SUTURA, TECIDOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PEQUENO PORTE. • FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • MODELO REtO, COM PONTAS FINAS E AFIADAS, PROPORCIONANDO CORTES PRECISOS E SEGUROS. • LÂMINAS COM EXCELENTE CAPACIDADE DE CORTE, ALINHADAS E COM FECHAMENTO SUAVE, SEM TRAVAMENTOS OU FOLGAS. • CABO ANATÔMICO COM ANÉIS PARA OS DEDOS, PERMITINDO MAIOR CONTROLE, CONFORTO E PRECISÃO DURANTE O USO. • ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS. • COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 11 CM E 12 CM. • PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. **EMBALAGEM:** CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	30	**0**	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantitativo estima incorporar 1 unidade à rotatividade dos kits de cada unidade para substituir tesouras que apresentem "mascamento" ou desfiação ao cortar fios de sutura, garantindo o fluxo contínuo de esterilização sem atrasos no tempo operatório.**

220	**LOCALIZADOR APICAL ELETRÔNICO** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • LOCALIZADOR APICAL ELETRÔNICO DE USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA DETERMINAÇÃO PRECISA DO COMPRIMENTO DE TRABALHO EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. • EQUIPAMENTO BASEADO EM TECNOLOGIA ELETRÔNICA MULTIFREQUENCIAL OU EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO ELEVADA PRECISÃO NA LOCALIZAÇÃO DO FORAME APICAL, INDEPENDENTEMENTE DA PRESENÇA DE SANGUE, SOLUÇÃO IRRIGADORA OU EXSUDATO NO CANAL RADICULAR. • TELA LCD COLORIDA OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, COM REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA PROGRESSÃO DA LIMA NO INTERIOR DO CANAL E INDICAÇÃO VISUAL DA PROXIMIDADE DO ÁPICE. • SINALIZAÇÃO VISUAL E SONORA DURANTE A MEDIÇÃO, PERMITINDO ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DO POSICIONAMENTO DO INSTRUMENTO ENDODÔNTICO. • PRECISÃO MÍNIMA DE ± 0,5 MM, COM RESPOSTA RÁPIDA E ESTÁVEL. • COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE LIMAS ENDODÔNTICAS MANUAIS E MECANIZADAS. • FUNCIONAMENTO POR BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS, COM AUTONOMIA COMPATÍVEL PARA USO CLÍNICO CONTÍNUO. • ACOMPANHADO, NO MÍNIMO, DOS SEGUINTES ACESSÓRIOS: o 01 CABO DE MEDIÇÃO; o 01 GANCHO LABIAL (LIP CLIP); o 02 SUPORTES PARA LIMA (FILE CLIP); o CARREGADOR OU CABO USB PARA RECARGA (QUANDO APLICÁVEL); o MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. • EQUIPAMENTO COMPACTO, PORTÁTIL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. • ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240 V) OU RECARGA VIA USB, CONFORME O MODELO. • PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. • GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL E DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS.	UNID	0	0	**3**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades de saúde que estão sem o item. Sendo um bem permanente, a rotatividade do item refere-se à estimativa de atendimento diário nos polos de atendimento que ainda não possuem o equipamento. Os 03 localizadores apicais reduz expressivamente os insumos radiográficos (filmes e químicos), diminui a exposição do paciente à radiação e reduz o tempo de sessão endodôntica na Atenção Primária/Especializada.**

221	**MOTOR ENDODÔNTICO** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • MOTOR ENDODÔNTICO ELÉTRICO PORTÁTIL, INDICADO PARA ACIONAMENTO DE SISTEMAS DE LIMAS ROTATÓRIAS EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. • COMPATÍVEL COM LIMAS ROTATÓRIAS DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) DOS PRINCIPAIS SISTEMAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. • CONTRA-ÂNGULO REDUTOR 16:1, AUTOCLAVÁVEL, COM CABEÇA COMPACTA E SISTEMA DE ENCAIXE TIPO LATCH (RA). • CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE E TORQUE, PERMITINDO AJUSTE CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DAS LIMAS. • FAIXA DE VELOCIDADE AJUSTÁVEL ENTRE 100 E 1.000 RPM, OU SUPERIOR. • TORQUE AJUSTÁVEL ENTRE 0,5 E 5,0 N•CM, OU FAIXA EQUIVALENTE. • FUNÇÃO AUTO REVERSE, COM REVERSÃO AUTOMÁTICA QUANDO ATINGIDO O TORQUE PROGRAMADO, E FUNÇÕES AUTO STOP E AUTO FORWARD OU EQUIVALENTES. • PAINEL DIGITAL (LCD, OLED OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE), DE FÁCIL LEITURA, COM INDICAÇÃO DE VELOCIDADE, TORQUE, SENTIDO DE ROTAÇÃO, CARGA DA BATERIA E PROGRAMA SELECIONADO. • MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTAÇÃO, PERMITINDO CONFIGURAR DIFERENTES SISTEMAS DE LIMAS ROTATÓRIAS. • FUNCIONAMENTO POR BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA COMPATÍVEL PARA USO CLÍNICO CONTÍNUO E RECARGA POR BASE CARREGADORA OU CABO USB, CONFORME O MODELO. • EQUIPAMENTO LEVE, ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO. • CONTRA-ÂNGULO PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, RESISTENTE AOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE. • ACOMPANHADO, NO MÍNIMO, DE: o 01 UNIDADE MOTORA; o 01 CONTRA-ÂNGULO REDUTOR 16:1; o 01 BASE CARREGADORA E/OU CARREGADOR; o BATERIA RECARREGÁVEL (QUANDO REMOVÍVEL); o MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. • ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240 V) OU RECARGA VIA USB, CONFORME O MODELO. • PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. • GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL E DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA E PÓS-GARANTIA.	UNID	0	0	**3**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades de saúde que estão sem o equipamento. A rotatividade do item refere-se à estimativa de atendimento diário nos polos de atendimento que ainda não possuem o equipamento. O uso do motor endodôntico reduz o tempo médio do tratamento de canal de 2 a 3 sessões manuais para apenas 1 sessão automatizada.**

222	**AUTOCLAVE HORIZONTAL A VAPOR – CAPACIDADE 21 LITROS** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • AUTOCLAVE HORIZONTAL A VAPOR, DESTINADA À ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS POR MEIO DE VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. • CAPACIDADE ÚTIL DE 21 LITROS (±10%). • CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, DE FÁCIL LIMPEZA E ALTA DURABILIDADE. • PAINEL DE COMANDO DIGITAL OU ELETRÔNICO, COM TECLADO DE FÁCIL OPERAÇÃO E VISOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS CICLOS. • PROGRAMAS AUTOMÁTICOS DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, PRESSÃO E TEMPO. • TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO DE 121°C E 134°C, OU SUPERIOR, CONFORME O CICLO SELECIONADO. • SISTEMA DE SECAGEM EFICIENTE AO FINAL DO CICLO, PERMITINDO A RETIRADA DOS MATERIAIS SECOS E PRONTOS PARA ARMAZENAMENTO. • RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA DE FÁCIL ABASTECIMENTO E SISTEMA PARA DESCARTE DA ÁGUA UTILIZADA, QUANDO APLICÁVEL. • SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTO, NO MÍNIMO, POR: o TRAVA DE SEGURANÇA DA PORTA COM IMPEDIMENTO DE ABERTURA DURANTE O CICLO; o VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA SOBREPRESSÃO; o PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; o PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE ÁGUA; o DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALHAS. • CÂMARA COM SUPORTE PARA BANDEJAS, ACOMPANHADA DE NO MÍNIMO 03 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL COMPATÍVEL COM ESTERILIZAÇÃO. • VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOCLAVÁVEL E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. • ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127 V OU 220 V, CONFORME NECESSIDADE DO ÓRGÃO, FREQUÊNCIA DE 60 HZ. • POTÊNCIA COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO. • EQUIPAMENTO CERTIFICADO CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS (ABNT E INMETRO). • PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. • ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CABO DE ALIMENTAÇÃO, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO E CERTIFICADO DE GARANTIA. • GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL, COM DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.	UNID	0	0	**10**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considera a necessidade de disponibilizar 01 unidades para cada consultório odontológico de cada posto de saúde na execução do serviço. A definição de 01 autoclave por consultório é fruto da equação entre o volume médio diário de instrumentais contaminados e a capacidade da câmara, estimando que 1 único aparelho rodando 2 ciclos ao dia supre a rotina das unidades sem gerar ociosidade de patrimônio público.**

223	**SELADORA PARA EMBALAGENS DE ESTERILIZAÇÃO – USO ODONTOLÓGICO** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • SELADORA TÉRMICA DE MESA, INDICADA PARA SELAGEM DE EMBALAGENS GRAU CIRÚRGICO (PAPEL GRAU CIRÚRGICO/POLIETILENO) UTILIZADAS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. • SISTEMA DE SELAGEM POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA, PROPORCIONANDO SELAGEM UNIFORME, CONTÍNUA E DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM DANIFICAR A EMBALAGEM. • COMPRIMENTO ÚTIL DE SELAGEM DE, NO MÍNIMO, 30 CM. • LARGURA DA SELAGEM ENTRE 10 MM E 13 MM, GARANTINDO VEDAÇÃO SEGURA E CONFORME AS RECOMENDAÇÕES PARA EMBALAGENS DESTINADAS À ESTERILIZAÇÃO. • CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA OU SISTEMA AUTOMÁTICO DE AQUECIMENTO, COMPATÍVEL COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE DIFERENTES ESPESSURAS. • TEMPO DE AQUECIMENTO REDUZIDO E MANUTENÇÃO ESTÁVEL DA TEMPERATURA DURANTE O USO. • ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. • POSSUIR SUPORTE PARA BOBINAS E GUIA DE CORTE INTEGRADO OU ACOPLADO, PERMITINDO O CORTE PRECISO DAS EMBALAGENS, QUANDO APLICÁVEL. • ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127 V OU 220 V, CONFORME NECESSIDADE DO ÓRGÃO, FREQUÊNCIA DE 60 HZ. • EQUIPAMENTO DOTADO DE INDICADORES LUMINOSOS DE FUNCIONAMENTO E AQUECIMENTO. • PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. • ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO. • GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL E DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.	UNID	0	0	**10**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considera a necessidade de disponibilizar 01 unidades do item para cada posto de saúde na execução do serviço. A definição do quantitativo baseia-se na alta velocidade operacional do equipamento, estimando que 1 único aparelho por UBS atende com segurança microbiológica toda a demanda diária de embalagens de uma Unidade Básica de Saúde.**

224	**CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE CORTE, DESGASTE E ACABAMENTO EM TECIDOS DENTAIS E MATERIAIS RESTAURADORES. • EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, COMPATÍVEL COM UNIDADES ODONTOLÓGICAS PADRÃO BORDEN OU MIDWEST (4 FUROS), CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO. • ROTAÇÃO MÍNIMA DE 300.000 RPM, PODENDO ATINGIR ATÉ 450.000 RPM OU SUPERIOR. • POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCAS TIPO PUSH BUTTON (BOTÃO DE PRESSÃO) OU EQUIVALENTE, PERMITINDO TROCA RÁPIDA E SEGURA DAS PONTAS. • COMPATÍVEL COM BROCAS PADRÃO FG (FRICTION GRIP) DE ALTA ROTAÇÃO. • CABEÇA COMPACTA, PROPORCIONANDO MELHOR ACESSO E VISIBILIDADE AO CAMPO OPERATÓRIO. • CORPO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E ERGONÔMICO, COM ACABAMENTO QUE FACILITE A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. • SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR SPRAY TRIPLO OU SUPERIOR, GARANTINDO RESFRIAMENTO EFICIENTE DA BROCA E DO ELEMENTO DENTAL DURANTE O PROCEDIMENTO. • ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO, PROPORCIONANDO BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO REDUZIDA. • AUTOCLAVÁVEL EM TEMPERATURA DE ATÉ 135°C, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. • POSSUIR CONEXÃO COMPATÍVEL COM OS EQUIPOS' ODONTOLÓGICOS INSTALADOS. • ACOMPANHADA DE: o 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; o MANUAL DE INSTRUÇÕES; o ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. REQUISITOS ADICIONAIS: • PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. • GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL E DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. **EMBALAGEM:** CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, NÚMERO DE LOTE/SÉRIE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNID	10	0	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa de 01 nova caneta de alta rotação por UBS visa substituir turbinas antigas com perda de torque ou entupimento de canais de spray, garantindo a permanência de um fluxo contínuo de peças-de-mão estéreis em rodízio entre o equipo e a autoclave sem paralisação dos atendimentos prestados à população.**

225	**CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE BAIXA ROTAÇÃO, PROFILAXIA, ACABAMENTO, PREPARO CAVITÁRIO E DEMAIS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS. • FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE, COM CORPO METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADO PARA USO ODONTOLÓGICO. • COMPATÍVEL COM MICROMOTORES ODONTOLÓGICOS PNEUMÁTICOS OU ELÉTRICOS COM ENCAIXE PADRÃO INTRA (ISO 3964). • RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1 (ROTAÇÃO DIRETA) OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO. • SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCAS TIPO PUSH BUTTON OU TRAVA MECÂNICA EQUIVALENTE. • COMPATÍVEL COM BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO PADRÃO CA (CONTRA-ÂNGULO). • ROTAÇÃO COMPATÍVEL COM MICROMOTORES ODONTOLÓGICOS, PERMITINDO FUNCIONAMENTO EFICIENTE E SEGURO. • POSSUIR SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR SPRAY EXTERNO DE AR/ÁGUA OU EQUIVALENTE, QUANDO APLICÁVEL. • CABEÇA COMPACTA, PROPORCIONANDO MELHOR ACESSO E VISUALIZAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO. • BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO DURANTE O FUNCIONAMENTO. • ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO, GARANTINDO MAIOR DESEMPENHO E VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. • AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. • RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. ACESSÓRIOS MÍNIMOS: • 01 CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO; • MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; • ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. REQUISITOS ADICIONAIS: • PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. • GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL E DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. • EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, LOTE/SÉRIE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNID	10	0	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa de incorporação de 01 novo contra-ângulo por UBS substitui peças com folga no mandril ou travamento do sistema, garantindo a permanência de um fluxo contínuo de peças-de-mão estéreis em rodízio entre o equipo e a autoclave sem paralisação dos atendimentos preventivos e restauradores prestados à população.**

226	**COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COMO EQUIPOS, CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS. • SISTEMA ISENTO DE ÓLEO (OIL FREE), GARANTINDO AR COMPRIMIDO LIMPO, LIVRE DE CONTAMINAÇÃO POR RESÍDUOS DE ÓLEO. • RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS (OU CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO). • PRESSÃO DE TRABALHO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM PRESSÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 8 BAR (116 PSI) OU SUPERIOR. • VAZÃO DE AR ADEQUADA PARA ATENDIMENTO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, COM CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA DE 120 L/MIN OU SUPERIOR. • BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, PREFERENCIALMENTE INFERIOR A 60 DB, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO AMBIENTE CLÍNICO. • MOTOR ELÉTRICO DE ALTO DESEMPENHO, COM PROTEÇÃO TÉRMICA CONTRA SUPERAQUECIMENTO. • RESERVATÓRIO FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM TRATAMENTO INTERNO ADEQUADO E DISPOSITIVO PARA DRENAGEM DE CONDENSADO. • POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA COM: o VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO; o PRESSOSTATO AUTOMÁTICO; o MANÔMETRO INDICADOR DE PRESSÃO; o PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. • POSSUIR RODÍZIOS OU SISTEMA QUE FACILITE MOVIMENTAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL. • ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127 V OU 220 V, CONFORME NECESSIDADE DO ÓRGÃO, FREQUÊNCIA 60 HZ. • EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. ACESSÓRIOS MÍNIMOS: • 01 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO; • RESERVATÓRIO DE AR; • CABO DE ALIMENTAÇÃO; • MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; • CERTIFICADO DE GARANTIA. REQUISITOS ADICIONAIS: • PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. • GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL E DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. • EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, NÚMERO DE SÉRIE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNID	0	0	**10**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considera a necessidade de 01 unidade reserva para cada consultório odontológico dos posto de saúde na execução do serviço. O quantitativo de 01 unidade reserva por consultório é fruto da análise de risco de ponto único de falha, a ausência do compressor inviabiliza 100% do atendimento odontológico. A reserva técnica garante a pronta continuidade do serviço público sem desassistir a população.**

227	**FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO LED** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO DE LUZ LED, INDICADO PARA POLIMERIZAÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES FOTOSSENSÍVEIS, ADESIVOS, SELANTES E DEMAIS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ATIVADOS POR LUZ. • TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO POR LED DE ALTA POTÊNCIA, COM EMISSÃO DE LUZ AZUL NO COMPRIMENTO DE ONDA APROXIMADO ENTRE 420 NM E 480 NM, COMPATÍVEL COM FOTOINICIADORES ODONTOLÓGICOS (COMO CANFOROQUINONA). • INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA DE 1.000 MW/CM², OU SUPERIOR. • POSSUIR MODOS DE OPERAÇÃO PARA DIFERENTES NECESSIDADES CLÍNICAS, INCLUINDO: o MODO CONTÍNUO; o MODO PROGRESSIVO (RAMPA) OU EQUIVALENTE; o MODO DE ALTA INTENSIDADE, QUANDO APLICÁVEL. • TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO PROGRAMÁVEL, COM AJUSTES APROXIMADOS DE 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS OU EQUIVALENTE. • DISPLAY DIGITAL OU INDICADOR LUMINOSO PARA VISUALIZAÇÃO DO TEMPO E MODO DE FUNCIONAMENTO. • PONTEIRA DE FIBRA ÓPTICA OU SISTEMA EQUIVALENTE, COM POSSIBILIDADE DE GIRO PARA MELHOR ACESSO AO CAMPO OPERATÓRIO. • PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL OU REMOVÍVEL PARA ESTERILIZAÇÃO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE. • CORPO ERGONÔMICO, LEVE E RESISTENTE, PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE O USO CLÍNICO. • FUNCIONAMENTO POR BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO, COM AUTONOMIA ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. • ACOMPANHADO DE: o 01 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED; o 01 PONTEIRA DE LUZ; o 01 CARREGADOR/BASE CARREGADORA; o PROTETOR OCULAR; o MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. • ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240 V) OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. • PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. • GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL E DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. • EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, NÚMERO DE SÉRIE/LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNID	10	0	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantitativo de uma unidade por UBS estima substituir aparelhos antigos com bateria viciada ou perda de potência luminosa, garantindo a fotopolimerização completa do material restaurador sem gerar infiltrações marginais, sensibilidade pós-operatória ou deslocamento precoce de restaurações.**

228	**MICROMOTOR ODONTOLÓGICO** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • MICROMOTOR ODONTOLÓGICO PNEUMÁTICO, INDICADO PARA ACIONAMENTO DE CONTRA-ÂNGULOS E PEÇAS RETAS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS. • SISTEMA DE CONEXÃO COMPATÍVEL COM EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PADRÃO BORDEN OU MIDWEST (4 FUROS), CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO. • ROTAÇÃO AJUSTÁVEL APROXIMADA DE 5.000 A 20.000 RPM OU SUPERIOR. • MOVIMENTO DE ROTAÇÃO NOS SENTIDOS HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO, COM ACIONAMENTO POR ANEL OU SISTEMA EQUIVALENTE. • POSSUIR ENCAIXE COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULOS E PEÇAS RETAS PADRÃO INTRA (ISO). • CORPO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E ERGONÔMICO, COM ACABAMENTO QUE FACILITE A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. • SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO POR SPRAY DE AR/ÁGUA OU EQUIVALENTE, QUANDO APLICÁVEL. • FUNCIONAMENTO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO OPERADOR E PACIENTE. • ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO, GARANTINDO DESEMPENHO EFICIENTE E MAIOR DURABILIDADE. • AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. • INSTRUMENTO RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. ACESSÓRIOS MÍNIMOS: • 01 MICROMOTOR ODONTOLÓGICO; • MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; • ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. REQUISITOS ADICIONAIS: • PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. • GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL E DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. • EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, NÚMERO DE LOTE/SÉRIE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNID	10	0	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantitativo estima a incorporação de 01 novo micromotor por UBS afim de substituir peças com perda de torque, travamento do anel de inversão ou perfuração de vedações internas, garantindo a permanência de um fluxo contínuo de motores estéreis em rodízio entre o equipo e a autoclave sem paralisação dos atendimentos prestados à população.**

229	**PEÇA RETA ODONTOLÓGICA** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • PEÇA RETA ODONTOLÓGICA INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE BAIXA ROTAÇÃO, COMO AJUSTES, DESGASTES, ACABAMENTO E POLIMENTO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS E PROTÉTICOS. • FABRICADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CORPO METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA METÁLICA RESISTENTE À CORROSÃO. • COMPATÍVEL COM MICROMOTORES ODONTOLÓGICOS COM ENCAIXE PADRÃO INTRA (ISO 3964). • RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1 (ROTAÇÃO DIRETA) OU EQUIVALENTE. • SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCAS TIPO MANDRIL/TRAVA MANUAL OU SISTEMA EQUIVALENTE, COMPATÍVEL COM BROCAS DE PEÇA RETA (HP). • ROTAÇÃO COMPATÍVEL COM MICROMOTORES ODONTOLÓGICOS, PERMITINDO FUNCIONAMENTO SEGURO E EFICIENTE. • CABEÇA E CORPO COM DESIGN ERGONÔMICO, PROPORCIONANDO CONFORTO, PRECISÃO E FÁCIL ACESSO AO CAMPO OPERATÓRIO. • BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO DURANTE O FUNCIONAMENTO. • ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E DESEMPENHO. • AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. • RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO SEM PERDA DAS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS. • ACABAMENTO LISO, FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. ACESSÓRIOS MÍNIMOS: • 01 PEÇA RETA ODONTOLÓGICA; • MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; • ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. REQUISITOS ADICIONAIS: • PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. • GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL E DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. • EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, LOTE/SÉRIE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UNID	0	0	**3**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

230	**ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA, REMOÇÃO DE CÁLCULO DENTAL, BIOFILME, MANCHAS EXTRÍNSECAS E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. • SISTEMA DE VIBRAÇÃO ULTRASSÔNICA PIEZOELÉTRICA OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE CÁLCULOS SEM CAUSAR DANOS AOS TECIDOS DENTAIS QUANDO UTILIZADO ADEQUADAMENTE. • FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO APROXIMADA ENTRE 25 KHZ E 32 KHZ OU COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONVENCIONAIS. • CONTROLE ELETRÔNICO DE POTÊNCIA/INTENSIDADE DO ULTRASSOM, PERMITINDO AJUSTE CONFORME O PROCEDIMENTO REALIZADO. • SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, COM RESERVATÓRIO PRÓPRIO OU CONEXÃO À REDE DE ÁGUA DO EQUIPO ODONTOLÓGICO. • POSSUIR FUNÇÃO DE JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO, COM REGULAGEM DE PRESSÃO E FLUXO DO SPRAY. • PEÇAS DE MÃO LEVES E ERGONÔMICAS, COM BOA EMPUNHADURA E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. • PONTEIRA(S) AUTOCLAVÁVEL(IS), REMOVÍVEL(IS) E COMPATÍVEL(IS) COM O EQUIPAMENTO. • ACOMPANHA NO MÍNIMO: o 01 PEÇA DE MÃO ULTRASSÔNICA; o 01 PEÇA DE MÃO/JATO DE BICARBONATO (QUANDO INTEGRADA AO EQUIPAMENTO); o PONTAS/TIPS PARA RASPAGEM PERIODONTAL; o CHAVE PARA INSTALAÇÃO DAS PONTAS; o RESERVATÓRIO DE BICARBONATO OU SISTEMA EQUIVALENTE; o PEDAL DE ACIONAMENTO; o DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. • ESTRUTURA RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, ADEQUADA AO AMBIENTE ODONTOLÓGICO. • ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127 V OU 220 V, CONFORME NECESSIDADE DO ÓRGÃO, FREQUÊNCIA 60 HZ. • POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO EXCESSIVO E SOBRECARGA. • PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. • GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL E DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. • EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, NÚMERO DE SÉRIE/LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA.	UNID	10	0	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantitativo de 01 unidade por UBS ao ano estima renovar o parque de equipamentos profiláticos, garantindo a substituição de aparelhos descalibrados, com vazamentos de água ou falha na pressurização do jato, assegurando o tratamento periodontal adequado à população.**

231	**AVENTAL PLUMBÍFERO PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA COM PROTETOR DE TIREOIDE, CARACTERÍSTICAS:** DESTINADO À PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DO PACIENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIOS X ODONTOLÓGICOS; CONFECCIONADO EM MATERIAL FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL, COM BLINDAGEM EM BORRACHA PLUMBÍFERA OU MATERIAL EQUIVALENTE LIVRE DE CHUMBO, DESDE QUE OFEREÇA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EQUIVALENTE E ATENDA ÀS NORMAS VIGENTES; DEVE POSSUIR ACABAMENTO RESISTENTE, REVESTIMENTO EXTERNO EM MATERIAL LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM COSTURAS REFORÇADAS E ISENTO DE RACHADURAS, FISSURAS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; DEVE APRESENTAR EQUIVALÊNCIA MÍNIMA DE 0,25 MMPB (MILÍMETROS DE CHUMBO) EM TODA A ÁREA DE PROTEÇÃO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS; O PROTETOR DE TIREOIDE DEVERÁ SER ACOPLADO OU REMOVÍVEL, COM A MESMA EQUIVALÊNCIA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DO AVENTAL, DOTADO DE SISTEMA DE FECHAMENTO POR VELCRO OU OUTRO MECANISMO DE AJUSTE SEGURO; **DIMENSÕES MÍNIMAS DO AVENTAL:** COMPRIMENTO DE 90 CM E LARGURA DE 60 CM, PERMITINDO COBERTURA ADEQUADA DA REGIÃO TORÁCICA, ABDOMINAL E PÉLVICA DO PACIENTE; O PROTETOR DE TIREOIDE DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA COBERTURA DA REGIÃO CERVICAL. O PRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM IDENTIFICAÇÃO PERMANENTE CONTENDO FABRICANTE, MODELO, EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO (MMPB), NÚMERO DE LOTE OU SÉRIE E DATA DE FABRICAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, POSSUIR REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL À SUA CLASSIFICAÇÃO SANITÁRIA, OU SER ISENTO DE REGISTRO, MEDIANTE COMPROVAÇÃO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DA ANVISA VIGENTE. DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS BRASILEIRAS E INTERNACIONAIS APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA UTILIZADOS EM RADIODIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO, COM APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, QUANDO SOLICITADA. **EMBALAGEM:** 1 UNIDADE.	UNID	10	**0**	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantitativo de uma unidade por UBS foi estimada afim de, incorporar à sala de raio-X para substituir aventais com vincos, costuras rompidas ou desgaste do revestimento impermeável, garantindo a proteção radiológica contínua de crianças, gestantes e adultos atendidos na Atenção Primária.**

232	**CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO ODONTOLÓGICO)** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, DESTINADA AO ATENDIMENTO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, COMPOSTA POR CADEIRA, EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR, REFLETOR ODONTOLÓGICO E MOCHO, QUANDO SOLICITADO. • ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM BASE ESTÁVEL, ACABAMENTO QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, ADEQUADA AO AMBIENTE ODONTOLÓGICO. • ESTOFAMENTO ANATÔMICO, CONFORTÁVEL, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM APOIO DE CABEÇA AJUSTÁVEL. • MOVIMENTOS ELÉTRICOS DE ELEVAÇÃO, DESCIDA, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E RETORNO À POSIÇÃO INICIAL, ACIONADOS POR COMANDO MANUAL, PEDAL OU CONTROLE INTEGRADO. • CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO, SUPORTANDO NO MÍNIMO 120 KG. • ENCOSTO COM FORMATO ANATÔMICO, PERMITINDO ADEQUADO POSICIONAMENTO DO PACIENTE E ACESSO AO CAMPO OPERATÓRIO. • APOIO DE BRAÇOS ARTICULADO OU ESCAMOTEÁVEL, FACILITANDO ENTRADA E SAÍDA DO PACIENTE. EQUIPO ODONTOLÓGICO: • EQUIPO ACOPLADO OU TIPO CART, CONFORME CONFIGURAÇÃO DO FABRICANTE. • POSSUIR NO MÍNIMO: o 03 TERMINAIS PARA INSTRUMENTOS; o SERINGA TRÍPLICE; o TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO; o TERMINAL PARA BAIXA ROTAÇÃO/MICROMOTOR. • BANDEJA AUXILIAR OU SUPORTE PARA INSTRUMENTOS. • SISTEMA DE REGULAGEM DE PRESSÃO E ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS. • MANGUEIRAS LISAS E AUTOCLAVÁVEIS OU DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. UNIDADE AUXILIAR: • CUBA EM MATERIAL RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA. • SISTEMA DE SUCÇÃO DE ALTA EFICIÊNCIA COM MANGUEIRAS E PONTAS COMPATÍVEIS. • PORTA-COPO E ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DE ÁGUA, QUANDO APLICÁVEL. • DISPOSITIVO PARA DESCARTE E LIMPEZA DO SISTEMA DE SUCÇÃO. REFLETOR ODONTOLÓGICO: • ILUMINAÇÃO POR TECNOLOGIA LED, COM LUZ BRANCA FRIA E BAIXA EMISSÃO DE CALOR. • INTENSIDADE LUMINOSA AJUSTÁVEL, COM MÍNIMO APROXIMADO DE 20.000 LUX. • CABEÇOTE COM MOVIMENTAÇÃO PARA DIRECIONAMENTO ADEQUADO DO FOCO. • MANOPLAS REMOVÍVEIS OU AUTOCLAVÁVEIS, QUANDO APLICÁVEL. COMANDOS E SEGURANÇA: • PEDAL MULTIFUNCIONAL PARA ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA E INSTRUMENTOS. • SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA ESMAGAMENTO/OBSTRUÇÃO DURANTE OS	UNID	0	0	**3**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades de saúde que estão com os equipamentos obsoletos.**

	MOVIMENTOS. • CONTROLE ELETRÔNICO COM FUNCIONAMENTO SILENCIOSO E PRECISO. • ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127 V OU 220 V, CONFORME NECESSIDADE DO ÓRGÃO. **ACESSÓRIOS MÍNIMOS:** • 01 CADEIRA ODONTOLÓGICA; • 01 EQUIPO ODONTOLÓGICO; • 01 UNIDADE AUXILIAR; • 01 REFLETOR LED; • PEDAL DE COMANDO; • MANGUEIRAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS; • MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. **REQUISITOS ADICIONAIS:** • PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. • EQUIPAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. • GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL E DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. • INSTALAÇÃO, MONTAGEM E TREINAMENTO OPERACIONAL, QUANDO NECESSÁRIO, INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO.					
233	**DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO** **CARACTERÍSTICAS:** CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DO NÍVEL DE PAPEL; SISTEMA DE ABERTURA COM CHAVE E FECHAMENTO SEGURO; DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DE 2 OU 3 DOBRAS; FIXAÇÃO EM PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS E BUCHAS INCLUSOS NO KIT; DESIGN QUE FACILITE O ABASTECIMENTO, A LIMPEZA E A HIGIENIZAÇÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÍCIE LISA; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM REFIS PADRÃO DO MERCADO, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 400 A 600 FOLHAS, CONFORME O FABRICANTE; PRODUTO RESISTENTE À UMIDADE, INDICADO PARA BANHEIROS, COZINHAS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, ESCOLAS, REPARTIÇÕES PÚBLICAS E DEMAIS AMBIENTES DE USO COLETIVO. • MATERIAL: PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA. • COR: BRANCA. • TIPO DE PAPEL: INTERFOLHADO (2 OU 3 DOBRAS). • INSTALAÇÃO: FIXAÇÃO EM PAREDE. • SISTEMA DE FECHAMENTO: COM CHAVE. • VISOR PARA INSPEÇÃO DO NÍVEL DE PAPEL. • FÁCIL ABASTECIMENTO E HIGIENIZAÇÃO. • ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS), QUANDO EXIGIDO. **EMBALAGEM:** 1 UNIDADE.	UNID	0	0	**10**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 01 unidades anual para cada posto de saúde na implantação do serviço. A definição do quantitativo decorre da relação 1:1 (1 pia sanitária na sala de atendimento = 1 dispenser fixo na parede). O cálculo de capacidade (250 folhas = 5 dias de uso) estima que 1 único aparelho supre com segurança microbiológica a demanda diária da unidade**

234	**DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA, COM RESERVATÓRIO PARA REFIL OU ABASTECIMENTO DIRETO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML, VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DO NÍVEL DO PRODUTO, ACIONAMENTO MANUAL POR PRESSÃO, SISTEMA DE ABERTURA COM CHAVE E FECHAMENTO SEGURO; DESTINADO À FIXAÇÃO EM PAREDE, COM SUPERFÍCIE LISA E DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE À UMIDADE E AO USO CONTÍNUO; DEVE ACOMPANHAR KIT DE INSTALAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). • MATERIAL: PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA. • COR: BRANCA. • CAPACIDADE MÍNIMA: 800 ML. • ACIONAMENTO MANUAL POR PRESSÃO. • SISTEMA DE ABERTURA COM CHAVE. • VISOR PARA INSPEÇÃO DO NÍVEL DO SABONETE. • PERMITE USO COM SABONETE LÍQUIDO OU SABONETE EM GEL DE BAIXA VISCOSIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. • FIXAÇÃO EM PAREDE. • FÁCIL ABASTECIMENTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO. • INDICADO PARA BANHEIROS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, ESCOLAS, REPARTIÇÕES PÚBLICAS E DEMAIS AMBIENTES DE USO COLETIVO. **EMBALAGEM:** 1 UNIDADE.	UNID	0	0	**10**	**Item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando a necessidade de instalar 01 unidades em cada consultório odontológico para cada posto de saúde na implantação do serviço. A definição do quantitativo decorre da relação 1:1(1 lavatório exclusivo na sala clínica odontológica = 1 dispenser de sabonete fixado na parede). O cálculo de capacidade (aproximadamente 800 mL= 10 dias úteis de uso) estima que 1 único aparelho atende com segurança microbiológica toda a demanda diária do consultório.**
235	**KIT POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES ADULTOS.** **CARACTERÍSTICAS:** • INDICADO PARA POSICIONAMENTO DE FILMES RADIOGRÁFICOS OU SENSORES DIGITAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS INTRAORAIS. • COMPATÍVEL COM A TÉCNICA DO PARALELISMO. • FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOCLAVÁVEL, ATÓXICO E RESISTENTE ÀS TEMPERATURAS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (MÍNIMO DE 134 °C). • KIT COMPOSTO POR ANÉIS DE ORIENTAÇÃO, HASTES DE SUSTENTAÇÃO E SUPORTES PARA FILMES/SENSORES, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA FACILITAR A UTILIZAÇÃO. • DEVE POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO, NO MÍNIMO, DOS SEGUINTES EXAMES: o RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS DE DENTES ANTERIORES; o RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS DE DENTES POSTERIORES; o RADIOGRAFIAS INTERPROXIMAIS (BITE-WING). • COMPATÍVEL COM FILMES RADIOGRÁFICOS INTRAORAIS TAMANHO 2 E SENSORES DIGITAIS DE DIMENSÕES EQUIVALENTES. • PRODUTO REUTILIZÁVEL, DE FÁCIL MONTAGEM, DESMONTAGEM E HIGIENIZAÇÃO. • EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO INSTRUÇÕES DE USO EM PORTUGUÊS. • POSSUIR REGISTRO REGULAR JUNTO À AUTORIDADE SANITÁRIA COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** 1 KIT COMPLETO.	KIT	10	0	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantitativo de um kit por UBS é estimado para incorporar ao conjunto de instrumentais do consultório para substituir kits com encaixes frouxos, hastes deformadas pelo calor da autoclave ou suportes de filme trincados, mantendo a biossegurança e a qualidade técnica dos exames radiográficos.**

236	**KIT POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES INFANTIS.** **CARACTERÍSTICAS:** • INDICADO PARA POSICIONAMENTO DE FILMES RADIOGRÁFICOS OU SENSORES DIGITAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS INTRAORAIS. • COMPATÍVEL COM A TÉCNICA DO PARALELISMO. • FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (MÍNIMO DE 134 °C). • KIT COMPOSTO POR ANÉIS DE ORIENTAÇÃO, HASTES DE SUSTENTAÇÃO E SUPORTES PARA FILMES/SENSORES, IDENTIFICADOS POR CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO. • DEVE PERMITIR A REALIZAÇÃO, NO MÍNIMO, DOS SEGUINTES EXAMES: o RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS DE DENTES ANTERIORES; o RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS DE DENTES POSTERIORES; o RADIOGRAFIAS INTERPROXIMAIS (BITE-WING). • COMPATÍVEL COM FILMES RADIOGRÁFICOS INTRAORAIS INFANTIS (TAMANHO 0 E/OU 1, CONFORME O FABRICANTE) E SENSORES DIGITAIS DE DIMENSÕES EQUIVALENTES. • COMPONENTES COM DIMENSÕES ADEQUADAS AO USO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS, PROPORCIONANDO CONFORTO E POSICIONAMENTO ADEQUADO DURANTE O EXAME. • PRODUTO DE FÁCIL MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA E DESINFECÇÃO. • EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU EM KIT, ACOMPANHADO DE INSTRUÇÕES DE USO EM PORTUGUÊS. • POSSUIR REGISTRO REGULAR JUNTO À AUTORIDADE SANITÁRIA COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** 1 KIT COMPLETO.	KIT	10	0	**10**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantitativo de um kit por UBS foi estimado afim de, incorporar o arsenal instrumental do consultório da UBS para substituir kits com fadiga de material, encaixes frouxos ou deformações provocadas por ciclos de autoclavagem e uso contínuo, assegurando a continuidade dos exames preventivos e curativos na infância.**
237	**LANTERNA COMUM DE CABEÇA (FOCO FRONTAL)** **CARACTERÍSTICAS:** • LANTERNA DE CABEÇA COM ILUMINAÇÃO FRONTAL, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E CONFORTÁVEL PARA USO PROLONGADO, COM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA; • POSSUI SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED DE ALTA EFICIÊNCIA, COM FOCO DIRECIONÁVEL, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO ADEQUADA PARA PROCEDIMENTOS E INSPEÇÕES; • ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA COMPATÍVEL, COM ACIONAMENTO SIMPLES E SEGURO; • DEVE APRESENTAR BOA AUTONOMIA, RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO E FUNCIONAMENTO ADEQUADO. **EMBALAGEM:** 1 UNIDADE.	UNID	0	0	**10**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando a necessidade de 01 unidades para cada odontólogo em cada posto de saude. A definição do quantitativo decorre da estimativa 1:1 (1 profissional odontólogo = 1 equipamento individual de iluminação e ergonômico).**

238	**MOCHO ODONTOLÓGICO** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • MOCHO ODONTOLÓGICO ERGONÔMICO, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO PELO CIRURGIÃO-DENTISTA E AUXILIAR DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS. • ESTRUTURA RESISTENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE, COM ACABAMENTO QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. • ASSENTO ANATÔMICO, COM REVESTIMENTO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. • REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA PNEUMÁTICO (PISTÃO A GÁS), PERMITINDO AJUSTE CONFORME A NECESSIDADE DO PROFISSIONAL. • ALTURA AJUSTÁVEL APROXIMADA ENTRE 45 CM E 60 CM (OU FAIXA EQUIVALENTE). • ENCOSTO ANATÔMICO COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E/OU ALTURA, PROPORCIONANDO ADEQUADO SUPORTE LOMBAR E CONFORTO DURANTE LONGOS PERÍODOS DE TRABALHO. • BASE COM 5 RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE, MOBILIDADE E SEGURANÇA. • RODÍZIOS COM DESLOCAMENTO SUAVE, ADEQUADOS PARA PISOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. • ASSENTO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, GARANTINDO CONFORTO E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. • CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO, SUPORTANDO NO MÍNIMO 120 KG. • DESIGN ERGONÔMICO, AUXILIANDO NA POSTURA ADEQUADA DO PROFISSIONAL DURANTE O ATENDIMENTO. • COR CONFORME PADRÃO DO CONSULTÓRIO OU DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. REQUISITOS ADICIONAIS: • PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. • GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL E DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. • EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODELO, LOTE/SÉRIE, DATA DE FABRICAÇÃO E MANUAL DE MONTAGEM E USO.	UNID	0	0	**20**	**Item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 02 unidades para cada consultório odontológico dos posto de saúde. O quantitativo de 02 unidades por consultório odontológico decorre da necessidade física e ergonômica de dotação dos dois profissionais que compõem a equipe de atendimento a quatro mãos na Atenção Primária (1 Cirurgião-Dentista + 1 Auxiliar/Técnico de Saúde Bucal).**

239	**SUPORTE PARA CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE** **CARACTERÍSTICAS:** CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO/ARAME BTC OU AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA BRANCA (OU AÇO INOX, QUANDO ESPECIFICADO); RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; COMPATÍVEL COM CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 20 L; PERMITINDO ENCAIXE SEGURO E ESTÁVEL, SEM COMPROMETER A REMOÇÃO DA CAIXA PARA DESCARTE; DEVE ACOMPANHAR KIT DE FIXAÇÃO CONTENDO PARAFUSOS E BUCHAS; PRODUTO DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO SEGURO DE COLETORES DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES EM AMBIENTES HOSPITALARES, LABORATORIAIS, AMBULATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE. COMPATÍVEL COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE CAIXAS COLETORAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. **EMBALAGEM:** 1 UNIDADE.	UNID	0	0	**10**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando a necessidade de instalação 01 unidades para cada consultório odontológico dos postos de saúde. A definição do quantitativo decorre da relação 1:1 (1 sala de atendimento odontológico geradora de perfurocortantes = 1 suporte fixo de parede). O cálculo de volume e autonomia da caixa de 20 L (7 a 8 dias de uso) estima que 1 único suporte atende com segurança a demanda da sala clínica.**

8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

8.1. O valor previamente estimado pode girar em torno de aproximadamente R$740.000,00 (Setecentos e Quarenta Mil Reais) conforme pesquisa previa no portal nacional de contratações publicas. Conforme exemplo abaixo

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ID	DATA	OBJETO
150851	10/08/2026	INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37% COM CLOREXIDINA 2%, PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA CONDICIONAMENTO ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES ADESIVOS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%; CLOREXIDINA 2%. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GEL COM VISCOSIDADE ADEQUADA, PERMITINDO MAIOR CONTROLE DURANTE A APLICAÇÃO; PROPORCIONAR CONDICIONAMENTO UNIFORME DAS SUPERFÍCIES DENTAIS; AUXILIAR NA QUALIDADE DA ADESÃO RESTAURADORA; FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO; COLORAÇÃO CONTRASTANTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO CLÍNICA; BOA ESTABILIDADE E CONSISTÊNCIA; COMPATIVEL COM SISTEMAS ADESIVOS ODONTOLÓGICOS; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: SERINGA CONTENDO GEL CONDICIONADOR; ACOMPANHADA DE BICO APLICADOR.	TB 250,00	/////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 002	ADESIVO ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICAÇÃO: PARA UNIÃO ENTRE ESTRUTURA DENTAL E MATERIAIS RESTAURADORES EM PROCEDIMENTOS DE DENTÍSTICA RESTAURADORA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA ADESIVO CONTENDO PRIMER E ADESIVO EM UM ÚNICO FRASCO; SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL; MAIOR ESTABILIDADE QUÍMICA; BAIXA EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE EM COMPARAÇÃO AOS SISTEMAS À BASE DE ACETONA; ALTO RENDIMENTO CLÍNICO; BAIXA SENSIBILIDADE TÉCNICA; EXCELENTE ADESÃO EM ESMALTE E DENTINA; COMPATÍVEL COM RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS; FÁCIL APLICAÇÃO; BOA RESISTÊNCIA ADESIVA; FRASCO COM TAMPA TIPO "FLIP TOP"; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 6 G.	FR 200,00	102,00

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL/RS	0062	913	29/04/2026	Frasco 6 G	2,00	102,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Adesivo Dental tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo + primer						

Anexo I	AGENTE CARIOSTÁTICO 12% PARA USO ODONTOLÓGICO À BASE DE FLUORETO DE DIAMINA DE PRATA A 12%, INDICADO PARA CONTROLE E PARALISAÇÃO DA PROGRESSÃO DA CÁRIE DENTÁRIA, ESPECIALMENTE EM LESÕES CAVITADAS E NÃO CAVITADAS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO À BASE DE FLUORETO DE DIAMINA DE PRATA 12%; AÇÃO CARIOSTÁTICA E ANTIMICROBIANA; AUXILIA	FR	

8.2.No âmbito das aquisições públicas, a pesquisa de preços possui como uma das principais finalidades, estimar o custo do objeto para fins de análise de recursos orçamentários e de parâmetro objetivo para julgamento das ofertas apresentadas quando da aceitação das propostas.

8.3.- Fundamenta-se ainda na Instrução Normativa nº 65 de 07 de Julho de 2021, que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, bem como na jurisprudência doTribunal de Contas da União sobre o tema.

8.4. - Fundamenta-se tambem no Decreto Municipal nº 523/2025, que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens, obras e contratação de serviços em geral, no Ambito da Administração Publica Municipal.

8.5. Com base nos normativos supracitados, buscaremos obter os preços praticados em contratações similares de outros entes públicos através das ferramentas eletronicas. Sera dada a preferência por certames realizados em órgãos e entidades localizados na região Centro-Oeste, visando obter valores condizentes com a realidade local, minimizando as distorções. serão Priorizados também os valores obtidos através da realização de certames na modalidade eletrônica, desconsiderando-se valores discrepantes. Para todos os itens será calculada a média aritmética, valor este que será definido como valor máximo por item/lote a ser aceito pela Administração. O resultado da pesquisa encontrará detalhado e permorizado em anexo:

9- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

9.1. PROCESSO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO, criterio de julgamento menor PREÇO POR ITEM, utilizando-se do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, visando aContratação de empresa especializada emfornecer insumos e materiais Odontológicos, para a rede de atenção Primaria, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Ivinhema – MS, conforme condições, quantidades e exigênciasestabelecidas neste documento.

9.2.Asespecificaçõestécnicascontidasnopresentedocumento,inclusivequantoaodetalhamento,requisitos,características,equantitativosdoobjetodacontratação,foramdefinidos por este(s) setor(es) demandante(s), com base em parâmetros técnicos objetivos, paraa melhor consecução do interesse público, do qual está identificado no final e aprova o presenteinstrumento e seus anexos.

9.3. Registre-se que, a especificação técnica do objeto já foi tratado no item 07 deste ETP, demodo que sua inclusão aqui seria redundante.

9.4.Para atendimento da demanda em questão, a solução proposta é a realização deprocesso licitatório amplo na modalidade Pregão, no formato eletrônico*(Lei 14.133/2021), utilizando-se o Sistema de Registro de Preços - SRP (O Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023 e Decreto Municipal 526 de 19 de julho de 2024, trata da regulamentação dos art. 82 a 86 da Lei nº*

14.133/2021, para dispor sobre o sistema de registro de preços (SRP) para a contratação de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional).

9.5. O certame deverá possibilitar concorrência entre os fornecedores interessados,desde que atendam os requisitos mínimos de habilitação e do objeto, a se fazerem constantesno Edital e Termo de Referência.

9.6. A entrega dos produtos deverá ser realizada no almoxarifado central da rede de saúde do município, sito a Avenida Reinaldo Massy nº 2320 Bairro Guiray, próximo ao hospital municipal;

9.7. Os produtos deverão ser entregues, acompanhados de documento fiscal, com as mesmas condições indicadas na proposta de preço vencedora do certame, quanto à marca/fabricante, forma de acondicionamento, peso, volume, tamanho, composição, prazo de validade, garantia, quantidade, qualidade e autenticidade, respeitando rigorosamente as especificações deste ETP;

9.8. Em caso de algum tipo de irregularidade verificada, o produto será devolvido, ficando a retirada do mesmo e o custo do transporte por conta da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;

9.9. A CONTRATADA deverá atentar ao fiel cumprimento das especificações exigidas, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente das especificações contidas neste ETP;

9.10. Os produtos deverão ser novos, estar adequadamente embalados de forma a preservar suas características originais, atender às especificações técnicas exigidas e obedecer rigorosamente:
a) às normas e especificações constantes neste ETP;
b) às normas da ANVISA conforme especificação do produto;
c) às prescrições e recomendações dos fabricantes;

9.11. O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem e controle dos mesmos;

9.12. Será recusado produto deteriorado ou avariado;

9.13. O prazo de vigência da futura ata de registro de preços referente a referida Licitação será de 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura.na forma da Lei n° 14.133, de 2021. Podendo ser prorrogada por igual período com a renovação do quantitativo da Ata inicial do sistema de registro de preços SRP. Desde que comprovada a vantajosidade dos preços e ocorra dentro do prazo de sua vigência, garantindo que as condições e termos da Ata inicial permaneçam validos – conforme parecer AGU 454/2024.

9.14. Considerando que os itens objeto da presente contratação destinam-se ao atendimento da Rede Municipal de Saúde em cumprimento as ações de serviços públicos de saúde bucal (odontológica), a definição do prazo de entrega foi estabelecida com base nas peculiaridades do fornecimento, na

experiência obtida em contratações anteriores relacionada aos produtos de saúde (insumos e materiais permanentes) e na necessidade de garantir o abastecimento contínuo sem comprometer a eficiência da gestão pública.

9.14.1. Ressalta-se que o Município não manterá estoque elevado dos produtos objeto da contratação, tendo em vista que a distribuição entre as unidades e a instalação ocorre de forma programada e individualizada, conforme necessidade de cada unidade. Dessa forma, as aquisições são realizadas de maneira planejada, permitindo o controle adequado dos quantitativos, da validade dos produtos e da aplicação dos recursos públicos.

9.14.2. Além disso, os itens possuem características específicas e, dependem de processos de logística, separação, conferência e transporte por parte dos fornecedores. Assim, faz-se necessária a fixação de prazo compatível com a realidade do mercado fornecedor, sem prejuízo ao atendimento dos pacientes beneficiários.

9.14.3. Cumpre destacar ainda que o prazo ora estabelecido é compatível com aquele adotado em contratações anteriores para objetos semelhantes, tendo se mostrado suficiente para o adequado cumprimento das obrigações contratuais, sem ocasionar descontinuidade no atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

9.14.4. Diante do exposto, fica estabelecido que o prazo de entrega dos itens será de até 20 (Trinta) dias corridos, para os materiais de consumo e de até 60 dias para os materiais permanentes, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento – AF, devendo os produtos ser entregues no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, no horário compreendido entre 07h00min e 13h00min (horário de Brasília), ou em horário previamente acordado com o servidor responsável pelo recebimento. Tal prazo é considerado adequado, razoável e suficiente para garantir o fornecimento dos produtos em conformidade com as necessidades da Administração e dos pacientes atendidos.

10- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

10.1 - Nos termos do §2º, inciso II e III do art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021, a presente contratação será parcelada por itens através do sistema de Registro de Preços, visando o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, Nesse caso, é indicado que a contratação seja parcelada, também por ser mais satisfatória do ponto de vista da eficiência econômica, sem prejuízos da qualidade dos itens, e a garantia dos mesmos.

10.2. Adota-se o critério de julgamento de menor preço item, considerando tratar-se de aquisições de itens com especificações objetivas e distintas, previamente definidas no Termo de Referência, nos quais a qualidade mínima exigida é assegurada por requisitos técnicos, sanitários e operacionais.

10.3. A Administração deste Município, por intermédio de sua equipe de Licitação oficial busca sempre confeccionar editais com base nas solicitações elaboradas pelas Secretarias Municipais, que são diretamente responsáveis pelas organizações das compras, as quais devem definir de maneira precisa o que realmente contempla o interesse público, verificando-se ainda sua conformidade com os

ditames legais. E os editais sempre buscam a proposta mais vantajosa dentre os participantes do procedimento licitatório.

10.4. Assim podemos concluir que a definição do objeto da licitação pública e as suas especificidades são discricionárias, competindo ao agente administrativo avaliar o que o interesse público demanda obter mediante a aquisição. No presente caso, a Administração, lançando-se do poder discricionário que tem, permitiu que para o certame exista lances por item.

11- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS;

11.1 Com a presente contratação a instituição almeja alcançar, sob os aspectos da economicidade, eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive do ponto de vista da sustentabilidadeambiental, os seguintes benefícios:

11.1.1. Continuidade da assistência à saúde, assegurando o abastecimento regular tanto de insumos quanto de materiais Odontológicos, itens considerados vitais e que exigem reposição contínua a fim de garantir que não haja interrupção dos atendimentos.

11.1.2. Promover o melhor aproveitamento dos recursos ao utilizar o Sistema de Registro de Preço, permitindo uma gestão de estoque eficaz e reduzindo perdas por vencimento de produtos, otimizando também o espaço físico de armazenamento.

11.1.3. Assegurar condições de trabalho adequadas e seguras essenciais para o atendimento direto aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS e a execução de procedimentos, garantindo que sejam realizados de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),protegendo assim tanto os pacientes quanto as equipes de trabalho da rede de saúde.

11.1.4. Economia financeira justificada pelo fato de que caso administração não cumpra com a disponibilidade dos itens na rede de saúde, a justiça poderá ingressar com processo de penalização aos gestores responsáveis e proceder com o resgate de verbas públicas para cumprir com o atendimento.

11.1.5.Dar continuidade ao abastecimento regular, zelando assim, pelo bem maior do cidadão - a vida, e, cumprindo com os princípios e diretrizes do Sistema único de Saúde – SUS;

12- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

12.1. Considerar a necessidade de capacitação constante de servidores lotados nas Unidades de Saude no que se refere a utilização e manuseio dos materiais, possibilitando desta forma, o uso adequado dos mesmos no desempenho das atividades e atendimentos dos pacientes usuarios do SUS.

12.1.2. Considerar a necessidade de designação de equipe gestão e fiscalização atraves de decreto para a futura Ata de Registro de Preços.

13- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

13.1.Registra-se o passado do Processo licitatorio n° 35/2025que tem por objeto a aquisição de Insumos e Materiais Hospitalares para atender a Rede Municipal de Saúde, com vigência final em 05/08/2026.

13.2. Registra-se também a existência do Processo licitatório 18/25 que tratava da aquisição de FILMES DE RX DA MARCA KONICA MINOLTA e SOROS FISIOLOGICOS / SOLUÇÕES DE GLICOSE, para atender a rede de saude, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Ivinhema — MS, com vigência final em 26/03/2026.

13.3. Registra-se também a existência do Processo licitatório 116/25 que trata da aquisiçãode insumos e materiais hospitalares, para atender a rede de saúde sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Ivinhema — MS, com vigência final em 11/02/2027.

13.4. No momento não ha identificação de outras contratações correlatas e/ou interdependente ao objeto.

14- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1 O processo de aquisição, armazenamento, distribuição e descarte de materiais odontológicos no âmbito da rede de Saúde de Ivinhema pode gerar impactos ambientais significativos se não forem observadas as boas práticas sanitárias e ambientais previstas em legislação específica.
14.1.1. Entre os principais impactos ambientais identificados, destacam-se:

1. Poluição de Recursos Hídricos e Contaminação do Solo

- ✓ O descarte incorreto de materiais vencidos ou inutilizados em lixo comum ou em esgotos pode resultar na contaminação de solos, rios e córregos da região, afetando o meio ambiente e podendo comprometer a qualidade da água destinada à população local.

2. Geração de Resíduos Perigosos

- ✓ Parte dos insumos e materiais utilizados pela rede de atenção primaria é classificada como resíduo perigoso (Classe I), exigindo destinação adequada conforme a **Resolução CONAMA nº 358/2005** e a **Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010)**.

3. Riscos à Saúde Pública

- ✓ O descarte inadequado pode facilitar o acesso indevido por pessoas não autorizadas, aumentando o risco de intoxicações, automedicação incorreta e até mesmo uso criminoso.

14.2. **Medidas que podem ser adotadas pelo Município de Ivinhema para Mitigação dos Impactos**

14.2.1. Visando minimizar os impactos ambientais, o Município de Ivinhema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, poderá adotar as seguintes medidas:

- ✓ **Planejamento rigoroso da aquisição** de insumos e materiais odontológicos, baseado na demanda real, para evitar desperdício e vencimento de produtos no estoque;
- ✓ **Exigência de responsabilidade ambiental dos fornecedores**, sempre que possível, por meio de programas de logística reversa ou recolhimento de materiais vencidos;
- ✓ **Participação em programas de descarte correto de material**, promovendo campanhas junto à população para o descarte consciente;
- ✓ **Destinação final adequada dos resíduos de saúde** provenientes do Hospital Municipal e das unidades de saúde, por meio de empresas especializadas e licenciadas pelos órgãos ambientais competentes;

14.2.2. Essas ações refletem o compromisso do Município de Ivinhema com a preservação ambiental, a segurança sanitária e o fortalecimento da saúde pública local.

15 - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO/ECLARAÇÃO DE VIABILIDADE SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE SE DESTINA.

- Declaro(amos) viável esta contratação.

- Justificativa da Viabilidade

- Pelo constatado nos estudos preliminares a contratação é viável do pontode vista técnico e econômico e encontra-se dentro da previsão de despesas para operíodo previsto de contratação, em especial se considerada a responsabilidade com a continuidade dos atendimentos em saude, prezando pelo bem dos usuarios do SUS a Administração Pública com a publicação deste certame, visaatenderasnecessidadesdetodososssetores demandantes,desdequesejamadotadasaspremissas e conclusões descritas neste estudo.

Ivinhema/MS, 10/08/2026

Claudio de Souza
Diretor Dept. Compras - SMS

Amanda Nobre Barboza de Souza
Membro do Departamento de Compras - SMS

Tamires Somenzari
Membro do Departamento de Compras - SMS

MAPA DE RISCOS – SMS

Por mais que um projeto seja planejado, sempre existe a possibilidade de ocorrer alguma influência de variáveis incontroláveis – que venham a comprometer o resultado deste. Assim, é de suma importância que seja realizado um gerenciamento de riscos, que permita o mapeamento, o controle e a criação de ações preventivas e de ajustes, afim de que o impacto dessas variáveis não interfira no resultado do projeto. Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação, incluindo-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão e execução do contrato.

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas se caso os danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

RISCOS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO SELEÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Insumos e Materiais Odontológicos para a Rede de Atenção Primaria. Sobre responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Ivinhema/MS

FASE DE ANÁLISE
1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

RISCO 01: Erros de quantidades		
Probabilidade: (X) Baixa () Média ( ) Alta		
Impacto: ( ) Baixa (X) Média( ) Alta		
Dano		
1	Estimar equivocadamente as quantidades a serem adquiridas	
	Ação preventiva	**Responsável**
1	Dimensionar as quantidades com base na necessidade da área Requisitante e justificativa para aquisição.	Secretaria M. de Saúde
	Ação de contingência	**Responsável**
1	Monitoramento da execução dos trabalhos da rede de saúde/ objetivando a necessidade da possibilidade de nova licitação.	Secretaria M. de Saúde

RISCO 02: Erros de descriminação de valores		
Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
Impacto: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta		
Dano		
1	Estimar equivocadamente os preços referenciais seja para mais ou para menos	
	Ação preventiva	**Responsável**
1	Realização de pesquisa de preços considerando preços públicos e privados, utilizando-se de critérios de médias, ou menores preços conforme a necessidade.	Secretaria M. de Saúde
	Ação de contingência	**Responsável**
1	Monitorar a execução da licitação para indicar os preços inexequíveis/Indicar revisão de preços quando detectado diferença de preços.	Secretaria M. de Saúde

RISCO 03: Atraso na entrega		
Probabilidade: () Baixa (X) Média ( ) Alta		
Impacto: ( ) Baixa () Média (X) Alta		
Dano		
1	Entrega do objeto fora do prazo previsto para solução.	
	Ação preventiva	**Responsável**
1	Estabelecer prazo de entrega suficiente claro no edital para que a empresa entregue o item solicitado dentro do prazo e horário previsto.	Secretaria M. de Saúde
	Ação de contingência	**Responsável**
1	Estabelecer cronograma de entrega alinhado ao prazo de atendimento para objetos conforme sua natureza e demanda de consumo.	Secretaria M. de Saúde

FASE DE ANÁLISE
2 - RISCOS DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

RISCO 01: indisponibilidade de Fornecedores		
Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta		
Dano		
1	Licitação deserta	
	Ação preventiva	**Responsável**
1	Acompanhar juntamente com o setor de licitação para que o Edital tenha a mais ampla divulgação possível	Secretaria M. de Saúde
	Ação de contingência	**Responsável**
1	Dar apoio suficiente ao setor de licitação para que tudo ocorra como planejado	Secretaria M. de Saúde

RISCO 02: Inflexibilidades de lances dos fornecedores		
Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
Impacto: () Baixa ( ) Média (X) Alta		
Dano		
1	Licitação fracassada em função da não aceitação por parte do licitante em negociar eventual valor de proposta acima do estimado pela Administração	
	Ação preventiva	**Responsável**
1	Inclusão neste estudo preliminar de dados que contenham uma sólida e ampla pesquisa de preços de mercado, contemplando o maior número possível de informações para o dimensionamento das propostas.	Secretaria M. de Saúde
	Ação de contingência	**Responsável**
1	Solicitar que o edital preveja todos os requisitos técnicos estritamente necessários para o cumprimento das obrigações do edital, sem nenhuma exigência ilegal, impertinente ou excessiva.	Secretaria M. de Saúde

RISCO 03: Restrição de competitividade		
Probabilidade: (X) Baixa () Média ( ) Alta		
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta		
Dano		
1	Licitação fracassada por falta de cumprimento dos requisitos legais	
	Ação preventiva	**Responsável**
1	Elaborar estudo preliminar que preveja apenas os requisitos técnicos estritamente necessários para o cumprimento das obrigações do edital, sem nenhuma exigência ilegal.	Secretaria M. de Saúde
	Ação de contingência	**Responsável**
1	Rever a essencialidade dos requisitos de contratação junto à área requisitante e demandante.	Secretaria M. de Saúde

FASE DE ANÁLISE
3 - RISCOS DA GESTÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

RISCO 01: Produtos e serviços em desconformidade com contrato		
Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta		
Dano		
1	Descumprimento de cláusula de controle e da execução do contrato	
	Ação preventiva	**Responsável**
1	Solicitar a inclusão no edital de cláusulas sancionatórias para o caso de descumprimento das cláusulas contratuais	Secretaria M. de Saúde
	Ação de contingência	**Responsável**
1	Realizar Solicitação de Esclarecimentos e Providências Imediatamente após a verificação de eventuais irregularidades.	Secretaria M. de Saúde

RISCO 02: Estrutura Inadequada		
Probabilidade: (X) Baixa () Média ( ) Alta		
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta		
Dano		
1	Espaço físico e estrutura insuficiente para o atendimento dos usuários	
	Ação preventiva	**Responsável**
1	Solicitar para que seja inserido no edital cláusulas sancionatórias atribuindo total responsabilidade pela estrutura à contratada	Secretaria M. de Saúde
	Ação de contingência	**Responsável**
1	Solicitação de Esclarecimentos e Providências imediatamente após a verificação de eventuais situações de irregularidade.	Secretaria M. de Saúde

RISCO 03: falência da empresa vencedora		
Probabilidade: (X) Baixa () Média ( ) Alta		
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta		
Dano		
1	Impossibilidade de entrega gerando Atraso nos serviços e falta dos itens contratados	
	Ação preventiva	**Responsável**
1	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômico-financeira da contratada	Setor de licitação
	Ação de contingência	**Responsável**
1	Caso de eventuais situações adjudicar novo fornecedor ou promover nova licitação.	Setor de licitação

Em cumprimento as necessidades de aquisição exposta e o compromisso com a qualidade de atendimento integral em Saúde aos usuários do SUS. Através do presente estudo realizado pelos integrantes da equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde, manifestamos pelo andamento do mesmo que segue assinado pelos Integrantes das Equipes dos Departamentos mencionados.

Ivinhema/MS, 04 de Agosto de 2026

Claudio de Souza ***Diretor do Departamento de Compras SMS***	Amanda Nobre Barboza de Souza ***Membro do Departamento de Compras SMS***	Tamires Somenzari ***Membro do Departamento de Compras - SMS***
Claudio de Souza	Amanda Nobre Barboza de Souza	Tamires Somenzari

A contratação se dará em observância ao princípio e consonância com o disposto, da Lei nº 14.133, de 2021.

Decreto Federal n.º 11.462, de 31 de março de 2023 - Regulamenta os art. 82 a art. 86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o sistema de registro de preços para a contratação de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

Decreto Municipal n.º 526, de 2024 – dispoe sobre a Regulamentação do sistema de registro de preços para a contratação de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia, no âmbito da Administração Pública Municipal...

JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE DIVULGAÇÃO DA IRP

De acordo com o §2º do art. 4º do Decreto Municipal 526/2024:

> *"§ 2º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado quando o órgão ou a entidade gerenciadora for o único contratante."*

Solicitamos a dispensa da divulgação da IRP referente a este Processo pelas razões abaixoexpostas:

01- O processo é exclusivo do Fundo Municipal de Saúde, o que teoricamente enquadraria no O §1° do artigo 86 da lei 14.133/2021, §2º do art. 9º do Decreto federal 11.462/2023, §2º do art. 4º do Decreto Municipal 526/2024, pela não publicação do IRP, tendo em vista ser o único órgão para o procedimento.

02- A demanda dos itens é para atendimento da rede de Saúde exclusivamente, e seu quantitativo determinado se faz no montante capaz de solucionar a demanda com uma possívellicitação, na forma de pregão eletrônico e sistema de registro de Preços.

03- No caso deste Município, optou-se pela não divulgação da presente IRP Considerando a necessidade de contratação dos itens para suprir a demanda da Rede Municipal de Saúde de Ivinhema/MS, informamos que não foi realizada a publicação da Intenção de Registro de Preços (IRP), pelas seguintes razões:

1. Aquisição Específica para Atender Necessidade Local

O objeto da presente contratação refere-se ao atendimento de necessidade específica deste município, não havendo, até o presente momento, conhecimento ou manifestação de outros órgãos ou entidades que possuam interesse na participação deste procedimento licitatório.

2. Urgência no Atendimento da Demanda

O levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde identificou a necessidade imediata de aquisição dos itens, a fim de evitar o desabastecimento e garantir a continuidade do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) deste município.

A publicação prévia da IRP implicaria em prazo adicional, o que comprometeria o atendimento oportuno à população, contrariando o princípio da eficiência administrativa.

3. Justificativa Técnica

O processo em questão trata de quantitativos compatíveis com o porte e necessidade exclusiva do Município de Ivinhema, sem caráter de ampla escala ou de interesse regional evidente que justificasse o Registro de Preços com participação de outros entes federativos.

Além disso, trata-se de itens, rotineiramente adquiridos diretamente por cada ente conforme sua peculiaridade e demanda específica, não caracterizando benefício prático na adesão de outros órgãos.

4. Previsão Legal

A legislação vigente, em especial a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos), não impõe obrigatoriedade de publicação de IRP em todos os casos, especialmente quando se trata de contratação isolada e com prazo restrito por necessidade comprovada.

Diante do exposto, considera-se justificada a não publicação de Intenção de Registro de Preços (IRP), de forma fundamentada na necessidade administrativa, no interesse público e na busca pela eficiência no atendimento da saúde pública municipal.

CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

Recebido o presente estudo, verifico que ele está de acordo com as necessidades técnicas,operacionais e estratégicas do órgão, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, peloque AUTORIZO a contratação nos termos concluídos pela equipe técnica de planejamento.

IVINHEMA/MS, 04/08/2026

Zeine Mustafá de Souza Silva
Secretaria Municipal de Sude

ANÁLISE TÉCNICA nº 65/26
(X) Análise ( ) Reanálise

Solicitação de Demanda: 30/07/2026 – SD 142/2026		**Data de Protocolo:** 06/10/2026
Modalidade da Licitaçao:	**Pregao Eletronico**	**Art.**
Procedimento:	**Sistema de Registro de Preço**	
Valor Estimado:	**R$ 708.927,85 (SETECENTOS E OITO MIL E NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).**	
Objeto da S.D.:	**Aquisiçao de Materiais e Insumos Odontologicos.**	

DA ANÁLISE

Esclarecemos que a análise será realizada com base na legalidade do processo licitatório no que se refere a fase inicial, observados o Manual das Peças Obrigatórias - Resolução nº 88/2018, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, a Lei Federal nº 14.133/2021), nos Decretos Municipais e demais Normativos.

Portanto, a análise não irá adentrar ao mérito de examinar justificativas, especificações técnicas, detalhamento de quantidades, requisitos, avaliação de preço estimado e licitações vigentes ou em andamento, pois, presume-se que estas características tenham sido regularmente determinados pelo Setor Demandante, com base em parâmetros técnicos objetivos para a melhor consecução do interesse público.

CHECK-LIST PARA VERIFICAÇÃO DA FASE PREPARATÓRIA

Nº	PROCEDIMENTO	BASE LEGAL	SIM/NÃO	INDICAÇÃO (doc/fls)
01	**Solicitação de Demanda:** **A)** Nº sequencial; **B)** Data; **C)** Secretaria Solicitante; **D)** Unidade Orçamentária; **E)** Responsável pela elaboração; **F)** Tipo de Aquisição; **G)** Descrição do objeto e Justificativa; **H)** Estimativa de preço e finalidade; **I)** Prazo de Execução; **J)** Dotação Orçamentária; **K)** assinatura do ordenador de despesa e demais autoridades competentes; **L)** enquadramento em bens de luxo; **M)** Termo de Ciência do Fiscal de Contrato.	Art. 12 e 117, Lei n° 14.133/2021; Art. 5º, Dec. Municipal nº 218/2023; Art.1º, Decreto Municipal nº 222/2023; Instruçao Normativa nº 01/2023.	Sim	SD Nº 142 – 30/07/2026 Itens A ao M Assinado por todos os membros responsáveis pela autorização do SD.
02	**Estudo Técnico Preliminar:** **A)** Descrição da necessidade/objeto; **B)** Demonstração da previsão da contratação no PCA; **C)** Requisitos da contratação; **D)** Estimativas das quantidade; **E)** Levantamento de mercado; **F)** Estimativa do valor da contratação;	Art. 18, Lei nº 14.133/2021; Decreto Municipal nº 222/2023	Sim	ETP – Item A ao N. Datado em 04/08/2026 – Assinado por todos os membros responsáveis pela elaboração do ETP.

	G) Descrição da solução/ exigências técnicas; **H)** Justificativa do parcelamento ou não da contratação; **I)** demonstrativo dos resultados pretendidos; **J)** Providências adotadas previamente à celebração do contrato; **K)** Contratações correlatas ou interdependentes; **L)** impactos ambientais; posicionamento conclusivo e **M)** Mapa de riscos; **N)** Data anterior à pesquisa de preço.			
03	**Termo de Referência:** **A)** definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação; **B)** fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas; **C)** descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto; **D)** requisitos da contratação; **E)** modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento; **F)** modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade; **G)** critérios de medição e de pagamento; **H)** forma e critérios de seleção do fornecedor; **I)** estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado; **J)** adequação orçamentária;	Art. 6°, XXIII da Lei n.º 14.133/2021.	Sim	TR – Item A ao J Datado em 25/09/2026 – Assinado por todos os membros responsáveis pela elaboração do TR.
04	Parametros utilizados para Pesquisa de mercado, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos?	Art. 23, Lei n° 14.133/2021 e Art. 5º do Decreto Municipal nº 523/2025	Sim	Segundo o servidor a cotação foi realizada nas seguintes fontes: 1. Sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços

				em saúde; 2. Contratações similares de outros entes públicos e do próprio município de Ivinhema - MS; 3. Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou domínio âmplo; e 4. Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas;
05	A pesquisa realizada com fornecedores, consta: I) prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado; II) obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: a) descrição do objeto, valor unitário e total; b) CPF ou CNPJ do proponente, bem como nome completo e identificação do responsável; c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato, e d) data de emissão III) informação aos fornecedores das características; IV) registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação de que trata o inciso VI do caput; V) Carimbo e assinatura do fornecedor;	Decreto Municipal nº 226/202; Resolução nº 88/2018 do TCE/MS c/c Art. 23 da Lei nº 14.133/2021	Nao	
06	Planilha de Custos e formação dos preços ou justificativa da ausência do mencionado documento	Artigo 5º, § 3º do Decreto Municipal nº 226/2023; Resolução nº 88/2018 do TCE/MS	Nao se aplica	-
07	Subanexo X - Pesquisa de Preço com mapa comparativo.	Resolução nº 88/2018 do TCE/MS	Sim	-
08	Os recursos orçamentários previstos na requisição de compras/serviços estão identificados pelos códigos dos créditos próprios da classificação e da categoria de programação?	Art. 72, da Lei Federal nº 14.133/2021	Sim	SD 142 De acordo com o Item 16 do TR – Adequação Orçamentária;
09	Foi indicado o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, quando for o caso?	Art. 117, da Lei Federal nº 14.133, e Art. 5º, IV do Decreto Municipal nº 218/2023;	Sim	SD 142 TR Item 11.10 – Gestão do Contrato;

10	Documentação relativa à Habilitação jurídica, quando for o caso; Regularidade fiscal e trabalhista; Qualificação econômico-financeira, quando for o caso?	Artigo 66, Lei Federal nº 14.133/2021	Não se aplica	-
11	Quando do Pregão Presencial, há justificativa?	Art. 17 § 2º da Lei Federal n. 14.133/2021	Sim	Pregão Eletrônico TR – 14.1 Forma e Criterios de seleçao do fornecedor;
12	Foi informado a preferencia de tratamento favorecido, diferenciado, simplificado e regionalizado para as microempresas e empresas de pequeno porte.	Lei Complementar Federal N° 123/2006, Lei Complementar N° 169/2015 e Decreto Municipal N° 945/2025.	Sim	TR Item 14.2.2 – Forma e Criterios de seleçao do fornecedor;
13	Foi informado o enquadramento dos bens de consumo nas categorias de qualidade comum e de luxo.	Disposto no art. 20 da Lei nº 14.133/2021. Decreto N° 168/2022	Sim	SD 142 ETP Item 5.2.1 – Descriçao dos Requisitos da Contrataçao; TR Item 3.1 – Condiçoes Gerais do Objeto
14	Foi publicado a IRP – Intensao de Registro de Preço. Quando dispensado informar o Art. 4°, §2°.	Decreto 526-2024.	Sim	ETP Item Justificativa para Dispensa de Divulgaçao da IRP.

ORIENTAÇÕES

Ressalta-se que a Administração Pública não pode dar causa às situações que levem à contratação direta (falta de planejamento, desídia administrativa ou má gestão dos recursos público), uma vez que esse fato, implica na responsabilização do administrador que o causou, conforme entendimento já consolidado pelo Tribunal de Contas da União. Por isso, a Administração deve implementar um bom planejamento para as suas contratações, de modo a evitar riscos desnecessários;

É imprescindível a verificação do rol de documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal antes de contratar a empresa que realizará os serviços proposto no objeto deste processo.

CONCLUSÃO

Esclarecemos que esta Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de Ivinhema, articula informações com o objetivo de resguardar a administração pública, por meio de orientações preventivas, não adentrando na conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito das Secretarias Municipais.

Por fim, a opinião técnica deste Setor Controladoria, são de natureza de orientação - considerando a legislação vigente, onde, os esclarecimentos adicionais ao Ordenador de Despesas embarga situações que possam vir a ser questionadas por órgãos de controle externo, cabendo a esta autoridade a melhor decisão para o caso.

Ivinhema - MS, 07 de outubro de 2026

CLAUDEMAR DA SILVA LIMA
Matrícula nº 56758
Controlador Municipal