

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90058/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Serviço Odontológico			
Descrição Detalhada: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS COM AS SEG UINTES ESPECIFICAÇÕES: Autoclave Horizontal na cor branca, com 03 bandejas em alumínio, câmara de esterilização em aço inox, com capacidade de até 75 Litros - função da esterilização de artigos/instrumentos utilizando vapor sob pressão, sendo ideal para consultórios odontológicos (implantodontia e cirurgia), para clínicas médicas, laboratórios e ambulatórios hospitalares, nos cuidados de seus instrumentos, que devem resistir a altas temperaturas e vapor intenso. Dimensões - 39,5cm x 38cm x 61 cm (L x A x P); Câmara - 25cm x 43cm (D x P); Peso - 30 Kg Registro na ANVISA. Garantia de 2 anos.			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17.966,93		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (2)			

2 - Serviço Odontológico			
Descrição Detalhada: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES: Estrutura fabricada em aço; tratamento anticorrosivo; pintura epóxi ou eletrostática lisa; com estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima; base com proteção em borracha ou material similar, com estabilidade sem necessidade de fixação ao piso; revestimento do estofamento em material PVC laminados em costuras, na cor verde; proteção plástica para os pés do paciente; braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente; apoio de braço para paciente dos dois lados da cadeira sendo um rebatível. Encosto da cabeça articulável com movimento longitudinal; acionamento através de comandos elétrico com moto- redutores; controle de pé (pedal) para os movimentos de subida e decida do assento e do encosto. Controle de pedal para acionamento do refletor, pelo menos três movimentos automáticos: um volta a zero e dois programáveis pelo cirurgião dentista; alimentação elétrica 110V ou 220 V 60HZ de acordo com a rede local do município de entrega; 9DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO II)			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21.924,97		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)			

3 - Serviço Odontológico			
Descrição Detalhada: (COTA DE ATÉ 25% DO ITEM 2) CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES: Estrutura fabricada em aço; tratamento anticorrosivo; pintura epóxi ou eletrostática lisa; com estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima; base com proteção em borracha ou material similar, com estabilidade sem necessidade de fixação ao piso; revestimento do estofamento em material PVC laminados em costuras, na cor verde; proteção plástica para os pés do paciente; braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente; apoio de braço para paciente dos dois lados da cadeira sendo um rebatível. Encosto da cabeça articulável com movimento longitudinal; acionamento através de comandos elétrico com moto- redutores; controle de pé (pedal) para os movimentos de subida e decida do assento e do encosto. Controle de pedal para acionamento do refletor, pelo menos três movimentos automáticos: um volta a zero e dois programáveis pelo cirurgião dentista; alimentação elétrica 110V ou 220 V 60HZ (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO II)			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21.924,97		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (2)			

4 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: APARELHO DE RX - APARELHO RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO 7 0, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLUNA MÓVEL, DIGITAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.329,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (3)

5 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 949,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (2)

6 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, DE LED, SEM FIO COM RADI ÔMETRO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Ponteira fibra ótica 8mm, peso líquido: 155g(incluindo, componentes, dimensões externas (DXC), 2,7 x 25cm, com ponteira 2,7 x 18cm(sem ponteira) Voltagem: 90/240V Frequência: 50/60 Hz Potência irradiada: 1.400 mW/cm² Consumo elétrico: 2,65 Watts/hora Consumo elétrico (standby): 0,16 Watts/hora, Fonte luminosa: LED de alta potência (azul) Modo de operação: Contínuo, progressivo e intermitente Comprimento da onda: 460 a 465 nm Temperatura adequada de trabalho: 15 a 40°C, Garantia: 01 Ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.393,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (3)

7 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV, POTÊNCIA/VÁCUO DE 1,5 HP/720 MMHG, PARA SUÇÃO DE FLUIDOS E RESÍDUOS PROVENIENTES DE TRATAMENTO OU CIRURGIAS NO USO ODONTOLÓGICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.933,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (4)

8 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse US B, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (WideScreen 16:9).(DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO II)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.644,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (9)

9 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: MOCHO EM AÇO/FERRO PINTADO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: assento/encosto estofado Estrutura tubular e assento em aço inox 304 1 1/2 x 1,2 mm, com tratamento antimanchas. Dimensões: 480x650mm (altura ajustável)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 713,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (17)

10 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: NEGATOSCÓPIO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Para visualização de radiografias: periapicais, Inter proximais, oclusais, carpais, seios da face, panorâmica, telerradiografias e ATM, iluminação LED, material estrutura chapa aço, acabamento superficial estrutura moldura em aço pintado c/ tratamento antiferrugem, material visor acrílico translúcido, comprimento 43, largura 35, tensão alimentação 110, aplicação c/ 2 corpos p/ fixação em parede, características adicionais prendedor radiografia no corpo, tecla liga/desliga.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 641,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (2)

11 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: TELEVISOR DE 32" ATE 41" Especificação: DE 32" ATÉ 41"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.585,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (2)

12 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM AS SEGUINTE ESPECIFIC AÇÕES: capacidade Mínimo de 80 litros com potência de 2,0 HP.motor monofásico 1/2cv.4 polos 110/220 V; consumo de energia elétrica 1/2cv4, pólos 110/220 V; cilindrada 123 CM2, desloc. litros de ar p/min. 80 L;RPM, do cabeçote; 672 RPM, cap. Do reserva tório; 30 litros, pressão Max.135lbs, vol de ar desloc2,8 p.c.m tempo de carga de 0 A 120 5 min. Recarga de 80 A 120 libras; 2 min. Nível de ruído s/ Gabinete. 65 db, nível de ruído c/gabinete 60 db.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.810,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (6)

13 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: NOTEBOOK Processador: Processador compatível com os modelos: Intel® Core™ i7-1270P; Memória: Mínimo de 8 GB na interface: DDR4 SODIMM em 3200 MHz ou; DDR5 SODIMM em 4800 MHz; Armazenamento: SSD mínimo de 240 GB na interface PCIe; Tela: Resolução mínima da tela: De 1920x1080 pixel com relação de aspecto 16:9 ou; De 1920x1200 pixel com relação de aspecto 16:10 ou; Resolução e proporção compatíveis com as descrições acima; Frequência mínima de 60 Hz; Dimensão diagonal de 14" ou 15.6"; Tecnologia antirreflexo; Sem Fio: Conectividade sem fio nos padrões IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Conectividade Bluetooth® 5.2 ou superior; Sistema Operacional: Compatível com o sistema operacional Windows® 10; Compatível com o sistema operacional Windows® 11; Compatível com o sistema operacional Ubuntu 22.04; Compatível com o sistema operacional Fedora 38; Alimentação: Bateria de 52 Wh ou superior inclusa no objeto; Tomada da fonte de alimentação no padrão NBR 14.136; Periféricos: Teclado padrão ABNT2 integrado; Touchpad integrado; Referência: Lenovo ThinkPad T14;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.596,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

14 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: AMALGAMADOR Equipamento odontológico, tipo: vibrador de capsulas pré-dosificadas (Amalgamador), aspecto físico: motor de bancada, indicação: amalgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: digital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.577,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (2)

15 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: DESTILADORA DE ÁGUA Equipamento para destilação de água para uso em autoclaves de esterilização a vapor. Tempo para destilar 150ml de água: 1 9 minutos; Tempo para destilar 300ml de água: 37 minutos. Não necessita instalação hidráulica.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.571,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (3)

16 - Serviço Odontológico**Descrição Detalhada:** ULTRASSOM ODONTOLOGICO Ultrassom Odontológico**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3.673,40**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 16**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (8)**17 - Serviço Odontológico****Descrição Detalhada:** CADEIRA DE ESCRITORIO COM APOIO DE CABEÇA, POLTRONA DI RETOR TELADA COM ESPUMA INJETADA 50MM, BASE GIRATORIA, COM BRAÇOS DIGITADORES COM APOIO LOMBAR**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.439,63**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (2)**18 - Serviço Odontológico****Descrição Detalhada:** BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOX, TIPO ASSENTO GI RATORIO, MATERIAL BASE ASSENTO: PLASTICO, ACABAMENTO E STRUTURA: PINTADO, COR DO ASSENTO: PRETA, ALTURA: 60 CM. DIAMETRO ASSENTO: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALT URA REGULAVEL SISTEMA A GAS, APOIO PARA OS PES. BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOX, TIPO ASSENTO GIRATÓRIO, MATERIAL BASE ASSENTO: PLASTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO, COR DO ASSENTO: PRETA, ALTURA: 60 CM. Diâmetro assento: 40 cm, características adicionais: altura regulável sistema a gás, apoio para os pés.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 554,96**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (2)**19 - Serviço Odontológico****Descrição Detalhada:** FOTÓFORO - FONTE DE LUZ, FIBRA ÓPTICA, FOCO REGULÁVEL, T IPO LED MÍNIMA 30.000 LUX COM BATERIA RECARREGÁVEL.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5.933,72**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (1)

20 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: BIOMBO PORTATIL EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO IONIZANTE DO TÉCNICO E PACIENTE COM MEDIDAS DE 2,10 X 80 CM. FORNECIDO COM PROTEÇÃO INTERNA DE 2,00MM DE ESPESSURA. Biombo Portátil Equipamento de proteção contra radiação ionizante do técnico e paciente com medidas de 2,10x80 cm. Fornecido com proteção interna de 2,00mm de espessura.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.285,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

21 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL COM CAPACIDADE DE 4 A 6 LITROS, suporte com rodízio, pedal de acionamento, com válvula de segurança e frasco termoplástico.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.546,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

22 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 151) BISTURI, ELETRÔNICO, BIPOLAR E MONO POLAR, DE 300 WATTS: Deve atender as aplicações de cirurgia cardíaca, neurocirurgias e micro cirurgias, endoscopia, colonoscopia, laparoscopia gastro /ginecológica /urologia e todos os demais procedimentos cirúrgicos, inclusive procedimentos de alta complexidade, contando com exclusivas funções e conexão ao Coagulador a Gás Argônio: Recursos Deve possuir tecla especial que proporciona melhor desempenho de Corte em tecidos adiposos, sem causar dano tecidual. Modo Micro bipolar ajustável de 0,5 em 0,5 watts Um recurso que oferece potência controlada e uniforme, para cirurgias vasos-capilares Acionamento simultâneo da caneta de comando manual nas operações do modo coagulação mono polar permite o trabalho simultâneo de dois cirurgiões. Ventilação Natural por Convecção. Reconhecimento automático do tipo de placa-paciente adesiva e descartável utilizada Ativação do sistema de monitoração de qualidade de contato se a placa adesiva for dividida. Ativação do sistema de monitoração de circuito (com alarme) se a placa adesiva for comum. EMC. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO II)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28.035,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

23 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: MESA DE MDF CM ESPESURA DE 40MM MEDINDO 1,50X0,60X0,74 CM GAVETEIRO DE 02 GAVETAS COM CHAVES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 679,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

24 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: GELADEIRA/ REFRIGERADOR DE 260 A 299 L Especificação: DE 260 A 299 L.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.564,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

25 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: ARQUIVO 4 GAVETAS Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente em chapa 22 com, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa 22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 02 chaves. Nas quatro extremidades inferiores da base do arquivo devem ser soldados um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO II)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 935,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

26 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: APARELHO DE AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS: Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall", com as seguintes especificações: Capacidade mínima de refrigeração de 1 8000 BTU/h, 220V ou bivolt automático. Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 01 (um) ano, a partir do recebimento definitivo. FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" (COM INSTALAÇÃO MÁXIMO 3 METROS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.443,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

27 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: IMPRESSORA LASER (COMUM): IMPRESSORA LASER (COMUM): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante: impressora laser com padrões de cor monocromático: resolução mínima de 1200x1200 DPI: velocidade de 35 páginas por minuto PPM: suportar tamanho de papel A5, A4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por m eio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suporta frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 864,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

28 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DP I; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/10 0 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.600,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

29 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO TIPO MANUAL E DE MESA CO M CONTROLE DE TEMPERATURA. Sela as embalagens: polipropileno, polietileno, aluminizadas, nylon, poliolefínico e PVC recolhível. - Produção: pequena / média. - Produto certificado pelo INMETRO. - Garantia: 12 meses. - Estrutura: epóxi. - Solda (L x C): 3 x 300. - Dimensões máquina (L x C x A): 370 x 180 x 90 mm. - Peso: 2,5 kg. - Potência: Tensão: bivolt. Corrente: 1,9 / 1,0. Kw/h – 0,24 / 0,23

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 696,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (3)

30 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: ARTICULADOR ODONTOLOGICO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REPRODUZIR AS POSIÇÕES MAXILO-MANDIBULARES. DISTANCIA INTERCONDILAR | GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET• ARTICULADOR ODONTOLOGICO: Equipamento utilizado para reproduzir as posições maxilo-mandibulares. DIST ÂNCIA INTERCONDILAR | GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.312,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

31 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: REFLETOR ODONTOLOGICO: UTILIZADO PARA PROPORCIONAR L UMINOSIDADE NO INTERIOR DA CAVIDADE ORAL
REFLETOR ODONTOLOGICO: Utilizado para proporcionar luminosidade no interior da cavidade oral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.182,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

32 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: LAVADORA ULTRASSONICA 15 LITROS: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DE PEÇAS OU PARTES, RETIRANDO TODA SUJEIRA E IMPUREZA ENCONTRADA NA SUPERFÍCIE E NAS REENTRÂNCIAS MINUSCULAS E MAIS PROFUNDAS ATRAVES DE ULTRASSOM, QUE CONSISTE NA TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ENERGIA MECÂNICA. EQUIPAMENTO COM GABINETE E CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL E TAMPAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU SIMILAR, COM SENSOR DE SEGURANÇA, PAINEL DE COMANDO COM TIMER E AQUECIMENTO DIGITAL, FREQUÊNCIA DE 40 KHZ, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; DESCARGA PARA LÍQUIDOS; CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO; CONTROLE DE TEMPO DE TRABALHO INDICADO POR LEDS; CUBA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SERÁ DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. LAVADORA ULTRASSONICA 15 LITROS: Equipamento utilizado para auxiliar na limpeza de peças ou partes, retirando toda sujeira e impureza encontrada na superfície e nas reentrâncias minúsculas e mais profundas através de ultrassom, que consiste na transformação de energia elétrica em energia mecânica. Equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa em plástico transparente ou similar, (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO II)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.459,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

33 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: APARELHO GERADOR DE OZÔNIO PARA ODONTOLOGIA Equipamento com display LCD, microcontrolado, com modo de liberação contínua e/ou fracionada, fluxo de saída de até 1LP M regulado automaticamente pelo equipamento, concentração entre 1 - 100 ug/ml, resfriamento interno por cooler, acessórios para perfeito funcionamento do equipamento e alimentação elétrica a definir pela entidade solicitante. Equipamento que produz gás ozônio (O3), indicado para o combate a infecções e inflamações, possui propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antissépticas. Utilizado na endodontia, periodontia, cirurgia e no tratamento de cárie dental. PREÇO SUGERIDO (SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS- SI GEM): R\$12.247,00

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.522,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (1)

34 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATE 49L Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 353,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (2)

35 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS Estojo para Endodontia; Caixa utilizada para esterilizar limas endodônticas. CAPACIDADE: ATÉ 10 LIMAS PREÇO SUGERIDO (SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS- SI GEM): R\$ 57,00

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (2)

36 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: UNIDADE AUXILIAR COM SUGADOR COM 2 SULGADORES Unidade Auxiliar com Sugador com 2 Sugadores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.155,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (2)

37 - Serviço Odontológico

Descrição Detalhada: BALDE/ LIXEIRA CESTO DE LIXO MATERIAL DE CONFECÇÃO: DE 11 ATE 20 L | AÇO OU FERRO PINTAD Balde/ Lixeira Cesto de Lixo MATERIAL DE CONFECÇÃO: DE 11 ATÉ 20 L | AÇO OU FERRO PINTAD

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ji-Paraná/RO (3)