MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2026

Relação de Itens / Lotes

Item	Cód. Item	Excl. ME-EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
1	1	NÃO	Fita com área reagente para verificação quantitativa de glicemia capilar, com química enzimática e método de leitura através de amperometria, a faixa de medição deverá estar entre 20 e 600mg/dl, aceitando-se valores inferiores 20mg/dl superiores a 600mg/dl. O teste deve ser rápido com resultado em até 10 segundos após a aplicação do sangue total na tira. Amostra de sangue total obtida por punção digital com volume máximo de 1,0 (um) microlitro, aplicada diretamente na fita reativa. Embaladas com 50 tiras, de acordo com o fabricante de modo a assegurar proteção do produto até o momento da sua utilização trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e/ou prazo de Validade e número do Registro do Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. O equipamento fornecido pela empresa deverá impossibilitar o contato ou acúmulo de sangue para a realização do teste. A empresa vencedora deverá fornecer a cada 1.000 tiras (20 caixas com 50 tiras), 1 (um) aparelho (glicosímetro) da mesma marca das tiras, sendo disponibilizado sem custo para o município. Tiras compatíveis com o monitor de glicemia On Call Plus	CX	2.393,00	R$ 0,10	R$ 34,06	R$ 81.505,58
2	2	SIM	SERINGA PARA INSULINOTERAPIA CAPACIDADE PARA 100 UI DE INSULINA, COM AGULHA ACOPLADA 8 X 0,30MM (AGULHA CURTA). MEDIDA IDEAL PARA CRIANCA, ADOLESCENTE E ADULTO MAGRO, COM IMC MEMOR 25	UN	1.094,00	R$ 0,01	R$ 1,61	R$ 1.761,34
3	3	SIM	Lancetas para lancetador de punção digital, sâo utilizados em conjunto com lancetadores, um dispositivo de punção, para obter amostra de sangue para teste de glicose no sangue. As lancetas para punção utilizam pontas ultrafinas de 28G. A empresa vencedora deverá fornecer a cada 1.200 lancetas, 1 (um) aparelho (Lancetador) da mesma marca das lancetas, sendo disponibilizado sem custo para o município.	UN	19.527,00	R$ 0,01	R$ 0,45	R$ 8.787,15
4	4	SIM	Fita com área reagente para verificação quantitativa de glicemia capilar, com química enzimática e método de leitura através de amperometria, a faixa de medição deverá estar entre 20 e 600mg/dl, aceitando-se valores inferiores 20mg/dl superiores a 600mg/dl. O teste deve ser rápido com resultado em até 10 segundos após a aplicação do sangue total na tira. Amostra de sangue total obtida por punção digital com volume máximo de 1,0 (um) microlitro, aplicada diretamente na fita reativa. Embaladas com 50 tiras, de acordo com o fabricante de modo a assegurar proteção do produto até o momento da sua utilização trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e/ou prazo de Validade e número do Registro do Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. O equipamento fornecido pela empresa deverá impossibilitar o contato ou acúmulo de sangue para a realização do teste. A empresa vencedora deverá fornecer a cada 1.000 tiras (20 caixas com 50 tiras), 1 (um) aparelho (glicosímetro) da mesma marca das tiras,	CX	797,00	R$ 0,10	R$ 34,06	R$ 27.145,82

Item	Cód. Item	Excl. ME-EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
			sendo disponibilizado sem custo para o município. Tiras compatíveis com o monitor de glicemia On Call Plus					
							TOTAL GERAL	**R$ 119.199,89**