MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS
04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00515/26 **Impresso em: 10 de novembro de 2026**

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Insumos para Insulinoterapia

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
1	242.003.798		FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA CAPILAR, COM QUÍMICA ENZIMÁTICA E MÉTODO DE LEITURA ATRAVÉS DE AMPEROMETRIA, A FAIXA DE MEDIÇÃO DEVERÁ ESTAR ENTRE 20 E 600MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES 20MG/DL SUPERIORES A 600MG/DL. O TESTE DEVE SER RÁPIDO COM RESULTADO EM ATÉ 10 SEGUNDOS APÓS A APLICAÇÃO DO SANGUE TOTAL NA TIRA. AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL COM VOLUME MÁXIMO DE 1,0 (UM) MICROLITRO, APLICADA DIRETAMENTE NA FITA REATIVA. EMBALADAS COM 50 TIRAS, DE ACORDO COM O FABRICANTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O EQUIPAMENTO FORNECIDO PELA EMPRESA DEVERÁ IMPOSSIBILITAR O CONTATO OU ACÚMULO DE SANGUE PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER A CADA 1.00 Fita com área reagente para verificação quantitativa de glicemia capilar, com química enzimática e método de leitura através de amperometria, a faixa de medição deverá estar entre 20 e 600mg/dl, aceitando-se valores inferiores 20mg/dl superiores a 600mg/dl. O teste deve ser rápido com resultado em até 10 segundos após a aplicação do sangue total na tira. Amostra de sangue total obtida por punção digital com volume máximo de 1,0 (um) microlitro, aplicada diretamente na fita reativa. Embaladas com 50 tiras, de acordo com o fabricante de modo a assegurar proteção do produto até o momento da sua utilização trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e/ou prazo de Validade e número do Registro do Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. O equipamento fornecido pela empresa deverá impossibilitar o contato ou acúmulo de sangue para a realização do teste. A empresa vencedora deverá fornecer a cada 1.000 tiras (20 caixas com 50 tiras), 1 (um) aparelho (glicosímetro) da mesma marca das tiras, sendo disponibilizado sem custo para o município. Tiras compatíveis com o monitor de glicemia On Call Plus	3190	CX	34,06	108.651,40
2	442.001.593		SERINGA PARA INSULINOTERAPIA CAPACIDADE PARA 100 UI DE INSULINA, COM AGULHA ACOPLADA 8 X 0,30MM (AGULHA CURTA). MEDIDA IDEAL PARA CRIANCA, ADOLESCENTE E ADULTO MAGRO, COM IMC MEMOR 25 SERINGA PARA INSULINOTERAPIA CAPACIDADE PARA 100 UI DE INSULINA, COM AGULHA ACOPLADA 8 X 0,30MM (AGULHA CURTA). MEDIDA IDEAL PARA CRIANCA, ADOLESCENTE E ADULTO MAGRO, COM IMC MEMOR 25	1094	UN	1,61	1.761,34
3	262.009.284		LANCETAS PARA LANCETADOR DE PUNÇÃO DIGITAL, SÂO UTILIZADOS EM CONJUNTO COM LANCETADORES, UM DISPOSITIVO DE PUNÇÃO, PARA OBTER AMOSTRA DE SANGUE PARA TESTE DE GLICOSE NO SANGUE. AS LANCETAS PARA PUNÇÃO UTILIZAM PONTAS ULTRAFINAS DE 28G. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER A CADA 1.200 LANCETAS, 1 (UM) APARELHO (LANCETADOR) DA MESMA MARCA DAS LANCETAS, SENDO DISPONIBILIZADO SEM CUSTO PARA O MUNICÍPIO. Lancetas para lancetador de punção digital, sâo utilizados em conjunto com lancetadores, um dispositivo de punção, para obter amostra de sangue para teste de glicose no sangue. As lancetas para punção utilizam pontas ultrafinas de 28G. A empresa vencedora deverá fornecer a cada 1.200 lancetas, 1 (um) aparelho (Lancetador) da mesma marca das lancetas, sendo disponibilizado sem custo para o município.	19527	UN	0,45	8.787,15

Total de registros: 3 **119.199,89**