

(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO II

MODELO DE CARTA PROPOSTA

**A CONTROLADORIA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE VILHENA - RO
A/C DO PREGOEIRO: CRISTIELLY APARECIDA CONCI DE SIQUEIRA
CENTRO ADMINISTRATIVO SENADOR DOUTOR TEOTÔNIO VILELLA
RUA RONY DE CASTRO PEREIRA, 3177 - BAIRRO JARDIM AMÉRICA,
MUNICÍPIO DE VILHENA/RO
FONE/FAX: (0XX) 69-3919-7082 - CEP: 76.980.970**

Prezados Senhores,

Após criterioso exame e estudo do edital de **PREGÃO ELETRÔNICO nº 149/2023/SEMUS** em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, de conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital.

OBJETO: Aquisição de Equipamento e Material Permanente (Aparelhos, Equipamentos ou Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, conforme Termo de Referência e ETP anexo ao Edital.

Conforme descrições a seguir:

ITEM	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Marca/ Modelo	VALOR TOTAL
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (54 até 65 litros). Autoclave horizontal de mesa para esterilização de artigos e instrumentos: hospitalar, odontológico e clínicos, embalados ou não, inclusive tecidos. Utilizando vapor saturado sob pressão. Descrição/características Bandejas em alumínio anodizado ou inox ASI 304 com seu suporte apropriado. Capacidade 54 a 65 litros. Com abastecimento automático vindo de reservatórios externos de água destilada. Com ciclo programável: 121°C e 134°C. Despressurização automática no fim do ciclo de trabalho. Display Digital de LCD de fácil leitura e operação: Exibe data,	Unid.	03			

	hora, programas de esterilização, mensagens de funcionamento, alertas, falhas, manutenção e informações adicionais. Fabricante que atenda as normas nacionais e internacionais de qualidade e segurança e que cumpra a norma e atendimento aos requisitos da RDC 665/2022 - BPF - Boas Práticas de Fabricação - ANVISA. Fusível de proteção externa, facilitando a substituição em caso de queima Garantia de 12 meses de fábrica Mangueira para descarga Potência 3000 a 3600 Watts Que gere relatório dos parâmetros dos ciclos de esterilização que possa ser gravados em caso de vistorias em pen drive com conexão USB. Que possa trabalhar em altitude de até 3500 m Que possua teste na câmara para checar vazamento Que tenha assistência técnica para o produto em Vilhena ou o fornecedor custei as despesas durante o período de garantia de 12 meses após a data de entrega. Secagem automática com a porta fechada. Sistemas de segurança: trava da porta que não permita abrir quando estiver esterilizando, válvula antivácuo, válvula de segurança e com anel de vedação na porta que facilita a vedação Tampa e câmara em aço inox ASI 304, que facilita a limpeza. Tensão de alimentação 220V 50/60 hz. Com registro junto a ANVISA.					
2	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (21 a 25 litros): Autoclave para a esterilização de artigos e instrumentos termo resistentes embalados ou desembalados utilizando vapor saturado sob pressão. Descrição/características: Capacidade 21 a 25 litros. Potência 1.300 a 1700 Watts. Abastecimento manual. Tampa e câmara em aço inox ASI 304. Bandejas em alumínio anodizado ou inox ASI 304. Despressurização automática no fim do ciclo de trabalho. Fusível de proteção externa, facilitando a substituição em caso de queima. Produto com registro na ANVISA. Secagem eficiente com porta entreaberta. Secagem extra. Sistema de ajuste de altitude. Sistemas de segurança:	Unid.	02			

	trava da porta que não permita abrir quando estiver esterilizando, válvula antivácuo, válvula de segurança e com anel de vedação na porta que facilita a vedação. Teclado de controle de fácil operação, Temperatura e pressão exibidos por leds ou números digitais, Tensão de alimentação 127/220V 50/60 hz. Garantia de 12 meses de fábrica. Assistência técnica para o produto em Vilhena ou custeio total das despesas durante o período de garantia de 12 meses após a data de entrega. Com registro junto a ANVISA.				
3	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO ANALÓGICO/NYLON - Composto por braçadeira adulto em nylon com fechamento em velcro com circunferência aproximada de 18 a 35cm, manômetro de 0-300mmHg, manguito e pêra em PVC e válvula de deflação. Acondicionado em estojo/bolsa para viagem. Com registro junto a ANVISA.	Unid.	50		
4	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO ANALÓGICO/NYLON - Composto por braçadeira adulto em nylon com fechamento em velcro com circunferência aproximada de 35 a 51cm, manômetro de 0-300mmHg, manguito e pêra em PVC e válvula de deflação. Acondicionado em estojo/bolsa para viagem. Com registro junto a ANVISA.	Unid.	02		
5	Aparelho de RX Periapical de uso odontológico, coluna móvel Descrição/Características: Rx de coluna móvel e braços articuláveis na posição vertical e horizontal. Tensão nominal do cabeçote 70 kVp e corrente no tubo 0,5 a 0,7 mA. Tensão nominal do equipamento 127/220v, 50/60 hz com flutuação máxima de 5%. Base com quatro rodízios sendo dois com sistema de freio. Cabeçote com rotação entre 270 e 300° e indicação na parte traseira e dianteira, Cabo de alimentação removível, de fácil substituição. Caixa de comando do RX com suporte de fixação do controle. Câmara de compensação no cabeçote que mantém a pressão interna estável.	Unid.	06		

	Colimador em material leve e revestido, mantendo alto grau de isolamento da radiação. Com proteção térmica, evitando o superaquecimento do cabeçote, aumentando a sua vida útil. Controle digital, ergonômico e com cabo removível de 3 a 5 metros que permite os controles de todas as funções do aparelho. Dotado de temporizador digital centesimal que permita ser utilizado com os sistemas digitais de captura de imagem, isso reduz o tempo de exposição/ radiação ao paciente e que possa ser usado com película convencional. Fusível de proteção externo, facilitando a substituição. Movimentação suave, precisa, estável e de fácil manuseio, Pintura na cor clara epóxi com tratamento anticorrosivo, Produto com registro na ANVISA. Garantia de 12 meses. Assistência técnica para o produto em Vilhena ou custeio das despesas durante o período de garantia de 12 meses após a data de entrega.				
6	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO (155 Kg ou superior): Confeccionada em aço/ferro pintado, dobrável em X, apoio para braços removíveis/escamoteáveis, apoio para os pés rebatíveis/removíveis com regulagem de altura, faixa de panturrilha, assento e encosto nylon, assento acolchoado ou com almofada, rodas traseiras com no mínimo 24", rodas dianteiras com no mínimo 6", freios bilaterais, capacidade para suportar 155Kg ou superior. O produto fornecido deverá ter registro na ANVISA.	Unid.	03		
7	Cardiotocógrafo: Deve ter: Tela de no mínimo 10"; 2 transdutores de ultrassom com 10 cristais com sinal de frequência Doppler FHR 1 e FHR 2 para gemelares, 1transdutor wireless de ultrassom com 10 cristais com sinal de frequência Doppler; transdutor de pressão de contração uterina com fio (TOCO); transdutor de pressão de contração uterina wireless (TOCO); Marcador de movimento fetal, automático e manual com fio; marcador de evento fetal wireless; cintas elásticas; Impressora térmica integrada, com	Unid.	01		

	velocidade programável em 1, 2, 3 cm/min; Papel de impressão; Alimentação Full[1]range: 100V - 240V +/- 10% 50-60 Hz, Potência 70VA / 35W. Com registro junto a ANVISA.					
8	OTOSCÓPIO: Cabo em metal com acabamento recarilhado, cabeçote em metal nobre, iluminação LED, lente removível, lente com aumento de no mínimo 2,5X, 5 espelhos autoclaváveis de diferentes medidas, tensão 2,5V, alimentação por pilhas, acondicionado em estojo macio. Com Registro na ANVISA.	Unid.	02			
9	ELETROENCEFALÓGRAFO - Realização de diagnósticos e exames de rotina de eeg, morte encefálica, com mapeamento cerebral e histogramas em tempo real; Configuráveis para outros parâmetros (ex: EMG, ECG, EOG,...), 1 (hum) canal para foto e áudio estimulação visualizável, 1 (hum) canal terra e 2 (dois) canais de referência A1/A2, expansivo através de upgrade para Vídeo-eeg e Polissonografia, com as seguintes características técnicas: 32 (trinta e dois) canais isolados até 5000 volts; USB; filtro antialiasing de 32 Hz de acordo com as normas internacionais de eletroencefalografia; filtros de passa alta e passa baixa; número de traços visualizáveis de 1 até 32; referencia virtual biauricular; conversor A/D (analógico/digital) resolução de 12 bits; Sistema bivolt-127/220 - regulação automática, software turbo C++ para Windows; monitor de estado de eletrodos acionado por software; gravação continua sem perda de informação; Back-up de disco rígido, floppy, fita streamer, disco óptico, gabinete de poliuretano de alta densidade: dimensões de 200mm x 180mm x 90mm; peso de 2 quilos. Com registro junto a ANVISA.	Unid.	01			
10	Aparelho de Eletroestimulação TENS e FES - 2 canais. Para tratamento de dor crônica, aumento da circulação sanguínea local, alívio sintomático da dor pós-traumática, analgesia, reumatológica e neurológica e fortalecimento muscular.	Unid.	03			

	Operado por bateria 9 volts ou conectado a rede elétrica, alimentação bivolt automático. Incluso no mínimo: manual de instruções; 02 cabos, 01 sache de gel condutor e 04 eletrodos. Peso até 5 kg. Garantia de 12 meses. 01 maleta para transporte. Com registro válido da ANVISA.					
11	Aparelho de Eletroestimulação TENS, FES - 4 canais. Para tratamento de dores articulares, musculares e pós-operatórias. Operado por bateria 9 volts ou conectado a rede elétrica, alimentação bivolt automático. Incluso no mínimo: manual de instruções; 4 (quatro) pares de eletrodos de silicone e 4 (quatro) cabos e 1 cabo de força. Peso até 5 kg. Garantia de 12 meses. Com registro válido da ANVISA.	Unid.	01			
12	Cadeira de banho / higiênica confeccionado em aço inox, estrutura fixa, capacidade igual a 200 kg ou superior e sem coletor. Com registro válido da ANVISA.	Unid.	02			
13	Bisturi Elétrico (até 165 W) - Potência mínima de 50W. Potência de saída de aproximadamente: Corte 100W Carga - 500 Ohms. Blend 60W - 500 Ohms. Coagulação 40w - 500 Ohms. Contendo os seguintes acessórios, no mínimo: Cabo de placa neutra, Pedal Simples, Caneta padrão, Eletrodo agulha - depilação - alça pequena - - bola (ø 2,1mm) - bola (ø 4,2mm) - faca reta pequena. Rede Elétrica: Bivolt - 50/60Hz. Com registro junto a ANVISA.	Unid.	01			

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias (conforme disposições legais);

DA FORMA, PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, CRITÉRIOS E GARANTIA:
Concordamos com aqueles estabelecidos nos itens 08, 09, 10 e 11 do Termo de Referência.

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em referência, cumprir integralmente com todas as obrigações já delineadas no edital e no seu Anexo I - Termo de Referência.



Atenciosamente,

.....

NOME DA EMPRESA

.....

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA
Pessoas, endereço, e-mail e telefone para contato