

Parecer Técnico de Avaliação de Amostra

1. Identificação do Objeto

- **Empresa:** Jardim Distribuidora de Cosméticos Ltda/ CNPJ: 23.720.752/0001-22
- **Produto:** Fralda Descartável – Marca **Life Kids/ Fraldasul**
- **Órgão Solicitante:** Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Aceguá – RS

2. Metodologia de Avaliação

A amostra foi submetida a um Checklist de Aprovação composto por seis parâmetros técnicos essenciais para o uso hospitalar e ambulatorial: Registro, Estrutura, Conforto, Absorção, Umidade e Fixação.

3. Análise de Conformidade

Item	Parâmetro Técnico	Critério de Aceitação	Resultado
1.0	Regularidade Fiscal/Sanitária	Registro ANVISA vigente e validade mínima de 12 meses.	Conforme
2.0	Integridade Estrutural	Barreiras e elásticos em perfeito estado de conservação e funcionalidade.	Não Conforme
3.0	Ergonomia e Conforto	Camada externa com toque macio (ausência de plástico rígido).	Conforme
4.0	Eficiência de Absorção	Capacidade de absorção total sem ocorrência de vazamento lateral.	Não Conforme
5.0	Retenção de Umidade	Mínima transferência de líquido sob pressão após 5 minutos.	Não Conforme
6.0	Sistema de Fixação	Fitas reposicionáveis que permitam múltiplos ciclos de abertura e fechamento.	Conforme

4. Considerações Críticas

O produto apresentou falhas críticas em aspectos fundamentais de desempenho:

- **Desempenho Hídrico:** A capacidade de absorção foi classificada como insuficiente, não atingindo os parâmetros mínimos exigidos para a manutenção da integridade cutânea do usuário.
- **Segurança Estrutural:** As barreiras e elásticos não se encontram em condições ideais, o que compromete a contenção de fluídos.
- **Retorno de Umidade:** O teste de pressão demonstrou transferência excessiva de umidade, fator que eleva o risco de maceração da pele e dermatites.

5. Conclusão e Parecer Final

O item analisado **não apresenta condições de uso**, uma vez que o descumprimento dos requisitos de absorção e integridade estrutural invalida sua aplicação clínica e assistencial.

