



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA
Compra Direta

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo		
Nº Processo	Repetição	Órgão
27/011.209/2024	1	Fundação Serviços de Saúde de MS
Objeto		
Aquisição Emergencial de Equipos para Bomba de Infusão com Equipamento em comodato, para atender a demanda do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.		

Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta	Tipo	Criação	Publicação
90/2024	Com Disputa	09/08/2024 - 10:57	09/08/2024 - 11:20
Data/Hora início envio de propostas	Data/Hora fim do envio de propostas	Contato	Telefone
09/08/2024 - 11:25	13/08/2024 - 10:30	Liliany Angélica Messias Saldanha	6733781211
Criado por	Prazo de Entrega	Local de Entrega	Critério Julgamento
Liliany Angélica Messias Saldanha	Conforme Termo de Referência	Almoxarifado Central do HRMS, situado à Avenida Gunter Hans, n. 3702, Bairro Jardim Tijuca 2, município de Campo Grande/MS, de segunda-feira à sexta-feira, das 07:30h às 10:30h e das 13:00h às 16:00h.	Menor Preço
Situação	Amparo legal	Dispensa sem Valor Estimado	Exibir Valor de Referência
Aguardando Abertura	Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII	Não	Sim
Disputa por	Diferença Mínima Entre Lances	Duração da Etapa de Lances	
Unitário	Valor (R\$) 0.01000000	06:00	
Observação			
Conforme Termo de Referência			

Listagem						
LOTE ÚNICO						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	0016931	Equipos - Tipo: cristal; Uso: para bomba de infusão; Material: PVC transparente flexível; Requisito: câmara de gotejamento flexível e transparente, filtro de ar bacteriológico, filtro de ar de 0,2 micras para retenção de partículas; Ponta: perfurante com tampa protetora; Medida: mínimo de 200 cm; Requisito da embalagem: embalagem individual, estéril, asséptica, que permita abertura em pétalas; Autonomia: mínimo de 24 horas; Dados complementares: com ou sem injetor lateral, atóxico, terminação tipo luer lock, pinça rolete para controle de fluxo de infusão, adequado conforme RDC n. 4/2011 da ANVISA.	1 - Unidade	19.250	30,00	577.500,00
2	0016932	Equipos - Tipo: fotossensível; Uso: para bomba de infusão; Material: PVC transparente flexível; Requisito: câmara de gotejamento flexível, filtro de ar bacteriológico, filtro de ar de 0,2 micras para retenção de partículas; Ponta: perfurante com tampa protetora; Requisito da embalagem: embalagem individual, estéril, asséptica, que permita abertura em pétalas; Acompanha: saco plástico protetor para soluções fotossensíveis de frasco de 1.000 ml estéril; Autonomia: mínimo de 24 horas; Dados complementares: com ou sem injetor lateral, atóxico, terminação tipo luer lock, pinça rolete para controle de fluxo de infusão, adequado conforme RDC n. 4/2011 da ANVISA.	1 - Unidade	9.750	30,50	297.375,00
3	0016937	Equipos - Tipo: para administração de nutrição enteral; Uso: para bomba de infusão; Material: PVC flexível, colorido translúcido (exceto alaranjado e cores afins); Requisito: câmara de gotejamento flexível, filtro de ar bacteriológico, conector de ponta escalonada com tampa protetora e apropriado para sondas enterais, com protetor firme e de fácil remoção; Ponta: perfurante para conexão em dieta com lanceta; Medida: mínimo de 180 cm; Requisito da embalagem: embalagem individual,	1 - Unidade	6.100	30,00	183.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA
.
Compra Direta

	estéril, asséptica, que permita abertura em pétalas; Autonomia: mínimo de 24 horas; Dados complementares: atóxico, pinça rolete para controle de fluxo de infusão, adequado conforme RDC n. 4/2011 da ANVISA.				
--	---	--	--	--	--