

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 27/003.767/2025	Responsável Fundação Serviços de Saúde de MS
Objeto AQUISIÇÃO DE CORRELATOS.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 15/09/2025 - 10:00	Fim Envio Propostas 29/09/2025 - 08:29	Pregoeiro Rozeli Moraes Leite
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
ITEM 001	0025215	Equipamento hospitalar / laboratorial - Tipo: osmose reversa portátil; Uso: tratamento intensivo ou domiciliar para pacientes com insuficiência renal; Deve acompanhar ao equipamento: itens necessários para pleno funcionamento, incluindo mangueiras de no mínimo 1,5 m cada para entrada da água, o permeado e para o rejeito, sendo cada uma delas de cores diferentes; Alarmes: de monitoramento de falta de água, condutividade alta e sobrecarga na bomba, dotado de sistema de segurança que desliga a máquina (bomba) em caso de baixa pressão ou falta de água; Filtro: possuir no mínimo pré-filtro de 5 micras, filtro de carvão ativado, membrana de osmose e bomba de pressurização, com condutivímetro digital integrado, manômetros para a pressão da bomba e da entrada do sistema; O equipamento: deve ser composto por material que não sofra oxidação, com rodízios giratórios de no mínimo 3", sendo eles com travas; Vazão: de no mínimo 100 Litros/Hora. Conforme Orçamentos Anexo	und - 1 - und	5	49.527,47	247.637,35
ITEM 001.1	0025215	Equipamento hospitalar / laboratorial - Tipo: osmose reversa portátil; Uso: tratamento intensivo ou domiciliar para pacientes com insuficiência renal; Deve acompanhar ao equipamento: itens necessários para pleno funcionamento, incluindo mangueiras de no mínimo 1,5 m cada para entrada da água, o permeado e para o rejeito, sendo cada uma delas de cores diferentes; Alarmes: de monitoramento de falta de água, condutividade alta e sobrecarga na bomba, dotado de sistema de segurança que desliga a máquina (bomba) em caso de baixa pressão ou falta de água; Filtro: possuir no mínimo pré-filtro de 5 micras, filtro de carvão ativado, membrana de osmose e bomba de pressurização, com condutivímetro digital integrado, manômetros para a pressão da bomba e da entrada do sistema; O equipamento: deve ser composto por material que não sofra oxidação, com rodízios giratórios de no mínimo 3", sendo eles com travas; Vazão: de no mínimo 100 Litros/Hora. Conforme Orçamentos Anexo	und - 1 - und	1	49.527,47	49.527,47
ITEM 002	0017104	Câmara hospitalar / laboratorial - Tipo: conservação de hemoderivados/ imuno/ termolábeis; Uso: equipamento vertical para armazenamento de bolsa de sangue, hemoderivados com capacidade interna de no mínimo 120 litros; deve possuir: sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas/eletrônicos do comando principal, para mantimento da ativação do equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações de contingências necessárias; Painel: deverá manter painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados; Refrigeração: por compressor hermético; estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta; sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do condensado; faixa de trabalho de 2°C a 6°C; Sistema de alarme: sonoro e visual para no mínimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, falha de sensor de temperatura, porta aberta; acionamento automático da iluminação interna em led, na abertura da porta; Apresentar: sistema de discagem por telefone automática, sistema de relatório exportável por pen drive, dados criptografados com registros de eventos e desempenho das temperaturas interna da câmara; registros de dados criptografados; Sistema de segurança: acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema de refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 48 horas; Tensão: de acordo com a necessidade da entidade solicitante; Constituído por:	1 - Unidade	4	17.475,81	69.903,24

		câmara interna construídas em aço inoxidável com no mínimo duas gavetas em aço inoxidável; porta no mínimo vidro triplo com sistema de anti-embacamento; isolamento térmico de no mínimo 70mm nas paredes em poliuretano livre de cfc; painel localizado na parte superior frontal em lcd.				
ITEM 002.1	0017104	Câmara hospitalar / laboratorial - Tipo: conservação de hemoderivados/ imuno/ termolábeis; Uso: equipamento vertical para armazenamento de bolsa de sangue, hemoderivados com capacidade interna de no mínimo 120 litros; deve possuir: sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas/eletrônicos do comando principal, para mantimento da ativação do equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações de contingências necessárias; Painel: deverá manter painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados; Refrigeração: por compressor hermético; estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta; sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do condensado; faixa de trabalho de 2°C a 6°C; Sistema de alarme: sonoro e visual para no mínimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, falha de sensor de temperatura, porta aberta; acionamento automático da iluminação interna em led, na abertura da porta; Apresentar: sistema de discagem por telefone automática; sistema de relatório exportável por pen drive, dados criptografados com registros de eventos e desempenho das temperaturas interna da câmara; registros de dados criptografados; Sistema de segurança: acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema de refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 48 horas; Tensão: de acordo com a necessidade da entidade solicitante; Constituído por: câmara interna construídas em aço inoxidável com no mínimo duas gavetas em aço inoxidável; porta no mínimo vidro triplo com sistema de anti-embacamento; isolamento térmico de no mínimo 70mm nas paredes em poliuretano livre de cfc; painel localizado na parte superior frontal em lcd.	1 - Unidade	1	17.475,81	17.475,81
ITEM 003	0027138	Freezer - Tipo: vertical doméstico, frost free; Capacidade mínima: 228 litros, controle de temperatura e congelamento rápido.	1 - Unidade	2	3.638,23	7.276,46
ITEM 004	0017406	Balança - Tipo: antropométrica adulto; Capacidade: até 200 kg; Modo de operação: digital; Régua antropométrica: até 2 metros.	1 - Unidade	16	1.755,00	28.080,00
ITEM 005	0020023	Estufa - Tipo: estufa de esterilização e secagem; Capacidade: mínimo 3 bandejas; Material do gabinete: aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática; Sistema de segurança: sistema contra superaquecimento; Requisitos mínimos: Necessita possuir sistema de segurança com proteção contra superaquecimento.; Controle de temperatura: digital microprocessado com sistema PID; Potência mínima: 1500 watts e tensão de 220 volts; Sensor de controle: precisão de controle de +1°C; Voltagem: 110 V, 220 V, Bivolt; Volume: 180 l; Certificações: com certificado de calibração rbc e um ponto a ser aferido; Sensor: tipo pt-100.	1 - Unidade	1	5.413,87	5.413,87
ITEM 006	0029545	Equipamento hospitalar / laboratorial - Tipo: citômetro de fluxo; Possuir: análise mínima de 12 cores e 14 parâmetros; Características: apresentar mínimo 03 lasers, sistema digital de processamentos de dados, estação de trabalho com computador com monitor com mínimo 23 polegadas, aquisição de amostra com no mínimo 30 microlitros, capacidade de detecção de partículas com tamanho a partir de 0,5 micrômetros, certificado da ANVISA.	1 - Unidade	1	862.066,85	862.066,85
ITEM 007	0018570	Equipamentos para fisioterapia - Tipo: dinamômetro; Uso: medidor de força manual; Característica: estrutura em aço inox, formato anatômico, pegador ajustável em 5 posições, capacidade para 100kgf..	1 - Unidade	2	1.693,33	3.386,66
ITEM 008	0030364	Balança - Tipo: pediátrica; Modelo: elétrica; Informações adicionais: memória, trava; Capacidade máxima de pesagem: 15 kg; Material: gabinete plástico; Componentes: com visor e ajuste digital, concha anatômica em polipropileno injetado, pés reguláveis.	1 - Unidade	8	1.155,21	9.241,68