



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA
Compra Direta

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo	
Nº Processo	Órgão
27/002.729/2025	Fundação Serviços de Saúde de MS
Objeto	
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE AVENTAL ESTÉRIL, LENÇOL DESCARTAVEL, SONDA URETRAL (DECRETO 16.502/2024).	

Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta	Tipo	Criação	Publicação
77/ 2025	Com Disputa	02/07/2025 - 13:21	02/07/2025 - 13:47
Data/Hora início envio de propostas	Data/Hora fim do envio de propostas	Contato	Telefone
02/07/2025 - 14:00	03/07/2025 - 11:00	RITA PEREIRA CANDIDA	6733782902
Criado por	Prazo de Entrega	Local de Entrega	Critério Julgamento
RITA PEREIRA CANDIDA	15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da assinatura do contrato;	Av. Gunter Hans, 3702	Menor Preço
Situação	Amparo legal	Dispensa sem Valor Estimado	Exibir Valor de Referência
Aguardando Abertura	Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII	Não	Sim
Disputa por	Diferença Mínima Entre Lances	Duração da Etapa de Lances	
Unitário	Valor (R\$) 0.01000000	06:00	
Observação			
Justificativa Anexa			

Listagem						
Itens						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
ITEM 001	0003564	Avental - Tipo: cirúrgico; Material: SMS não tecido; Manga: Longa; Gramatura: 40/m² g; Punho: malha; Requisito: estéril, descartável; Camadas: mínima três, unidas termicamente; Grau médico: barreira microbiológica; Fechamento: asséptico, 2 pares de tiras de amarração na gola e um par na cintura; Medida Mínima: 1,20 x 1,50 m.	1 - Unidade	7.400	11,00	81.400,00
ITEM 003	0026722	Sonda - Tipo: uretral; Material: confeccionada em pvc com paredes finas, maleáveis, flexível e transparente; Tamanho: número 04; Requisitos: ponta atraumática, com no mínimo 30cm de comprimento, conector universal com tampa, não lubrificada, estéril, atóxica e apirogênica, isenta de látex; Embalagem: embalado individualmente em material apropriado com barreira microbiana que permita a transparência asséptica, que favoreça abertura em técnica asséptica e que garanta a integridade e esterilidade do produto, podendo ser esterilizado por óxido de etileno ou raio gama.	1 - Unidade	100	0,92	92,00