

TIPO	SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Item	1	0021488	Pneu - Medida: 175/70 R14.	1 Un.	XBRI	1875	R\$ 345,00	R\$ 646.875,00
							Valor Total	R\$ 646.875,00

Campo Grande, (data assinatura digital)

RODOLPHO SOUSA MORAES OLIVEIRA

Secretário-Executivo de Licitações

PRIMEIRO ADENDO

A Fundação Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso Do Sul – FUNSAU, através da Superintendência de Operacionalização de Contratações – SUOC/SEL/SAD, torna público o primeiro adendo da licitação abaixo:

PROCESSO N. 27/000.513/2026

PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CORRELATOS HOSPITALARES PARA ELETROFISIOLOGIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (S) EM REGIME DE COMODATO

ALTERAÇÕES:

1) Alterar a tabela do subitem 1.1.1.1. no Anexo II Termo de Referência, com a seguinte redação:

Equipamentos	Configurações Técnicas Mínimas
01 (um) Polígrafo	<input type="checkbox"/> No mínimo 12 canais de E.C.G. <input type="checkbox"/> Possuir entre 18 a 20 canais intracavitários. <input type="checkbox"/> Software específico para estudos de Eletrofisiologia e Hemodinâmica, inclusive pós exame. <input type="checkbox"/> Sistema deverá contemplar uma unidade de gravação de CD ou CD/DVD para arquivamento dos exames/ estudos através do Software fornecido. <input type="checkbox"/> Deverá operar em rede elétrica de 127 Volts ou 127/220 Volts. <input type="checkbox"/> A estimulação do cateter intracavitário deverá ser feita por software sem a necessidade de manipulação do hardware. <input type="checkbox"/> O software deverá possuir janelas-múltiplas, multi-trigger, como por exemplo: Pacemapping <input type="checkbox"/> Deverá acompanhar uma caixa especial para conexão para o cateter de mapeamento circular das veias pulmonares para uso em Ablação de Fibrilação Atrial. <input type="checkbox"/> O sistema deverá ter interconexão com os geradores de Rádio Frequência, com apresentação de Resistência, Energia e impedância na tela de traçados do polígrafo. <input type="checkbox"/> O sistema deve possuir estimulador externo manual para acionamento em caso de emergência sem a necessidade de o computador estar ligado. – Montado em notebook, acoplado a módulo para ligação com conectores dos catéteres de eletrofisiologia. <input type="checkbox"/> Monitor extra para reprodução da tela de notebook.
01 (um) Gerador de Radiofrequência	<input type="checkbox"/> Indicador de tempo de ablação; <input type="checkbox"/> Indicador de aplicação de radiofrequência; <input type="checkbox"/> Ajuste para o aumento e diminuição da temperatura; <input type="checkbox"/> Modos de operação bipolar e unipolar; <input type="checkbox"/> Indicador de alarme para os modos de falha; <input type="checkbox"/> Potência de 01 até 100W; <input type="checkbox"/> Temperatura alvo de 42° C a 90° C; <input type="checkbox"/> Tempo de aplicação de radiofrequência até 120 segundos; <input type="checkbox"/> Reconhecimento automático do tipo de cateter (termistor ou termopar); <input type="checkbox"/> Monitoramento de ECG durante a ablação; <input type="checkbox"/> Frequência mínima da radiofrequência 500KHZ; <input type="checkbox"/> Monitorização continua da impedância, no intervalo de 50 a 600 OHMS (monitora o contato da ponta do cateter com o tecido e diferencia tipos de tecido).
<p>Observação: Os equipamentos deverão ser acompanhados de:</p> <input type="checkbox"/> Instruções de Uso/ Manual do Usuário disponibilizado no idioma português (pt-BR), fornecido em formato impresso (físico) ou em formato digital.	

2) Alterar o subitem 13.11 do Edital, com a seguinte redação:

13.11. Integram o presente edital, independentemente de qualquer transcrição, os anexos:

I – PROPOSTA DE PREÇOS

II – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS – (FLS. 403-454)

III – PLANILHA DE LICITAÇÃO

IV – MINUTA DO CONTRATO

ABERTURA DA SESSÃO: Às 08h do dia 12 de junho 2026 (HORÁRIO LOCAL).
ENDEREÇO DA ABERTURA DA SESSÃO: www.compras.ms.gov.br

As demais condições permanecem inalteradas.

O edital completo, adendos e demais avisos, encontram-se disponíveis aos interessados gratuitamente no site www.compras.ms.gov.br

Aplica-se a esta licitação a Lei nº 14.133/2021.

Campo Grande – MS, 22 de maio de 2026.
Superintendência de Operacionalização de Contratações – SUOC/SEL/SAD

RESULTADO PARCIAL DE LICITAÇÃO

A Agente de Contratação da Fase Externa, no exercício da competência conferida pela Resolução “P” SAD nº 365, de 25 de fevereiro de 2026, por intermédio da Coordenadoria da Fase Externa - SUOC/SEL/SAD, torna público o resultado parcial da licitação abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL COMPRA DE MEDICAMENTOS IX.
PREGÃO ELETRÔNICO: 0027/2025-1
PROCESSO: 77/009.966/2024

ITEM		EMPRESA VENCEDORA	VALOR UNITÁRIO DO ITEM (R\$)
017		CONSENSUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	53,78
030		ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (FILIAL DF)	38,00
LOTE	ITEM	EMPRESA VENCEDORA	VALOR UNITÁRIO DO ITEM (R\$)
03	01	INOVAMED HOSPITALAR LTDA (FILIAL 1).	0,5
	02		0,5
TOTAL UNITÁRIO DO LOTE 03			0,10

Itens fracassados: 08, 021 e 026.

Lotes fracassados: 01.

Itens desertos: 06, 022 e 027.

Lotes desertos: 04.

Demais informações, acessar o link: <https://www.compras.ms.gov.br/>

Campo Grande/MS, 22 de maio de 2026.

Rozeli Morais Leite
Agente de Contratação da Fase Externa
COFEX/SUOC/SEL/SAD

DECISÃO DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE LICITAÇÕES

PROCESSO Nº 83/050.097/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2025 – AGRAER
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES - CONVÊNIO N. 956.790/2024

Após apreciar o mérito das razões recursais apresentadas pela empresa **MG SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**, no item **001** do certame, julgo **IMPROCEDENTE O RECURSO** interposto, com fulcro na **Resposta Recursal, no Princípio do Formalismo Moderado, da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Busca da Proposta mais Vantajosa, MANTENDO**, assim, os atos do Agente de Contratação da Fase Externa, que classificou e habilitou a empresa **FRUTICULTURA PLANTAR** no referido item.

Publique-se.

Campo Grande – MS, 22 de maio de 2026.

RODOLPHO SOUSA MORAES OLIVEIRA
SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE LICITAÇÕES