

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 27/019.446/2025	Responsável Fundação Serviços de Saúde de MS
Objeto AQUISIÇÃO DE CORRELATOS	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 21/05/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 03/06/2026 - 07:59	Pregoeiro Joney Guimarães Vicente Ferreira
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
ITEM 001	0030558	Equipamento hospitalar / laboratorial - Tipo: Máquina para cortar blisters de pvc ou pet com alumínio; Possuir: software próprio do equipamento e com integração ao sistema de gerenciamento da farmácia; Deve acompanhar: todos acessórios necessários para o funcionamento do equipamento; tipos de cortes: cortes de medicamentos em blisters na horizontal, vertical e em ângulos de 45 graus com distância a partir de 2,5mm entre os comprimidos; segurança: Dispositivo automático que interrompa a operação do equipamento em caso de mau funcionamento e abertura da porta da área de trabalho com botão de emergência para acionamento manual pelo operador; Capacidade de produção: de no mínimo 1000 cortes por hora.	1 - Unidade	1	209.450,00	209.450,00
ITEM 008	0017413	Equipamento hospitalar / laboratorial - Tipo: lavadora de endoscópio; Alimentação elétrica: a ser definida pela entidade solicitante; Capacidade: cuba interna com capacidade mínima para 10 litros, com no mínimo 04 canais de irrigação, compatível com a maioria dos agentes desinfetantes do mercado; Possui: dosador automático de detergente, controlado por microprocessador, deve permitir a configuração de parâmetros para os ciclos, com filtro de água estéril, possuir impressora; realizar teste de vazamento do endoscópio; Especificação técnica: reprocessadora de endoscópio, com capacidade para 01 endoscópio; Sistema de desinfecção: o equipamento deverá realizar a desinfecção por imersão com irrigação interna do endoscópio e secagem de canais; Alarmes: visuais e sonoros: falta de água, endoscópio com vazamento, fim do reprocessamento, desinfetante com reutilização excedida e porta aberta.	1 - Unidade	2	95.643,55	191.287,10