

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

EMPRESA: RCA SAÚDE
CNPJ: 11.352.270/0001-88

Boa tarde prezados!

Venho por meio deste solicitar esclarecimento referente ao:

PREGÃO ELETRÔNICO: 034/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27/019.815/2026

- **ITEM 4: Fio Catgut Cromado 3-0**
 - *Exigência do Edital:* Agulha cilíndrica de 1/2 com 3,60 cm (36 mm).
 - *Questionamento:* As principais indústrias nacionais fornecem este item padrão com agulhas de **3,5 cm (35 mm)**. O órgão aceitará a variação de apenas 1 milímetro (35 mm) no tamanho da agulha?

- **ITEM 10: Fio Nylon Preto 2-0**
 - *Exigência do Edital:* Agulha triangular cortante de 36 mm.
 - *Questionamento:* O padrão comercial equivalente apresenta agulha de **35 mm (3,5 cm)**. Será aceito o item com agulha de 35 mm?

- **ITEM 14: Fio Polidioxanona 1 (Laçado)**
 - *Exigência do Edital:* Comprimento de 240 cm.
 - *Questionamento:* O produto laçado em mercado possui comprimento de **250 cm**, gerando inclusive um ganho de material ao cirurgião. Será aceito o fio com comprimento de 250 cm?

- **ITEM 15: Fio Polidioxanona 4-0**
 - *Exigência do Edital:* Agulha cilíndrica de 22 mm, 1/2 círculo.
 - *Questionamento:* Os portfólios comerciais padrão oferecem opções com agulhas de **20 mm** ou **26 mm**. O órgão aceitará agulhas nessas dimensões comerciais padrão (20 mm ou 26 mm)?

- **ITEM 20: Fio Poliglactina 910 Violeta 4-0**

- *Exigência do Edital:* Agulha cilíndrica de 22 mm.
- *Questionamento:* A agulha comercial padronizada mais próxima possui **25 mm**. Será aceito o item com agulha de 25 mm?

- **ITEM 21 : Fio Poliéster Verde 2-0 (Dupla Agulha com Almofada)**

- *Exigência do Edital:* Agulha cilíndrica corpo retangular de 22 mm.
- *Questionamento:* Os fios cardiovasculares com almofada (*pledgets*) no diâmetro 2-0 utilizam, por padrão de mercado, agulhas de **20 mm**. O órgão aceitará agulhas de 20 mm para este item?

- **ITEM 25: Fio Polidioxanona 7-0 (Dupla Agulha)**

- *Exigência do Edital:* Agulha cilíndrica de 9,3 mm, 3/8 círculo.
- *Questionamento:* A dimensão industrial padronizada equivalente é de **10 mm**. Será aceita a agulha de 10 mm (tendo uma variação de 0,7 mm para o exigido)?