



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SÃO JOÃO D'ALIANÇA – GO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente estudo técnico visa proporcionar uma decisão informada e estratégica sobre a aquisição de reagentes, otimizando os recursos do laboratório municipal deste município, assegurando a qualidade dos resultados, bem como garantir que as compras de reagentes sejam eficientes, econômicas, seguras e adequadas às necessidades específicas do laboratório.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 O laboratório de análises clínicas é um estabelecimento especializado em realizar exames laboratoriais para análise de amostras biológicas, como sangue, urina, fezes, secreções e outros fluidos corporais. O principal objetivo desse tipo de laboratório é fornecer informações importantes para o diagnóstico, monitoramento e prevenção de doenças, tanto para indivíduos quanto para grupos populacionais. E para o bom funcionamento do mesmo é essencial a compra de reagentes e insumos.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

2.1 A presente contratação não está incluída no Plano de Contratações Anual, visto que ainda não foi elaborado, porém se compatibiliza com os demais instrumentos de planejamento, estando dentre as diretrizes que potencializaram a lei de diretrizes orçamentárias anual para o exercício de 2025.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 Para esta contratação é necessário o atendimento de alguns requisitos, de acordo com as características do objeto, dentre eles os de qualidade e capacidade de execução pela empresa que será contratada, minimamente, os dispostos nos artigos 62, 66, 67, 68 e 69 da Lei n. 14.133/2021, devendo serem exigidos quando da contratação toda documentação relativa à:

- a) habilitação jurídica;
- b) regularidades social, fiscal, econômico-financeira e trabalhista;
- c) Carta de Exclusividade para comercialização dos materiais.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1 A estimativa das quantidades de reagentes para o analisador F200 é necessária para garantir a disponibilidade de materiais para o período de 12 meses.

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 O levantamento de mercado foi realizado para obter informações sobre os preços dos produtos da marca **Eco Diagnóstica**. A pesquisa foi realizada diretamente com o representante legal da empresa **PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA**, que está qualificada a prestar assistência técnica e científica a todos os produtos e equipamentos da referida marca, haja vista que referida empresa detém **CARTA DE EXCLUSIVIDADE da ECO DIAGNÓSTICA LTDA** para comercialização e assistência técnica dos materiais descritos neste ETP no Estado de Goiás.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SÃO JOÃO D'ALIANÇA – GO**

5.2 O objeto do presente estudo visa a aquisição de reagentes para o analisador F200 para o Laboratório Municipal do HMSM.

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	UNID. MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	ECO F TB –FERON (IFN-GAMM TUBERCULOSE C/ 10 TESTES P/USO NO ANALISADOR F200	KIT	12	R\$ 2.917,20	R\$35.006,40
02	VITAMINA D C/ 20 TESTES F-LINE P/USO NO P/ANALISADOR F200	KIT	16	R\$1.327,30	R\$21.236,80
03	HCG C/ 20 TESTES F-LINE P/USO NO P/ANALISADOR F200	KIT	12	R\$ 683,80	R\$ 8.205,60
04	LH C/ 20 TESTES F-LINE P/USO NO P/ANALISADOR F200	KIT	12	R\$ 955,50	R\$11.466,00
05	T4 LIVRE C/ 20 TESTES F-LINE P/USO NO P/ANALISADOR F200	KIT	40	R\$ 637,00	R\$ 25.480,00
06	TSH C/ 20 TESTES F-LINE – P/ USO NO P/ANALISADOR F200	KIT	60	R\$ 367,00	R\$ 38.220,00
07	PCT C/20 TESTES F-LINE P/USO NO P/ANALISADOR F200	KIT	12	R\$ 1.008,80	R\$12.105,60
08	D-DIMER C/20 TESTES F-LINE P/ USO NO ANALISADOR F200	KIT	50	R\$ 916,50	R\$45.825,00
09	BNP C/ 20 TESTES F-LINE P/ USO NO ANALISADOR F200	KIT	12	R\$ 1.393,60	R\$16.723,20
10	TROPONINA I C/ 20 TESTES F-LINE P/USO NO ANALISADOR F200	KIT	40	R\$ 477,10	R\$19.084,00
11	HSTNL TROPONINA ULTRASE UM C/20 TESTES F-LINE P/USO NO ANALISADOR F200	KIT	24	R\$ 1.062,10	R\$25.490,40
12	FOB QUANTI C/20 TESTES F-LINE P/USO NO ANALISADOR F-200	KIT	24	R\$ 637,00	R\$15.288,00
13	PSA C/20 TESTES F-LINE P/ANALISADOR F-200	KIT	50	R\$ 616,20	R\$30.810,00
14	HBA1C C/20 TESTES F-LINE P/USO NO ANALISADOR F-200	KIT	60	R\$ 318,00	R\$19.110,00
15	CALIBRADOR F-LINE P/USO NO ANALISADOR F-200	UM	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
TOTAL GERAL ESTIMADO					324.501,00

6.1 O valor total estimado para aquisição de testes para tratamentos contínuos necessários para o Laboratório do HMSM, para o equipamento F200 é de **R\$ 324.501,00 (trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e um reais)**.

7 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

7.1 Os valores serão desembolsados de acordo com o quantitativo de materiais efetivamente entregues, durante a vigência contratual.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SÃO JOÃO D'ALIANÇA – GO**

8 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

8.1 Os resultados pretendidos são os benefícios diretos que o órgão almeja com a contratação da presente solução, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

8.2 Além disso, os serviços contratados devem possuir altíssima qualidade, sendo realizado por profissionais capacitados, a fim de promover eficiência a gestão municipal da saúde e consequentemente melhorar a saúde a todos os usuários do SUS do Município.

9 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

9.1 Será executado processo de licitação na categoria aplicável, considerando que são materiais comercializados por empresa que detém carta de exclusividade para fornecimento dos materiais descritos no item 6 deste ETP, e em conformidade com a Lei de Licitações 14.133/21.

10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

10.1 Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta contratação seja atingido.

11 – IMPACTOS AMBIENTAIS

11.1 Não há impactos ambientais na execução dos serviços.

12 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

12.1 O presente estudo técnico preliminar evidencia que a contratação da solução descrita se mostra tecnicamente viável e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, DECLARO SER VIÁVEL a contratação pretendida.

São João d'Aliança/GO, 04 de abril de 2025.

Atenciosamente,

CRISTIANE DA PAIXÃO FRAGA
Responsável Técnica
CRBM-09423

MARIA CRISTINA ARAGÃO LOIOLA ALVES
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 3158/2025