# COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

**Organograma:** 03.002.00000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
**Solicitante:** MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA
**Local de Entrega:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA: Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº: 1319.
**Objeto:** Referente ao registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários hospitalares destinados ao Hospital São Vicente de Paula, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar Federal nº 37570002, vinculada às Propostas nº 09428742000123008 e nº 09428742000123010.

**Razão Social:** ..... **Banco/Agência:** .....

**Endereço:** ..... **Conta Corrente** .....

**Telefone/Fax** ..... **CNPJ:** .....

**Condições de Pagamento:** .....

**Prazo de Entrega** ..... **Validade da Proposta:** .....

## ITENS SOLICITADOS:

| Item | Código | Qtd | Unid. | Especificação | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99065674-1 | 40,00 | UN | Mesa de cabeceira hospitalar, tipo criado-mudo fechado, destinada ao uso em unidades de saúde, confeccionada com estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou esmaltação com resistência a impactos e produtos de limpeza hospitalar, devendo possuir modelo fechado com, no mínimo, 01 gaveta superior e 01 compartimento inferior com porta, dotada de puxadores confeccionados em material resistente, como PVC ou equivalente tecnicamente comprovado, e pés com ponteiras de proteção que evitem danos ao piso, com dimensões aproximadas de 45 cm de comprimento, 40 cm de largura e 80 cm de altura, devendo apresentar estrutura estável, resistente ao uso contínuo em ambiente hospitalar e superfície lisa que permita fácil higienização e desinfecção, sendo fornecida nova, sem uso, atendendo às normas técnicas aplicáveis da ABNT, INMETRO e demais regulamentações vigentes pertinentes ao uso em serviços de saúde, com garantia mínima contra defeitos de fabricação conforme legislação aplicável. | ..... | |
| 2 | 99065675-1 | 10,00 | UN | Poltrona hospitalar reclinável, destinada ao uso em unidades de saúde, confeccionada com estrutura em tubos de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente, resistente a impactos e produtos de limpeza hospitalar, com soldas reforçadas e pés dotados de ponteiras em borracha ou material equivalente que garantam estabilidade e proteção ao piso, devendo possuir assento, encosto, apoio de braços e apoio para pernas estofados com espuma de densidade adequada para uso prolongado, revestidos em material sintético impermeável, resistente e de fácil higienização, do tipo courvin ou equivalente tecnicamente comprovado, na cor azul em tonalidade padrão hospitalar, proporcionando conforto ao usuário durante utilização contínua, equipada com sistema de movimentação reclinável manual com no mínimo 03 posições, inclinação de até aproximadamente 170° ou superior, com movimentos simultâneos do encosto e apoio para pernas, acionamento por alavanca lateral ou sistema equivalente e mecanismo com travamento seguro, devendo suportar capacidade mínima de carga de 150 kg, com dimensões aproximadas de 0,90 m a 1,10 m de comprimento na posição sentada, 1,50 m a 1,80 m na posição reclinada, largura entre 0,50 m e 0,80 m e altura entre 0,50 m e 1,20 m, sendo fornecida nova, sem uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, apresentando estrutura adequada ao uso hospitalar e superfícies que permitam fácil limpeza e desinfecção, devendo atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT, INMETRO e demais regulamentações vigentes, bem como possuir registro ou cadastro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), quando exigido pela legislação vigente. | ..... | |

Assinado digitalmente por MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código M17-5GD-5WD-X76.

## ITENS SOLICITADOS:

| Item | Código | Qtd | Unid. | Especificação | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 99065676-1 | 25,00 | UN | Sofá-cama hospitalar destinado ao uso em unidades de saúde para acomodação de acompanhantes, com função de assento e leito, confeccionado com estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou equivalente, resistente a impactos e produtos de limpeza hospitalar, devendo possuir pés com ponteiras de proteção que assegurem estabilidade e evitem danos ao piso, com assento e encosto estofados em espuma com densidade mínima D28 ou equivalente tecnicamente comprovado, proporcionando conforto durante o uso prolongado, revestidos em material sintético impermeável, resistente e de fácil higienização, do tipo courvin ou equivalente, na cor azul em tonalidade padrão hospitalar, equipado com sistema retrátil ou articulado que permita a conversão manual de sofá para cama de forma simples, segura e sem necessidade de ferramentas, devendo suportar capacidade mínima de carga de 150 kg, com dimensões aproximadas de 1,30 m de comprimento por 0,55 m de largura e 0,45 m de altura na posição fechada, e de 1,80 m a 2,00 m de comprimento por aproximadamente 0,60 m de largura na posição aberta, sendo fornecido novo, sem uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, apresentando superfícies que permitam fácil limpeza e desinfecção e estrutura adequada ao uso hospitalar contínuo, devendo atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT, INMETRO e demais regulamentações vigentes pertinentes ao uso em serviços de saúde. | ..... | |
| 4 | 99065677-1 | 3,00 | UN | Berço hospitalar destinado ao uso em unidades de saúde para acomodação de recém-nascidos, confeccionado com estrutura tubular metálica de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, resistente a impactos e aos produtos de limpeza hospitalar, devendo possuir quatro pés fixos dotados de ponteiras emborrachadas antiderrapantes que garantam estabilidade e proteção ao piso, com laterais dotadas de grades metálicas verticais que proporcionem segurança e ventilação adequada, com cantos arredondados que minimizem riscos ao usuário, equipado com leito metálico plano e reforçado, adequado para acomodação de colchão hospitalar, com dimensões aproximadas de 0,75 m a 0,80 m de comprimento, 0,40 m a 0,45 m de largura, altura total entre 0,85 m e 0,95 m e altura do leito ao piso entre 0,70 m e 0,80 m, devendo acompanhar colchão com dimensões compatíveis ao leito, aproximadamente 0,70 m de comprimento por 0,40 m de largura e espessura de cerca de 5 cm, confeccionado em espuma com densidade adequada para uso neonatal, revestido em material impermeável, lavável e de fácil desinfecção, do tipo courvin ou equivalente tecnicamente comprovado, na cor azul em tonalidade padrão hospitalar, devendo o conjunto suportar capacidade mínima de carga entre 10 kg e 15 kg, adequada para recém-nascidos, sendo fornecido novo, sem uso, com garantia mínima contra defeitos de fabricação conforme legislação aplicável, apresentando superfícies que permitam fácil limpeza e higienização e estrutura adequada ao uso contínuo em ambiente hospitalar, devendo atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT, INMETRO e demais regulamentações vigentes pertinentes ao uso em serviços de saúde. | ..... | |
| 5 | 99065679-1 | 40,00 | UN | Escada clínica com 02 degraus, destinada ao uso em unidades de saúde para auxiliar o acesso de pacientes a leitos, macas e equipamentos, confeccionada com estrutura em aço carbono tubular com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi ou equivalente, resistente a impactos e produtos de limpeza hospitalar, devendo possuir 02 degraus com base confeccionada em material resistente, como madeira ou equivalente tecnicamente comprovado, revestidos com material antiderrapante que assegure maior segurança ao usuário durante a utilização, equipada com pés dotados de ponteiras em borracha ou material equivalente que proporcionem estabilidade e proteção ao piso, sendo fornecida nova, sem uso, com estrutura resistente e adequada ao uso contínuo em ambiente hospitalar, apresentando superfícies que permitam fácil limpeza e higienização, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, devendo atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT, INMETRO e demais regulamentações vigentes pertinentes ao uso em serviços de saúde | ..... | |
| 6 | 99065680-1 | 2,00 | UN | Escada portátil com 07 degraus, confeccionada em alumínio ou liga metálica leve de alta resistência, com degraus dotados de superfície antiderrapante que proporcione segurança durante a utilização e plataforma superior (patamar) em material resistente, devendo possuir modelo dobrável que facilite o transporte e armazenamento, equipada com sistema de travamento automático ou equivalente que garanta estabilidade durante o uso, estrutura com sistema de sustentação reforçada, tipo “X” ou equivalente tecnicamente comprovado, além de dispositivos adicionais de estabilidade, como travas, fitas ou similares, e pés com sapatas antiderrapantes que assegurem aderência ao piso, devendo suportar capacidade mínima de carga de 120 kg, com dimensões aproximadas de altura total entre 1,90 m e 2,00 m, altura do patamar de aproximadamente 1,50 m e largura entre 0,45 m e 0,50 m, sendo fornecida nova, sem uso, com estrutura resistente e adequada ao uso contínuo, atendendo às normas técnicas e de segurança aplicáveis, com garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação. | ..... | |

Assinado digitalmente por MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código M17-5GD-5WD-X76.

## ITENS SOLICITADOS:

| Item | Código | Qtd | Unid. | Especificação | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99065682-1 | 30,00 | UN | Cadeira fixa empilhável destinada ao uso em ambientes hospitalares e unidades de saúde, indicada para hospitais, unidades básicas de saúde, salas de espera, ambientes administrativos, consultórios e áreas de atendimento, devendo possuir estrutura resistente e adequada ao uso contínuo, com capacidade de empilhamento mínimo de cinco unidades sem causar danos ao assento e encosto, confeccionada com assento e encosto em polipropileno injetado de alta resistência, na cor azul ou tonalidade equivalente, com formato anatômico e ergonômico, superfície lisa, impermeável e de fácil higienização, resistente a produtos de limpeza e desinfecção hospitalar, devendo possuir estrutura em aço carbono tubular com quatro pés fixos, com tubos de seção redonda, oblonga ou equivalente tecnicamente comprovada, com acabamento em pintura eletrostática a pó do tipo epóxi ou equivalente, com tratamento anticorrosivo que assegure durabilidade, devendo suportar carga mínima de 150 kg, possuir sapatas plásticas nos pés para proteção do piso e estabilidade, apresentar estrutura reforçada para uso contínuo e design que favoreça ventilação e conforto térmico ao usuário, com dimensões aproximadas compatíveis com uso adulto, incluindo largura mínima do assento de aproximadamente 45 cm, profundidade mínima de aproximadamente 40 cm e altura total em torno de 80 cm, sendo fornecida nova, sem uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, devendo atender às normas técnicas aplicáveis de qualidade, segurança e ergonomia, sendo fabricada em material adequado ao ambiente hospitalar e passível de limpeza e desinfecção frequente. | ..... | |
| 8 | 99065681-1 | 25,00 | UN | Cadeira giratória operacional destinada ao uso em ambientes hospitalares e administrativos, indicada para hospitais, unidades básicas de saúde, consultórios, recepção, atendimento e setores administrativos, devendo possuir giro de 360° e sistema de regulagem de altura por pistão a gás, com acionamento por alavanca lateral, proporcionando ajuste ergonômico ao usuário, com assento confeccionado em estrutura resistente, como madeira compensada ou material equivalente tecnicamente comprovado, com espuma de densidade adequada que garanta conforto no uso contínuo, revestido em material sintético impermeável, tipo courvin ou equivalente, na cor preta, resistente a líquidos e de fácil higienização, com formato anatômico, devendo possuir encosto com estrutura resistente, espuma anatômica e revestimento em material sintético impermeável compatível com o assento, podendo possuir apoio lombar quando aplicável, devendo possuir base giratória tipo estrela com cinco hastes, confeccionada em aço com capa protetora em polipropileno, nylon ou equivalente, equipada com rodízios duplos em material adequado para deslocamento em pisos frios, devendo possuir estrutura metálica robusta e resistente ao uso contínuo, podendo ser fornecida com ou sem braços, conforme necessidade, sendo que, quando presentes, devem possuir estrutura resistente e acabamento adequado ao uso hospitalar, devendo suportar carga mínima de 110 kg, apresentar superfícies laváveis e resistentes à limpeza e desinfecção frequente, com fácil manutenção e durabilidade, sendo fornecida nova, sem uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, devendo atender às normas ergonômicas aplicáveis, incluindo a NR-17, e demais normas técnicas vigentes, sendo adequada ao uso em ambiente hospitalar. | ..... | |
| 9 | 99065683-1 | 12,00 | UN | Cadeira longarina para espera com 2 (dois) lugares, com estrutura metálica de alta resistência. Assentos e encostos confeccionados em chapa de aço perfurada, com formato anatômico, proporcionando maior conforto e ventilação. Assento e encosto em aço perfurado com estofamento revestido em couro PU na cor azul. Estrutura lateral e braços em tubo de aço com acabamento cromado, garantindo maior durabilidade e resistência à corrosão. Possui apoios de braço nas extremidades, fixados à estrutura lateral. Assentos fixados por meio de suportes metálicos. Base estrutural reforçada para apoio no piso, adequada para ambientes de alto fluxo, como recepções, unidades de saúde, salas de espera e repartições públicas | ..... | |
| 10 | 99065685-1 | 12,00 | UN | Cadeira longarina para espera com 3 (três) lugares,com estrutura metálica de alta resistência. Assentos e encostos confeccionados em chapa de aço perfurada, com formato anatômico, proporcionando maior conforto e ventilação. Assento e encosto em aço perfurado com estofamento revestido em couro PU na cor azul. Estrutura lateral e braços em tubo de aço com acabamento cromado, garantindo maior durabilidade e resistência à corrosão. Possui apoios de braço nas extremidades, fixados à estrutura lateral. Assentos fixados por meio de suportes metálicos. Base estrutural reforçada para apoio no piso, adequada para ambientes de alto fluxo, como recepções, unidades de saúde, salas de espera e repartições públicas. | ..... | |

Assinado digitalmente por MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código M17-5GD-5WD-X76.

## ITENS SOLICITADOS:

| Item | Código | Qtd | Unid. | Especificação | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 99065686-1 | 18,00 | UN | Banqueta giratória tipo mocho destinada ao uso em ambientes hospitalares e assistenciais, indicada para hospitais, unidades básicas de saúde, consultórios, ambulatórios, salas de procedimentos e laboratórios, devendo possuir giro de 360° e regulagem de altura por sistema a gás (pistão), proporcionando ajuste ergonômico ao usuário, com base giratória tipo estrela com cinco apoios que garanta estabilidade, confeccionada em aço carbono com acabamento cromado, pintura eletrostática a pó ou equivalente tecnicamente comprovado, resistente à corrosão e ao uso contínuo, equipada com rodízios duplos de alta resistência, adequados para deslocamento em piso hospitalar, devendo possuir coluna com proteção telescópica, assento em formato circular com base rígida e resistente, espuma de densidade adequada para conforto no uso prolongado e revestimento em material sintético impermeável, como courvin, PVC ou equivalente, na cor preta, resistente a líquidos, de fácil higienização e compatível com desinfecção frequente, com faixa de regulagem de altura compatível com uso clínico, aproximadamente entre 45 cm e 60 cm, devendo apresentar estrutura leve, resistente, de fácil movimentação e design ergonômico, garantindo estabilidade durante o uso, com sistema de regulagem seguro e rodízios com boa aderência, sendo fornecida nova, sem uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, devendo atender às normas técnicas aplicáveis e ser adequada ao uso em ambiente hospitalar. | ..... | |
| 12 | 99065687-1 | 15,00 | UN | Mesa auxiliar hospitalar destinada ao uso em ambientes assistenciais, como hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e salas de procedimentos, devendo ser confeccionada integralmente em aço inoxidável ou material equivalente tecnicamente comprovado, resistente à corrosão e adequado à higienização frequente, composta por dois níveis, sendo um tampo superior e uma prateleira inferior, com estrutura em tubos de aço inoxidável robustos, estáveis e de alta durabilidade, com acabamento polido, escovado ou equivalente que permita fácil limpeza e desinfecção, devendo possuir tampo superior em chapa de aço inoxidável com superfície lisa, sem porosidade, com leve elevação nas bordas para contenção de materiais e cantos arredondados que evitem arestas cortantes, devendo possuir prateleira inferior também em chapa de aço inoxidável, com superfície resistente e fixação firme à estrutura, devendo possuir base equipada com quatro rodízios giratórios de alta resistência, adequados para piso hospitalar, garantindo mobilidade e estabilidade durante o uso, com dimensões aproximadas compatíveis com uso assistencial, em torno de 60 cm de comprimento, 40 cm de largura e 80 cm de altura, podendo admitir variações desde que não comprometam a funcionalidade, devendo apresentar estrutura resistente, adequada ao uso contínuo, com fácil higienização e desinfecção, sendo fornecida nova, sem uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, devendo atender às normas técnicas aplicáveis e ser adequada ao uso em ambiente hospitalar. | ..... | |
| 13 | 99065688-1 | 2,00 | UN | Mesa de reunião retangular destinada ao uso em ambientes hospitalares e administrativos, indicada para hospitais, unidades básicas de saúde, salas administrativas, salas de reunião, treinamento e ambientes institucionais, devendo possuir estrutura resistente e adequada ao uso contínuo, com capacidade para acomodação mínima de 6 a 8 usuários, com tampo confeccionado em MDP, MDF ou madeira aglomerada de alta resistência ou material equivalente tecnicamente comprovado, com espessura mínima de 15 mm, preferencialmente 25 mm, revestido em laminado melamínico, BP ou equivalente, na cor clara, como branca, cinza ou similar, com superfície lisa, impermeável e de fácil limpeza e desinfecção, resistente a produtos de limpeza hospitalar, devendo possuir acabamento com bordas revestidas em fita de PVC de alta resistência, com cantos arredondados para maior segurança, devendo possuir estrutura com pés confeccionados em aço carbono, em formato tipo “T”, “U” ou equivalente, com pintura eletrostática a pó tipo epóxi ou acabamento equivalente, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, garantindo durabilidade e resistência ao uso contínuo, devendo possuir sapatas niveladoras que permitam ajuste para compensação de irregularidades do piso, com dimensões aproximadas compatíveis com uso institucional, incluindo comprimento entre 180 cm e 200 cm, largura entre 80 cm e 110 cm e altura aproximada de 75 cm, podendo admitir variações desde que não comprometam a funcionalidade, devendo apresentar estrutura estável, resistente, de fácil higienização, adequada para ambientes de alto fluxo, com resistência ao desgaste e uso contínuo, sendo fornecida nova, sem uso, devendo atender às normas técnicas aplicáveis, especialmente da ABNT, e ser adequada ao uso em ambiente institucional e hospitalar, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | ..... | |

Assinado digitalmente por MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código M17-5GD-5WD-X76.

## ITENS SOLICITADOS:

| Item | Código | Qtd | Unid. | Especificação | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 99065689-1 | 19,00 | UN | Mesa de escritório destinada ao uso em ambientes hospitalares e administrativos, indicada para hospitais, unidades básicas de saúde, setores administrativos, recepção, atendimento e consultórios, devendo possuir estrutura resistente e adequada ao uso contínuo, com formato retangular e utilização individual, com tampo confeccionado em MDP, MDF ou madeira aglomerada de alta resistência ou material equivalente tecnicamente comprovado, com espessura mínima de 15 mm, preferencialmente 25 mm, revestido em laminado melamínico, BP ou equivalente, na cor branca, cinza ou similar, com superfície lisa, impermeável, resistente à higienização frequente e a produtos de limpeza hospitalar, devendo possuir estrutura com pés confeccionados em aço carbono, em formato tipo “T” ou equivalente, com pintura eletrostática a pó tipo epóxi ou acabamento equivalente, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, garantindo durabilidade e resistência ao uso contínuo, devendo possuir gaveteiro fixo com no mínimo três gavetas, equipado com corrediças metálicas ou sistema equivalente de boa qualidade, sistema de fechamento com chave e puxadores resistentes e ergonômicos, devendo possuir sistema para organização de cabos, como eletrocalha ou solução equivalente, permitindo passagem e organização de fios e equipamentos eletrônicos, devendo possuir sapatas niveladoras nos pés para ajuste a irregularidades do piso, com dimensões aproximadas compatíveis com uso administrativo, incluindo comprimento de aproximadamente 120 cm, largura de aproximadamente 60 cm e altura entre 74 cm e 75 cm, podendo admitir variações desde que não comprometam a funcionalidade, devendo apresentar estrutura estável, resistente ao uso intenso, com fácil higienização e manutenção, cantos com acabamento seguro, preferencialmente arredondados, sendo adequada para ambientes de alto fluxo, sendo fornecida nova, sem uso, devendo atender às normas técnicas aplicáveis, especialmente da ABNT, e ser adequada ao uso institucional e hospitalar, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | ..... | |
| 15 | 99065690-1 | 10,00 | UN | Mesa de apoio para impressora destinada ao suporte de equipamentos de informática, indicada para uso em ambientes hospitalares e administrativos, devendo possuir estrutura resistente e adequada ao uso contínuo, com tampo em MDP, MDF ou material equivalente de alta resistência, revestido em laminado melamínico ou BP, na cor branca ou similar, com superfície lisa, impermeável e de fácil higienização, resistente a produtos de limpeza hospitalar. Estrutura com laterais fechadas ou equivalente, garantindo estabilidade, com capacidade mínima de carga de 20 kg distribuídos. Deve possuir, no mínimo, uma prateleira inferior para acomodação de equipamentos ou insumos. Acabamento com bordas em fita de PVC e cantos arredondados para segurança. Base com sapatas antiderrapantes ou niveladores, podendo possuir rodízios com travas. Dimensões aproximadas: altura de 70 a 80 cm, largura de 50 a 60 cm e profundidade de 40 a 50 cm. Produto novo, de fácil higienização, adequado ao uso hospitalar, conforme normas aplicáveis, com garantia mínima de 12 meses. | ..... | |
| 16 | 99065691-1 | 35,00 | UN | Mesa para refeição hospitalar com regulagem de altura, destinada ao uso em leitos, com estrutura em aço carbono com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo, tampo em MDP, MDF ou equivalente, revestido em material impermeável e de fácil higienização, com bordas arredondadas. Regulagem de altura aproximada de 70 a 110 cm por sistema manual. Base em formato “U”, “C” ou equivalente, com 4 rodízios giratórios, sendo preferencialmente 2 com travas. Capacidade mínima de 10 kg. Produto resistente, estável, adequado ao uso hospitalar contínuo, com garantia mínima de 12 meses. | ..... | |
| 17 | 99065692-1 | 4,00 | UN | Mesa com tampo confeccionado em compensado de madeira com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor branca, proporcionando superfície lisa, resistente, durável e de fácil limpeza e desinfecção. Deverá possuir bordas revestidas em PVC de alta resistência na cor preta, acabamento com cantos arredondados e estrutura com pés em aço cromado resistente à corrosão e ferrugem, garantindo estabilidade e durabilidade durante o uso. Dimensões aproximadas de 1,20 m de comprimento x 0,80 m de largura x 0,78 m de altura. O produto deverá ser entregue novo, sem uso, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT aplicáveis. | ..... | |
| 18 | 99065693-1 | 85,00 | UN | Armário tipo bancada na cor branca, destinado ao uso em ambientes hospitalares e administrativos, confeccionado em MDP, MDF ou material equivalente de alta resistência, com revestimento em laminado melamínico ou BP, superfície lisa, impermeável e de fácil higienização. Possui tampo superior resistente (mín. 15 mm), 02 portas com prateleiras internas e 02 a 03 gavetas com corrediças metálicas e puxadores. Acabamento com bordas em PVC e cantos arredondados. Base com sapatas niveladoras ou rodapé. Dimensões aproximadas: 120 a 160 cm (C) x 45 a 60 cm (P) x 80 a 90 cm (A). Produto estável, adequado ao uso contínuo, conforme normas aplicáveis, com garantia mínima de 12 meses. | ..... | |

Assinado digitalmente por MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código M17-5GD-5WD-X76.

## ITENS SOLICITADOS:

| Item | Código | Qtd | Unid. | Especificação | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 99065694-1 | 17,00 | UN | Armário vitrine hospitalar em aço, na cor branca, destinado ao armazenamento e visualização de materiais, com estrutura em aço carbono com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo. Possui 02 portas com vidro transparente (preferencialmente temperado), fechadura com chave, mínimo de 03 prateleiras internas e base com pés e sapatas. Dimensões aproximadas: 150 a 170 cm (A) x 60 a 80 cm (L) x 30 a 40 cm (P). Produto resistente, de fácil higienização, adequado ao uso hospitalar, com garantia mínima de 12 meses. | ..... | |
| 20 | 99065695-1 | 6,00 | UN | Armário hospitalar em aço inoxidável destinado ao uso em CME, para armazenamento de materiais esterilizados, confeccionado integralmente em aço inox AISI 304 ou equivalente, com estrutura monobloco, superfícies lisas, não porosas e de fácil higienização. Possui 02 portas com abertura frontal, dobradiças resistentes e fechamento com chave, mínimo de 03 prateleiras internas em aço inox, preferencialmente reguláveis. Acabamento escovado, cantos arredondados e base com pés niveladores ou rodapé. Dimensões aproximadas: 180 a 200 cm (A) x 80 a 100 cm (L) x 40 a 60 cm (P). Produto resistente à corrosão e desinfecção hospitalar, adequado a áreas críticas, conforme normas aplicáveis e exigências da ANVISA, com garantia mínima de 12 meses. | ..... | |
| 21 | 99065696-1 | 47,00 | UN | Estante metálica em aço carbono destinada ao armazenamento de materiais hospitalares, com estrutura resistente, prateleiras reguláveis e capacidade de carga entre 101 kg e 200 kg por prateleira (carga distribuída). Possui mínimo de 05 prateleiras em chapa de aço, colunas perfuradas para ajuste de altura e montagem por parafusos ou encaixe. Acabamento em pintura eletrostática com tratamento anticorrosivo, cor branca, cinza ou equivalente. Base com sapatas ou niveladores. Dimensões aproximadas: 180 a 200 cm (A) x 80 a 100 cm (L) x 30 a 50 cm (P). Produto estável, de fácil higienização, adequado ao uso hospitalar, conforme normas aplicáveis, com garantia mínima de 12 meses. | ..... | |
| 22 | 99065697-1 | 4,00 | UN | Balcão de atendimento em “L” na cor branca, destinado ao uso em recepções hospitalares e áreas administrativas, com tampo duplo (atendimento e trabalho interno) em MDP, MDF ou equivalente, revestido em laminado melamínico ou BP, com superfície lisa, impermeável e de fácil higienização. Estrutura resistente com painéis frontais fechados, bordas em PVC e cantos arredondados. Possui sapatas niveladoras e espaço interno para equipamentos. Dimensões aproximadas: 120 a 160 cm por lado, altura do atendimento de 100 a 110 cm e tampo interno de 70 a 75 cm. Produto estável, adequado ao uso contínuo, conforme normas aplicáveis, com garantia mínima de 12 meses | ..... | |
| 23 | 99065698-1 | 7,00 | UN | Arquivo fichário metálico vertical destinado ao armazenamento de documentos e prontuários, confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo. Possui mínimo de 04 gavetas deslizantes com trilhos metálicos, puxadores resistentes e porta-etiquetas (quando aplicável), compatíveis com pastas suspensas. Sistema de fechamento com chave, preferencialmente com travamento simultâneo das gavetas. Base com sapatas plásticas. Dimensões aproximadas: 130 a 140 cm (A) x 40 a 50 cm (L) x 60 a 70 cm (P). Produto resistente, estável, de fácil higienização, adequado ao uso hospitalar, conforme normas aplicáveis, com garantia mínima de 12 meses. | ..... | |
| 24 | 99065699-1 | 2,00 | UN | Escada dobrável com 3 degraus, destinada ao acesso seguro a locais elevados em ambientes hospitalares, administrativos, industriais e de serviços gerais. Confeccionada em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática de alta resistência, proporcionando durabilidade e proteção contra corrosão.O equipamento deverá possuir estrutura reforçada, degraus antiderrapantes com superfície ampla para apoio seguro dos pés, travamento de segurança durante o uso e sapatas em material antiderrapante para maior estabilidade e proteção do piso. Deverá possuir plataforma superior para apoio, corrimão ou alça de segurança integrada à estrutura, sistema dobrável para facilitar o armazenamento e transporte, além de capacidade compatível com uso profissional. O produto deverá ser entregue novo, sem uso, acompanhado de manual de instruções quando aplicável e garantia conforme prazo legal vigente contra defeitos de fabricação. | ..... | |

Assinado digitalmente por MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código M17-5GD-5WD-X76.

## ITENS SOLICITADOS:

| Item | Código | Qtd | Unid. | Especificação | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 99065895-1 | 29,00 | UN | Cama hospitalar tipo Fowler com acionamento manual, destinada ao uso hospitalar, clínico e domiciliar, com estrutura confeccionada em aço carbono com tratamento anticorrosivo por fosfatização ou processo equivalente e acabamento em pintura eletrostática a pó, resistente a impactos e agentes químicos hospitalares, devendo possuir leito articulado dividido em no mínimo 04 seções, com superfície em chapa metálica, perfurada ou não, ou sistema equivalente que permita adequada ventilação, equipada com sistema de movimentação manual por meio de 02 a 03 manivelas, com movimentos independentes, suaves e sem necessidade de energia elétrica, permitindo, no mínimo, elevação do dorso nas posições Fowler e Semi-Fowler, elevação e flexão de pernas, posição cardíaca ou equivalente e regulagem de altura do leito quando aplicável, devendo possuir cabeceira e peseira removíveis sem uso de ferramentas, confeccionadas em material resistente, lavável e de fácil higienização, como polietileno ou ABS, com sistema de encaixe seguro, além de no mínimo 02 grades laterais com sistema articulado, retrátil ou deslizante, confeccionadas em material resistente e dotadas de mecanismo de travamento que assegure a proteção do paciente, devendo ainda possuir 04 rodízios que permitam a movimentação do leito, com diâmetro mínimo entre 3 e 4 polegadas, com sistema de freio em pelo menos duas rodas na diagonal ou sistema equivalente e proteção contra impactos, com capacidade mínima de carga de 150 kg, comprimento total entre 1,90 m e 2,10 m, largura entre 0,80 m e 1,00 m e altura do leito ao solo entre 0,50 m e 0,70 m, com área útil compatível com padrão adulto hospitalar, devendo ser compatível com colchão hospitalar padrão adulto com dimensões aproximadas de 1,85 m a 1,95 m de comprimento, 0,80 m a 0,90 m de largura e espessura mínima de 10 cm, não incluso neste fornecimento, devendo o produto possuir registro ou cadastro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, fornecimento de manual de instruções em língua portuguesa e disponibilidade de assistência técnica autorizada no território nacional, atendendo às normas técnicas aplicáveis da ABNT, INMETRO e demais regulamentações vigentes para uso hospitalar. | ..... | |

Assinado digitalmente por MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código M17-5GD-5WD-X76.

## ITENS SOLICITADOS:

| Item | Código | Qtd | Unid. | Especificação | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 99065897-1 | 1,00 | UN | Berço aquecido neonatal destinado ao atendimento de recém-nascidos, especialmente prematuros ou em estado crítico, devendo proporcionar ambiente térmico controlado, seguro e com amplo acesso ao paciente para realização de procedimentos clínicos, equipado com sistema de aquecimento por calor irradiante composto por elemento aquecedor instalado em módulo refletor superior com superfície metálica polida que assegure distribuição homogênea de calor em toda a área do leito, devendo possuir proteção física do elemento aquecedor que garanta segurança térmica e mecânica, permitindo livre acesso ao paciente sem obstruções, com sistema de segurança que contemple desligamento automático em caso de sobreaquecimento, interrupção do aquecimento em potência máxima por tempo prolongado e proteção contra falhas do sistema, dotado de sistema de controle eletrônico microprocessado com painel localizado na coluna do equipamento, confeccionado em material resistente e vedado contra penetração de líquidos, com teclado tipo membrana e display digital ou LCD iluminado que permita visualização clara dos parâmetros operacionais, incluindo temperatura do paciente, temperatura programada, potência de aquecimento e mensagens ou códigos de alarme, devendo possuir indicação visual de alarmes por meio de sinalização em LED de alta visibilidade, memória para retenção dos parâmetros programados em caso de interrupção de energia e sistema de autoteste ao ser energizado, operando nos modos automático por servo controle com sensor de pele do recém-nascido, manual com ajuste direto da potência de aquecimento e modo de pré-aquecimento do leito, com faixa de controle de temperatura do paciente entre aproximadamente 30°C e 38°C no modo servo, ajuste de potência de 0 a 100% e monitoramento de temperatura em faixa compatível com uso neonatal, equipado com sistema de alarmes visuais e sonoros para condições de hipotermia, hipertermia, desconexão ou falha do sensor, falha no sistema de aquecimento, falta de energia e aquecimento excessivo, devendo manter sinalização visual ativa mesmo com inibição sonora, possuindo estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, resistente a impactos e produtos de limpeza hospitalar, com base que permita aproximação do profissional ao leito, equipada com quatro rodízios giratórios, sendo pelo menos dois com freio, garantindo mobilidade e estabilidade, com leito tipo mesa radiotransparente que permita realização de exames radiográficos sem remoção do paciente, laterais em material transparente, como acrílico, rebatíveis ou escamoteáveis com sistema de travamento seguro, além de aberturas para passagem de cabos, tubos e dispositivos, devendo possuir sistema de inclinação com ajuste para posições horizontal, Trendelenburg e proclive, acompanhado de colchão em material atóxico com espuma de densidade adequada para uso neonatal, revestido com capa impermeável, removível e de fácil higienização, alimentado por rede elétrica com tensão de 220 V ou bivolt e frequência de 50/60 Hz, com proteção elétrica por fusíveis ou disjuntores, devendo acompanhar, no mínimo, sensor de temperatura de pele, foco de luz fria para procedimentos, suporte para soro, relógio Apgar integrado, bandeja ou prateleira auxiliar, gavetas ou compartimentos inferiores e alça para condução do equipamento, sendo fornecido novo, sem uso, com garantia mínima contra defeitos de fabricação conforme legislação aplicável, devendo possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) quando aplicável, e atender integralmente às normas técnicas vigentes, incluindo ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-21 e demais regulamentações pertinentes ao uso em serviços de saúde. | ..... | |

Assinado digitalmente por MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código M17-5GD-5WD-X76.

## ITENS SOLICITADOS:

| Item | Código | Qtd | Unid. | Especificação | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 99065898-1 | 2,00 | UN | Cama hospitalar tipo PPP destinada ao atendimento de gestantes nas fases de pré-parto, parto e pós-parto, projetada para proporcionar conforto, segurança e versatilidade, favorecendo práticas de parto humanizado, confeccionada com estrutura em aço carbono de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, resistente a impactos e aos produtos de limpeza hospitalar, devendo possuir base com quatro rodízios giratórios com diâmetro mínimo de 4 polegadas, sendo pelo menos dois equipados com sistema de freio, garantindo mobilidade e estabilidade durante o uso, com leito articulado dividido em no mínimo três seções, permitindo diferentes configurações para atendimento obstétrico, devendo possibilitar a transformação da cama em posição adequada para o parto, inclusive com abertura, deslocamento ou remoção da seção inferior, com superfície acolchoada em espuma de densidade adequada ao uso prolongado, revestida em material impermeável, lavável e de fácil desinfecção, acompanhada de colchão compatível revestido em material sintético impermeável, do tipo courvin ou equivalente tecnicamente comprovado, na cor azul em tonalidade padrão hospitalar, resistente a fluidos e adequado ao uso hospitalar, equipada com sistema de movimentação manual ou mecânico que permita elevação do dorso em posição Fowler, ajuste da seção das pernas, posição horizontal, posição sentada e posição para parto em configuração compatível com litotomia, com acionamento por meio de manivelas, cremalheiras ou dispositivos equivalentes, dotados de travas de segurança que assegurem a estabilidade das posições, devendo possuir cabeceira e peseira removíveis sem uso de ferramentas, confeccionadas em material resistente, como polietileno, ABS ou equivalente, com cantos arredondados e superfícies de fácil higienização, além de ser equipada com acessórios mínimos para parto, incluindo par de perneiras anatômicas acolchoadas com ajuste de altura e posição e suporte metálico, apoios laterais para as mãos, barras ou estruturas de apoio para posicionamento da paciente e dispositivo que permita posicionamento adequado durante o parto, devendo apresentar estrutura estável, resistente ao uso contínuo, com rodízios dotados de freio e cantos arredondados que minimizem riscos de acidentes, suportando capacidade mínima de carga de 150 kg, sendo fornecida nova, sem uso, com garantia mínima contra defeitos de fabricação conforme legislação aplicável, atendendo às normas técnicas da ABNT, INMETRO e demais regulamentações vigentes pertinentes ao uso em serviços de saúde, bem como possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), quando aplicável. | ..... | |
| 28 | 99065899-1 | 2,00 | UN | Mesa cirúrgica de acionamento mecânico destinada à realização de procedimentos cirúrgicos em diversas especialidades, devendo apresentar estrutura robusta, estável e com possibilidade de múltiplos posicionamentos do paciente, confeccionada com base em aço carbono de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou revestimento em material termoplástico, como ABS ou equivalente tecnicamente comprovado, resistente a impactos e de fácil higienização, com formato que proporcione estabilidade e permita adequada aproximação da equipe cirúrgica, equipada com sistema de mobilidade por meio de rodízios retráteis ou embutidos, com travamento acionado por pedal, além de sistema de fixação ao piso com sapatas emborrachadas que garantam firmeza durante o uso, devendo possuir coluna central robusta construída em aço com revestimento em aço inoxidável ou material equivalente, assegurando resistência mecânica e durabilidade, com sistema de transmissão mecânica por engrenagens, fusos ou cremalheiras, sem folgas, garantindo precisão e segurança nos movimentos, dotada de tampo cirúrgico dividido em no mínimo quatro seções independentes, compreendendo cabeceira, dorso, assento e pernas, confeccionado em material resistente com superfície radiotransparente total ou parcial, compatível com a realização de exames de imagem, como raios X, e preparado para acomodação de colchonetes, devendo possuir sistema de movimentação por acionamento mecânico por meio de manivelas removíveis ou dispositivos equivalentes posicionados nas laterais ou cabeceira, permitindo, no mínimo, ajustes de elevação e descida de altura, posições de Trendelenburg e reverso de Trendelenburg, inclinação lateral direita e esquerda, elevação do dorso, ajuste da seção de pernas e movimento renal quando aplicável, todos dotados de sistema de travamento seguro e preciso, com capacidade mínima de carga de 180 kg, acompanhada de jogo de colchonetes confeccionados em espuma de alta densidade, revestidos em material impermeável, antialérgico e de fácil higienização, como poliuretano ou courvin hospitalar, devendo incluir, no mínimo, arco de narcose, par de suportes para braços, par de suportes para ombros e conjunto de colchonetes, sendo desejável compatibilidade com acessórios como porta-coxas, suportes laterais, munhequeiras, suporte para soro e arco estereotáxico quando aplicável, devendo apresentar partes metálicas em aço inoxidável ou com tratamento anticorrosivo, cantos arredondados para segurança do usuário, estrutura adequada ao uso contínuo em ambiente hospitalar e sistema mecânico de fácil manutenção, sendo fornecida nova, sem uso, com garantia mínima contra defeitos de fabricação conforme legislação aplicável, devendo possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), quando aplicável, e atender às normas técnicas da ABNT, INMETRO e demais regulamentações vigentes pertinentes a equipamentos eletromédicos e mobiliário hospitalar. | ..... | |

Assinado digitalmente por MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código M17-5GD-5WD-X76.

## ITENS SOLICITADOS:

| Item | Código | Qtd | Unid. | Especificação | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 99065900-1 | 1,00 | UN | Maca de transferência hospitalar tipo dois carros, destinada ao deslocamento lateral seguro de pacientes entre leitos, mesas cirúrgicas e macas, indicada para uso em centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva e demais unidades hospitalares, composta por sistema com dois carros estruturais independentes interligados por leito deslizante, devendo possuir estrutura confeccionada em aço inoxidável tubular ou material equivalente tecnicamente comprovado, com elevada resistência à corrosão, durabilidade e adequação ao uso hospitalar intensivo, equipada com leito confeccionado em chapa de aço inoxidável ou material equivalente, com superfície lisa, contínua e de fácil higienização, dotada de sistema de deslizamento entre os carros por meio de trilhos ou guias que permitam movimentação suave, alinhamento preciso e acoplamento seguro entre as estruturas, devendo possuir grades laterais em aço inoxidável ou material equivalente, com sistema de elevação e abaixamento com travamento seguro, estrutura com cantos arredondados que garantam proteção ao paciente e ao operador e dispositivos de proteção contra impactos, como para-choques nas extremidades e/ou laterais, cada carro devendo ser equipado com quatro rodízios giratórios de alta resistência, com diâmetro aproximado entre 4 e 5 polegadas ou superior, sendo no mínimo dois rodízios com sistema de freio em cada carro, com rodas revestidas em material que proporcione deslocamento suave e silencioso, devendo apresentar dimensões aproximadas de comprimento total entre 1,80 m e 2,10 m, largura entre 0,55 m e 0,65 m e altura entre 0,75 m e 0,90 m, admitindo variações compatíveis com o equipamento, devendo acompanhar, no mínimo, suporte para soro confeccionado em aço inoxidável ou material equivalente, com no mínimo dois ganchos, além de grades laterais de proteção, apresentando sistema que permita transferência lateral segura e estável do paciente, estrutura robusta adequada ao uso contínuo em ambiente hospitalar e superfícies lisas que permitam fácil limpeza e desinfecção, com sistema de acoplamento firme entre os carros, sendo fornecida nova, sem uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, devendo possuir registro ou cadastro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), quando aplicável, e atender às normas técnicas aplicáveis e demais regulamentações vigentes pertinentes ao uso em serviços de saúde. | ..... | |
| 30 | 99065901-1 | 6,00 | UN | Carro maca hospitalar simples destinado ao transporte de pacientes em ambiente hospitalar e ambulatorial, devendo proporcionar segurança, estabilidade e facilidade de deslocamento, confeccionado com estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou epóxi, resistente a impactos e aos produtos de limpeza hospitalar, dotado de leito com superfície rígida, plana, impermeável e de fácil higienização, equipado com cabeceira regulável em diferentes posições por meio de sistema manual de inclinação com travamento seguro, devendo possuir grades laterais metálicas tubulares para proteção do paciente durante o transporte, com estrutura reforçada adequada ao uso contínuo em ambiente hospitalar, equipado com quatro rodízios giratórios de no mínimo 4 polegadas que permitam deslocamento suave, sendo no mínimo dois dotados de sistema de freio que assegurem a imobilização do equipamento quando necessário, devendo possuir para-choques de proteção nos quatro cantos para absorção de impactos, suportando capacidade mínima de carga de 150 kg, com dimensões aproximadas de comprimento entre 1,90 m e 2,00 m, largura entre 0,60 m e 0,70 m e altura compatível com uso hospitalar padrão, devendo acompanhar, no mínimo, rodízios com sistema de freio, grades laterais de proteção, cabeceira reclinável e dispositivos de proteção contra impactos, sendo fornecido novo, sem uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, devendo atender às normas técnicas aplicáveis da ABNT, INMETRO e demais regulamentações vigentes pertinentes ao uso em serviços de saúde. | ..... | |
| 31 | 99065903-1 | 6,00 | UN | Mesa para exames clínicos destinada à realização de procedimentos médicos em consultórios, ambulatórios, clínicas e unidades de saúde, devendo possuir estrutura fixa, estável e adequada ao uso profissional, confeccionada em tubos metálicos de alta resistência com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó do tipo epóxi ou equivalente tecnicamente comprovado, em cor branca ou similar, apresentando leito acolchoado em espuma de poliuretano de alta densidade, revestido em material sintético impermeável, como courvin ou equivalente, com superfície lisa, lavável, resistente ao uso contínuo e de fácil higienização, preferencialmente na cor azul, devendo possuir cabeceira reclinável com regulagem manual por meio de sistema de cremalheira ou mecanismo equivalente que permita diferentes posições de inclinação, equipada com pés dotados de ponteiras de borracha ou material antiderrapante que assegurem estabilidade e proteção ao piso, devendo acompanhar suporte para rolo de lençol de papel descartável compatível com rolos padrão de aproximadamente 50 cm de largura, apresentando dimensões aproximadas de comprimento entre 1,80 m e 1,90 m, largura entre 0,50 m e 0,70 m e altura entre 0,75 m e 0,85 m, com capacidade mínima de carga de 120 kg, admitindo-se capacidade superior, sendo fornecida nova, sem uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, devendo ser fabricada conforme normas técnicas aplicáveis, incluindo normas da ABNT, possuir regularização junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme classificação do produto, e ser acompanhada de manual de instruções em língua portuguesa. | ..... | |

Assinado digitalmente por MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código M17-5GD-5WD-X76.

## ITENS SOLICITADOS:

| Item | Código | Qtd | Unid. | Especificação | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 99065904-1 | 1,00 | UN | Mesa ginecológica destinada à realização de exames e procedimentos ginecológicos e obstétricos em consultórios, ambulatórios, clínicas e unidades de saúde, devendo possuir estrutura fixa, estável e adequada ao uso profissional, proporcionando conforto e segurança à paciente durante os procedimentos, confeccionada em aço carbono de alta resistência com estrutura tubular reforçada, tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó do tipo epóxi ou equivalente tecnicamente comprovado, devendo possuir leito fixo totalmente estofado em espuma de poliuretano com densidade mínima D23 ou superior, revestido em material sintético impermeável, como courvin ou equivalente, com superfície lisa, lavável, resistente ao uso contínuo e de fácil higienização, preferencialmente na cor azul, devendo acompanhar, no mínimo, par de porta-coxas (perneiras) estofadas e ajustáveis, balde coletor removível com respectivo suporte e gaveta para armazenamento de materiais, equipada com pés dotados de ponteiras de borracha ou material antiderrapante que assegurem estabilidade e proteção ao piso, apresentando dimensões aproximadas de comprimento entre 1,60 m e 1,80 m, largura entre 0,50 m e 0,60 m e altura entre 0,75 m e 0,85 m, com capacidade mínima de carga de 150 kg, sendo fornecida nova, sem uso, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, devendo ser fabricada conforme normas técnicas aplicáveis, incluindo normas da ABNT, possuir regularização junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme classificação do produto, e ser acompanhada de manual de instruções em língua portuguesa. | ..... | |
| 33 | 99065905-1 | 8,00 | UN | Mesa de Mayo hospitalar destinada ao apoio de instrumentais durante procedimentos médicos e cirúrgicos, indicada para uso em hospitais, centros cirúrgicos, ambulatórios, clínicas e salas de procedimentos, devendo possuir estrutura resistente e adequada ao uso contínuo, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em aço inox, cromado ou pintura eletrostática a pó tipo epóxi ou equivalente tecnicamente comprovado, garantindo durabilidade e resistência a produtos de limpeza hospitalar, com coluna de sustentação em tubo metálico de alta resistência e base tipo tripé, quadripé ou equivalente que assegure estabilidade durante o uso, equipada com rodízios giratórios, no mínimo três, com diâmetro mínimo aproximado de 2 polegadas, confeccionados em material resistente e adequados para piso hospitalar, proporcionando deslocamento suave e silencioso, devendo possuir sistema de regulagem de altura por meio de mandril, cremalheira, sistema a gás ou equivalente tecnicamente comprovado, com faixa de ajuste compatível com uso clínico e cirúrgico, aproximadamente entre 0,75 m e 1,25 m, com sistema de travamento seguro, quando aplicável, devendo possuir bandeja superior confeccionada em aço inoxidável, preferencialmente AISI 304, removível, com bordas elevadas para contenção de materiais, superfície lisa, sem porosidade e de fácil higienização, com dimensões mínimas aproximadas de 45 cm de comprimento por 30 cm de largura, podendo admitir variações desde que não comprometam a funcionalidade, devendo apresentar cantos arredondados e ausência de arestas cortantes, garantindo segurança ao usuário, com estrutura estável, fácil ajuste de altura, superfícies resistentes à desinfecção hospitalar e de fácil limpeza e manutenção, sendo fornecida nova, sem uso, devendo atender às normas técnicas e exigências sanitárias vigentes, adequada ao uso em ambiente hospitalar, e com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | ..... | |

**Preço Total:** .....

.....
Assinatura Fornecedor / Prestador

.....
MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA

**Bituruna, 31 de Julho de 2026.**

Assinado digitalmente por MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código M17-5GD-5WD-X76.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 31/07/2026 às 15:12:46

## Assinantes

MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA

Assinou em 31/07/2026 às 15:27:35 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, MARCIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

## Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**M17-5GD-5WD-X76**