



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Av Augusto Franco, 3150, - Bairro Ponto Novo, Aracaju/SE, CEP 49097-670

DESPACHO Nº 8048/2026 - SES

Aracaju, 06 de outubro de 2026

Prezados,

Informo que o descritivo do material referente ao código 444688-5 corresponde a fio-guia em aço inoxidável, disponível nos diâmetros de 1,0 mm; 1,5 mm e 2,0 mm, com comprimento de 90 mm e ponta rosqueada com trocar.

Encaminha-se para conhecimento e providência cabíveis. Correspondendo assim aos materiais necessários para o abastecimento da Rede nas cirurgias de Mini Micro.



Documento assinado eletronicamente por **Sayonara Almeida de Jesus, Assessor(a) Técnico(a)**, em 06/10/2026, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 40.394, de 1 de Julho de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.se.gov.br/documento_conferir, informando o código verificador **0553208** e o código CRC **56288C21**.

Referência: Processo nº 20000.79.002871/2026-72

SEI nº 0553208