

A/C CCP

Quanto a proposta da empresa, que está ofertando dois kits para atender um, informamos que esta secretaria não está de acordo, pois a aquisição do kit conforme descrição solicitada é para otimização dos atendimentos e diminuir o tempo e os transtornos na realização.

Descrição solicitada:

KIT ESPECIFICO PARA DIAGNOSTICO DE SARSCOV- 2 + FLU A + FLU B + RSV ONE STEP

KIT ESPECIFICO PARA DIAGNOSTICO DE SARSCOV- 2 + FLU A + FLU B + RSV ONE STEP POR IMUNOENSAIO CROMATOGRAFICO COLORIDO PARA A DETECAO QUALITATIVA SIMULTANEA DE ANTIGENO DE NUCLEOPROTEICO DE SARSCOV-2, INFLUENZA TIPO A, INFLUENZA TIPO B E VIRUS SINCIAL RESPURATORIO DE AMOSTRAS NASOFARINGEA DE PACIENTES COM SUSPEITA DE INFECCAO POR COVID-19 E/OU INFECCAO POR INFLUENZA A E/OU INFLUENZA B E/OU VIRUS SINCIAL RESPIRATORIO. SENSIBILIDADE IGUAL OU ACIMA DE 86,0% E ESPECIFICIDADE IGUAL OU ACIMA DE 99,0%. A EMBALAGEM DEVE CONTER NUMERO DO REGISTRO, LOTE E VALIDADE E APROVACAO DA ANVISA. O KIT DEVERA CONTER PLACA TESTE (SARS-COV-2 + FLU A + FLU B + RSV), SWAB ESTERIL PARA COLETA DA AMOSTRA, SOLUCAO DE EXTRACAO E TUBO DE AMOSTRAGEM INDIVIDUAIS.


Laura Medes Bezerra
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria nº. 02/GAB/2021