

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00508/2023-000

1 - Itens da Licitação

1 - Decibelímetro			
Descrição Detalhada: Decibelímetro Resolução Som: 0,10 DB, Faixa Medição: 30 A 130 DB, Faixa Frequência: 20 Hz A 8 Khz , Tipo Visor: Digital , Tipo Microfone: Eletreto 12 Mm , Tipo Mudança Escala: Manual E Automática , Tipo Alimentação: Bateria , Voltagem Bateria: 9 V, Temperatura Operação: 0 A 40 °C, Temperatura Conservação: -10 A 60 °C, Precisão: +/- 1,50 DB, Aplicação: Medição Nível Ruído , Normas Técnicas: Iec 651 Tipo 2 E Ansi S1.4 Tipo 2 , Características Adicionais: Indicação Bateria Fraca			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 2.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	7		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	313.144,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Porto Velho/RO (7)		

2 - Decibelímetro			
Descrição Detalhada: Decibelímetro Resolução Som: 0,10 DB, Faixa Medição: 30 A 130 DB, Faixa Frequência: 20 Hz A 8 Khz , Tipo Visor: Digital , Tipo Microfone: Eletreto 12 Mm , Tipo Mudança Escala: Manual E Automática , Tipo Alimentação: Bateria , Voltagem Bateria: 9 V, Temperatura Operação: 0 A 40 °C, Temperatura Conservação: -10 A 60 °C, Precisão: +/- 1,50 DB, Aplicação: Medição Nível Ruído , Normas Técnicas: Iec 651 Tipo 2 E Ansi S1.4 Tipo 2 , Características Adicionais: Indicação Bateria Fraca			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 1.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	89.469,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Porto Velho/RO (2)		

3 - Calibrador			
Descrição Detalhada: Calibrador Tipo: Automático , Aplicação: Calibrador De Decibelímetro , Leitura: 94 E 114 DB, Exatidão: 1khz±0.1%. PE			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	9		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	35.134,02		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Porto Velho/RO (9)		