

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90417/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Adipômetro			
Descrição Detalhada: Adipômetro Operação: Digital, Material: Plástico, Resolução: Resolução 0,1MM, Faixa De Operação: Até 50MM, Pressão: Cerca De 10 G/Mm², Tolerância: Tolerância Até 0,5MM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		18	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		13.761,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		2,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Porto Velho/RO (18)	

2 - Refrator			
Descrição Detalhada: Refrator Tipo: Autorefrator Com Ceratômetro, Componentes: Fx Esfera -25 A +22d, Diâmetro Pupila Mínimo 2mm, Outros Componentes: Modo Curvatura Córnea, Raio Curvatura Córnea, Composição: Índice Refração 1,3375, Refração Córnea 0,12/0, 25d, Características Adicionais: Astigmatismo Córnea, Ângulo Axial De Astg. Córnea			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		10	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		436.500,80	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		2,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Porto Velho/RO (10)	

3 - Dinamômetro			
Descrição Detalhada: Dinamômetro Tipo: Manual, Capacidade Máxima: 90KGF, Aplicação: Medição Esforço Da Mão, Características Adicionais: Pegador Com Ajuste Fácil Em 5 Posições			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		30	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		70.853,70	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		2,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Porto Velho/RO (30)	

4 - Dermatoscópio			
Descrição Detalhada: Dermatoscópio Tipo: Portátil, Acessórios: Ampliação De Até 10 X, Cabo Metal, Halógena, Componentes: C/ 2 Lentes, Estojo Próprio, Tensão: À Bateria			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		24	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		43.130,64	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		2,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Porto Velho/RO (24)	

5 - Espirômetro

Descrição Detalhada: Espirômetro Modelo: Tela Em Lcd, Sensível Ao Toque, Dimensão: Cerca De 7POL, Tipo De Análise: No Mínimo Fvc, Fev, Pef, Fef, Vc, Componente I: Sensor Fluxo/Volume Turbina Bidirecional, Componente Ii: Método Medição Interrupção Infravermelhos, Componente Iii: C/ Software, Volume: Máximo 10L, Interface: Usb, Transmissão S/ Fio, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 226.569,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (22)

6 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto, Pediátrico E Neonatal, Número De Canais: 3, 6 E 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 12 A 15" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático, Transferência De Dados: Com E Sem Fio, Impressora: Com Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 122.403,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (35)

7 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto, Pediátrico E Neonatal, Número De Canais: 3, 6 E 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 12 A 15" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático, Transferência De Dados: Com E Sem Fio, Impressora: Com Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 72.862,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (25)

8 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 18UN, Formato: Retangular, Tipo: Flood Light, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 12W, Tensão Alimentação: 110/220V, Grau Proteção: Ip65, Comprimento: 100CM, Características Adicionais: Dmx/Auto Com Recurso De Canais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.900,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (45)

9 - Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico

Descrição Detalhada: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Elíptico Profissional Eletromagnético, Funções Computadorizadas: Velocidade/Distância/Tempo/Calorias E Pulso, Material: Aço Carbono, Aplicação: Trabalho Simultânea Dos Musculos Das Pernas E Braço, Características Adicionais: Painel Com Suporte Para Fichas De Treino, Marphon, Voltagem: BivoltV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.774,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (22)

10 - Lupa

Descrição Detalhada: Lupa Tipo: Binocular C/ Apoio De Cabeça, Formato: C/ Fotóforo, Faixa Ampliação: Mínimo 3 Vezes, Distância Foco: 320 - 420MM, Tensão: Elétrica, C/ Bateria RecarregávelV, Aplicação: Microcirurgia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.583,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (30)

11 - Maleta

Descrição Detalhada: Maleta Material: Plástico Resistente, Características Adicionais: Divisórias Internas E Suporte De Parede, Aplicação: Transporte De Material Médico, Dimensões Externas: 0,40 X 0,40 X 0,20CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.663,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (44)

12 - Medidor Uso Médico

Descrição Detalhada: Medidor Uso Médico Tipo: De Fluxo Respiratório, Tipo Medição: Adulto, Faixa Trabalho: Valores De Ats De 60 A 880 L/Min, Características Adicionais: Eixo Interno Em Aço Inóx, Corpo Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (125)

13 - Monitor Multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado/Modular, Parâmetros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas, Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 15", Alta Resolução, Características Adicionais: Conectividade De Rede, Componentes: Alarmes, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores, Uso: De Neonatal A Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.440.780,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (240)

14 - Retinógrafo

Descrição Detalhada: Retinógrafo Tipo: Digital Não Midriático, P/ Telemedicina, Portátil, Tipo Imagem: 45°, Tipo Câmara: Colorido, Red-Free E Infravermelho, Componentes Outros: C/ Software Básico, Alimentação: Bateria Recarregável, Compatibilidade: Uso C/ Smartphone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 386.910,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (9)

15 - Tonômetro

Descrição Detalhada: Tonômetro Modelo: Portátil, C/Pilhas, Tipo Base: Peso Máximo De 250 G, Medição De 1 A 99 Mmhg, Compatibilidade: S/Conexões Ao Paciente E S/Uso De Anestésicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 40.480,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (11)

16 - Transiluminador

Descrição Detalhada: Transiluminador Tipo: Uv, Ajuste: Ajuste Mecânico, Material: Câmara, Comprimento Onda: 312NM, Dimensões: Filtro Cerca De 20 X 20CM, Componentes: Com Porta Frontal E Visor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.148,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (11)

17 - Ventilador Não Invasivo

Descrição Detalhada: Ventilador Não Invasivo Tipo*: Cpap, Aplicação: Adulto, Modos Ventilação: Auto Cpap, Faixa De Pressão: Cerca De 0 A 20 Cm H2O, Componente 1: Rampa, Componente 2: Compensação De Vazamento, Dados Processados: Cartão Dados, Adicional: Filtros, Adicional*: Umidificador, Adicional 1: Traqueia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.736.458,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (65)

18 - Ventilador Artificial Eletrônico

Descrição Detalhada: Ventilador Artificial Eletrônico Modelo: Pediátrico/Adulto, Modos Ventilação: Vcv, Simv, Cpap, A/C, Vni, Modos Ventilação 01: Misturador De Gases, Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep, Parâmetros Ventilatórios 02: Relação I:E, Componentes: Válvulas Reguladoras De Pressão, Características Adicionais 01: Bateria Interna, Alarmes: Alarmes Audiovisuais, Circuitos: Circuitos Completos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.359.599,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (111)

19 - Transdutor Uso Médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Detector Fetal, Aplicação: Ausculta Batimento Cardíaco Fetal Bcf, Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.287,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (18)

20 - Marca-Passo Cardíaco Externo Temporário

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Externo Temporário Tipo: Bicameral, Programação: Síncrono / Assíncrono, Ajuste: Sensibilidade, Frequência E Ativação, Gabinete: Termoplástico Resistente, Componente 1: C/ Conexão Unipolar E Bipolar, Componente 2: C/ Alarme, Alimentação: À Bateria, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 399.525,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (35)

21 - Goniômetro

Descrição Detalhada: Goniômetro Tipo: Goniômetro Digital, Material: Plástico Transparente, Faixa Medição: 0 A 360GRA, Resolução: 0,05GRA, Comprimento: 200MM, Padrão Medição: Polegadas, Milímetros, Características Adicionais: Medidor Lcd; Bateria, Desligamento Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.964,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (71)

22 - Placa Eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Placa Eletrocirúrgica Materia Prima: Metálica, Tamanho Placa: Adulto, Componente Adicional: S/ Cabo, Compatível: Compatível C/ Bisturi, Tipo Uso 1: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.293,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (58)

23 - Placa Eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Placa Eletrocirúrgica Materia Prima: Polímero Viscoelástico, Tipo: Impermeável, Modelo: Inteira, Tamanho Placa: Infantil, Componente Adicional: Cabo C/ Conector Cerca 3 M, Compatível: Compatível C/ Bisturi, Tipo Uso 1: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.213,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (49)

24 - Peça Equipamento Médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Pedal Duplo, Monopolar E Bipolar, Componentes: Conector E Cabo, Compatível: Para Bisturi Eletrônico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.703,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (33)

25 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Material: Siliconizado, Aplicação: P/ Placa Neutra, Tipo Uso: Reusável, Comprimento: Comprimento Mínimo 3,0M, Compatibilidade 1: Compatível C/ Bisturi Elétrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 30.828,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (95)