

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

INTRODUÇÃO

De acordo com o inciso I do art. 7º da Instrução Normativa nº 09/2023 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o documento elaborado pelo chefe do órgão interessado, cujo objeto a ser contratado deve ser compatível com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do art. 12 da LLC, quando existir, e com as leis orçamentárias.

Adicionalmente, o inciso I do art. 7º da Instrução Normativa nº 09/2023 do TCM/GO, especifica as informações mínimas que deve conter o DFD, as quais serão detalhadas nos tópicos a seguir.

PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE

1- OBJETO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO DRº FERNANDO DURAES NO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO.

2- MATERIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUNT
1	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO. EQUIPAMENTO EMISSOR DE RADIAÇÃO INFRAVERMELHA QUE AUXILIA NA IRRIGAÇÃO SANGUÍNEA, NA REDUÇÃO DA DOR E TAMBÉM PODE SER UTILIZADO EM BANCOS DE LEITE. TIPO: PORTÁTIL SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI ILUMINAÇÃO: 150 W.	UND	02
2	AR CONDICIONADO. APARELHO QUE TRATA O AR, REGULANDO SUA QUALIDADE NO QUE SE DIZ RESPEITO ÀS SUAS CONDIÇÕES DE TEMPERATURA. TIPO: SPLIT CAPACIDADE/CICLO: 9.000 A 12.000 BTUS/QUENTE E FRIO	UND	02
3	ARMÁRIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO/DIMENSÕES/ PRATELEIRAS/CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO/ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04/40KG	UND	04
4	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL. ASPIRADOR	UND	01

	MÓVEL, UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS DE ASPIRAR SECREÇÃO. FLUXO DE ASPIRAÇÃO/VÁLVULA DE SEGURANÇA/FRASCO/BATERIA/SUPORTE C/RODÍZIOS:DE 15 A 30 LPM/POSSUI/TERMOPLÁSTICO OU VIDRO/RECARREGÁVEL BIVOLT/NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG.		
5	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITALCAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM: NO MÍNIMO 200KG MATERIAL DE CONFECCÃO: ESTRUTURA EM AÇO PESO LÍQUIDO BALANÇA: MÁXIMO 6KG DISPLAY INTEGRADO: POSSUI TARA.	UND	02
6	BALANCI M PROPRIOCEPTIVO. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA EXERCÍCIOS DE EQUILÍBRIO, PROPRIOCEPÇÃO E FORTALECIMENTO MUSCULAR. COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO / PLATAFORMA EM MADEIRA ANTIDERRAPANTE.	UND	03
7	BALDE PORTA DETRITOS COM PEDAL; LIXEIRA A PEDAL. RECIPIENTE PARA A COLETA DE DETRITOS, COM DISPOSITIVO DE ELEVAÇÃO DA TAMPA ACIONADO POR PEDAL. MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO INOX. CAPACIDADE DE 30 A 49 LITROS.	UND	05
8	BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA. EQUIPAMENTO PARA AUXÍLIO DE EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO (TREINO, MANCHA, EQUILÍBRIO EM PÉ E TRANSFERÊNCIA DE PESO). COMPOSIÇÃO: 2 METROS/AÇO INOX/COM PISO	UND	02
9	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REALIZAR ESTUDOS ERGOMÉTRICOS ENVOLVENDO MEDIÇÕES DOS MAIS DIVERSOS TIPOS DE ESFORÇOS FÍSICOS. FUNÇÕES MÍNIMAS NO PAINEL: DISPLAY COM	UND	01

	INFORMAÇÕES DE RPM, TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, PULSO E CALORIAS. PROGRAMAS: MÍNIMO DE 8 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS, COM REGULAGEM DE ESFORÇO. SENSOR CARDÍACO: HAND GRIP. EQUIPAMENTO ELETROMAGNÉTICO. ASSENTO COM AJUSTE DE ALTURA, PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS. GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO. PESO DO USUÁRIO DE NO MÍNIMO 120 KG. ALIMENTAÇÃO: 220 W.		
10	BIOMBO. MATERIAL DE CONFEÇÃO/TAMANHO/RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL/TAMANHO TRIPLO/POSSUI.	UND	05
12	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO. APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL: APOIO PARA PÉS: REMOVIVEL. COM ELEVACÃO DE PERNAS.	UND	01
11	CADEIRA. FIXA. ESTRUTURA EM AÇO / FERRO PINTADO. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	UND	10
13	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO	UND	01

	MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES.		
14	CPAP. CONFIGURAÇÃO: C/UMIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C/MÁSCARA NASAL	UND	01

15	ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO. APLICAÇÃO: MEMBROS SUPERIORES (OMBROS E DEDOS)	UND	02
16	ESCADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA). ESCADA LINEAR PARA MARCHA SEM RAMPA CONSTRUÍDA EM MADEIRA ENVERNIZADA, CORRIMÃOS DUPLOS PARA ADULTOS E CRIANÇAS. DEGRAUS E PLATAFORMA REVESTIDOS COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 158,0 CM X 84,0 CM X 120,0 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA).	UND	01
17	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON.	UND	02
18	ESTEIRA ERGOMÉTRICA. ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA. MOTOR DE NO MÍNIMO 2,0 HP. INCLINAÇÃO MANUAL. VELOCIDADE MÍNIMA: 12 KM/H. SENSOR DE BATIMENTO CARDÍACO HAND GRIP. LONA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 120 X 38 CM. MONITOR DE LCD. MÍNIMO DE 3 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO. FUNÇÕES DO PAINEL: TEMPO, DISTÂNCIA, VELOCIDADE, CALORIAS E BATIMENTO CARDÍACO. PESO SUPORTADO: 100 KG.	UND	02
19	ESTETOSCÓPIO ADULTO. MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO: AÇO INOXIDÁVEL/DUPLO	UND	02
20	ESTIMULADOR NEURO-MUSCULAR. EQUIPAMENTO DIGITAL, MICROPROCESSADO COM NO MÍNIMO 2 CANAIS. DEVE OFERECER NO MÍNIMO AS CORRENTES TENS, FES, CORRENTE RUSSA. DEVE POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA	UND	04

	PARA EMISSÃO DAS CORRENTES NO PACIENTE E MEMÓRIA DE DADOS. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: NO MÍNIMO 02 CABOS PARA APLICAÇÃO, CABO DE FORÇA, NO MÍNIMO 04 ELETRODOS DE BORRACHA.		
21	FOGÃO DOMÉSTICO, FOGÃO A GÁS. UTENSÍLIO USADO PARA COZINHAR, POR MEIO DE CALOR, PRODUZIDO POR ELEMENTO COMBUSTÍVEL O GÁS. TIPO DE ACENDIMENTO/BOCAS: AUTOMÁTICO/06.	UND	01
22	GANGORRA DE EQUILÍBRIO. MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA COM PISO ANTIDERRAPANTE.	UND	02
23	GELADEIRA/ REFRIGERADOR. CAPACIDADE = DE 260 A 299 L	UND	01
24	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL). ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO.	UND	02
25	LASER PARA FISIOTERAPIA. LASER UTILIZADO EM TRATAMENTOS PARA DISTÚRBIOS ARTICULARES, LESÕES TRAUMÁTICAS, LESÕES ESPORTIVAS, POR	UND	02

	MEIO DA APLICAÇÃO DA ONDA DO LASER. POSSUI 03 CANETAS.		
26	LONGARINA. CONJUNTO DE CADEIRAS ACOPLADAS LATERALMENTE (NO MÍNIMO DOIS ASSENTOS). MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO/ NÚMERO DE ASSENTOS: POLIPROPILENO/03 LUGARES.	UND	08
27	MESA PARA CONSULTÓRIO. MOBILIÁRIO UTILIZADO PARA APOIO A ESCRITA, NO ATENDIMENTO MÉDICO/PROFISSIONAL DA SAÚDE. MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETAS: MADEIRA/MD/MDF/SIMILAR/DE 01 A 02 GAVETAS.	UND	03
28	NEBULIZADOR PORTÁTIL. EQUIPAMENTO PORTÁTIL COM TECNOLOGIA DE MODO ULTRASSÔNICO OU COMPRESSOR, UTILIZADO PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS POR VIA INALATÓRIA OU RECOMENDADO PARA DOENÇAS RESPIRATÓRIAS (BRONQUITE, ASMA, RESFRIADOS, RENITE, ETC.). NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 01-TIPO: COMPRESSOR	UND	02
29	RAMPA DE ALONGAMENTO. RAMPA DE ALONGAMENTO PARA FISIOTERAPIA E RPG. RAMPA COM FORMATO DE CUNHA, CONSTRUÍDA EM MADEIRA MARFIM OU SIMILAR COM BASE E PISO REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE. DIMESÕES APROXIMADAS (AXLXB): 20 X 30 X 40CM.	UND	04
30	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU). DISPOSITIVO BOLSA-VALVA, QUE QUANDO CONECTADO À MÁSCARA, TUBO TRAQUEAL OU TUBO DE TRAQUEOSTOMIA, É DESTINADO A FORNECER VENTILAÇÃO MANUAL À VÍTIMA. MATERIAL DE CONFECÇÃO / VÁLVULA PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO:	UND	06

	SILICONE / POSSUI / POSSUI / POSSUI DE SILICONE		
31	TABLADO DE FISIOTERAPIA. TABLADO PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO. MATERIAL DE CONFECÇÃO/ REVESTIMENTO: MADEIRA COM ESTOFAMENTO.	UND	02
32	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA. EQUIPAMENTO PARA TERAPIA DE ESTRUTURAS SUPERFICIAIS E PROFUNDAS GERADAS ATRAVÉS DE ONDAS MECÂNICAS DE FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA. FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZTELA LCD: POSSUI MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO.	UND	04

3- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. Justificativa da necessidade da contratação

A aquisição dos equipamentos e materiais permanentes para o **Centro Especializado de Reabilitação (CER)** é fundamental para garantir a continuidade e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, especialmente às pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva, visual e múltiplas deficiências.

O CER é uma unidade de referência na atenção especializada em reabilitação, desempenhando papel essencial no processo de recuperação, autonomia e inclusão social dos pacientes. Para o pleno funcionamento de suas atividades e a oferta de atendimento humanizado, eficiente e seguro, é indispensável dispor de equipamentos adequados, modernos e em perfeito estado de conservação, capazes de atender às demandas clínicas, terapêuticas e diagnósticas.

Cumprir destacar que a verba destinada para a aquisição destes equipamentos e materiais permanentes é proveniente de **Emenda Parlamentar**, a qual foi especificamente alocada para o fortalecimento da infraestrutura do Centro Especializado de Reabilitação Drº Fernando Durães. Essa destinação orçamentária representa um investimento direcionado à melhoria dos serviços públicos de saúde, garantindo que os recursos sejam aplicados de forma vinculada à finalidade estabelecida pelo autor da emenda e atendendo às exigências legais e técnicas para sua execução.

3.2. Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda. Não há.

4- INFORMAÇÕES GERAIS

4.1. Data prevista para conclusão do processo

A data pretendida para a conclusão da contratação é dia 31/09/2025.	
4.2. Grau de prioridade da compra ou da contratação O grau de prioridade para aquisição dos Equipamentos e Materiais Permanentes é ALTA.	
4.3. Justificativa de prioridade A aquisição dos equipamentos e materiais permanentes para o CER é medida urgente e prioritária, sendo essencial para assegurar a efetividade das ações de reabilitação, a continuidade do atendimento especializado e o cumprimento do compromisso institucional com a saúde e o bem-estar da população.	
4.4. Prazo de vigência da contratação O prazo de vigência da contratação será até 31-12-2025.	
4.5. Prazo de Entrega/ Execução A entrega dos produtos deverá ser realizada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da emissão da ordem de compra.	
4.6. Local, data e horário da Entrega/Execução Os itens deverão ser entregues no almoxarifado da sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada no seguinte endereço: Avenida Pedro Ludovico, s/n Centro, Uruaçu-GO.	
5- IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS	
Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Centro de Reabilitação	
Responsável(eis) pela demanda:	
Nome: CREUSIANE VAZ DA COSTA SOUZA	
Matrícula: 3155	Cargo/Função: Coordenadora do Centro de Reabilitação

Uruaçu (GO), 15 de julho de 2025.

CREUSIANE VAZ DA COSTA SOUZA
Coordenadora do Centro de Reabilitação