

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Alenquer
Prefeitura Municipal de Alenquer
Pregão Eletrônico - Nº 02/2025/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
04/02/2025 11:53	05/02/2025 07:00	12/02/2025 23:59	17/02/2025 08:00	17/02/2025 08:01

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
06/02/2025 - 15:44:50	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PE 02/2025 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ALENQUER/PA	20/02/2025 - 09:53:16	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO.pdf

Embasamento: Prezados,

A Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34.007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, vem, respeitosamente, perante V. Sa., por intermédio de seu procurador signatário, apresentar a IMPUGNAÇÃO DO EDITAL c/c PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, com fulcro no artigo 164 da Lei nº 14.133/2021, e de acordo com os fatos e fundamentos que passa a expor.

Atenciosamente,

Julgamento: O referido fabricante, não atende em sua maior parte os requisitos técnicos solicitados, isto não lhe confere o direito de solicitar subtração de qualidades que a administração elencou para compor o descritivo. Os itens indicados, dentre todos, ou são para o amplo desempenho do produto ou para proteção do mesmo, sendo que solicitar redução não seria cabível.

10/02/2025 - 17:10:54	IMPUGNAÇÃO	20/02/2025 - 09:53:46	Indeferido	Pedido: Impugnação - PM DE ALENQUER - RX.pdf
-----------------------	------------	-----------------------	------------	--

Embasamento: Prezados,
segue pedido de impugnação ao edital do pregão eletrônico nº02/2025.

Julgamento: O referido fabricante, não atende em sua maior parte os requisitos técnicos solicitados, isto não lhe confere o direito de solicitar subtração de qualidades que a administração elencou para compor o descritivo. Os itens indicados, dentre todos, ou são para o amplo desempenho do produto ou para proteção do mesmo, sendo que solicitar redução não seria cabível.

10/02/2025 - 17:14:11	IMPUGNAÇÃO	20/02/2025 - 09:54:04	Indeferido	Pedido: Impugnação - PE 02.2025-.pdf
-----------------------	------------	-----------------------	------------	--------------------------------------

Embasamento: AO ILMO. SR. NILSON AFONSO CORREA FONSECA – PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - PARÁ

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 02/2025 – Processo Administrativo Nº 14012025001.

A empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.659.246/0001-03, com sede na Rua Prefeito Eliseu Alves da Silva, nº 400, Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, em Lagoa Santa/MG, por meio de seu representante legal, vem, com o devido respeito, à presença de Vossa Senhoria apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2025, conforme fundamentação em anexo.

Julgamento: O referido fabricante solicita reduções nas especificações elencadas pela instituição e se baseia em manuais técnicos apresentados e registrados na ANVISA. Apresenta também um quadro demonstrativo baseado nas informações retiradas dos mesmos onde demonstra que, apesar de alegar falta de competitividade, elenca pelo menos 04 fabricantes ou marcas que atendem ao referido edital. (A legislação solicita um mínimo de 03)
Ressaltamos que os itens elencados são para melhor desempenho ou para proteção do equipamento. E havendo o numero de fabricantes suficientes perante a legislação vigente, não há obstrução há plena concorrência.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	CONJUNTO RADIOLÓGICO DIGITAL DE FÁBRICA COM COMANDOS DE PARÂMETROS DE RAIOS X INTEGRADOS AO SOFTWARE, DETECTOR E EQUIPAMENTO COM REGISTRO ÚNICO NA ANVISA.COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X EM ALTA FREQUÊNCIA - MULTIPULSO; POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA: 50KW; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; PAINEL DE COMANDO DIGITAL INTEGRADO AO SOFTWARE DE IMAGEM NO MONITOR; FAIXA DE AJUSTE DE KV DE: 40 A 150KV - COM PASSOS DE 1 KV; ESCALA DE MA DE 20, 50, 100, 200, 400, 500, 630 MA NO MÍNIMO ; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FOCOS FINO/GROSSO; TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO: 0,001 A 5 SEGUNDOS (OU MAIOR); FAIXA DE MAS DE 0.1 A 630 MAS ; INDICAÇÃO DE PARÂMETROS/FUNÇÕES NO DISPLAY DIGITAL DE NO MÍNIMO KV, MA E MAS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA – TRIFÁSICA 220V/380V(AMBOS) – 60HZ.ESA FIXA COM TAMPO FLUTUANTE; TAMPO HOMOGÊNEO RADIOTRASPARENTE COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 300 KG; TAMANHO DE 90 X 220 CM; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO DE +/- 60 CM E TRANSVERSAL DE +/- 24 CM; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA OS MOVIMENTOS TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; SISTEMA DE INDICAÇÃO DE CENTRALIZAÇÃO. GRADE ANTIDIFUSORA, REMOVÍVEL PARA ATENDER A PACIENTES PEDIÁTRICOS, RAZÃO MÍNIMA 103 LINHAS / POL E REMOVÍVEL PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS (IN90 DA ANVISA); DISTANCIA FOCAL 100 A 150 CM; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS ; BANDEJA POSSIBILITANDO A AUTOCENTRALIZAÇÃO DE CHASSIS DE 13X18 CM A 35X43 CM ; ESTATIVA PORTA TUBO, TIPO CHÃO-CHÃO: DESLOCAMENTO HORIZONTAL (LONGITUDINAL) MÍNIMO DE 280 CM EM TRILHOS; GIRO DA COLUMNA DE -180°/+180° - ACIONADO POR PEDAL; BRAÇO PORTA-TUBO: DESLOCAMENTO VERTICAL DE 160 CM; ROTAÇÃO DO CONJUNTO COLIMADOR DE 90°, 180° E 270°; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS COM ACIONAMENTO POR BOTOEIRA NO COTACAO DE PREÇOS MARITUBA,PA 26 DE DEZEMBRO DE 2024 1 PORTA-TUBO: DESLOCAMENTO VERTICAL DE 160 CM; ROTAÇÃO DO CONJUNTO COLIMADOR DE 90°, 180° E 270°; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS COM ACIONAMENTO POR BOTOEIRA NO PAINEL JUNTO AO TUBO; INDICAÇÃO DE ANGULAÇÃO DO TUBO TIPO POR GRAVIDADE DE (+180° A -180°); ESTRUTURA EM AÇO; ACABAMENTO PINTURA E	730.476,34	4 UN	Homologado
------	--	------------	------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/10/2025 - 14:49	1 ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 02-2025- RAIQ X.pdf
22/10/2025 - 10:35	EDITAL RAIQ X OFICIAL.pdf
22/10/2025 - 10:42	Exclusão Edital Alenquer.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
17/02/2025 - 08:48:42	Envio de Propostas Readequadas Nº 02/2025/2025	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a foi definida pelo pregoeiro para 17/02/2025 às 10:46.
17/02/2025 - 10:54:45	Envio de Propostas Readequadas Nº 02/2025/2025	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda foi definida pelo pregoeiro para 17/02/2025 às 12:55.
17/02/2025 - 11:56:59		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo Nº 02/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/02/2025 - 13:17:02	Envio de Propostas Readequadas Nº 02/2025/2025	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 17/02/2025 às 15:16.
17/02/2025 - 14:03:41		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo Nº 02/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/02/2025 - 14:04:29		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo Nº 02/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/02/2025 - 14:04:31		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo Nº 02/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



17/02/2025 - 14:04:34		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo Nº 02/2025/2025.
17/02/2025 - 14:04:34		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/02/2025 - 14:04:34		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo Nº 02/2025/2025.
17/02/2025 - 14:04:34		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2025 - 15:01:18	Documentos solicitados para o processo Nº 02/2025/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Nº 02/2025/2025.
19/02/2025 - 16:23:09		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2025 - 16:23:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Nº 02/2025/2025.
19/02/2025 - 16:57:24	Documentos solicitados para o processo Nº 02/2025/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2025 - 16:57:24		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Nº 02/2025/2025.
19/02/2025 - 17:07:19		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2025 - 17:07:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Nº 02/2025/2025.
20/02/2025 - 10:10:50	Envio de Propostas Readequadas Nº 02/2025/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2025 - 10:10:50		A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 12:10.
20/02/2025 - 12:06:58		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo Nº 02/2025/2025.
20/02/2025 - 12:37:07	Documentos solicitados para o processo Nº 02/2025/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2025 - 12:37:07		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Nº 02/2025/2025.
20/02/2025 - 12:44:14		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2025 - 12:44:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Nº 02/2025/2025.
20/02/2025 - 14:51:47	Envio de Propostas Readequadas Nº 02/2025/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2025 - 14:51:47		A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Lotus Industria e Comercio Ltda foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 17:00.
20/02/2025 - 15:22:34		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo Nº 02/2025/2025.
21/02/2025 - 08:45:23	Negociação aberta para o processo	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/02/2025 - 08:45:23		Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .
21/02/2025 - 08:48:46		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/02/2025 - 08:48:46		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo Nº 02/2025/2025.
21/02/2025 - 08:57:11	Envio de Propostas Readequadas Nº 02/2025/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/02/2025 - 08:57:11		A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/02/2025 às 11:00.
21/02/2025 - 10:44:43		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo Nº 02/2025/2025.
21/02/2025 - 10:44:43		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	Conjunto Radiológico digital de fábrica com comandos de parâmetros de raios x integrados ao software, detector e equipamento com registro único na Anvisa. Comando e gerador de raios-X em alta frequência - multipulso; Potência nominal mínima: 50KW; Sistema de controle microprocessado; Pannel de comando digital integrado ao software de imagem no monitor; Faixa de ajuste de KV de: 40 a 150KV - com passos de 1 KV; escala de mA de 20, 50, 100, 200, 400, 500, 630 mA no mínimo ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,001 a 5 segundos (ou maior); Faixa de mAs de 0,1 a 630 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica – trifásica 220V/380V(ambos) – 60Hz.esa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 300 kg; Tamanho de 90 x 220 cm; Deslocamento longitudinal do tampo de +/- 60 cm e Transversal de +/- 24 cm; Freios eletromagnéticos para os movimentos transversal e longitudinal; sistema de Indicação de centralização. Grade antidifusora, removível para atender a pacientes pediátricos, razão mínima 103 linhas / pol e removível para pacientes pediátricos (IN90 da Anvisa); Distancia focal 100 a 150 cm; Freios eletromagnéticos ; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm ; Estativa Porta tubo, Tipo chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 280 cm em trilhos; Giro da coluna de -180°/+180° - acionado por pedal; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no COTACAO DE PREÇOS MARITUBA,PA 26 DE DEZEMBRO DE 2024 1 porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+180° a -180°); Estrutura em aço; Acabamento pintura e	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	LOTUS HF hf360 DR DIGIT	LOTUS HF/LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	689.990,00	4	2.759.960,00
------	--	--	-------------------------	--	------------	---	--------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Conjunto Radiológico digital de fábrica com comandos de parâmetros de raios x integrados ao software, detector e equipamento com registro único na Anvisa. Comando e gerador de raios-X em alta frequência - multipulso; Potência nominal mínima: 50KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de comando digital integrado ao software de imagem no monitor; Faixa de ajuste de KV de: 40 a 150KV - com passos de 1 KV; escala de mA de 20, 50, 100, 200, 400, 500, 630 mA no mínimo ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,001 a 5 segundos (ou maior); Faixa de mAs de 0,1 a 630 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica – trifásica 220V/380V(ambos) – 60Hz. esa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 300 kg; Tamanho de 90 x 220 cm; Deslocamento longitudinal do tampo de +/- 60 cm e Transversal de +/- 24 cm; Freios eletromagnéticos para os movimentos transversal e longitudinal; sistema de Indicação de centralização. Grade antidifusora, removível para atender a pacientes pediátricos, razão mínima 103 linhas / pol e removível para pacientes pediátricos (IN90 da Anvisa); Distância focal 100 a 150 cm; Freios eletromagnéticos ; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassi de 13x18 cm a 35x43 cm ; Estativa Porta tubo, Tipo chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 280 cm em trilhos; Giro da coluna de -180°/+180° - acionado por pedal; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no COTACAO DE PREÇOS MARITUBA,PA 26 DE DEZEMBRO DE 2024 1 porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+180° a -180°); Estrutura em aço; Acabamento pintura e

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	13/02/2025 - 15:59:50	APOLLO D	PROPRIA	4	R\$730.476,00	R\$ 2.921.904,00	Não
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.647.278/0001-95	14/02/2025 - 12:32:50	LOTUS HF hf360 DR DIGIT	LOTUS HF/LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4	R\$730.470,00	R\$ 2.921.880,00	Não
Lotus Industria e Comercio Ltda	02.799.882/0001-22	17/02/2025 - 07:40:02	HF630M DR DIGITAL	PRÓPRIA	4	R\$400.000,00	R\$ 1.600.000,00	Não
IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	33.255.787/0001-91	14/02/2025 - 10:35:33	HF 630M Digital	LOTUS	4	R\$249.850,00	R\$ 999.400,00	Não
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	71.256.283/0001-85	14/02/2025 - 11:28:16	AERODR MAXIMUS SL	KONICA INOLTA	4	R\$400.000,00	R\$ 1.600.000,00	Não
Nova Médica Comércio e Serviços Hospitalares Ltda	19.769.575/0001-00	14/02/2025 - 17:59:50	UND	VMI TECNOLOGIAS	4	R\$740.000,00	R\$ 2.960.000,00	Não
CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	04.864.204/0001-21	16/02/2025 - 13:59:48	DIAFIX DIGITAL	CDK/CDK IND E COM DE EQUIPAMENTGOS DE RA	4	R\$350.000,00	R\$ 1.400.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	33.255.787/0001-91	60 dias
Lotus Industria e Comercio Ltda	02.799.882/0001-22	90 dias



CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	04.864.204/0001-21	60 dias
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	71.256.283/0001-85	60 dias
Nova Médica Comércio e Serviços Hospitalares Ltda	19.769.575/0001-00	120 dias
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.647.278/0001-95	60 dias
VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	60 dias

Lances Enviados

0001 - Conjunto Radiológico digital de fábrica com comandos de parâmetros de raios x integrados ao software, detector e equipamento com registro único na Anvisa. Comando e gerador de raios-X em alta frequência - multipulso; Potência nominal mínima: 50KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de comando digital integrado ao software de imagem no monitor; Faixa de ajuste de KV de: 40 a 150KV - com passos de 1 KV; escala de mA de 20, 50, 100, 200, 400, 500, 630 mA no mínimo ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,001 a 5 segundos (ou maior); Faixa de mAs de 0,1 a 630 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica – trifásica 220V/380V(ambos) – 60Hz.esa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 300 kg; Tamanho de 90 x 220 cm; Deslocamento longitudinal do tampo de +/- 60 cm e Transversal de +/- 24 cm; Freios eletromagnéticos para os movimentos transversal e longitudinal; sistema de Indicação de centralização. Grade antidifusora, removível para atender a pacientes pediátricos, razão mínima 103 linhas / pol e removível para pacientes pediátricos (IN90 da Anvisa); Distancia focal 100 a 150 cm; Freios eletromagnéticos ; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassi de 13x18 cm a 35x43 cm ; Estativa Porta tubo, Tipo chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 280 cm em trilhos; Giro da coluna de -180°/+180° - acionado por pedal; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no COTACAO DE PREÇOS MARITUBA,PA 26 DE DEZEMBRO DE 2024 1 porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+180° a -180°); Estrutura em aço; Acabamento pintura e

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/02/2025 - 15:59:50	730.476,00 (proposta)	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Cancelado - Não apresentou o item 2.1.6 autos físicos, não atendeu ao item 3.1 certidoes especificas e balanço 2023 está incompleto 20/02/2025 10:10:25
14/02/2025 - 10:35:33	249.850,00 (proposta)	33.255.787/0001-91 - IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	Cancelado - não apresentou proposta readequada juntamente com a planilha de composição de custo 17/02/2025 10:52:29
14/02/2025 - 11:28:16	400.000,00 (proposta)	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - não atendeu ao 3.1.1. qualificação economica, 2.1.6 da regularidade fiscal 20/02/2025 14:50:26
14/02/2025 - 12:32:50	730.470,00 (proposta)	16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido
14/02/2025 - 17:59:50	740.000,00 (proposta)	19.769.575/0001-00 - Nova Médica Comércio e Serviços Hospitalares Ltda	Válido
16/02/2025 - 13:59:48	350.000,00 (proposta)	04.864.204/0001-21 - CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	Cancelado - Não apresentou a planilha de custo juntamente com notas de entradas, contratos para comprovar a exequibilidade da proposta 17/02/2025 13:16:20
17/02/2025 - 07:40:02	400.000,00 (proposta)	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - não atendeu aos itens 2.1.6 da regularidade fiscal, 3.1 qualificação economica (certidoes especificas), 3.1.1 autos físicos; certidão e/ou declaração passada pelo foro de sua sede indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falência e concordatas em seu município, em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame 21/02/2025 08:44:44
17/02/2025 - 08:14:33	320.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - não atendeu ao 3.1.1. qualificação economica, 2.1.6 da regularidade fiscal 20/02/2025 14:50:26
17/02/2025 - 08:17:41	318.000,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Cancelado - Não apresentou o item 2.1.6 autos físicos, não atendeu ao item 3.1 certidoes especificas e balanço 2023 está incompleto 20/02/2025 10:10:25
17/02/2025 - 08:19:14	315.000,00	04.864.204/0001-21 - CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	Cancelado - Não apresentou a planilha de custo juntamente com notas de entradas, contratos para comprovar a exequibilidade da proposta 17/02/2025 13:16:20
17/02/2025 - 08:19:43	314.000,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Cancelado - Não apresentou o item 2.1.6 autos físicos, não atendeu ao item 3.1 certidoes especificas e balanço 2023 está incompleto 20/02/2025 10:10:25
17/02/2025 - 08:20:10	310.000,00	04.864.204/0001-21 - CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	Cancelado - Não apresentou a planilha de custo juntamente com notas de entradas, contratos para comprovar a exequibilidade da proposta 17/02/2025 13:16:20
17/02/2025 - 08:20:45	309.000,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Cancelado - Não apresentou o item 2.1.6 autos físicos, não atendeu ao item 3.1 certidoes especificas e balanço 2023 está incompleto 20/02/2025 10:10:25



17/02/2025 - 08:21:06	390.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - não atendeu aos itens 2.1.6 da regularidade fiscal, 3.1 qualificação econômica (certidoes específicas), 3.1.1 autos físicos; certidão e/ou declaração passada pelo foro de sua sede indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falência e concordatas em seu município, em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame 21/02/2025 08:44:44
17/02/2025 - 08:22:25	300.000,00	04.864.204/0001-21 - CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	Cancelado - Não apresentou a planilha de custo juntamente com notas de entradas, contratos para comprovar a exequibilidade da proposta 17/02/2025 13:16:20
17/02/2025 - 08:23:09	298.000,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Cancelado - Não apresentou o item 2.1.6 autos físicos, não atendeu ao item 3.1 certidoes específicas e balanço 2023 está incompleto 20/02/2025 10:10:25
17/02/2025 - 08:23:45	295.000,00	04.864.204/0001-21 - CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	Cancelado - Não apresentou a planilha de custo juntamente com notas de entradas, contratos para comprovar a exequibilidade da proposta 17/02/2025 13:16:20
21/02/2025 - 08:48:46	689.990,00	16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	19/02/2025 - 16:23:09	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	DILIGENCIA.zip
0001	19/02/2025 - 17:07:19	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	17.02 - PE 02.2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER.zip
0001	20/02/2025 - 12:44:14	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
20/02/2025 - 10:10:25	VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	Item 0001 - Conjunto Radiológico digital de fábrica com comandos de parâmetros de raios x integrados ao software, detector e equipamento com registro único na Anvisa.Comando e gerador de raios-X em alta frequência - multipulso; Potência nominal mínima: 50KW; Sistema de controle microprocessado; Pannel de comando digital integrado ao software de imagem no monitor; Faixa de ajuste de KV de: 40 a 150KV - com passos de 1 KV; escala de mA de 20, 50, 100, 200, 400, 500, 630 mA no mínimo ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,001 a 5 segundos (ou maior); Faixa de mAs de 0,1 a 630 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica – trifásica 220V/380V(ambos) – 60Hz.esa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 300 kg; Tamanho de 90 x 220 cm; Deslocamento longitudinal do tampo de +/- 60 cm e Transversal de +/- 24 cm; Freios eletromagnéticos para os movimentos transversal e longitudinal; sistema de Indicação de centralização. Grade antidifusora, removível para atender a pacientes pediátricos, razão mínima 103 linhas / pol e removível para pacientes pediátricos (IN90 da Anvisa); Distancia focal 100 a 150 cm; Freios eletromagnéticos ; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm ; Estativa Porta tubo, Tipo chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 280 cm em trilhos; Giro da coluna de -180°/+180° - acionado por pedal; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no COTACAO DE PREÇOS MARITUBA,PA 26 DE DEZEMBRO DE 2024 1 porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+180° a -180°); Estrutura em aço; Acabamento pintura e
Não apresentou o item 2.1.6 autos físicos, não atendeu ao item 3.1 certidoes específicas e balanço 2023 está incompleto			
21/02/2025 - 08:44:44	Lotus Industria e Comercio Ltda	02.799.882/0001-22	Item 0001 - Conjunto Radiológico digital de fábrica com comandos de parâmetros de raios x integrados ao software, detector e equipamento com registro único na Anvisa.Comando e gerador de raios-X em alta frequência - multipulso; Potência nominal mínima: 50KW; Sistema de controle microprocessado; Pannel de comando digital integrado ao software de imagem no monitor; Faixa de ajuste de KV de: 40 a 150KV - com passos de 1 KV; escala de mA de 20, 50, 100, 200, 400, 500, 630 mA no mínimo ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,001 a 5 segundos (ou maior); Faixa de mAs de 0,1 a 630 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica – trifásica 220V/380V(ambos) – 60Hz.esa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 300 kg; Tamanho de 90 x 220 cm; Deslocamento longitudinal do tampo de +/- 60 cm e Transversal de +/- 24 cm; Freios eletromagnéticos para os movimentos transversal e longitudinal; sistema de Indicação de centralização. Grade antidifusora, removível para atender a pacientes pediátricos, razão mínima 103 linhas / pol e removível para pacientes pediátricos (IN90 da Anvisa); Distancia focal 100 a 150 cm; Freios eletromagnéticos ; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm ; Estativa Porta tubo, Tipo chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 280 cm em trilhos; Giro da coluna de -180°/+180° - acionado por pedal; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no COTACAO DE PREÇOS MARITUBA,PA 26 DE DEZEMBRO DE 2024 1 porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+180° a -180°); Estrutura em aço; Acabamento pintura e



não atendeu aos itens 2.1.6 da regularidade fiscal, 3.1 qualificação econômica (certidões específicas), 3.1.1 autos físicos; certidão e/ou declaração passada pelo foro de sua sede indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falência e concordatas em seu município, em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame

20/02/2025 - 14:50:26	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	71.256.283/0001-85	Item 0001 - Conjunto Radiológico digital de fábrica com comandos de parâmetros de raios x integrados ao software, detector e equipamento com registro único na Anvisa. Comando e gerador de raios-X em alta frequência - multipulso; Potência nominal mínima: 50KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de comando digital integrado ao software de imagem no monitor; Faixa de ajuste de KV de: 40 a 150KV - com passos de 1 KV; escala de mA de 20, 50, 100, 200, 400, 500, 630 mA no mínimo ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,001 a 5 segundos (ou maior); Faixa de mAs de 0,1 a 630 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica – trifásica 220V/380V(ambos) – 60Hz. esa Fixa com tempo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 300 kg; Tamanho de 90 x 220 cm; Deslocamento longitudinal do tampo de +/- 60 cm e Transversal de +/- 24 cm; Freios eletromagnéticos para os movimentos transversal e longitudinal; sistema de Indicação de centralização. Grade antidifusora, removível para atender a pacientes pediátricos, razão mínima 103 linhas / pol e removível para pacientes pediátricos (IN90 da Anvisa); Distância focal 100 a 150 cm; Freios eletromagnéticos ; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm ; Estativa Porta tubo, Tipo chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 280 cm em trilhos; Giro da coluna de -180°/+180° - acionado por pedal; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no COTACAO DE PREÇOS MARITUBA, PA 26 DE DEZEMBRO DE 2024 1 porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+180° a -180°); Estrutura em aço; Acabamento pintura e
-----------------------	--	--------------------	---

não atendeu ao 3.1.1. qualificação econômica, 2.1.6 da regularidade fiscal

17/02/2025 - 13:16:20	CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	04.864.204/0001-21	Item 0001 - Conjunto Radiológico digital de fábrica com comandos de parâmetros de raios x integrados ao software, detector e equipamento com registro único na Anvisa. Comando e gerador de raios-X em alta frequência - multipulso; Potência nominal mínima: 50KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de comando digital integrado ao software de imagem no monitor; Faixa de ajuste de KV de: 40 a 150KV - com passos de 1 KV; escala de mA de 20, 50, 100, 200, 400, 500, 630 mA no mínimo ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,001 a 5 segundos (ou maior); Faixa de mAs de 0,1 a 630 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica – trifásica 220V/380V(ambos) – 60Hz. esa Fixa com tempo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 300 kg; Tamanho de 90 x 220 cm; Deslocamento longitudinal do tampo de +/- 60 cm e Transversal de +/- 24 cm; Freios eletromagnéticos para os movimentos transversal e longitudinal; sistema de Indicação de centralização. Grade antidifusora, removível para atender a pacientes pediátricos, razão mínima 103 linhas / pol e removível para pacientes pediátricos (IN90 da Anvisa); Distância focal 100 a 150 cm; Freios eletromagnéticos ; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm ; Estativa Porta tubo, Tipo chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 280 cm em trilhos; Giro da coluna de -180°/+180° - acionado por pedal; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no COTACAO DE PREÇOS MARITUBA, PA 26 DE DEZEMBRO DE 2024 1 porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+180° a -180°); Estrutura em aço; Acabamento pintura e
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassificação: Não apresentou a planilha de custo juntamente com notas de entradas, contratos para comprovar a exequibilidade da proposta

17/02/2025 - 10:52:29	IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	33.255.787/0001-91	Item 0001 - Conjunto Radiológico digital de fábrica com comandos de parâmetros de raios x integrados ao software, detector e equipamento com registro único na Anvisa. Comando e gerador de raios-X em alta frequência - multipulso; Potência nominal mínima: 50KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de comando digital integrado ao software de imagem no monitor; Faixa de ajuste de KV de: 40 a 150KV - com passos de 1 KV; escala de mA de 20, 50, 100, 200, 400, 500, 630 mA no mínimo ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,001 a 5 segundos (ou maior); Faixa de mAs de 0,1 a 630 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica – trifásica 220V/380V(ambos) – 60Hz. esa Fixa com tempo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 300 kg; Tamanho de 90 x 220 cm; Deslocamento longitudinal do tampo de +/- 60 cm e Transversal de +/- 24 cm; Freios eletromagnéticos para os movimentos transversal e longitudinal; sistema de Indicação de centralização. Grade antidifusora, removível para atender a pacientes pediátricos, razão mínima 103 linhas / pol e removível para pacientes pediátricos (IN90 da Anvisa); Distância focal 100 a 150 cm; Freios eletromagnéticos ; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm ; Estativa Porta tubo, Tipo chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 280 cm em trilhos; Giro da coluna de -180°/+180° - acionado por pedal; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no COTACAO DE PREÇOS MARITUBA, PA 26 DE DEZEMBRO DE 2024 1 porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+180° a -180°); Estrutura em aço; Acabamento pintura e
-----------------------	---	--------------------	---

não apresentou proposta readequada juntamente com a planilha de composição de custo

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/02/2025 - 08:13	27/02/2025 - 18:00	05/03/2025 - 18:00



0001 - Conjunto Radiológico digital de fábrica com comandos de parâmetros de raios x integrados ao software, detector e equipamento com registro único na Anvisa. Comando e gerador de raios-X em alta frequência - multipulso; Potência nominal mínima: 50KW; Sistema de controle microprocessado; Painele de comando digital integrado ao software de imagem no monitor; Faixa de ajuste de KV de: 40 a 150KV - com passos de 1 KV; escala de mA de 20, 50, 100, 200, 400, 500, 630 mA no mínimo ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,001 a 5 segundos (ou maior); Faixa de mAs de 0,1 a 630 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica – trifásica 220V/380V(ambos) – 60Hz.esa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 300 kg; Tamanho de 90 x 220 cm; Deslocamento longitudinal do tampo de +/- 60 cm e Transversal de +/- 24 cm; Freios eletromagnéticos para os movimentos transversal e longitudinal; sistema de Indicação de centralização. Grade antidifusora, removível para atender a pacientes pediátricos, razão mínima 103 linhas / pol e removível para pacientes pediátricos (IN90 da Anvisa); Distancia focal 100 a 150 cm; Freios eletromagnéticos ; Bandeja possibilitando a autocentralização de chasis de 13x18 cm a 35x43 cm ; Estativa Porta tubo, Tipo chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 280 cm em trilhos; Giro da coluna de -180°/+180° - acionado por pedal; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no COTACAO DE PREÇOS MARITUBA,PA 26 DE DEZEMBRO DE 2024 1 porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+180° a -180°); Estrutura em aço; Acabamento pintura e

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
71256283000185 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	17/02/2025 - 08:36:12	Bom dia! Manifestamos a intenção de recurso contra a nossa desclassificação e pelo fato da empresa habilitada não atender os requisitos solicitados no edital. Ademais considerações será apresentada na nossa peça recursal.	Indeferido
19769575000100 - Nova Médica Comércio e Serviços Hospitalares Ltda	17/02/2025 - 08:44:23	registramos intenção de recurso	Indeferido
02659246000103 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	17/02/2025 - 08:45:25	bom dia, Manifestamos intenção de recurso, visto que a empresa declarada vencedora não atende integralmente em Termos Técnicos solicitado no Edital e em seu Termo de Referência, motivos os quais discorreremos em maiores detalhes em nossa peça recursal.	Indeferido
71256283000185 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	24/02/2025 - 08:05:55	Bom dia! Manifestamos a intenção de recurso contra a nossa desclassificação e pelo fato da empresa habilitada não atender os requisitos solicitados no edital. Ademais considerações será apresentada na nossa peça recursal.	Deferido
02659246000103 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	24/02/2025 - 08:12:12	bom dia, Manifestamos intenção de recurso, CONTRA nossa desclassificação e contra declarada vencedora, visto que a empresa declarada vencedora não atende integralmente em Termos Técnicos solicitado no Edital e em seu Termo de Referência, motivos os quais discorreremos em maiores detalhes em nossa peça recursal.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
02659246000103 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	27/02/2025 - 15:01:32	Sr. Pregoeiro, segue recurso Recurso - Alenquer.pdf.	Indeferido



Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
27/03/2025 - 15:34:16	RESPOSTA RECURSO EM ANEXO RECURSO RAI0 X.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
17/02/2025 - 08:09:47	Pregoeiro	bom dia
17/02/2025 - 08:09:53	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/02/2025 - 08:10:13	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/02/2025 - 08:10:13	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/02/2025 - 08:10:13	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/02/2025 - 08:10:13	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
17/02/2025 - 08:10:28	Pregoeiro	Daremos inicio a fase de lances, boa sorte a todos
17/02/2025 - 08:10:33	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
17/02/2025 - 08:25:45	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/02/2025 - 08:34:31	Sistema	O item 0001 teve como arrematante IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a - S/A com lance de R\$ 249.850,00.
17/02/2025 - 08:35:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/02/2025 às 08:45.
17/02/2025 - 08:35:40	Pregoeiro	Atenção, intenção de recurso é somente para fase de lances, documentação de habilitação jurídica não foi solicitado ainda
17/02/2025 - 08:36:12	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/02/2025 - 08:44:23	Sistema	O fornecedor Nova Médica Comércio e Serviços Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/02/2025 - 08:45:25	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/02/2025 - 08:48:42	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a foi definida pelo pregoeiro para 17/02/2025 às 10:46.
17/02/2025 - 08:50:17	Pregoeiro	Solicitamos da empresa ILACIR RESENDE FERREIRA, que apresente a proposta readequada, juntamente com a composição de custo, apresentando junto notas fiscais de entrada, contrato, recibos
17/02/2025 - 10:52:29	Sistema	O fornecedor IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a foi inabilitado no processo.
17/02/2025 - 10:52:29	Sistema	Motivo: não apresentou proposta readequada juntamente com a planilha de composição de custo
17/02/2025 - 10:52:29	Sistema	O fornecedor IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
17/02/2025 - 10:52:29	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda com lance de R\$ 295.000,00.
17/02/2025 - 10:54:45	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda foi definida pelo pregoeiro para 17/02/2025 às 12:55.
17/02/2025 - 10:55:56	Pregoeiro	Solicitamos da Empresa CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda, que apresente no prazo de duas horas proposta readequada, juntamente com planilha de composição de custo, junto com notas de entrada, contratos ou recebidos
17/02/2025 - 11:56:59	Sistema	O fornecedor CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
17/02/2025 - 13:16:20	Sistema	O fornecedor CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
17/02/2025 - 13:16:20	Sistema	Motivo: Não apresentou a planilha de custo juntamente com notas de entradas, contratos para comprovar a exequibilidade da proposta
17/02/2025 - 13:16:20	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VMI TECNOLOGIAS LTDA com lance de R\$ 298.000,00.
17/02/2025 - 13:17:02	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 17/02/2025 às 15:16.
17/02/2025 - 13:17:40	Pregoeiro	Solicitamos da Empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA, que apresente no prazo de duas horas proposta readequada, juntamente com planilha de composição de custo, junto com notas de entrada, contratos ou recebidos
17/02/2025 - 14:03:41	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
17/02/2025 - 14:04:29	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
17/02/2025 - 14:04:31	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
17/02/2025 - 14:04:34	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
17/02/2025 - 14:04:34	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
17/02/2025 - 15:41:50	Pregoeiro	Sessão suspensa, retornaremos no dia 18/02/2025 as 10 horas, sintam-se todos notificados



18/02/2025 - 09:05:53	Pregoeiro	COMUNICADO: Bom dia senhores licitantes, oa sessão que está marcado para hoje as 10 horas, será suspensa, pois o pregoeiro a tres dias passou por uma cirurgia, mesmo operado abriu a sessão e nessa madrugada passou ruim retornando para o hospital, a sessão será marcada para o dia 19/02 as 14 horas, qualquer informação será colocado no chat
19/02/2025 - 14:57:21	Pregoeiro	Boa tarde, daremos continuidade a sessão
19/02/2025 - 15:01:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 19/02/2025.
19/02/2025 - 15:01:18	Sistema	Motivo: Solicitamos que a empresa possa encaminhar no prazo estimado a planilha de custo devidamente assinada, acompanhada de notas de entradas de compra do produto, contratos em pasta somente com os documentos solicitados.
19/02/2025 - 16:23:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/02/2025 - 16:57:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 19/02/2025.
19/02/2025 - 16:57:24	Sistema	Motivo: Solicito a documentação de habilitação jurídica da empresa.
19/02/2025 - 17:07:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/02/2025 - 18:36:53	Pregoeiro	Sessão suspensa, retornaremos amanhã dia 20/02 as 8:30 horas
20/02/2025 - 08:40:11	Pregoeiro	Bom dia Senhores licitantes
20/02/2025 - 10:10:25	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA foi inabilitado no processo.
20/02/2025 - 10:10:25	Sistema	Motivo: Não apresentou o item 2.1.6 autos fisicos, não atendeu ao item 3.1 certidoes especificas e balanço 2023 está incompleto
20/02/2025 - 10:10:25	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
20/02/2025 - 10:10:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 320.000,00.
20/02/2025 - 10:10:50	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 12:10.
20/02/2025 - 10:11:40	Pregoeiro	Solicitamos da Empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, que apresente no prazo de duas horas proposta readequada, juntamente com planilha de composição de custo, junto com notas de entrada, contratos ou recibos
20/02/2025 - 12:06:58	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
20/02/2025 - 12:37:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:36 do dia 20/02/2025.
20/02/2025 - 12:37:07	Sistema	Motivo: Solicito que a empresa possa apresentar as documentações de habilitação jurídica conforme edital
20/02/2025 - 12:44:14	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/02/2025 - 14:50:26	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA foi inabilitado no processo.
20/02/2025 - 14:50:26	Sistema	Motivo: não atendeu ao 3.1.1. qualificação economica, 2.1.6 da regularidade fiscal
20/02/2025 - 14:50:26	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
20/02/2025 - 14:50:26	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Lotus Industria e Comercio Ltda com lance de R\$ 390.000,00.
20/02/2025 - 14:51:47	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Lotus Industria e Comercio Ltda foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2025 às 17:00.
20/02/2025 - 14:52:56	Pregoeiro	Solicito que a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, apresente a proposta readequada, juntamente com planilha de composição de custo e que apresente junto a documentação de habilitação jurídica
20/02/2025 - 15:22:34	Sistema	O fornecedor Lotus Industria e Comercio Ltda enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
20/02/2025 - 16:08:13	Pregoeiro	empresa Lotus Industria e Comercio Ltda, ratificando o nome da empresa correta na qual foi solicitada a documentação de habilitação jurídica
20/02/2025 - 17:12:42	Pregoeiro	Sessão suspensa, retornaremos amanhã dia 21/02 as 8:30 horas
21/02/2025 - 08:39:29	Pregoeiro	Bom dia Senhores licitantes
21/02/2025 - 08:44:44	Sistema	O fornecedor Lotus Industria e Comercio Ltda foi inabilitado no processo.
21/02/2025 - 08:44:44	Sistema	Motivo: não atendeu aos itens 2.1.6 da regularidade fiscal, 3.1 qualificação economica (certidoes especificas), 3.1.1 autos fisicos; certidão e/ou declaração passada pelo foro de sua sede indicando quais os Cartórios ou Offícios de Registros que controlam a distribuição de falência e concordatas em seu município, em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do certame
21/02/2025 - 08:44:44	Sistema	O fornecedor Lotus Industria e Comercio Ltda foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
21/02/2025 - 08:44:44	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com lance de R\$ 730.470,00.
21/02/2025 - 08:45:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 08:55 do dia 21/02/2025.
21/02/2025 - 08:48:46	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 689.990,00.
21/02/2025 - 08:57:11	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/02/2025 às 11:00.
21/02/2025 - 08:57:49	Pregoeiro	Solicitamos da empresa PARAMED a documentação de habilitação jurídica juntamente com a proposta readequada
21/02/2025 - 10:44:43	Sistema	O fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
21/02/2025 - 14:23:02	Pregoeiro	Sessão suspensa para analise de documentos, retornaremos dia 24/02 as 8:00 horas
24/02/2025 - 08:02:14	Pregoeiro	Bom dia Senhores licitantes
24/02/2025 - 08:02:39	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.



24/02/2025 - 08:03:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 24/02/2025 às 08:13.
24/02/2025 - 08:05:55	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/02/2025 - 08:12:12	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/02/2025 - 08:20:46	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
24/02/2025 - 08:20:46	Sistema	Intenção: Bom dia! Manifestamos a intenção de recurso contra a nossa desclassificação e pelo fato da empresa habilitada não atender os requisitos solicitados no edital. Ademais considerações será apresentada na nossa peça recursal.
24/02/2025 - 08:20:49	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
24/02/2025 - 08:20:49	Sistema	Intenção: bom dia, Manifestamos intenção de recurso, CONTRA nossa desclassificação e contra declarada vencedora, visto que a empresa declarada vencedora não atende integralmente em Termos Técnicos solicitado no Edital e em seu Termo de Referência, motivos os quais discorreremos em maiores detalhes em nossa peça recursal.
24/02/2025 - 08:23:14	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 27/02/2025 às 18:00, com limite de contrarrazão para 05/03/2025 às 18:00.
27/02/2025 - 15:01:32	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
05/03/2025 - 17:15:05	Sistema	O fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0001.
06/03/2025 - 08:52:59	Pregoeiro	Bom dia, informamos que estão sendo analisados o recurso e a contrarrazão. Iremos informar um dia antes no chat quando for dado a resposta do recurso no sistema
21/03/2025 - 14:01:26	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
21/03/2025 - 14:01:37	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/04/2025 - 14:58:59	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por HEVERTON DOS SANTOS SILVA.
01/04/2025 - 14:59:19	Sistema	O Item 0001 foi homologado por HEVERTON DOS SANTOS SILVA.
10/10/2025 - 14:49:47	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (1 ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 02-2025- RAO X.pdf) em 10/10/2025 às 14:49.
22/10/2025 - 10:35:59	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL RAO X OFICIAL.pdf) em 22/10/2025 às 10:35.
22/10/2025 - 10:42:44	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo EDITAL RAO X.pdf foi desvinculado do processo.

Nilson Afonso Correa Fonseca
Pregoeiro

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
Autoridade Competente

Erivaldo Rodrigues de Sousa
Apoio

