

**RESPOSTA CONCLUSIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES EM
RELAÇÃO À PROPOSTA COMERCIAL FORNECIDA PELA EMPRESA VMI
TECNOLOGIAS LTDA - PROCESSO LICITATÓRIO nº 023/2025 -PREGÃO
Nº 017/2025- EDITAL Nº 019/2025.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ARCO CIRÚRGICO COM DETECTOR DIGITAL DE IMAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES NO MUNICÍPIO DE BOCAIUVA-MG.

PRELIMINARMENTE:

O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES, estabelecido na Praça Zico Caldeira, nº 50, Centro, CEP 39.390-000, Bocaiúva/MG, CNPJ 04.842.827/0001-01, vem respeitosamente após análise técnica responder conclusivamente a análise de proposta fornecida pela empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ARCO CIRÚRGICO COM DETECTOR DIGITAL DE IMAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES NO MUNICÍPIO DE BOCAIUVA-MG.

APÓS ANALISE TÉCNICA VERIFICOU-SE:

- 1) **O EDITAL SOLICITA:** - ROTAÇÃO ORBITAL DE IGUAL OU SUPERIOR A 150°;
-A EMPRESA VMI TECNOLOGIAS LTDA FORNECE: O EQUIPAMENTO POSSUI +96 E -51, (147 DE MOVIMENTO TOTAL).

9.15 DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

Dados Técnicos	
Peso	320 ± 16 Kg
Largura	≈ 0,79 m
Comprimento na posição de transporte	≈ 1,75 m
Altura da base	≈ 0,15 m
Altura na posição de transporte	≈ 1,74 m
Deslocamento Vertical do Arco C	≈ 0,46 m
Deslocamento Horizontal do Arco C	≈ 0,20 m
Movimento Angular do Arco C	+200° / -200°
Movimento Orbital do Arco C	+96° / -51°
Movimento Articular do Arco C	+10° / -10°
Distância Ponto Focal - Receptor (SID)	1,10 m
Distância Arco C – Ponto Focal	0,73 m
Distância Detector – Janela RX	0,86 m
Distância Mínima Piso – Janela RX	0,53 m
Movimentos	Manual: Duas rodas dianteiras. Duas rodas traseiras c/ freio e giro +90° / -90, para movimento longitudinal. Máxima altura do obstáculo: 0,06 m

- 2) **O EDITAL SOLICITA:** TOTAL FILTRAÇÃO: ≥ 3,3 MM AL + 0.1 MM CU;
-A EMPRESA VMI TECNOLOGIAS LTDA FORNECE: TOTAL FILTRAÇÃO: ≥ 2,7 MM AL + 0.1 MM CU;



NOTA: As Especificações Técnicas dos Colimadores utilizadas neste equipamento estão descritas no DOC.07.09.002, disponibilizado ao cliente juntamente com este Manual.

Filtração Total do Conjunto @ 75kV

	Opções Colimador			
	0 mmAl	2,0mmAl	1,0mmAl + 0,1mmCu	1,0mmAl + 0,2mmCu
Colimador	0 mmAl	2 mmAl	3 mmAl	5,6 mmAl
Monobloco + Tampas	1,3 mmAl	1,3 mmAl	1,3 mmAl	1,3 mmAl
PDA (DAP)	0,2 mmAl	0,2 mmAl	0,2 mmAl	0,2 mmAl
Filtro adicional não removível	1,2 mmAl	1,2 mmAl	1,2 mmAl	1,2 mmAl
TOTAL:	2,7 mmAl	4,7 mmAl	5,7 mmAl	8,3 mmAl

Sendo assim, a empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA, NÃO atende na sua totalidade as especificações solicitadas no edital, fazendo com que a sua proposta seja declinada pela equipe técnica.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE TÉCNICA:

1. Foram esclarecidos ponto-a-ponto no corpo do tópico anterior, para melhor entendimento, mas ficamos disponíveis para esclarecimentos adicionais;
2. Cabe lembrar que os descritivos são montados a partir de um dos modelos-padrão constantes em um Banco de Descritivos e é apenas orientativo em relação ao nível (patamar) de exigências e de qualidades. Qualquer alteração ou desalinhamento do que a postulante venha a oferecer não serão aceitos, já que o descritivo é montado por profissional qualificado e aprovado pela equipe médica e técnica. Por este motivo, após análise minuciosa quanto às especificações apresentadas pela empresa **VMI TECNOLOGIAS LTDA**, e mais precisamente pelos itens pontuados acima, solicito que seja DECLINADA a proposta apresentada, por não atender alguns dos requisitos especificados no objeto solicitado.
3. Por considerarmos que respondemos com exatidão com clareza e precisão a análise técnica a cerca da oferta apresentada, **INDEFIRO** a proposta enviada pela empresa **VMI TECNOLOGIAS LTDA** e solicito que a instituição EVOLUA normalmente para análise da próxima proposta até a conclusão do processo.

Bocaiúva, 10 de junho de 2025.



José Hélio Leite
Diretor Executivo