

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90069/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Lâmina laringoscópio

Descrição Detalhada: Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Reta, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 00
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 103 **Quantidade Mínima Cotada:** 103
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 146,47
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 206
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (103)
Grupo: G1

2 - Lâmina laringoscópio

Descrição Detalhada: Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Reta, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 0
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 146,47
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 210
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (105)
Grupo: G1

3 - Lâmina laringoscópio

Descrição Detalhada: Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Reta, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 1
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 108 **Quantidade Mínima Cotada:** 108
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 146,47
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 216
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (108)
Grupo: G1

4 - Lâmina laringoscópio

Descrição Detalhada: Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Reta, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 2
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 108 **Quantidade Mínima Cotada:** 108
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 149,83
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 216
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (108)
Grupo: G1

5 - Lâmina laringoscópio

Descrição Detalhada: Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Reta, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 164,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (65)

Grupo: G1

6 - Lâmina laringoscópio

Descrição Detalhada: Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Reta, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 164,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (64)

Grupo: G1

7 - Lâmina laringoscópio

Descrição Detalhada: Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Curva, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83

Quantidade Mínima Cotada: 83

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 164,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 166

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (83)

Grupo: G1

8 - Lâmina laringoscópio

Descrição Detalhada: Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Curva, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 164,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (85)

Grupo: G1

9 - Lâmina laringoscópio

Descrição Detalhada: Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Curva, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 164,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 216

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (108)

Grupo: G1

10 - Lâmina laringoscópio

Descrição Detalhada: Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Curva, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109

Quantidade Mínima Cotada: 109

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 218

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (109)

Grupo: G1

11 - Lâmina laringoscópio

Descrição Detalhada: Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Curva, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 111

Quantidade Mínima Cotada: 111

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 222

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (111)

Grupo: G1

12 - Lâmina laringoscópio

Descrição Detalhada: Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Curva, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (59)

Grupo: G1

13 - Lâmina laringoscópio

Descrição Detalhada: Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Curva, Tipo Lâmpada: Halógena, Tamanho: Nº 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (55)

Grupo: G1

14 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Espelho De Laringe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (70)

Grupo: G1

15 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Espelho De Laringe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 126

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (63)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1 | | | |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1 | Lâmina laringoscópio | 103 | Unidade |
| 2 | Lâmina laringoscópio | 105 | Unidade |
| 3 | Lâmina laringoscópio | 108 | Unidade |
| 4 | Lâmina laringoscópio | 108 | Unidade |
| 5 | Lâmina laringoscópio | 65 | Unidade |
| 6 | Lâmina laringoscópio | 64 | Unidade |
| 7 | Lâmina laringoscópio | 83 | Unidade |
| 8 | Lâmina laringoscópio | 85 | Unidade |
| 9 | Lâmina laringoscópio | 108 | Unidade |
| 10 | Lâmina laringoscópio | 109 | Unidade |
| 11 | Lâmina laringoscópio | 111 | Unidade |
| 12 | Lâmina laringoscópio | 59 | Unidade |
| 13 | Lâmina laringoscópio | 55 | Unidade |
| 14 | Cabo | 70 | Unidade |
| 15 | Cabo | 63 | Unidade |