



**TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS**

**PAE Nº E- 2026/2554326**

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO:**

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de **MATERIAL TÉCNICO - CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEIS EM PVC COM BALÃO**, Conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 A aquisição em **lote único** fundamenta-se nos princípios da eficiência e economicidade, conforme a Lei nº 14.133/2021, considerando que os itens são correlatos e de uso contínuo.

**LOTE ÚNICO**

Nº	COD MV	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT
1	2072785	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 3.0MM: CONFECCIONADA EM PVC FLEXIVEL, ISENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE E TERMOSENSÍVEL MOLDÁVEL QUANDO AQUECIDA PELA TEMPERATURA CORPORAL, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, MALEÁVEL, DE EXTREMIDADE ARREDONDADA QUE FACILITA A INSERÇÃO, DIÂMETRO INTERNO DE APROXIMADAMENTE 3,0MM, DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 4,3MM, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 25MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 35MM. POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE	UND	30



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
2	2073412	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 3.5MM: CONFECCIONADA EM PVC FLEXIVEL, ISENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE E TERMOSENSÍVEL MOLDÁVEL QUANDO AQUECIDA PELA TEMPERATURA CORPORAL, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, MALEÁVEL, DE EXTREMIDADE ARREDONDADA QUE FACILITA A INSERÇÃO, DIÂMETRO INTERNO DE APROXIMADAMENTE 3,5MM, DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 5,2MM, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 30MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 40MM. POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	30
3	1011359	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 8.0MM: CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO	UND	30



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
4	1011367	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 8.5MM: CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	30
5	1117513	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 4.0MM: CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE	UND	30



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
6	1011383	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 5.0MM: CONFECCIONADA EM PVC FLEXIVEL, ISENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE E TERMOSENSÍVEL MOLDÁVEL QUANDO AQUECIDA PELA TEMPERATURA CORPORAL, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, MALEÁVEL, DE EXTREMIDADE ARREDONDADA QUE FACILITA A INSERÇÃO, DIÂMETRO INTERNO DE APROXIMADAMENTE 5,0MM, DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 7,0MM, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 37MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 47MM. POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	30
7	1909185	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 5.5MM: CONFECCIONADA EM PVC FLEXIVEL, ISENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE E TERMOSENSÍVEL MOLDÁVEL QUANDO AQUECIDA PELA TEMPERATURA	UND	30



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		<p>CORPORAL, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, MALEÁVEL, DE EXTREMIDADE ARREDONDADA QUE FACILITA A INSERÇÃO, DIÂMETRO INTERNO DE APROXIMADAMENTE 5,5MM, DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 8,0MM, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 40MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 50MM. POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.</p>		
8	1011332	<p>CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 6.0MM: CONFECCIONADA EM PVC FLEXIVEL, ISENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE E TERMOSENSÍVEL MOLDÁVEL QUANDO AQUECIDA PELA TEMPERATURA CORPORAL, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, MALEÁVEL, DE EXTREMIDADE ARREDONDADA QUE FACILITA A INSERÇÃO, DIÂMETRO INTERNO DE APROXIMADAMENTE 6,0MM, DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 8,7MM, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 54MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 64MM. POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA</p>	UND	30



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
9	2073420	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 6.5MM: CONFECCIONADA EM PVC FLEXIVEL, ISENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE E TERMOSENSÍVEL MOLDÁVEL QUANDO AQUECIDA PELA TEMPERATURA CORPORAL, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, MALEÁVEL, DE EXTREMIDADE ARREDONDADA QUE FACILITA A INSERÇÃO, DIÂMETRO INTERNO DE APROXIMADAMENTE 6,5MM, DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 8,7MM, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 54MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 64MM. POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	30
10	1011340	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 7.5MM: CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL	UND	30



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
11	1011375	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 9.0MM: CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	30
12	1011308	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 4.5MM: CONFECCIONADA EM PVC FLEXIVEL, ISENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE E TERMOSENSÍVEL MOLDÁVEL QUANDO AQUECIDA PELA TEMPERATURA CORPORAL, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL	UND	30



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, MALEÁVEL, DE EXTREMIDADE ARREDONDADA QUE FACILITA A INSERÇÃO, DIÂMETRO INTERNO DE APROXIMADAMENTE 4,5MM, DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 6,5MM, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 35MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 45MM. POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
13	61697	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 7.0MM: CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	30

## **2 - JUSTIFICATIVA – Necessidade da contratação**

2.1 Trata-se da aquisição, pelo período de 04 (quatro) meses, de material técnico-hospitalar – cânulas para traqueostomia descartáveis em pvc com balão, considerando a necessidade de garantir o abastecimento contínuo desses insumos, uma vez que o Pregão SRP 90034/2025 (Protocolo: E-2025/2201922) encontra-se em andamento, sem contrato vigente para atendimento da demanda imediata. A ausência de cobertura contratual suficiente pode comprometer a continuidade dos serviços assistenciais, configurando risco de desabastecimento.

2.2- Assim, a demanda justifica-se pela necessidade de assegurar a continuidade e a segurança dos serviços de saúde, especialmente diante da ampliação da demanda assistencial decorrente da assunção temporária da gestão do Hospital Estadual Materno Infantil de Ananindeua – Anita Gerosa, com o conseqüente acréscimo de leitos sob responsabilidade da Fundação. Dessa forma, a fim de evitar a descontinuidade dos serviços e eventuais prejuízos à assistência prestada aos pacientes, justifica-se a contratação com fundamento no art. 75, da Lei nº 14.133/2021.

2.3- A utilização de tais itens é contínua e pode ser necessário seu uso a qualquer momento de acordo com a demanda de atendimentos assistencial. vale ressaltar, que por se tratar de um hospital com o Perfil Assistencial na Atenção a Saúde da Criança, Atenção a Saúde da Mulher, e Atenção a Saúde do Adulto, prestando serviços ambulatoriais e de internação, além disso o hospital está cadastrado como referência na atenção à gestante de alto risco e ao recém-nascido.

## **3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO**

**- Análise de possíveis soluções para atender demanda definida neste instrumento:**

### **3.1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO**

3.1.1 **Com fundamento no Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/21** - Esta solução é a que melhor se adequa à contratação em tela, tendo em vista a urgência na aquisição dos materiais

e a continuidade dos serviços oferecidos pela Fundação. Por tratar-se de uma contratação por escopo, será efetuada a aquisição de uma única vez. Ressalta-se que a dispensa eletrônica não restringe a competitividade e é um processo mais célere.

#### **4 - NATUREZA DO BEM**

##### **4.1 – A natureza do bem é comum**

#### **5 - PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANÇA DO BEM**

5.1 Não será exigida certificado junto a órgãos de qualidade.

#### **6 - AMOSTRAS**

6.1 Será solicitada amostra, caso não seja comprovado o atendimento a especificação do material através de manuais ou outros documentos poderá ser exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente amostra(s) grátis do(s) item(ns) para verificação da compatibilidade com as especificações do TERMO DE REFERÊNCIA e consequente aceitação da proposta. Quando solicitadas, as amostras deverão ser entregues no prazo de 01 (um) dia útil, a contar da data de convocação, por se tratar de compra emergencial, através do canal de comunicação eletrônica (chat), para parecer técnico;

6.2 As amostras solicitadas deverão estar identificadas com a descrição e o número do item a que se referem bem como conter os dados de identificação do licitante.

6.3 A amostra deve constar os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, dispendo também de informações quanto às suas características, tais como, data de fabricação, prazo de validade, sua marca, nº de referência, código do produto e modelo.

6.4 Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

6.5 Qualidade da matéria prima e componentes

6.6 Desempenho na utilização.

6.7 Verificação da descrição do material contida no rótulo e na ficha técnica, essa deve estar de acordo com as especificações do Termo de Referência.

6.8 Será verificado em cada item se o produto atende à sua especificação, finalidade, objetivo e uso. Além disso, se atende à finalidade com qualidade satisfatória, durabilidade e adequabilidade às necessidades do paciente e/ou do procedimento ao qual é indicado.

6.9 O licitante que deixar de encaminhar amostra no prazo estabelecido e/ou deixar de atender convocação relativa à apresentação de amostra terá sua proposta recusada, assim como no caso de reprovação da amostra.

## **7 - GARANTIA DOS PRODUTOS**

7.1 – O produto não deve ter garantia, de acordo com o estudo técnico preliminar.

## **8 - ASSISTENCIA TÉCNICA**

8.1 Não há necessidade de assistência técnica.

## **9. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO :**

9.1 Não há necessidade de manutenção.

## **10- CRITERIOS DE SELEÇÃO**

### **10.1 DISPENSA DE LICITAÇÃO.**

**Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, da Lei Federal nº 14.133/21.**

**10.1.1 Esta solução é a que melhor se adequa à contratação em tela. Como trata-se de uma contratação por escopo, será efetuada a aquisição de uma única vez, a dispensa eletrônica não restringe a competitividade e é um processo mais célere.**

10.1.2 Será julgado o critério de menor preço, desde que atendas as especificações e se enquadre no padrão de qualidade e notificações já realizadas pela fundação.

10.1.3 O Orçamento da estimativa não será sigiloso.

## **11 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS:**

10.1 A proposta deve observar os valores unitários e global máximos aceitáveis conforme planilha de composição de preços do orçamento estimado.

10.2 Não Há itens de participação exclusiva de Microempresas.

## **11 REQUISITOS DA CONTRADADA**

11.1 Não será exigida qualificação técnica

11.2 Fornecer os produtos atendendo plena e satisfatoriamente o especificado no Termo de Referência, entregando o objeto nas quantidades e prazos estabelecidos

11.3 - Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto entregue

11.4 - A entrega do objeto deve ser com nota fiscal eletrônica de acordo com o especificado na nota de empenho, juntando a esta as Certidões de Regularidade Fiscal (FGTS, Previdenciária, Dívida Ativa da União e Receita Estadual).

11.5 - A entrega do objeto em desacordo com o solicitado neste Termo e aprovado pelo parecer técnico, deverá ser trocado no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação do erro.

11.6 - O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

11.7 Fornecer os produtos novos, de primeiro uso e que estejam na linha de produção atual do fabricante e em perfeitas condições de uso, conforme as propostas apresentadas e suas especificações.

11.8 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas no presente instrumento.

11.9 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FSCMPA

11.10 Não há critérios de Sustentabilidade para contratação

## **12 FORMA DE ENTREGA**

12.1 A entrega deverá ser imediata e integral após o recebimento da Nota de Empenho.

12.2 A contratada deverá assegurar a entrega imediata dos itens, contada a partir do recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, considerando a natureza emergencial da demanda, não sendo admitidos prazos dilatados que comprometam a continuidade da assistência. Será considerado como critério de aceitação da proposta a

comprovação de disponibilidade imediata em estoque, bem como a capacidade de fornecimento no menor prazo possível, em atendimento ao interesse público e à necessidade de manutenção dos serviços essenciais de saúde.

### **13 LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:**

13.1 Almojarifado Central da Santa Casa, localizado na **Rua Oliveira Belo 395**, no Bairro do Umarizal, **CEP: 66050-380 -Belém/PA**.

13.2 O horário de entrega é das 08:00 às 15:00 horas de segunda a sexta-feira. Podendo ser agendado pelo telefone (91) 3251-7371.

### **14 - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E E-MAIL:**

#### **14.1 Responsáveis pelo recebimento:**

Funcionários da CALM/FSCMP.

Telefone: (91) 3251-7371.

email: [almojarifado@santacasa.pa.gov.br](mailto:almojarifado@santacasa.pa.gov.br)

### **15 - VALIDADE:**

15.1 Quando a vida útil for igual ou inferior a 12 (doze) meses, validade mínima de 70% (setenta por cento).

15.2 Quando a vida útil for superior a 12 (doze) meses, validade mínima de 50% (cinquenta por cento)

### **16 - PRAZO DE PAGAMENTO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DE CONTRATO**

#### **16.1 PRAZO DE PAGAMENTO:**

O prazo de garantia contratual não se aplica pois deve ser realizado em entrega única.

#### **16.2 VIGENCIA CONTRATUAL:**

16.2.1 não se aplica.

#### **16.3 PRORROGAÇÃO**

16.3.1 Sem prorrogação.

#### **16.4 FORMA DE PAGAMENTO:**

16.4.1 A forma de pagamento será por ordem bancária na conta corrente da contratada, no prazo de até 30 dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura) com comprovante de regularidade fiscal da contratada.

16.4.2 A prova de Regularidade Fiscal pode ser feita por consulta SICAF ou Cadastramento Unificado de Licitante, ou ainda pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar aos sistemas oficiais.

## **17 GARANTIA DO CONTRATO**

17.1 Não se aplica, pois, a garantia é obrigatória para os contratos que envolvam a execução de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos do inciso VI do art. 8º do Decreto nº 9.507, de 2018, e do item 3 do Anexo VII-F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017, o que não é o caso da presente contratação.

## **18 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**18.1** A Fundação será responsável por acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, bem como verificar a conformidade das especificações técnicas e a qualidade dos produtos entregues.

Belém (PA), 13 de Abril 2026.

**MANUELA FONSECA**

Gerente de Estoque - 57221496



## ASSINATURAS

**Número do Protocolo:** 2026/2554326

**Anexo/Sequencial:** 8

*Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2016.*

### **Assinatura(s) do Documento:**

**Assinado eletronicamente por:** Manuela Paes Fonseca,

**CPF:** \*\*\*.681.312-\*\*

**Em:** 13/04/2026 16:40:24

**Aut. Assinatura:** 23ce689c71686918d3ea4c91b16da3c6d020ceb9095803e2df69bc9c55cf34c7



**Identificador de autenticação:** 5c4ce202-4993-4de6-be04-59311766b72d

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>