



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

PAE Nº E- 2026/2580554

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO:

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de **MATERIAL TÉCNICO-DRENOS TORÁDICOS EM PVC COM FILETE RADIOPACO EM MÚLTIPLOS CALIBRES, DRENOS TIPO PENROSE, DRENOS DE SUÇÃO EM BORRACHA E SISTEMA DE DRENAGEM TORÁXICA**, Conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 O objeto foi dividido em 04 (quatro) lotes, tendo em vista critérios de similaridade técnica, finalidade de uso e especificidade dos materiais, proporcionando melhor organização do processo licitatório e maior eficiência na condução da contratação.

DIVISÃO EM LOTES – MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR

LOTE 01 – DRENO TORÁCIDO, EM PVC

Nº	COD MV	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT
1	1848810	DRENO TORÁCIDO, EM PVC, COM FILETE RADIOPACO, 12FR X 42CM: FABRICADO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, GRADUADO, DESCARTÁVEL, MULTIPERFURADO, EXTREMIDADE ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. DEVE POSSUIR UM CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	200
2	1848828	DRENO TORÁCIDO, EM PVC, COM FILETE RADIOPACO, 14FR X 42CM: FABRICADO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, GRADUADO, DESCARTÁVEL, MULTIPERFURADO, EXTREMIDADE ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. DEVE POSSUIR UM CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. A	UND	200

TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
3	1846590	DRENO TORÁCICO, EM PVC, COM FILETE RADIOPACO, 16FR X 42CM: FABRICADO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, GRADUADO, DESCARTÁVEL, MULTIPERFURADO, EXTREMIDADE ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. DEVE POSSUIR UM CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	200
4	1846604	DRENO TORÁCICO, EM PVC, COM FILETE RADIOPACO, 18FR X 42CM: FABRICADO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, GRADUADO, DESCARTÁVEL, MULTIPERFURADO, EXTREMIDADE ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. DEVE POSSUIR UM CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	200
5	1846612	DRENO TORÁCICO, EM PVC, COM FILETE RADIOPACO, 20FR X 42CM: FABRICADO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, GRADUADO, DESCARTÁVEL, MULTIPERFURADO, EXTREMIDADE ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. DEVE POSSUIR UM CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	200
6	1846620	DRENO TORÁCICO, EM PVC, COM FILETE RADIOPACO, 22FR X 42CM: FABRICADO EM PVC FLEXIVEL,	UND	200



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, GRADUADO, DESCARTÁVEL, MULTIPERFURADO, EXTREMIDADE ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. DEVE POSSUIR UM CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
7	1846639	DRENO TORÁCICO, EM PVC, COM FILETE RADIOPACO, 24FR X 42CM: FABRICADO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, GRADUADO, DESCARTÁVEL, MULTIPERFURADO, EXTREMIDADE ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. DEVE POSSUIR UM CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	200
8	1848836	DRENO TORÁCICO, EM PVC, COM FILETE RADIOPACO, 26FR X 42CM: FABRICADO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, GRADUADO, DESCARTÁVEL, MULTIPERFURADO, EXTREMIDADE ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. DEVE POSSUIR UM CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	200
9	1848852	DRENO TORÁCICO, EM PVC, COM FILETE RADIOPACO, 30FR X 42CM: FABRICADO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, GRADUADO, DESCARTÁVEL, MULTIPERFURADO, EXTREMIDADE ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. DEVE POSSUIR UM CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA	UND	200

TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
10	1848860	DRENO TORÁCICO, EM PVC, COM FILETE RADIOPACO, 32FR X 42CM: FABRICADO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, GRADUADO, DESCARTÁVEL, MULTIPERFURADO, EXTREMIDADE ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. DEVE POSSUIR UM CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	200
11	1848879	DRENO TORÁCICO, EM PVC, COM FILETE RADIOPACO, 34FR X 42CM: FABRICADO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, GRADUADO, DESCARTÁVEL, MULTIPERFURADO, EXTREMIDADE ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA. DEVE POSSUIR UM CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	200

LOTE II - DRENO EM BORRACHA, PARA SUCCÃO

12	193739	DRENO EM BORRACHA, PARA SUCCÃO, COM AGULHA 3.2MM: NÃO REESTERILIZAVEL, COM INTRODUTOR METALICO(AGULHA EM AÇO INOX), COM GRADUAÇÃO DE 5 EM 5CM, PERFURAÇÕES ALTERNADAS, RADIOPACO, CONEXÃO EM TRAVA DE SEGURANÇA, CONECTOR EM 3 VIAS E ALÇA PARA TRANSPORTE. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL EM GRAU CIRURGICO DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UND	100
13	193747	DRENO EM BORRACHA, PARA SUCCÃO, COM	UND	100

TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		AGULHA 4.8MM: NÃO REESTERILIZAVEL, COM INTRODUTOR METALICO(AGULHA EM AÇO INOX), COM GRADUAÇÃO DE 5 EM 5CM, PERFURAÇÕES ALTERNADAS, RADIOPACO, CONEXÃO EM TRAVA DE SEGURANÇA, CONECTOR EM 3 VIAS E ALÇA PARA TRANSPORTE. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL EM GRAU CIRURGICO DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.		
14	193755	DRENO EM BORRACHA, PARA SUCCÃO, COM AGULHA 6.4MM: NÃO REESTERILIZAVEL, COM INTRODUTOR METALICO(AGULHA EM AÇO INOX), COM GRADUAÇÃO DE 5 EM 5CM, PERFURAÇÕES ALTERNADAS, RADIOPACO, CONEXÃO EM TRAVA DE SEGURANÇA, CONECTOR EM 3 VIAS E ALÇA PARA TRANSPORTE. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL EM GRAU CIRURGICO DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.		100

LOTE III - DRENO EM BORRACHA DE PENHOUSE

15	157570	DRENO EM BORRACHA DE PENHOUSE Nº 1, COM 0.20 X 6.5MM, ESTERIL: CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, FLEXIVEL, FORMATO TUBULAR UNIFORME EM TODA EXTENSÃO. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA		100
16	182931	DRENO EM BORRACHA DE PENHOUSE Nº 2, COM 0.20 X 12.7MM, ESTERIL: CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, FLEXIVEL, FORMATO TUBULAR UNIFORME EM TODA EXTENSÃO, LUBRIFICADO COM PÓ		100

TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		BIOABSORVIVEL. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA		
17	157589	DRENO EM BORRACHA DE PENHOUSE Nº 3, COM 0.20 X 6.5MM, ESTERIL: CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, FLEXIVEL, FORMATO TUBULAR UNIFORME EM TODA EXTENSÃO, LUBRIFICADO COM PÓ BIOABSORVIVEL. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA		100
18	227056	DRENO EM BORRACHA DE PENHOUSE Nº 4, COM 0.15 X 300MM, ESTERIL: CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, FLEXIVEL, FORMATO TUBULAR UNIFORME EM TODA EXTENSÃO, LUBRIFICADO COM PÓ BIOABSORVIVEL. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		100

LOTE IV - SISTEMA DE DRENAGEM TORÁXICA PARA ASPIRAÇÃO CONTINUA

19	2070685	SISTEMA DE DRENAGEM TORÁXICA PARA ASPIRAÇÃO CONTINUA, COM CAMARA SIMPLES: COM SELO D"AGUA DE 40ML, REGULAÇÃO MANUAL COM CONTROLE DE SUCCÃO POR VÁLVULA ATMOSFÉRICA POR PRESSÃO NEGATIVA DE ATÉ 40CMH20, MARCAÇÃO MILIMETRADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SELO D"AGUA E DETECÇÃO DE FUGA AÉREA COM COLUNAS DIVIDIDAS E INDIVIDUALIZADAS, CAPACIDADE DE RECEPÇÃO DE LÍQUIDO PLEURAS NO TOTAL DE 2.100ML, SAÍDA		15
----	---------	--	--	----



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		PARA COLETA DE AMOSTRAS, PARA PACIENTES COM DRENAGEM TORÁXICA UNILATERAL E BILATERAL. NA EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONSTAR NOME E MARCA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
20	1975951	SISTEMA DE DRENAGEM TORÁXICA PARA ASPIRAÇÃO CONTINUA, COM CAMARA DUPLA: COM SELO D"AGUA DE 40ML, REGULAÇÃO MANUAL COM CONTROLE DE SUCCÃO POR VÁLVULA ATMOSFÉRICA POR PRESSÃO NEGATIVA DE ATÉ 40CMH20, MARCAÇÃO MILIMETRADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SELO D"AGUA E DETECÇÃO DE FUGA AÉREA COM COLUNAS DIVIDIDAS E INDIVIDUALIZADAS, CAPACIDADE DE RECEPÇÃO DE LÍQUIDO PLEURAS NO TOTAL DE 2.100ML, SAÍDA PARA COLETA DE AMOSTRAS, PARA PACIENTES COM DRENAGEM TORÁXICA UNILATERAL E BILATERAL. NA EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONSTAR NOME E MARCA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		15

2 - JUSTIFICATIVA – Necessidade da contratação

2.1 Trata-se da aquisição, pelo período de 04 (quatro) meses, de material técnico-hospitalar – drenos torácicos em pvc com filete radiopaco em múltiplos calibres, drenos tipo penrose, drenos de sucção em borracha e sistema de drenagem torácica. Informamos que o Pregões SRP 90068/2025 (Protocolo: E-2025/2942572) e SRP 90036/2025 (E-2025/2243256) encontram-se em andamento, sem contrato vigente para atendimento da demanda imediata. A ausência de cobertura contratual suficiente pode comprometer a continuidade dos serviços assistenciais, configurando risco de desabastecimento.

2.2- Destaca-se, ainda, que a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará vem operando sob significativa pressão assistencial, decorrente da elevada demanda por atendimentos, sobretudo

na área materno-infantil. Ademais, registra-se a ampliação da capacidade instalada da instituição, com o incremento de 62 (sessenta e dois) leitos de maternidade, o que impacta diretamente no aumento do consumo de insumos hospitalares e exige o reforço contínuo do abastecimento, a fim de garantir a adequada cobertura assistencial.

2.3- Dessa forma, a presente demanda justifica-se pela necessidade de assegurar a continuidade, eficiência e segurança dos serviços de saúde, evitando prejuízos à assistência hospitalar e garantindo o adequado atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

2.4- A utilização de tais itens é contínua e pode ser necessário seu uso a qualquer momento de acordo com a demanda de atendimentos assistencial. vale ressaltar, que por se tratar de um hospital com o Perfil Assistencial na Atenção a Saúde da Criança, Atenção a Saúde da Mulher, e Atenção a Saúde do Adulto, prestando serviços ambulatoriais e de internação, além disso o hospital está cadastrado como referência na atenção à gestante de alto risco e ao recém-nascido.

3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

- Análise de possíveis soluções para atender demanda definida neste instrumento:

3.1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

3.1.1 **Com fundamento no Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/21** - Esta solução é a que melhor se adequa à contratação em tela, tendo em vista a urgência na aquisição dos materiais e a continuidade dos serviços oferecidos pela Fundação. Por tratar-se de uma contratação por escopo, será efetuada a aquisição de uma única vez. Ressalta-se que a dispensa eletrônica não restringe a competitividade e é um processo mais célere.

4 - NATUREZA DO BEM

4.1 – A natureza do bem é comum

5 - PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANÇA DO BEM

5.1 Não será exigida certificado junto a órgãos de qualidade.

6 - AMOSTRAS

6.1 Será solicitada amostra, caso não seja comprovado o atendimento a especificação do material através de manuais ou outros documentos poderá ser exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente amostra(s) grátis do(s) item(ns) para verificação da compatibilidade com as especificações do TERMO DE REFERÊNCIA e consequente aceitação da proposta. Quando solicitadas, as amostras deverão ser entregues no prazo de 01 (um) dia útil, a contar da data de convocação, por se tratar de compra emergencial, através do canal de comunicação eletrônica (chat), para parecer técnico;

6.2 As amostras solicitadas deverão estar identificadas com a descrição e o número do item a que se referem bem como conter os dados de identificação do licitante.

6.3 A amostra deve constar os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, dispendo também de informações quanto às suas características, tais como, data de fabricação, prazo de validade, sua marca, nº de referência, código do produto e modelo.

6.4 Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

6.5 Qualidade da matéria prima e componentes

6.6 Desempenho na utilização.

6.7 Verificação da descrição do material contida no rótulo e na ficha técnica, essa deve estar de acordo com as especificações do Termo de Referência.

6.8 Será verificado em cada item se o produto atende à sua especificação, finalidade, objetivo e uso. Além disso, se atende à finalidade com qualidade satisfatória, durabilidade e adequabilidade às necessidades do paciente e/ou do procedimento ao qual é indicado.

6.9 O licitante que deixar de encaminhar amostra no prazo estabelecido e/ou deixar de atender convocação relativa à apresentação de amostra terá sua proposta recusada, assim como no caso de reprovação da amostra.

7 - GARANTIA DOS PRODUTOS

7.1 – O produto não deve ter garantia, de acordo com o estudo técnico preliminar.

8 - ASSISTENCIA TÉCNICA

8.1 Não há necessidade de assistência técnica.



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

9. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO :

9.1 Não há necessidade de manutenção.

10- CRITERIOS DE SELEÇÃO

10.1 DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, da Lei Federal nº 14.133/21.

10.1.1 Esta solução é a que melhor se adequa à contratação em tela. Como trata-se de uma contratação por escopo, será efetuada a aquisição de uma única vez, a dispensa eletrônica não restringe a competitividade e é um processo mais célere.

10.1.2 Será julgado o critério de menor preço, desde que atendas as especificações e se enquadre no padrão de qualidade e notificações já realizadas pela fundação.

10.1.3 O Orçamento da estimativa não será sigiloso.

11 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS:

10.1 A proposta deve observar os valores unitários e global máximos aceitáveis conforme planilha de composição de preços do orçamento estimado.

10.2 Não Há itens de participação exclusiva de Microempresas.

11 REQUISITOS DA CONTRADADA

11.1 Não será exigida qualificação técnica

11.2 Fornecer os produtos atendendo plena e satisfatoriamente o especificado no Termo de Referência, entregando o objeto nas quantidades e prazos estabelecidos

11.3 - Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto entregue

11.4 - A entrega do objeto deve ser com nota fiscal eletrônica de acordo com o especificado na nota de empenho, juntando a esta as Certidões de Regularidade Fiscal (FGTS, Previdenciária, Dívida Ativa da União e Receita Estadual).

11.5 - A entrega do objeto em desacordo com o solicitado neste Termo e aprovado pelo parecer técnico, deverá ser trocado no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação do erro.

11.6 - O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

11.7 Fornecer os produtos novos, de primeiro uso e que estejam na linha de produção atual do fabricante e em perfeitas condições de uso, conforme as propostas apresentadas e suas especificações.

11.8 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas no presente instrumento.

11.9 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FSCMPA

11.10 Não há critérios de Sustentabilidade para contratação

12 FORMA DE ENTREGA

12.1 A entrega deverá ser imediata e integral após o recebimento da Nota de Empenho.

12.2 A contratada deverá assegurar a entrega imediata dos itens, contada a partir do recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, considerando a natureza emergencial da demanda, não sendo admitidos prazos dilatados que comprometam a continuidade da assistência. Será considerado como critério de aceitação da proposta a comprovação de disponibilidade imediata em estoque, bem como a capacidade de fornecimento no menor prazo possível, em atendimento ao interesse público e à necessidade de manutenção dos serviços essenciais de saúde.

13 LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:

13.1 Almoxarifado Central da Santa Casa, localizado na **Rua Oliveira Belo 395**, no Bairro do Umarizal, **CEP: 66050-380 -Belém/PA**.

13.2 O horário de entrega é das 08:00 às 15:00 horas de segunda a sexta-feira. Podendo ser agendado pelo telefone (91) 3251-7371.

14 - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E E-MAIL:

14.1 Responsáveis pelo recebimento:

Funcionários da CALM/FSCMP.

Telefone: (91) 3251-7371.

email: almojarifado@santacasa.pa.gov.br

15 - VALIDADE:

15.1 Quando a vida útil for igual ou inferior a 12 (doze) meses, validade mínima de 70% (setenta por cento).

15.2 Quando a vida útil for superior a 12 (doze) meses, validade mínima de 50% (cinquenta por cento)

16 - PRAZO DE PAGAMENTO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DE CONTRATO

16.1 PRAZO DE PAGAMENTO:

O prazo de garantia contratual não se aplica pois deve ser realizado em entrega única.

16.2 VIGENCIA CONTRATUAL:

16.2.1 não se aplica.

16.3 PRORROGAÇÃO

16.3.1 Sem prorrogação.

16.4 FORMA DE PAGAMENTO:

16.4.1 A forma de pagamento será por ordem bancária na conta corrente da contratada, no prazo de até 30 dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura) com comprovante de regularidade fiscal da contratada.

16.4.2 A prova de Regularidade Fiscal pode ser feita por consulta SICAF ou Cadastramento Unificado de Licitante, ou ainda pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar aos sistemas oficiais.

17 GARANTIA DO CONTRATO

17.1 Não se aplica, pois, a garantia é obrigatória para os contratos que envolvam a execução de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos do inciso VI do art. 8º do Decreto nº 9.507, de 2018, e do item 3 do Anexo VII-F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017, o que não é o caso da presente contratação.

18 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

18.1 A Fundação será responsável por acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, bem como verificar a conformidade das especificações técnicas e a qualidade dos produtos entregues.

Belém (PA), 20 de Abril 2026.

MANUELA FONSECA

Gerente de Estoque - 57221496



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2580554

Anexo/Sequencial: 8

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2015.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Manuela Paes Fonseca,

CPF: ***.681.312-**

Em: 20/04/2026 09:44:57

Aut. Assinatura: 841f8d71465d23ee7715ad77416fc3bb66cd692ab7807bf31c47a2df49935d87



Identificador de autenticação: 7f8301f2-99d0-4f96-be20-794ec6574df6

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>