



**TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS**

**PAE Nº E- 2026/2596647**

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO:**

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de **MATERIAL TÉCNICO - SONDAS FOLEY EM LÁTEX E SILICONE EM MÚLTIPLOS CALIBRES**, Conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 O objeto foi dividido em lote único, considerando critérios de similaridade técnica, finalidade de uso e especificidade dos materiais, de modo a assegurar maior organização do processo licitatório, padronização no fornecimento e ganho de eficiência na condução e gestão da contratação.

**LOTE ÚNICO**

<b>Nº</b>	<b>COD MV</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL</b>	<b>UND</b>	<b>QUANT</b>
1	61450	SONDA FOLEY, EM LATEX, 2 VIAS, 7.3MM, COM BALÃO, Nº 22: FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL, ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL E DESCARTAVEL, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA E PRESENÇA DE UM BALÃO COM CAPACIDADE DE INSUFLAÇÃO DE 30ML. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, PROTEGIDO POR EMBALAGEM PLASTICA. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER TIPO DE ESTERELIZAÇÃO NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	UND	30
2	61441	SONDA FOLEY, EM LATEX, 2 VIAS, 8.0MM, COM BALÃO, Nº 24: FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL, ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL E DESCARTAVEL, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA E PRESENÇA DE UM BALÃO COM CAPACIDADE DE INSUFLAÇÃO DE 30ML. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, PROTEGIDO POR	UND	20



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		EMBALAGEM PLASTICA. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER TIPO DE ESTERELIZAÇÃO NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA		
3	1301063	SONDA FOLEY, EM SILICONE, 2 VIAS, 5-10CC, COM BALÃO, Nº 6: 100% SILICONE E ESTERIL. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	600
4	1838407	SONDA FOLEY, EM SILICONE, 2 VIAS, 5-10CC, COM BALÃO, Nº 8: 100% SILICONE E ESTERIL. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UND	150
5	1844075	SONDA FOLEY, EM LATEX, 2 VIAS, 2.7MM, COM BALÃO, Nº 8: FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL, ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL E DESCARTAVEL, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA E PRESENÇA DE UM BALÃO COM CAPACIDADE DE INSUFLAÇÃO DE 30ML. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, PROTEGIDO POR EMBALAGEM PLASTICA. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER TIPO DE ESTERELIZAÇÃO NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	UND	150
6	1844083	SONDA FOLEY, EM LATEX, 2 VIAS, 3.3MM, COM BALÃO, Nº 10: FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL, ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL E DESCARTAVEL, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA E PRESENÇA DE UM BALÃO COM CAPACIDADE DE INSUFLAÇÃO DE 30ML. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, PROTEGIDO POR EMBALAGEM PLASTICA. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER TIPO DE ESTERELIZAÇÃO NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	UND	200
7	61360	SONDA FOLEY, EM LATEX, 2 VIAS, 4.0MM, COM BALÃO, Nº	UND	300



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		12: FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL, ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL E DESCARTAVEL, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA E PRESENÇA DE UM BALÃO COM CAPACIDADE DE INSUFLAÇÃO DE 30ML. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, PROTEGIDO POR EMBALAGEM PLASTICA. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER TIPO DE ESTERELIZAÇÃO NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA		
8	1838318	SONDA FOLEY, EM SILICONE, 2 VIAS, 5-10CC, COM BALÃO, Nº 14: 100% SILICONE E ESTERIL. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	UND	300
9	61417	SONDA FOLEY, EM LATEX, 2 VIAS, 4.7MM, COM BALÃO, Nº 14: FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL, ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL E DESCARTAVEL, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA E PRESENÇA DE UM BALÃO COM CAPACIDADE DE INSUFLAÇÃO DE 30ML. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, PROTEGIDO POR EMBALAGEM PLASTICA. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER TIPO DE ESTERELIZAÇÃO NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	UND	4000
10	106429	SONDA FOLEY, EM LATEX, 2 VIAS, 5.3MM, COM BALÃO, Nº 16: FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL, ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL E DESCARTAVEL, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA E PRESENÇA DE UM BALÃO COM CAPACIDADE DE INSUFLAÇÃO DE 30ML. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, PROTEGIDO POR EMBALAGEM PLASTICA. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER TIPO DE ESTERELIZAÇÃO NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	UND	2000
11	1838326	SONDA FOLEY, EM SILICONE, 2 VIAS, 5-10CC, COM BALÃO, Nº 16: 100% SILICONE E ESTERIL. A EMBALAGEM PRIMARIA	UND	200

TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		E INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
12	61395	SONDA FOLEY, EM LATEX, 2 VIAS, 6.0MM, COM BALÃO, Nº 18: FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL, ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL E DESCARTAVEL, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA E PRESENÇA DE UM BALÃO COM CAPACIDADE DE INSUFLAÇÃO DE 30ML. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, PROTEGIDO POR EMBALAGEM PLASTICA. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER TIPO DE ESTERELIZAÇÃO NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	UND	500
13	229865	SONDA FOLEY, EM LATEX, 3 VIAS, 6.0MM, Nº 18: FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL, ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL E DESCARTAVEL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, PROTEGIDOS POR EMBALAGEM PLASTICA. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERA CONTER TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	UND	30
14	61468	SONDA FOLEY, EM LATEX, 2 VIAS, 6.7MM, COM BALÃO, Nº 20: FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL, ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL E DESCARTAVEL, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA E PRESENÇA DE UM BALÃO COM CAPACIDADE DE INSUFLAÇÃO DE 30ML. EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, PROTEGIDO POR EMBALAGEM PLASTICA. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER TIPO DE ESTERELIZAÇÃO NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	UND	100
15	61476	SONDA FOLEY, EM LATEX, 3 VIAS, 6.7MM, Nº 20: FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL, ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL E DESCARTAVEL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, PROTEGIDOS	UND	30



TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS

		POR EMBALAGEM PLASTICA. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERA CONTER TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA		
16	61484	SONDA FOLEY, EM LATEX, 3 VIAS, 7.7MM, Nº 22: FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL, ATOXICA, APIROGENICA, ESTERIL E DESCARTAVEL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, PROTEGIDOS POR EMBALAGEM PLASTICA. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERA CONTER TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	UND	30
17	562653	SONDA FOLEY Nº 10 C/ DUAS VIAS, 3 A 5ML, 100% SILICONE E ESTERIL. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZACAO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA	UND	30

## 2 - JUSTIFICATIVA – Necessidade da contratação

2.1 Trata-se da aquisição, pelo período de 04 (quatro) meses, de material técnico-hospitalar – sondas foley em látex e silicone em múltiplos calibres. Informamos que o Pregão SRP 90041/2025 (Protocolo: E-2025/2195771) encontra-se em andamento, sem contrato vigente para atendimento da demanda imediata. A ausência de cobertura contratual suficiente pode comprometer a continuidade dos serviços assistenciais, configurando risco de desabastecimento.

2.2- Destaca-se, ainda, que a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará vem operando sob significativa pressão assistencial, decorrente da elevada demanda por atendimentos, sobretudo na área materno-infantil. Ademais, registra-se a ampliação da capacidade instalada da instituição, com o incremento de 62 (sessenta e dois) leitos de maternidade, o que impacta diretamente no aumento do consumo de insumos hospitalares e exige o reforço contínuo do abastecimento, a fim de garantir a adequada cobertura assistencial.

2.3- Dessa forma, a presente demanda justifica-se pela necessidade de assegurar a continuidade, eficiência e segurança dos serviços de saúde, evitando prejuízos à assistência hospitalar e garantindo o adequado atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

2.4- A utilização de tais itens é contínua e pode ser necessário seu uso a qualquer momento de acordo com a demanda de atendimentos assistencial. vale ressaltar, que por se tratar de um hospital com o Perfil Assistencial na Atenção a Saúde da Criança, Atenção a Saúde da Mulher, e Atenção a Saúde do Adulto, prestando serviços ambulatoriais e de internação, além disso o hospital está cadastrado como referência na atenção à gestante de alto risco e ao recém-nascido.

### **3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO**

- **Análise de possíveis soluções para atender demanda definida neste instrumento:**

#### **3.1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO**

3.1.1 **Com fundamento no Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/21** - Esta solução é a que melhor se adequa à contratação em tela, tendo em vista a urgência na aquisição dos materiais e a continuidade dos serviços oferecidos pela Fundação. Por tratar-se de uma contratação por escopo, será efetuada a aquisição de uma única vez. Ressalta-se que a dispensa eletrônica não restringe a competitividade e é um processo mais célere.

### **4 - NATUREZA DO BEM**

**4.1 – A natureza do bem é comum**

### **5 - PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANÇA DO BEM**

5.1 Não será exigida certificado junto a órgãos de qualidade.

### **6 - AMOSTRAS**

6.1 Será solicitada amostra, caso não seja comprovado o atendimento a especificação do material através de manuais ou outros documentos poderá ser exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente amostra(s) grátis do(s) item(ns) para verificação da compatibilidade com as especificações do TERMO DE REFERÊNCIA e

consequente aceitação da proposta. Quando solicitadas, as amostras deverão ser entregues no prazo de 01 (um) dia útil, a contar da data de convocação, por se tratar de compra emergencial, através do canal de comunicação eletrônica (chat), para parecer técnico;

6.2 As amostras solicitadas deverão estar identificadas com a descrição e o número do item a que se referem bem como conter os dados de identificação do licitante.

6.3 A amostra deve constar os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, dispendo também de informações quanto às suas características, tais como, data de fabricação, prazo de validade, sua marca, nº de referência, código do produto e modelo.

6.4 Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

6.5 Qualidade da matéria prima e componentes

6.6 Desempenho na utilização.

6.7 Verificação da descrição do material contida no rótulo e na ficha técnica, essa deve estar de acordo com as especificações do Termo de Referência.

6.8 Será verificado em cada item se o produto atende à sua especificação, finalidade, objetivo e uso. Além disso, se atende à finalidade com qualidade satisfatória, durabilidade e adequabilidade às necessidades do paciente e/ou do procedimento ao qual é indicado.

6.9 O licitante que deixar de encaminhar amostra no prazo estabelecido e/ou deixar de atender convocação relativa à apresentação de amostra terá sua proposta recusada, assim como no caso de reprovação da amostra.

## **7 - GARANTIA DOS PRODUTOS**

7.1 – O produto não deve ter garantia, de acordo com o estudo técnico preliminar.

## **8 - ASSISTENCIA TÉCNICA**

8.1 Não há necessidade de assistência técnica.

## **9. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO :**

9.1 Não há necessidade de manutenção.

## **10- CRITERIOS DE SELEÇÃO**

### **10.1 DISPENSA DE LICITAÇÃO.**

**Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, da Lei Federal nº 14.133/21.**

**10.1.1 Esta solução é a que melhor se adequa à contratação em tela. Como trata-se de uma contratação por escopo, será efetuada a aquisição de uma única vez, a dispensa eletrônica não restringe a competitividade e é um processo mais célere.**

10.1.2 Será julgado o critério de menor preço, desde que atendas as especificações e se enquadre no padrão de qualidade e notificações já realizadas pela fundação.

10.1.3 O Orçamento da estimativa não será sigiloso.

#### **11 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS:**

10.1 A proposta deve observar os valores unitários e global máximos aceitáveis conforme planilha de composição de preços do orçamento estimado.

10.2 Não Há itens de participação exclusiva de Microempresas.

#### **11 REQUISITOS DA CONTRADADA**

11.1 Não será exigida qualificação técnica

11.2 Fornecer os produtos atendendo plena e satisfatoriamente o especificado no Termo de Referência, entregando o objeto nas quantidades e prazos estabelecidos

11.3 - Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto entregue

11.4 - A entrega do objeto deve ser com nota fiscal eletrônica de acordo com o especificado na nota de empenho, juntando a esta as Certidões de Regularidade Fiscal (FGTS, Previdenciária, Dívida Ativa da União e Receita Estadual).

11.5 - A entrega do objeto em desacordo com o solicitado neste Termo e aprovado pelo parecer técnico, deverá ser trocado no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação do erro.

11.6 - O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

11.7 Fornecer os produtos novos, de primeiro uso e que estejam na linha de produção atual do fabricante e em perfeitas condições de uso, conforme as propostas apresentadas e suas especificações.

11.8 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas no presente instrumento.

11.9 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FSCMPA

11.10 Não há critérios de Sustentabilidade para contratação

## **12 FORMA DE ENTREGA**

12.1 A entrega deverá ser imediata e integral após o recebimento da Nota de Empenho.

12.2 A contratada deverá assegurar a entrega imediata dos itens, contada a partir do recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, considerando a natureza emergencial da demanda, não sendo admitidos prazos dilatados que comprometam a continuidade da assistência. Será considerado como critério de aceitação da proposta a comprovação de disponibilidade imediata em estoque, bem como a capacidade de fornecimento no menor prazo possível, em atendimento ao interesse público e à necessidade de manutenção dos serviços essenciais de saúde.

## **13 LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:**

13.1 Almoxarifado Central da Santa Casa, localizado na **Rua Oliveira Belo 395**, no Bairro do Umarizal, **CEP: 66050-380 -Belém/PA**.

13.2 O horário de entrega é das 08:00 às 15:00 horas de segunda a sexta-feira. Podendo ser agendado pelo telefone (91) 3251-7371.

## **14 - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E E-MAIL:**

**14.1** Responsáveis pelo recebimento:

Funcionários da CALM/FSCMP.

Telefone: (91) 3251-7371.

email: [almoxarifado@santacasa.pa.gov.br](mailto:almoxarifado@santacasa.pa.gov.br)

## **15 - VALIDADE:**

15.1 Quando a vida útil for igual ou inferior a 12 (doze) meses, validade mínima de 70% (setenta por cento).

15.2 Quando a vida útil for superior a 12 (doze) meses, validade mínima de 50% (cinquenta por cento)

## **16 - PRAZO DE PAGAMENTO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DE CONTRATO**

### **16.1 PRAZO DE PAGAMENTO:**

O prazo de garantia contratual não se aplica pois deve ser realizado em entrega única.

### **16.2 VIGENCIA CONTRATUAL:**

16.2.1 não se aplica.

### **16.3 PRORROGAÇÃO**

16.3.1 Sem prorrogação.

### **16.4 FORMA DE PAGAMENTO:**

16.4.1 A forma de pagamento será por ordem bancária na conta corrente da contratada, no prazo de até 30 dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura) com comprovante de regularidade fiscal da contratada.

16.4.2 A prova de Regularidade Fiscal pode ser feita por consulta SICAF ou Cadastramento Unificado de Licitante, ou ainda pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar aos sistemas oficiais.

## **17 GARANTIA DO CONTRATO**

17.1 Não se aplica, pois, a garantia é obrigatória para os contratos que envolvam a execução de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos do inciso VI do art. 8º do Decreto nº 9.507, de 2018, e do item 3 do Anexo VII-F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017, o que não é o caso da presente contratação.

## **18 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**18.1** A Fundação será responsável por acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, bem como verificar a conformidade das especificações técnicas e a qualidade dos produtos entregues.

Belém (PA), 22 de Abril 2026.

**MANUELA FONSECA**

Gerente de Estoque - 57221496



## ASSINATURAS

**Número do Protocolo:** 2026/2596647

**Anexo/Sequencial:** 8

*Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2012.*

### **Assinatura(s) do Documento:**

**Assinado eletronicamente por:** Manuela Paes Fonseca,

**CPF:** \*\*\*.681.312-\*\*

**Em:** 23/04/2026 08:21:00

**Aut. Assinatura:** ac6898d39f34c31627b93af1f365a8fc98d59ffced7a3e030c4723ce8f67bf6c



**Identificador de autenticação:** ebb2cd08-8b00-4e6c-a289-bcfe5b329486

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>