
	<b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b> <b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b>	
	<b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>	
<b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>		

*PAE nº E-2026/2417237*

## 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO:

1.1 Aquisição de **FILTROS DE ÁGUA PARA APARELHOS DE HEMODIÁLISE E OSMOSES REVERSAS PORTÁTEIS ESPECIALIZADAS**, para atender a demanda do Centro de Terapia Renal Substitutiva Pediátrica – TRSP, nas UTI’s Adulto e Pediátrica e Central de Processamento de Material e Esterilização - CPME da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, garantindo a disponibilidade dos itens em quantidade suficiente para suprir as necessidades. Conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

### ITENS

Item	Produto	Tam.	Quant.
01	<b>Filtro de polipropileno 1 Micra</b>	20" X 2 ½"	<b>30 unid.</b>
02	<b>Filtro de polipropileno 5 Micron</b>	20" X 2 ½"	<b>30 unid.</b>
03	<b>Filtro de polipropileno 1 Micra</b>	10" X 2 ½"	<b>40 unid.</b>
04	<b>Filtro de polipropileno 5 Micron</b>	10" X 2 ½"	<b>40 unid.</b>
05	<b>Filtro de Resina Mista polipropileno 5 Micron</b>	10" X 2 ½"	<b>06 unid.</b>
06	<b>Filtro de carvão ativado</b>	10" X 2 ½"	<b>40 unid.</b>
07	<b>Filtro Diasafe Plus®</b>	Compatível com a HD 4008S V10	<b>30 unid.</b>
08	<b>Membrana p/ Osmose Reversa</b>	Compatível com a Osmose Reversa p/ Autoclave – Onix, HP-2812-300	<b>04 unid.</b>

## 2 - JUSTIFICATIVA – Necessidade da contratação



2.1-Trata-se de aquisição, pelo período de 12 (doze) meses, filtros de água para aparelhos de hemodiálise e osmose reversas portátil, material essencial para a continuidade da assistência aos pacientes, e tendo em vista que o item foi objeto do Processo de Pregão Eletrônico nº 202/3281330, não foi concluído, justificando-se a contratação por dispensa de licitação.

2.4- A utilização de tais itens é contínua e pode ser necessário seu uso a qualquer momento de acordo

Rua Bernal do Couto, 1040, Umarizal, Belém-Pará CEP: 66050-080.

CNPJ – 04.929.345/0001-85 Telefone: (91) 3251-7305

Email: equipamentos@santacasa.pa.gov.br

	<b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b> <b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b>	
	<b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>	
<b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>		

com a demanda de atendimentos assistencial. vale ressaltar, que por se tratar de um hospital com o Perfil Assistencial na Atenção a Saúde da Criança, Atenção a Saúde da Mulher, e Atenção a Saúde do Adulto, prestando serviços ambulatoriais e de internação, além disso o hospital está cadastrado como referência na atenção à gestante de alto risco e ao recém-nascido.

### **3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO**

- Análise de possíveis soluções para atender demanda definida neste instrumento:

#### **3.1 - Dispensa de Licitação**

3.1.1- **Com fundamento no Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/21** - Esta solução é a que melhor se adequa à contratação em tela, tendo em vista a urgência na aquisição dos materiais e a continuidade dos serviços oferecidos pela Fundação. Por tratar-se de uma contratação por escopo, será efetuada a aquisição de uma única vez. Ressalta-se que a dispensa eletrônica não restringe a competitividade e é um processo mais célere.

### **4 - NATUREZA DO BEM**

4.1 – A natureza do bem é comum

### **5 - PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANÇA DO BEM**

5.1- Não será exigido certificado junto a órgãos de qualidade.



### **6 - AMOSTRAS**

6.1 - Será solicitada amostra, caso não seja comprovado o atendimento a especificação do material através de manuais ou outros documentos poderá ser exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente amostra(s) grátis do(s) item(ns) para verificação da compatibilidade com as especificações do TERMO DE REFERÊNCIA e conseqüente aceitação da proposta. Quando solicitadas, as amostras deverão ser entregues no prazo de 01 (um) dia útil, a

Rua Bernal do Couto, 1040, Umarizal, Belém-Pará CEP: 66050-080.

CNPJ – 04.929.345/0001-85 Telefone: (91) 3251-7305

Email: equipamentos@santacasa.pa.gov.br

	<b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b> <b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b>	
	<b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>	
<b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>		

contar da data de convocação, por se tratar de compra emergencial, através do canal de comunicação eletrônica (chat), para parecer técnico;

6.2 - As amostras solicitadas deverão estar identificadas com a descrição e o número do item a que se referem bem como conter os dados de identificação do licitante.

6.3 - A amostra deve constar os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, dispondo também de informações quanto às suas características, tais como, data de fabricação, prazo de validade, sua marca, nº de referência, código do produto e modelo.

6.4 - Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

6.5 - Qualidade da matéria prima e componentes

6.6 - Desempenho na utilização.

6.7 - Verificação da descrição do material contida no rótulo e na ficha técnica, essa deve estar de acordo com as especificações do Termo de Referência.

6.8 - Será verificado em cada item se o produto atende à sua especificação, finalidade, objetivo e uso. Além disso, se atende à finalidade com qualidade satisfatória, durabilidade e adequabilidade às necessidades do paciente e/ou do procedimento ao qual é indicado.

6.9 - O licitante que deixar de encaminhar amostra no prazo estabelecido e/ou deixar de atender convocação relativa à apresentação de amostra terá sua proposta recusada, assim como no caso de reprovação da amostra.

## **7 - GARANTIA DOS PRODUTOS**

7.1 – O produto deve ter garantia, de acordo com o estudo técnico preliminar.

## **8 - ASSISTENCIA TÉCNICA**

8.1 - Não há necessidade de assistência técnica.

8.2 - Necessidade de manutenção:



8.2.1 - Não há necessidade de manutenção.

## **9- CRITERIOS DE SELEÇÃO**

Rua Bernal do Couto, 1040, Umarizal, Belém-Pará CEP: 66050-080.

CNPJ – 04.929.345/0001-85 Telefone: (91) 3251-7305

Email: equipamentos@santacasa.pa.gov.br

	<b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b> <b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b>	
	<b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>	
<b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>		

9.1 - Dispensa de Licitação

**Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, da Lei Federal nº 14.133/21.**

**9.1.1 - Esta solução é a que melhor se adequa à contratação em tela. Como trata-se de uma contratação por escopo, será efetuada a aquisição de uma única vez, a dispensa eletrônica não restringe a competitividade e é um processo mais célere.**

9.1.2 - Será julgado o critério de menor preço, desde que que atendas as especificações e se enquadre no padrão de qualidade e notificações já realizadas pela fundação.

9.1.3 - O Orçamento da estimativa não será sigiloso.

## **10 - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS:**

10.1 - A proposta deve observar os valores unitários e global máximos aceitáveis conforme planilha de composição de preços do orçamento estimado.

10.2 - Não Há itens de participação exclusiva de Microempresas.

## **11 - REQUISITOS DA CONTRADADA**

11.1 - Não será exigida qualificação técnica

11.2 - Fornecer os produtos atendendo plena e satisfatoriamente o especificado no Termo de Referência, entregando o objeto nas quantidades e prazos estabelecidos

11.3 - Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto entregue;

11.4 - A entrega do objeto deve ser com nota fiscal eletrônica de acordo com o especificado na nota de empenho, juntando a esta as Certidões de Regularidade Fiscal (FGTS, Previdenciária, Dívida Ativa da União e Receita Estadual);

11.5 - A entrega do objeto em desacordo com o solicitado neste Termo e aprovado pelo parecer técnico, deverá ser trocado no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação do erro;

11.6 - O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou

Rua Bernal do Couto, 1040, Umarizal, Belém-Pará CEP: 66050-080.



CNPJ – 04.929.345/0001-85 Telefone: (91) 3251-7305

Email: equipamentos@santacasa.pa.gov.br

**Processo:** 2026/2417237 | **Sequencial:** 14 | **Autenticação:** 81c6270e-c840-46f6-80af-7328f5c70518

**Acessado por:** Andreia Lucia Campos Canelas (CPF: \*\*\*.057.492-\*\*) em 24/04/2026 às 10:55

**Página:** 4/8

	<b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b> <b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b>	
	<b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>	
<b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>		

incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119);

11.7 Fornecer os produtos novos, de primeiro uso e que estejam na linha de produção atual do fabricante e em perfeitas condições de uso, conforme as propostas apresentadas e suas especificações;

11.8 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas no presente instrumento;

11.9 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FSCMPA;

11.10 - Não há critérios de Sustentabilidade para contratação;

### **13 - FORMA DE ENTREGA**

13.1 - A entrega deverá ser imediata e integral após o recebimento da Nota de Empenho

### **14 - LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:**

14.1 - Almoxarifado Central da Santa Casa, localizado na **Rua Oliveira Belo 395**, no Bairro do Umarizal, **CEP: 66050-380 -Belém/PA**.

14.2 - O horário de entrega é das 08:00 às 15:00 horas de segunda a sexta-feira. Podendo ser agendado pelo telefone (91) 3251-7371.

### **15 - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E E-MAIL:**

**15.1** - Responsáveis pelo recebimento:

Funcionários da CALM/FSCMP.

Telefone: (91) 3251-7371.



e-mail: [almoxarifado@santacasa.pa.gov.br](mailto:almoxarifado@santacasa.pa.gov.br)

### **17 - VALIDADE:**

Rua Bernal do Couto, 1040, Umarizal, Belém-Pará CEP: 66050-080.

CNPJ – 04.929.345/0001-85 Telefone: (91) 3251-7305

Email: [equipamentos@santacasa.pa.gov.br](mailto:equipamentos@santacasa.pa.gov.br)

	<b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b> <b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b>	
	<b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>	
<b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>		

17.1 - Quando a vida útil for igual ou inferior a 12 (doze) meses, validade mínima de 70% (setenta por cento).

17.2 - Quando a vida útil for superior a 12 (doze) meses, validade mínima de 50% (cinquenta por cento)

## **18 - PRAZO DE PAGAMENTO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DE CONTRATO**

### **18.1 - PRAZO DE PAGAMENTO:**

O prazo de garantia contratual não se aplica pois deve ser realizado em entrega única.

### **18.2 - VIGENCIA CONTRATUAL:**

18.2.1- não se aplica.

### **18.3 - PRORROGAÇÃO**

18.3.1 - Sem prorrogação.

### **18.4 - FORMA DE PAGAMENTO:**

18.4.1 - A forma de pagamento será por ordem bancária na conta corrente da contratada, no prazo de até 30 dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura) com comprovante de regularidade fiscal da contratada.

18.4.2 - A prova de Regularidade Fiscal pode ser feita por consulta SICAF ou Cadastramento Unificado de Licitante, ou ainda pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar aos sistemas oficiais.

## **19 - GARANTIA DO CONTRATO**



19.1 - Não se aplica, pois, a garantia é obrigatória para os contratos que envolvam a execução de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos do inciso VI do art. 8º do Decreto nº 9.507, de 2018, e do item 3 do Anexo VII-F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017, o que não é o caso da presente contratação.

## **20 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

Rua Bernal do Couto, 1040, Umarizal, Belém-Pará CEP: 66050-080.

CNPJ – 04.929.345/0001-85 Telefone: (91) 3251-7305

Email: equipamentos@santacasa.pa.gov.br

 SANTACASA DO PARÁ	<b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b> <b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b>	
	<b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>	
<b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>		

**20.1** - A Fundação será responsável por acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, bem como verificar a conformidade das especificações técnicas e a qualidade dos produtos entregues.

Belém (PA), 19 de março de 2026.

**Luis Carlos Braga Campelo**  
Gerente de Equipamentos  
GEQP/CEFF

Rua Bernal do Couto, 1040, Umarizal, Belém-Pará CEP: 66050-080.



CNPJ – 04.929.345/0001-85 Telefone: (91) 3251-7305

Email: equipamentos@santacasa.pa.gov.br

**Processo:** 2026/2417237 | **Sequencial:** 14 | **Autenticação:** 81c6270e-c840-46f6-80af-7328f5c70518

**Acessado por:** Andreia Lucia Campos Canelas (CPF: \*\*\*.057.492-\*\*) em 24/04/2026 às 10:55

**Página:** 7/8

	<b>GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ</b> <b>FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ</b>	
	<b>GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS - GEQP</b>	
<b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>		

**ANEXO I**  
**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Descrição Técnica dos Materiais

<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Tam.</b>	<b>Quant.</b>
01	<b>Filtro de polipropileno 1 Micra</b>	20" X 2 ½"	<b>30 unid.</b>
02	<b>Filtro de polipropileno 5 Micron</b>	20" X 2 ½"	<b>30 unid.</b>
03	<b>Filtro de polipropileno 1 Micra</b>	10" X 2 ½"	<b>40 unid.</b>
04	<b>Filtro de polipropileno 5 Micron</b>	10" X 2 ½"	<b>40 unid.</b>
05	<b>Filtro de Resina Mista polipropileno 5 Micron</b>	10" X 2 ½"	<b>06 unid.</b>
06	<b>Filtro de carvão ativado</b>	10" X 2 ½"	<b>40 unid.</b>
07	<b>Filtro Diasafe Plus®</b>	Compatível com a HD 4008S V10	<b>30 unid.</b>
08	<b>Membrana p/ Osmose Reversa</b>	Compatível com a Osmose Reversa p/ Autoclave – Onix, HP-2812-300	<b>04 unid.</b>

Rua Bernal do Couto, 1040, Umarizal, Belém-Pará CEP: 66050-080.

CNPJ – 04.929.345/0001-85 Telefone: (91) 3251-7305

Email: equipamentos@santacasa.pa.gov.br



## ASSINATURAS

**Número do Protocolo:** 2026/2417237

**Anexo/Sequencial:** 14

*Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2015.*

### **Assinatura(s) do Documento:**

**Assinado eletronicamente por:** Luis Carlos Braga Campelo,

**CPF:** \*\*\*.426.092-\*\*

**Em:** 19/03/2026 12:00:53

**Aut. Assinatura:** e9075c3e63fc8b57c9781b68502b194d9d1cd6bd9581ecd5a89257a9b6ad1ca0



**Identificador de autenticação:** 81c6270e-c840-46f6-80af-7328f5c70518

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>