

TERMO DE REFERÊNCIA DE BENS COMUNS

PAE nº 2024/124152

O QUE SERÁ CONTRATADO?					
Lote	Item	Descrição	CódigoSIMAS	Und	Qtd
	1	Cilindro que comporte o volume de 10 m³ do gás medicinal com carrinho.	125248-8	Unid.	2
		Descrição Item 1: 1) Os cilindros deverão apresentar as seguintes identificações: Gás incolor, altamente oxidante, comprimido; Pureza mínima 99,5%; Número ONU 1072; Peso molecular 32,00; Densidade relativa 1105; Temperatura crítica 118,4 ° C; Pressão crítica 51,82 kgf/cm²; Fórmula química O2; Fornecimento em cilindros cor verde, com carrinho de transporte para o cilindro de mobilidade), necessários à instalação e manutenção do equipamento para uso domiciliar. 2) O Fornecimento em cilindros fabricados sem costura para serviços de alta pressão em aço médio manganês ou cromo molibdênio, temperado e revestido, normatizados DOT 3A e DOT 3AA, equipados com válvulas e dispositivos de segurança. 3) Os cilindros deverão apresentar gravação na calota, por punção, o nome do gás nele contido, e/ou sua fórmula química, e/ou nome comercial, em caracteres cuja altura seja no mínimo 6mm. 4) Os cilindros deverão conter rótulo ou adesivo, apostado em sua calota, onde conste: nome do gás ou mistura, fórmula química, pureza do gás, simbologia de risco deverá atender as exigências da ABNT-NBR-7500/94, quantidade líquida em m³ ou em kg do produto, número de identificação ONU. As conexões deverão atender às normas técnicas pertinentes. 5) Deverão ainda ser observadas as normas pertinentes aos ensaios de segurança e trabalho para cilindros, válvulas, medidores e distribuição de acordo com o gás utilizado.			
	2	Cilindro que comporte o volume de 01 m³ do gás medicinal com carrinho.	078041-3	Unid.	1
		Descrição Item 2: 1) Os cilindros deverão apresentar as seguintes identificações: Gás incolor, altamente oxidante, comprimido; Pureza mínima 99,5%; Número ONU 1072; Peso molecular 32,00; Densidade relativa 1105; Temperatura crítica 118,4 ° C; Pressão crítica 51,82 kgf/cm²; Fórmula química O2; Fornecimento em cilindros cor verde, com carrinho de transporte para o cilindro de mobilidade), necessários à instalação e manutenção do equipamento para uso domiciliar. 2) O Fornecimento em cilindros fabricados sem costura para serviços de alta pressão em aço médio manganês ou cromo molibdênio, temperado e revestido, normatizados DOT 3A e DOT 3AA, equipados com válvulas e dispositivos de segurança. 3) Os cilindros deverão apresentar gravação na calota, por punção, o nome do gás nele contido, e/ou sua fórmula química, e/ou nome comercial, em caracteres cuja altura seja no mínimo 6mm. 4) Os cilindros deverão conter rótulo ou adesivo, apostado em sua calota, onde conste: nome do gás ou mistura, fórmula química, pureza do gás, simbologia de risco deverá atender as exigências da ABNT-NBR-7500/94, quantidade líquida em m³ ou em kg do produto, número de identificação ONU. As conexões deverão atender às normas técnicas pertinentes. 5) Deverão ainda ser observadas as normas pertinentes aos ensaios de segurança e trabalho para cilindros, válvulas, medidores e distribuição de acordo com o gás utilizado.			

1	3	Kit de Válvula reguladora (manômetro), fluxômetro, copo umidificador e adaptador para traquiostomia.	229634-9	Unid.	1
	4	Gás medicinal O ₂ a concentração de 100% que serão divididos e contidos dentro dos dois cilindros de 10 m ³ e no cilindro 1 m ³ .	214652-5	m ³	21

EM 11/07/2024 11:39 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: 80307A417D82DFF7.023BAZ7D293EA3B1.F3411FAA34231892.D8853D61BAD13C1 ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)

JUSTIFICATIVA DO AGRUPAMENTO EM LOTES*

Justifica-se a solicitação da aquisição em lote único devido as justificativas a seguir:

- 1 - As empresas especializadas de fornecimento de equipamentos e serviços em oxigenoterapia domiciliar serem habilitadas ao fornecimento de todos os itens listados;
- 2 – A interdependência de alguns itens tais como cilindro e gás oxigênio que os conterão, bem como cilindro e fluxômetro.
- 3 – Facilitar e economizar na logística de fornecimento e fiscalização do objeto.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

QUAL O MOTIVO DA CONTRATAÇÃO?

Trata o presente processo sobre o cumprimento do Mandado Judicial encaminhado via o processo Nº **0807008-41.2023.8.14.0028**, que aciona o Estado do Pará a fornecer equipamentos de oxigenoterapia domiciliar à paciente PMSL.

NATUREZA DO BEM

☒ Comum.

☐ Especial.

PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANÇA DO BEM

HAVERÁ PROVA DE QUALIDADE?

☒ Sim.

Justificativa: A qualidade do material ofertado deve ser certificada pelos fiscais do contrato para garantir que o mesmo se encontra de acordo com as normas e especificações previstas no presente Termo de Referência e deverá ser comprovada por certificação de instituição credenciada pelo CONMETRO.

☐ Não.

A DISPENSA EXIGIRÁ AMOSTRA?

☐ Sim.

☒ Não.

HAVERÁ GARANTIA DO BEM?	☐ Sim ☒ Não
HAVERÁ ASSISTÊNCIA TÉCNICA	☐ Sim ☒ Não
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	☐ Inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, Y, da Lei Federal nº 14.133/21. ☒ Dispensa de licitação em razão do valor*, com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21. * Nesta hipótese, deve-se utilizar preferencialmente a dispensa eletrônica. ☐ Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, Y, da Lei Federal nº 14.133/21. ☐ Pregão eletrônico.
	☒ Menor preço.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO	☐ Maior desconto.
O ORÇAMENTO ESTIMADO É SIGILOSO?	Justificativa: Para garantir competitividade e maior vantagem ao procedimento. ☒ Sim
	☐ Não.
CRITÉRIO PARA A PROPOSTA SER ACEITA	1. A proposta deve observar o valor unitário aceitável conforme planilha de composição de preços do orçamento estimado*. 2. A proposta deve observar o valor global máximo aceitável conforme planilha de composição de preços do orçamento estimado*. * Se o orçamento estimado for <i>sigiloso</i>, o licitante não saberá os valores unitários e global máximos, razão pela qual o critério de aceitabilidade do preço também será considerado “<i>sigiloso</i>” para todos os fins.
HÁ ITENS COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE?	☐ Sim
	☒ Não.
REQUISITOS DA CONTRATADA	
SERÁ EXIGIDA HABILITAÇÃO TÉCNICA?	As habilitações exigidas são as: ☒ Sim a) Habilitações Jurídicas; ☐ Não b) Econômico-financeiro; c) Atestado de capacidade técnica.

QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS	☐ Declaração de ciência das informações necessárias para o cumprimento da futura obrigação contratual. ☒ Registro na entidade profissional competente. Habilitação Jurídica: a) SICAF e/ou outro sistema idôneo; b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) . d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; e) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/PA. Habilitação Econômico Financeiro: Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); Atestado de capacidade técnica: Declarações de serviços realizados do mesmo objeto deste termo de referência em outros contratos anteriores. As Documentações são destinadas a esclarecer e comprovar todas as fases de habilitação constantes no edital de licitação.
--	---

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)
EM 11/07/2024 11:39 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: 80367A47D82DFF7.023BAZ7D293EA3B1.F3411FAA34231892.D8853D61BAD13C1

	☐ Indicação de pessoal técnico, instalações e aparelhamento para o cumprimento da futura obrigação contratual com a comprovação de qualificação técnica de cada membro da equipe técnica responsável pela execução dos trabalhos. ☐ Outro previsto em lei especial. Especificar: <i>(Indicar o requisito e o seu fundamento legal).</i> ☐ Não será exigida prova de qualificação técnica em razão da baixa complexidade da contratação.
HÁ CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE?	☐ Sim. ☒ Não.
HÁ RISCOS A SEREM ASSUMIDOS PELA CONTRATADA?	☐ Sim. ☒ Não.
FORMA DE ENTREGA DO BEM	
COMO O BEM DEVE SER ENTREGUE?	☒ O bem deve ser totalmente entregue de uma só vez, conforme Termo de Referência. ☐ O bem deve ser entregue em X parcelas, sendo a 1ª em até Y dias, a contar do recebimento da nota de empenho, e as demais, conforme necessidade da contratante dentro do prazo de

	vigência contratual, mediante seu aviso com Z dias de antecedência.
LOCAL E HORA DA ENTREGA DO BEM	O bem deve ser entregue na Divisão de Patrimônio da Secretaria de Estado de Saúde do Pará – SESPA, situada à Av. José Bonifácio, número 1836, Bairro Guamá, CEP: 66063-010, que recebe entregas no período de 08h às 12h e de 14h às 16h dos dias úteis da semana.
PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE	Não se aplica.
PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DO CONTRATO	
PRAZO DO CONTRATO	☒ 30 dias (pronta entrega). ☐ 12 meses.
HAVERÁ POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO?	☐ Sim, nas hipóteses do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/21. ☒ Não.
FORMA DE PAGAMENTO	Meio Ordem bancária. Onde? Conta corrente da contratada no Banco do Estado do Pará. Qual o prazo? Até 30 dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura) com o comprovante de regularidade fiscal da contratada. Prova da regularidade fiscal A regularidade fiscal pode ser provada: 1. Por consulta ao SICAF ou Cadastramento Unificado de Licitante. <i>ou</i> 2. Pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar aos sistemas oficiais.

QUAL A GARANTIA DO CONTRATO?	☐ % do valor inicial do contrato. ☒ Não há.
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	Funcional xxx. Programática: Elemento de xxx. Despesa: Fonte do Recurso: xxx. Obs: Esses dados estão sujeitos à revisão por ocasião da emissão do atestado de disponibilidade orçamentária.

Belém (PA), 11 de julho de 2024.

Alexandre A S Lima

Fisioterapeuta Tec. CEPED/DDRA/SESPA

Mat. 5979628-1