

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99022/2026-000

## **1 - Itens da Licitação**

### 1 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA PARA AUTOCLAVES ODONTOLÓGICAS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL, LIMPEZA, VEDAÇÃO, AJUSTES, TESTES DE SEGURANÇA, TESTES DE CICLO E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: STERMAX, DIGITALE, BS, CRISTOFOLI, DABI ATLANTE, DENTMED, ALT EQUIPAMENTOS, VITAL E PLUS, ECEL E SERCON.

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 158

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 56.298,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (158)

**Grupo: G1**

## 2 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA PARA AUTOCLAVES ODONTOLÓGICAS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL, LIMPEZA, VEDAÇÃO, AJUSTES, TESTES DE SEGURANÇA, TESTES DE CICLO E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: STERMAX, DIGITALE, BS, CRISTOFOLI, DABI ATLANTE, DENTMED, ALT EQUIPAMENTOS, VITAL E PLUS, ECEL E SERCON.

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 238

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 169.298,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (238)

**Grupo: G1**

### 3 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA PARA CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL, VERIFICAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE MOVIMENTOS, LIMPEZA DE SISTEMAS (ÁGUA, SUÇÃO), AJUSTES DE REFLETOR E SENSORES, TESTES DE SEGURANÇA E FUNCIONAIS E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: DENTMED, GNATUS, D700, KAVO, BS, MZ E DENGEMED. DENTMED, GNATUS, D700, KAVO, BS, MZ E DENGEMED

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 141

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 38.775,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (141)

**Grupo: G1**

**4 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA PARA CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL, VERIFICAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE MOVIMENTOS, LIMPEZA DE SISTEMAS (ÁGUA, SUÇÃO), AJUSTES DE REFLETOR E SENSORES, TESTES DE SEGURANÇA E FUNCIONAIS E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: DENTMED, GNATUS, D700, KAVO, BS, MZ E DENGEMED. DENTMED, GNATUS, D700, KAVO, BS, MZ E DENGEMED

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 211

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 138.943,50

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (211)

**Grupo:** G1

**5 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** INSTALAÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, ACIONAMENTOS PELO PEDAL, TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR, ARTICULAÇÃO CENTRAL. ESTOFAMENTO AMPLO, SISTEMA DE ELEVÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS, SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM 24 VOLTS, REFLETOR LED. MARCAS:DENTMED, GNATUS, D700, KAVO, BS, MZ E DENGEMED.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 13.140,71

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (11)

**Grupo:** G1

**6 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** REFORMA DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, ACIONAMENTOS PELO PEDAL, TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR, ARTICULAÇÃO CENTRAL. ESTOFAMENTO AMPLO, SISTEMA DE ELEVÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS, SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM 24 VOLTS, REFLETOR LED. MARCAS:DENTMED, GNATUS, D700, KAVO, BS, MZ E DENGEMED.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 36.873,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (20)

**Grupo:** G1

**7 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 220

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 25.636,60

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (220)

**Grupo:** G1

**8 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico****Descrição Detalhada:** Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 330**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 107.999,10**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (330)**Grupo:** G1**9 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico****Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA PARA CANETAS BAIXA ROTAÇÃO PEÇA RETA, ODONTOLÓGICAS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA EXTERNA, VERIFICAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO INTERNA, TESTE DE ROTAÇÃO E ESTABILIDADE, VERIFICAÇÃO DE ENCAIXES E CONEXÕES E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: DENTEFLEX E DENTMED.**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 123**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 14.819,04**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (123)**Grupo:** G1**10 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico****Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA PARA CANETAS BAIXA ROTAÇÃO PEÇA RETA, ODONTOLÓGICAS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA EXTERNA, VERIFICAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO INTERNA, TESTE DE ROTAÇÃO E ESTABILIDADE, VERIFICAÇÃO DE ENCAIXES E CONEXÕES E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: DENTEFLEX E DENTMED.**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 185**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 49.147,10**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (185)**Grupo:** G1**11 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico****Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA PARA CANETAS BAIXA ROTAÇÃO/CONTRA ÂNGULO, ODONTOLÓGICAS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA EXTERNA, VERIFICAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO INTERNA, TESTE DE ROTAÇÃO E ESTABILIDADE, VERIFICAÇÃO DE ENCAIXES E CONEXÕES E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: DENTMED, PRIME, GNATUS E SCHUSTER.**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 220**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 26.505,60**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (220)**Grupo:** G1

**12 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA PARA CANETAS BAIXA ROTAÇÃO/CONTRA ÂNGULO, ODONTOLÓGICAS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA EXTERNA, VERIFICAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO INTERNA, TESTE DE ROTAÇÃO E ESTABILIDADE, VERIFICAÇÃO DE ENCAIXES E CONEXÕES E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: DENTMED, PRIME, GNATUS E SCHUSTER.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 330

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 106.441,50

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (330)

**Grupo:** G1

**13 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA PARA COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL, VERIFICAÇÃO E TROCA DE FILTROS (AR, ÓLEO - SE APLICÁVEL), DRENAGEM E LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE AR (TANQUE), TESTE DE PRESSÃO E VAZÃO, VERIFICAÇÃO DE VÁLVULAS DE SEGURANÇA E DRENO, CHECAGEM DE NÍVEL E QUALIDADE DO ÓLEO, AJUSTES E LUBRIFICAÇÃO E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: DENTMED, SCHUSTER, CRISTOFOLI, KAVO, SCHULZ, DELTRAMED, MAGNUS PRIME E MOTOLIL.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 167

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 19.205,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (167)

**Grupo:** G1

**14 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA PARA COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL, VERIFICAÇÃO E TROCA DE FILTROS (AR, ÓLEO - SE APLICÁVEL), DRENAGEM E LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE AR (TANQUE), TESTE DE PRESSÃO E VAZÃO, VERIFICAÇÃO DE VÁLVULAS DE SEGURANÇA E DRENO, CHECAGEM DE NÍVEL E QUALIDADE DO ÓLEO, AJUSTES E LUBRIFICAÇÃO E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: DENTMED, SCHUSTER, CRISTOFOLI, KAVO, SCHULZ, DELTRAMED, MAGNUS PRIME E MOTOLIL.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 251

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 76.690,54

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (251)

**Grupo:** G1

**15 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA PARA CONSULTÓRIOS PORTATIL ODONTOLÓGICOS PORTÁTEIS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL DA ESTRUTURA E COMPONENTES, VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE SISTEMAS (ÁGUA, SUÇÃO, AR), TESTE DE FUNCIONAMENTO DAS PONTAS (ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SERINGA), CHECAGEM DE COMPRESSOR/MOTOR E BOMBA DE VÁCUO INTEGRADOS, AVALIAÇÃO DE CABEAMENTO ELÉTRICO E CONEXÕES RÁPIDAS E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: SENTINDO E ODONTOMED.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.371,14

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (9)

**Grupo:** G1

**16 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA PARA CONSULTÓRIOS PORTATIL ODONTOLÓGICOS PORTÁTEIS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL DA ESTRUTURA E COMPONENTES, VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE SISTEMAS (ÁGUA, SUCÇÃO, AR), TESTE DE FUNCIONAMENTO DAS PONTAS (ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SERINGA), CHECAGEM DE COMPRESSOR/MOTOR E BOMBA DE VÁCUO INTEGRADOS, AVALIAÇÃO DE CABEAMENTO ELÉTRICO E CONEXÕES RÁPIDAS E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: SENTINDO E ODONTOMED.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 10.309,91

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (13)

**Grupo:** G1

**17 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA DESTILADORAS ODONTOLÓGICAS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA, VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA E TEMPERATURA, DESINCRUSTAÇÃO E LIMPEZA DO RESERVATÓRIO, TESTE DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DESTILADA, VERIFICAÇÃO DE SENSORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: CRISTOFOLI E DENTMED.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 44

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 9.423,04

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (44)

**Grupo:** G1

**18 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA DESTILADORAS ODONTOLÓGICAS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA, VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA E TEMPERATURA, DESINCRUSTAÇÃO E LIMPEZA DO RESERVATÓRIO, TESTE DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DESTILADA, VERIFICAÇÃO DE SENSORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: CRISTOFOLI E DENTMED.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 66

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 33.520,08

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (66)

**Grupo:** G1

**19 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA FOTOPOLIMERIZADORES ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA (INCLUINDO PONTEIRA), TESTE DE POTÊNCIA DA LUZ E COMPRIMENTO DE ONDA, VERIFICAÇÃO DE BATERIA/FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CONEXÕES, AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: DENTMED, ECEL, MZ, SCHUSTER, ALT, SÃO FRANCISCO, ESSENCE DENTAL E PRIME.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 32.007,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (150)

**Grupo:** G1

**20 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA FOTOPOLIMERIZADORES ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA (INCLUINDO PONTEIRA), TESTE DE POTÊNCIA DA LUZ E COMPRIMENTO DE ONDA, VERIFICAÇÃO DE BATERIA/FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CONEXÕES, AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: DENTMED, ECEL, MZ, SCHUSTER, ALT, SÃO FRANCISCO, ESSENCE DENTAL E PRIME.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 224

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 101.395,84

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (224)

**Grupo:** G1

**21 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA MICROMOTORES ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA EXTERNA, VERIFICAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO INTERNA, TESTE DE ROTAÇÃO E ESTABILIDADE, VERIFICAÇÃO DE ENCAIXES E CONEXÕES E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: DENTMED, DENTCLER, DENTFLEX, DENTALMED E GNATUS.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 264

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 36.432,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (264)

**Grupo:** G1

**22 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA MICROMOTORES ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA EXTERNA, VERIFICAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO INTERNA, TESTE DE ROTAÇÃO E ESTABILIDADE, VERIFICAÇÃO DE ENCAIXES E CONEXÕES E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: DENTMED, DENTCLER, DENTFLEX, DENTALMED E GNATUS.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 396

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 133.792,56

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (396)

**Grupo:** G1

**23 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA NEGATOSCOPIOS ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DE ILUMINAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE LUMINOSIDADE E UNIFORMIDADE DA LUZ, TESTE DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIAS, CHECAGEM DE CABEAMENTO ELÉTRICO E INTERRUPTORES E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: ORTOMED, SELAPACK, BIOTRON E SALUTEM MÓVEIS.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 141

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 14.372,13

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (141)

**Grupo:** G1

**24 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** CORRETIVA NEGATOSCOPIOS ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DE ILUMINAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE LUMINOSIDADE E UNIFORMIDADE DA LUZ, TESTE DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIAS, CHECAGEM DE CABEAMENTO ELÉTRICO E INTERRUPTORES E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: ORTOMED, SELAPACK, BIOTRON E SALUTEM MÓVEIS.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 211

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 48.595,41

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (211)

**Grupo:** G1

**25 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA APARELHOS DE RAIOS-X ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA, VERIFICAÇÃO DE ALINHAMENTO DO CONE E FOCO, TESTE DE TENSÃO, CORRENTE E TEMPO DE EXPOSIÇÃO, CHECAGEM DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, VERIFICAÇÃO DE CABEAMENTO E CONEXÕES E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: XDENT E PROCION.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 24.909,50

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (35)

**Grupo:** G1

**26 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA APARELHOS DE RAIOS-X ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA, VERIFICAÇÃO DE ALINHAMENTO DO CONE E FOCO, TESTE DE TENSÃO, CORRENTE E TEMPO DE EXPOSIÇÃO, CHECAGEM DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, VERIFICAÇÃO DE CABEAMENTO E CONEXÕES E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: XDENT E PROCION.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 53

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 79.623,49

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (53)

**Grupo:** G1

**27 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA SELADORAS ODONTOLÓGICAS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA, VERIFICAÇÃO E AJUSTE DA TEMPERATURA DE SELAGEM, CHECAGEM DO SISTEMA DE CORTE (SE APLICÁVEL), AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA SELAGEM, VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIAS E FITAS TÉRMICAS E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: AGIR, BIOTRON, PLASMAQ E KAVO.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 66

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 7.677,78

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (66)

**Grupo:** G1

**28 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA SELADORAS ODONTOLÓGICAS, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA, VERIFICAÇÃO E AJUSTE DA TEMPERATURA DE SELAGEM, CHECAGEM DO SISTEMA DE CORTE (SE APLICÁVEL), AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA SELAGEM, VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIAS E FITAS TÉRMICAS E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: AGIR, BIOTRON, PLASMAQ E KAVO.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 99

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 29.408,94

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (99)

**Grupo:** G1

**29 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA, TESTE DE POTÊNCIA E FREQUÊNCIA DA PONTEIRA, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO/ÁGUA, CHECAGEM DE CABEAMENTO, CONEXÕES E PEDAL DE ACIONAMENTO E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: DENTMED E KONDETECH.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 128

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 23.215,36

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (128)

**Grupo:** G1

**30 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA, TESTE DE POTÊNCIA E FREQUÊNCIA DA PONTEIRA, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO/ÁGUA, CHECAGEM DE CABEAMENTO, CONEXÕES E PEDAL DE ACIONAMENTO E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: DENTMED E KONDETECH.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 191

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 69.676,80

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (191)

**Grupo:** G1

**31 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** INSTALAÇÃO APARELHOS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, INCLUINDO INSPEÇÃO GERAL E LIMPEZA, TESTE DE POTÊNCIA E FREQUÊNCIA DA PONTEIRA, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO/ÁGUA, CHECAGEM DE CABEAMENTO, CONEXÕES E PEDAL DE ACIONAMENTO E RELATÓRIO. EQUIPAMENTOS DAS MARCAS: DENTMED E KONDETECH.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.194,19

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (11)

**Grupo:** G1



**32 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA MOCHOS ODONTOLOGICOS, COM ESTRUTURA GIRATÓRIA, COM RODIZIOS. MARCA BESTPRO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 176

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 14.718,88

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (176)

**Grupo:** G1

**33 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA MOCHOS ODONTOLOGICOS, COM ESTRUTURA GIRATÓRIA, COM RODIZIOS. MARCA BESTPRO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 264

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 29.839,92

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (264)

**Grupo:** G1

**34 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** REFORMA DE MOCHOS ODONTOLOGICOS, COM ESTRUTURA GIRATÓRIA, COM RODIZIOS. MARCAS BESTPRO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.115,19

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (17)

**Grupo:** G1

**35 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA REFLETORES ODONTOLOGICOS EM TUBO DE AÇO, LUZ BRANCA, LAMPADA DE LED, CABEÇOTE COM ESPELHO MULTIFOCADO E PROTETOR ACRÍLICO, BIVOLT, MARCA NEW MÓVEIS.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 141

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 19.599,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (141)

**Grupo:** G1

**36 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA REFLETORES ODONTOLOGICOS EM TUBO DE AÇO, LUZ BRANCA, LAMPADA DE LED, CABEÇOTE COM ESPELHO MULTIFOCADO E PROTETOR ACRÍLICO, BIVOLT, MARCA NEW MÓVEIS.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 211

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 54.469,65

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (211)

**Grupo:** G1

**37 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA APARELHO DE SEDAÇÃO CONSCIENTE SERENA; DESENVOLVIDO PARA REDUZIR OS MAIS DIVERSOS TIPOS DE FOBIAS CIRÚRGICAS OU AMENIZAR A SENSIBILIDADE A DOR PELOS MESMOS; DISPOSITIVO MAIS AVANÇADO DE SEDAÇÃO CONSCIENTE POR ÓXIDO NITROSO NO BRASIL; DISPOSITIVOS INCLUIDOS: BOTÃO ON/OFF; BOTÃO REFLUXO DE OXIGÊNIO; AJUSTE AUTOMÁTICO DE N2O; INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA DE N2O; VÁLVULA ANTI REFLUXO; PROTEÇÃO HIPÓXICA; MARCA: X DENT

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.254,96

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (4)

**Grupo:** G1

**38 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA APARELHO DE SEDAÇÃO CONSCIENTE SERENA; DESENVOLVIDO PARA REDUZIR OS MAIS DIVERSOS TIPOS DE FOBIAS CIRÚRGICAS OU AMENIZAR A SENSIBILIDADE A DOR PELOS MESMOS; DISPOSITIVO MAIS AVANÇADO DE SEDAÇÃO CONSCIENTE POR ÓXIDO NITROSO NO BRASIL; DISPOSITIVOS INCLUIDOS: BOTÃO ON/OFF; BOTÃO REFLUXO DE OXIGÊNIO; AJUSTE AUTOMÁTICO DE N2O; INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA DE N2O; VÁLVULA ANTI REFLUXO; PROTEÇÃO HIPÓXICA; MARCA: X DENT

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.995,06

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (7)

**Grupo:** G1

**39 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA MOTOR ENDODÔNTICO COM CONECTIVIDADE ENDOPEN, CONTENDO 1 MOTOR ENDODÔNTICO ENDOPEN (BASE E PEÇA DE MÃO), 1 FONTE DE ENERGIA, 2 ADAPTADORES LED, 1 CABO DE CONEXÃO USB, 2 LUVAS DE SILICONE AUTOCLAVÁVEIS, 1 ADAPTADOR DE LUBRIFICAÇÃO, 1 MANUAL DO PRODUTO. COM VISOR OLED DE 1" DE ALTO CONTRASTE, CORPO DA PEÇA DE MÃO E BASE DE APOIO INJETADOS EM ABS DE ALTO IMPACTO, FAIXA DE ROTAÇÃO: 100 – 1.000 RPM, AJUSTE MANUAL DO SENTIDO DE ROTAÇÃO ENTRE HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO, MODO STANDBY AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE ENERGIA DA PEÇA DE MÃO, ENTRADA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100 V – 2400. MARCA: SCHUSTER ENDOPEN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 802,16

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (4)

**Grupo:** G1

**40 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA MOTOR ENDODÔNTICO COM CONECTIVIDADE ENDOPEN, CONTENDO 1 MOTOR ENDODÔNTICO ENDOPEN (BASE E PEÇA DE MÃO), 1 FONTE DE ENERGIA, 2 ADAPTADORES LED, 1 CABO DE CONEXÃO USB, 2 LUVAS DE SILICONE AUTOCLAVÁVEIS, 1 ADAPTADOR DE LUBRIFICAÇÃO, 1 MANUAL DO PRODUTO. COM VISOR OLED DE 1" DE ALTO CONTRASTE, CORPO DA PEÇA DE MÃO E BASE DE APOIO INJETADOS EM ABS DE ALTO IMPACTO, FAIXA DE ROTAÇÃO: 100 – 1.000 RPM, AJUSTE MANUAL DO SENTIDO DE ROTAÇÃO ENTRE HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO, MODO STANDBY AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE ENERGIA DA PEÇA DE MÃO, ENTRADA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100 V – 2400. MARCA: SCHUSTER ENDOPEN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.116,96

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (7)

**Grupo:** G1

**41 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA LASER CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO-TW SURGICAL 2.0 MM OPTICS - DESCRIÇÃO DO PRODUTO O LASER CIRÚRGICO TW SURGICAL DA MMO É UM DISPOSITIVO AVANÇADO QUE INCORPORA TECNOLOGIA DE PONTA, UTILIZANDO UM LASER SEMICONDUTOR DE ALTA POTÊNCIA ÓTICA. COMBINANDO PRECISÃO E EFICÁCIA, O FEIXE DE LASER É ENTREGUE POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS DE DIFERENTES DIÂMETROS, VARIANDO DE 200PM A 800PM, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS CIRÚRGICOS. MARCA TW SURGICAL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.012,28

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (4)

**Grupo:** G1

**42 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA LASER CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO-TW SURGICAL 2.0 MM OPTICS - DESCRIÇÃO DO PRODUTO O LASER CIRÚRGICO TW SURGICAL DA MMO É UM DISPOSITIVO AVANÇADO QUE INCORPORA TECNOLOGIA DE PONTA, UTILIZANDO UM LASER SEMICONDUTOR DE ALTA POTÊNCIA ÓTICA. COMBINANDO PRECISÃO E EFICÁCIA, O FEIXE DE LASER É ENTREGUE POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS DE DIFERENTES DIÂMETROS, VARIANDO DE 200PM A 800PM, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS CIRÚRGICOS. MARCA TW SURGICAL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 8.368,43

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (7)

**Grupo:** G1

**43 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA LASER ODONTOLÓGICO, ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,6V/700MA, AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 4 HORAS, TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60 – 120 MINUTOS, ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE: 100-220V~/50-60HZ. MARCA: SMILES

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.374,03

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (9)

Grupo: G1

#### 44 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA LASER ODONTOLÓGICO, ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,6V/700MA, AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 4 HORAS, TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60 – 120 MINUTOS, ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE: 100-220V~/50-60HZ. MARCA: SMILES

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.469,14

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (13)

Grupo: G1

#### 45 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA LOCALIZADOR APICAL, BASE METÁLICA (ALUMÍNIO ANODIZADO) PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE ESTABILIDADE DE APOIO; CALIBRAGEM AUTOMÁTICA E ALTA TECNOLOGIA EM SEU CIRCUITO ELETRÔNICO; NÃO SOFRE INTERFERÊNCIA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS ADJACENTES AO DENTE. DESSA FORMA, O FATO DO CANAL ESTAR SECO, OU CHEIO COM ELETRÓLITOS, SANGUE OU COM UMA SALMOURA FISIOLÓGICA NÃO AFETA O RESULTADO DA MEDIÇÃO; INDICA COM PRECISÃO A JUNÇÃO CEMENTODENTÁRIA; A MEDIÇÃO NÃO É INFLUENCIADA PELA ESPESSURA DA LIMA; OPERA DE FORMA AUTOMÁTICA, NÃO SÃO NECESSÁRIOS AJUSTES MANUAIS; DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CONVENCIONAIS RADIOGRÁFICO; MENOR TEMPO PARA A OBTENÇÃO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO; POSSUI TELA FRONTAL LCD DE 4,5" BRILHANTE E COLORIDA; CORPO INJETADO EM ABS; INDICADOR QUANDO A LIMA É COLOCADA NO CANAL DA RAIZ DENTÁRIA; INDICADOR SONORO COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL; INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA NO PAINEL. MARCA MK LIFE / E-PEX PRO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 399,32

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (4)

Grupo: G1

#### 46 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA LOCALIZADOR APICAL, BASE METÁLICA (ALUMÍNIO ANODIZADO) PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE ESTABILIDADE DE APOIO; CALIBRAGEM AUTOMÁTICA E ALTA TECNOLOGIA EM SEU CIRCUITO ELETRÔNICO; NÃO SOFRE INTERFERÊNCIA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS ADJACENTES AO DENTE. DESSA FORMA, O FATO DO CANAL ESTAR SECO, OU CHEIO COM ELETRÓLITOS, SANGUE OU COM UMA SALMOURA FISIOLÓGICA NÃO AFETA O RESULTADO DA MEDIÇÃO; INDICA COM PRECISÃO A JUNÇÃO CEMENTODENTÁRIA; A MEDIÇÃO NÃO É INFLUENCIADA PELA ESPESSURA DA LIMA; OPERA DE FORMA AUTOMÁTICA, NÃO SÃO NECESSÁRIOS AJUSTES MANUAIS; DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CONVENCIONAIS RADIOGRÁFICO; MENOR TEMPO PARA A OBTENÇÃO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO; POSSUI TELA FRONTAL LCD DE 4,5" BRILHANTE E COLORIDA; CORPO INJETADO EM ABS; INDICADOR QUANDO A LIMA É COLOCADA NO CANAL DA RAIZ DENTÁRIA; INDICADOR SONORO COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL; INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA NO PAINEL. MARCA MK LIFE / E-PEX PRO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.662,92

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (7)

Grupo: G1

**47 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES PREVENTIVA KIT ACADÊMICO: COMPOSTO POR 01 CANETA ALTA ROTAÇÃO, 01 MICROMOTOR, 01 PEÇA RETA E 01 CONTRA ÂNGULO. MARCA: KHLKOS

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 9.678,75

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (75)

**Grupo:** G1

**48 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico**

**Descrição Detalhada:** MANUTENÇÕES CORRETIVA KIT ACADÊMICO: COMPOSTO POR 01 CANETA ALTA ROTAÇÃO, 01 MICROMOTOR, 01 PEÇA RETA E 01 CONTRA ÂNGULO. MARCA: KHLKOS

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 112

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 116.443,04

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barcarena/PA (112)

**Grupo:** G1

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	158	UNIDADE
2	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	238	UNIDADE
3	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	141	UNIDADE
4	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	211	UNIDADE
5	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	11	UNIDADE
6	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	20	UNIDADE
7	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	220	UNIDADE
8	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	330	UNIDADE
9	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	123	UNIDADE
10	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	185	UNIDADE
11	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	220	UNIDADE
12	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	330	UNIDADE
13	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	167	UNIDADE
14	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	251	UNIDADE
15	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	9	UNIDADE
16	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	13	UNIDADE
17	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	44	UNIDADE
18	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	66	UNIDADE
19	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	150	UNIDADE
20	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	224	UNIDADE
21	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	264	UNIDADE
22	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	396	UNIDADE
23	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	141	UNIDADE
24	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	211	UNIDADE
25	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	35	UNIDADE
26	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	53	UNIDADE
27	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	66	UNIDADE
28	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	99	UNIDADE
29	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	128	UNIDADE
30	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	191	UNIDADE
31	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	11	UNIDADE
32	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	176	UNIDADE

33	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	264	UNIDADE
34	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	17	UNIDADE
35	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	141	UNIDADE
36	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	211	UNIDADE
37	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	4	UNIDADE
38	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	7	UNIDADE
39	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	4	UNIDADE
40	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	7	UNIDADE
41	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	4	UNIDADE
42	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	7	UNIDADE
43	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	9	UNIDADE
44	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	13	UNIDADE
45	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	4	UNIDADE
46	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	7	UNIDADE
47	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	75	UNIDADE
48	Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico	112	UNIDADE